

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SETS INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20600989287	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - R & M MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:06:35

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

El ITEM B04 solicitan Pinza de Agarre Endoscópica Atraumática de 5 mm, 330 mm DESMONTABLE EN DOS PARTES, se solicita al comité especializado considerar DESMONTABLE EN DOS O TRES PARTES, para una mayor participación de postores, sin afectar el funcionamiento de las pinza.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comite de seleccion envio documeto al area usuaria para absolver las consultas y observacion referente a las especificaciones tecnicas CARTA N° 261-2024/LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO, el cual fue contestado bajo INFORME N° 000221-2024-GRP/GRDS-VAAA, mismo en donde indica el area usuaria aclara que las especificaciones técnicas recogen las características mínimas que satisfacen la necesidad usuaria; además, existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumple la totalidad del requerimiento. Por lo expuesto, por lo que debe señirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SETS INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20600989287	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - R & M MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:06:35

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

El ITEM B05 solicitan Pinza de Tracción Endoscópica de 5 mm, 330 mm DESMONTABLE EN DOS PARTES, se solicita al comité especializado considerar DESMONTABLE EN DOS O TRES PARTES, para una mayor participación de postores, sin afectar el funcionamiento de las pinza.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comite de seleccion envio documeto al area usuaria para absolver las consultas y observacion referente a las especificaciones tecnicas CARTA N° 261-2024/LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO, el cual fue contestado bajo INFORME N° 000221-2024-GRP/GRDS-VAAA, mismo en donde indica el area usuaria aclara que las especificaciones técnicas recogen las características mínimas que satisfacen la necesidad usuaria; además, existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumple la totalidad del requerimiento. Por lo expuesto, por lo que debe señirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SETS INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20600989287	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - R & M MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:06:35

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

El ITEM B06 solicitan Pinza Disectora Endoscópica Maryland de 5 mm, 330 mm DESMONTABLE EN DOS PARTES, se solicita al comité especializado considerar DESMONTABLE EN DOS O TRES PARTES, para una mayor participación de postores, sin afectar el funcionamiento de las pinza.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comite de seleccion envio documeto al area usuaria para absolver las consultas y observacion referente a las especificaciones tecnicas CARTA N° 261-2024/LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO, el cual fue contestado bajo INFORME N° 000221-2024-GRP/GRDS-VAAA, mismo en donde indica el area usuaria aclara que las especificaciones técnicas recogen las características mínimas que satisfacen la necesidad usuaria; además, existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumple la totalidad del requerimiento. Por lo expuesto, por lo que debe señirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SETS INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20600989287	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - R & M MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:06:35

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

El ITEM B07 solicitan Pinza Extractora de Vesícula de 5 mm, 330 mm DESMONTABLE EN DOS PARTES, se solicita al comité especializado considerar DESMONTABLE EN DOS O TRES PARTES para una mayor participación de postores, sin afectar el funcionamiento de las pinza.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comite de seleccion envio documeto al area usuaria para absolver las consultas y observacion referente a las especificaciones tecnicas CARTA N° 261-2024/LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO, el cual fue contestado bajo INFORME N° 000221-2024-GRP/GRDS-VAAA, mismo en donde indica el area usuaria aclara que las especificaciones técnicas recogen las características mínimas que satisfacen la necesidad usuaria; además, existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumple la totalidad del requerimiento. Por lo expuesto, por lo que debe señirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SETS INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20600989287	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	R & M MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - R & M MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	18:06:35

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

El ITEM B08 solicitan Tijera Endoscópica Metzenbaum Curva de 5 mm, 330 mm, vástago con recubrimiento de material aislante oscuro, antirreflejo de larga duración, desmontable en 3 partes con mango ergonómico fabricado EN FIBRA DE CARBONO, se solicita al comité especializado considerar Tijera Endoscópica Metzenbaum Curva de 5 mm, 330 mm, vástago con recubrimiento de material aislante oscuro, antirreflejo de larga duración, desmontable en 3 partes con mango ergonómico fabricado EN FIBRA DE CARBONO O PEEK para una participación de mas postores, no afecta el funcionamiento de la tijera.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comite de seleccion envio documeto al area usuaria para absolver las consultas y observacion referente a las especificaciones tecnicas CARTA N° 261-2024/LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO, el cual fue contestado bajo INFORME N° 000221-2024-GRP/GRDS-VAAA, mismo en donde indica el area usuaria aclara que las especificaciones técnicas recogen las características mínimas que satisfacen la necesidad usuaria; además, existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumple la totalidad del requerimiento. Por lo expuesto, por lo que debe señirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SETS INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20601895103	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	FERTA MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	18:25:20

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En los ítems B04, B05, B06, B07, indica lo siguiente: "DESMONTABLE EN DOS PARTES", se solicita al comité considerar:
DESMONTABLE EN DOS O TRES PARTES", de esta manera se habilitaría la participación de más postores sin afectar la funcionalidad de las pinzas.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comite de seleccion envio documeto al area usuaria para absolver las consultas y observacion referente a las especificaciones tecnicas CARTA N° 261-2024/LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO, el cual fue contestado bajo INFORME N° 000221-2024-GRP/GRDS-VAAA, mismo en donde indica el area usuaria aclara que las especificaciones técnicas recogen las características mínimas que satisfacen la necesidad usuaria; además, existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumple la totalidad del requerimiento. Por lo expuesto, por lo que debe señirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SETS INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20601895103	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	FERTA MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	18:25:20

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el ítem A04 del Rqquerimiento Tecnicos minimos indica: "IDENTIFICACION DEL INSTRUMENTO: CADA PIEZA QUIRURGICA DEBE TRAER GRABADO EN SU SUPERFICIE MEDIANTE SISTEMA LÁSER, LA SIGUIENTE DENOMINACION: MARCA , CODIFICACION DEL MODELO, SÍMBOLO DE L COMUNIDAD EUROPEA CE O SIMILAR, MATERIAL CON QUE ESTÁ FABRICADO, PROCEDENCIA." Se solicita al comite Cambiarlo por: "IDENTIFICACION DEL INSTRUMENTO: CADA PIEZA QUIRURGICA DEBE TRAER GRABADO EN SU SUPERFICIE MEDIANTE SISTEMA LÁSER, LA SIGUIENTE DENOMINACION: MARCA , CODIFICACION DEL MODELO, SÍMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA CE O SIMILAR, PROCEDENCIA." Omitiendo lo siguiente: "EL MATERIAL CON QUE ESTÁ FABRICADO", ya qué se están brindando las características del producto con sus certificados en los ítems A01, A02, A03.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comite de seleccion envio documeto al area usuaria para absolver las consultas y observacion referente a las especificaciones tecnicas CARTA N° 261-2024/LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO, el cual fue contestado bajo INFORME N° 000221-2024-GRP/GRDS-VAAA, mismo en donde indica el area usuaria tomara su consulta la que se acoge parcialmente, se requiere que el instrumental cuente con la identificacion del material que este fabricado y segun las consultas realizadas por los demas parcipantes, Las presentes bases recogen las características mínimas que satisfacen la necesidad usuaria; además, existe un estudio de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumple la totalidad del requerimiento. Sin embargo, con la finalidad de promover una mayor concurrencia de postores el área usuaria y previa evaluación correspondiente, se suprimira de todos los ítems que tengan lo siguiente "CÓDIGO GS1 ¿ DATA-MATRIX (TRAZABILIDAD). EJEMPLO (MADE IN USA, MADE IN GERMANY, MADE IN POLONIA, HECHO EN ESPAÑA, ETC)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SETS INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20601895103	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	FERTA MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	18:25:20

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el ítem B08 del SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA LAPARASCOPICA indica lo siguiente: "UNA (01) TIJERA ENDOSCÓPICA METZEMBAUM CURVA DE 5mm, 330 mm, VASTAGO CON RECUBRIMIENTO DE MATERIAL AISLANTE OSCURO, ANTIREFLEJO DE LARGA DURACION , DESMONTABLE EN 3 PARTES CON MANGO ERGONÓMICO FABRICADO EN FIBRA DE CARBONO." Cambiarlo por: "UNA (01) TIJERA ENDOSCÓPICA METZEMBAUM CURVA DE 5mm, 330 mm, VASTAGO CON RECUBRIMIENTO DE MATERIAL AISLANTE OSCURO, ANTIREFLEJO DE LARGA DURACION , DESMONTABLE EN 3 PARTES CON MANGO ERGONÓMICO FABRICADO EN FIBRA DE CARBONO O PEEK." de esta manera se habilitaría la participación de más postores sin afectar la funcionalidad de la tijera.

Acápito de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección envió documento al área usuaria para absolver las consultas y observación referente a las especificaciones técnicas CARTA N° 261-2024/LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO, el cual fue contestado bajo INFORME N° 000221-2024-GRP/GRDS-VAAA, mismo en donde indica el área usuaria aclara que las especificaciones técnicas recogen las características mínimas que satisfacen la necesidad usuaria; además, existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumple la totalidad del requerimiento. Por lo expuesto, por lo que debe señalarse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE SETS INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20601895103	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	FERTA MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	18:25:20

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En los ítems B04 Y B05 del Set Instrumental de Cirugía Mayor se duplica la descripción de: MANGO DE BISTURI #4; se solicita al comité aclarar si es un error de tipeo o hubo un error involuntario en la digitación y se considera:

B04 MANGO DE BISTURI #4 de 13.5cm

B05 MANGO DE BISTURI #4 de 21 cm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección envió documento al área usuaria para absolver las consultas y observación referente a las especificaciones técnicas CARTA N° 261-2024/LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO, el cual fue contestado bajo INFORME N° 000221-2024-GRP/GRDS-VAAA, mismo en donde indica el área usuaria tomará su consulta como observación la que se acoge, debido a un error en la transcripción, se omitió el término "L", se agregará el término con la finalidad de que no exista malinterpretaciones en la presentación de ofertas. Por lo que la lo que se modificara en las bases integradas. Quedando de la siguiente manera:

SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MAYOR

.....

B04 MANGO DE BISTURI #4 de 13.5cm

B05 MANGO DE BISTURI #4 L de 21 cm

.....

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MAYOR

.....

B04 MANGO DE BISTURI #4 de 13.5cm

B05 MANGO DE BISTURI #4 L de 21 cm

.....

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE SETS INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20601895103	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	FERTA MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	18:25:20

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En los ítems B06 Y B07 del Set Instrumental de Cirugía Mayor se duplica la descripción de: MANGO DE BISTURI #3; se solicita al comité aclarar si es un error de tipeo o hubo un error involuntario en la digitación y no se se considera:
B04 MANGO DE BISTURI #3 de 13 cm
B05 MANGO DE BISTURI #3 de 21 cm

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección envió documento al área usuaria para absolver las consultas y observación referente a las especificaciones técnicas CARTA N° 261-2024/LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO, el cual fue contestado bajo INFORME N° 000221-2024-GRP/GRDS-VAAA, mismo en donde indica el área usuaria tomará su consulta como observación la que se acoge, debido a un error en la transcripción, se omitió el término "L", se agregará el término con la finalidad de que no exista malinterpretaciones en la presentación de ofertas. Por lo que la lo que se modificara en las bases integradas. Quedando de la siguiente manera:
SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MAYOR

-
- B06 MANGO DE BISTURI #3 de 12.5cm
- B07 MANGO DE BISTURI #3 L de 21 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MAYOR

-
- B06 MANGO DE BISTURI #3 de 12.5cm
- B07 MANGO DE BISTURI #3 L de 21 cm
-

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SETS INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20601895103	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	FERTA MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	18:25:20

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En la lista de los items de los componentes del SET INSTRUMENTAL DE PARTO se observa que no figuran las cantidades de cada uno de ellos; se consulta al comité confirmar si solo están solicitando una unidad de cada una de ellos, si no es correcta nuestra apreciación solicitamos detallar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comite de seleccion envio documeto al area usuaria para absolver las consultas y observacion referente a las especificaciones tecnicas CARTA N° 261-2024/LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO, el cual fue contestado bajo INFORME N° 000221-2024-GRP/GRDS-VAAA, mismo en donde indica el area usuaria tomara su consulta como observacion la que se acoge, Se aclara que su apreciacion es correcta, se precisara que es solo una unidad de cada uno de ellos, con la finalidad de que noe exista malintepretaciones. Por lo que la lo que se modificara en las bases integradas. Quedando de la siguiente manera:

SET INSTRUMENTAL DE PARTO

UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTE DE 150 mm. UNA APROXIMADAMENTE

UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTE DE 150 mm. APROXIMADAMENTE

UNA (01) PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 180 mm. APROXIMADAMENTE

UNA (01) PINZA FOERSTER BALLENGER CURVA DE 240 mm. APROXIMADAMENTE.

UNA (01) PINZA FOERSTER BALLENGER RECTA DE 240 mm. APROXIMADAMENTE.

UNA (01) PINZA HALSTED - MOSQUITO CURVA DE 125 mm. APROXIMADAMENTE.

UNA (01) PINZA OVERHOLT MIXTER DE 210 mm. APROXIMADAMENTE.

UNA (01) PORTA AGUJA DE MAYO - HEGAR DE 160 mm. APROXIMADAMENTE.

UNA (01) TIJERA DE CORDÓN UMBILICAL BUSCH DE 160 mm. APROXIMADAMENTE.

UNA (01)TIJERA DE EPISIOTOMÍA DE BRAUM STANDLER DE 200 mm. APROXIMADAMENTE.

CONTENEDOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SET INSTRUMENTAL DE PARTO

UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTE DE 150 mm. UNA APROXIMADAMENTE

UNA (01) PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTE DE 150 mm. APROXIMADAMENTE

UNA (01) PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 180 mm. APROXIMADAMENTE

UNA (01) PINZA FOERSTER BALLENGER CURVA DE 240 mm. APROXIMADAMENTE.

UNA (01) PINZA FOERSTER BALLENGER RECTA DE 240 mm. APROXIMADAMENTE.

UNA (01) PINZA HALSTED - MOSQUITO CURVA DE 125 mm. APROXIMADAMENTE.

UNA (01) PINZA OVERHOLT MIXTER DE 210 mm. APROXIMADAMENTE.

UNA (01) PORTA AGUJA DE MAYO - HEGAR DE 160 mm. APROXIMADAMENTE.

UNA (01) TIJERA DE CORDÓN UMBILICAL BUSCH DE 160 mm. APROXIMADAMENTE.

UNA (01)TIJERA DE EPISIOTOMÍA DE BRAUM STANDLER DE 200 mm. APROXIMADAMENTE.

CONTENEDOR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SETS INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20601895103	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	FERTA MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	18:25:20

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En el ítem B11 del SET INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS, observamos que solicitan DOS (02) PORTA AGUJAS MAYO HEGAR CURVA DE 6 3/4" (16 cm), solicitamos al comite que se pueda considerar: DOS (02) PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 6 3/4" (16 cm), ya que el instrumental en los diversos fabricantes se encuentran en modelo recto, de esta manera se habilitara la participación de mas postores sin afectar la funcionalidad del instrumental.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comite de seleccion envio documento al area usuaria para absolver las consultas y observacion referente a las especificaciones tecnicas CARTA N° 261-2024/LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO, el cual fue contestado bajo INFORME N° 000221-2024-GRP/GRDS-VAAA, mismo en donde indica el area usuaria aclara que las especificaciones técnicas recogen las características mínimas que satisfacen la necesidad usuaria; además, existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumple la totalidad del requerimiento. Por lo expuesto, por lo que debe señirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SETS INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20601895103	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	FERTA MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	18:25:20

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En los catálogos de las diferentes marcas que existen actualmente, los instrumentales cuentan con una variación de en sus medidas, sin que estas afecten su funcionabilidad.
Por lo cual se solicita respetuosamente al comité de selección tenga a bien aceptar una TOLERANCIA DE +/- 10% SOBRE LAS MEDIDAS INDICADAS, con la finalidad de propiciar la mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comite de seleccion envio documeto al area usuaria para absolver las consultas y observacion referente a las especificaciones tecnicas CARTA N° 261-2024/LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO, el cual fue contestado bajo INFORME N° 000221-2024-GRP/GRDS-VAAA, mismo en donde indica el area usuaria aclara que las especificaciones técnicas recogen las características mínimas que satisfacen la necesidad usuaria; además, existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumple la totalidad del requerimiento. Por lo expuesto, por lo que debe señirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SETS INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20601895103	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	FERTA MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	18:25:20

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En el ítem B28 del SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO, observamos que solicitan UNA (01) PORTA AGUJA DE MAYO - HEGAR CURVA INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO 18cm., solicitamos al comite que se pueda considerar: UNA (01) PORTA AGUJA DE MAYO - HEGAR INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO 18cm., ya que el instrumental en los diversos fabricantes se encuentran en modelo recto, de esta manera se habilitara la participación de mas postores sin afectar la funcionalidad del instrumental.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comite de seleccion envio documeto al area usuaria para absolver las consultas y observacion referente a las especificaciones tecnicas CARTA N° 261-2024/LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO, el cual fue contestado bajo INFORME N° 000221-2024-GRP/GRDS-VAAA, mismo en donde indica el area usuaria aclara que las especificaciones técnicas recogen las características mínimas que satisfacen la necesidad usuaria; además, existe una indagación de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumple la totalidad del requerimiento. Por lo expuesto, por lo que debe señirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SETS INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	19:27:23

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se puede visualizar que, se esta solicitando que los bienes cuenten con una fecha de fabricación de 12 meses anteriores a la fecha de la presentación de las ofertas, ante esto debemos de indicar que este requerimiento solo aplica para equipos médicos, ya que estos cuentan con software y hardware que necesitan actualizaciones, cada cierto tiempo. En ese sentido, solictamos al comite, retirar dicho requerimiento mínimo de las bases, ya que no es aplicable para el instrumental quirúrgico, puesto que es un bien que no requiere de ese tipo de actualizaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap. III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comite de seleccion envio documeto al area usuaria para absolver las consultas y observacion referente a las especificaciones tecnicas CARTA N° 261-2024/LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO, el cual fue contestado bajo INFORME N° 000221-2024-GRP/GRDS-VAAA, mismo en donde indica el area usuaria tomara su consulta como observacion la que se acoge parcialmente ,Las presentes bases recogen las características mínimas que satisfacen la necesidad usuaria; además, existe un estudio de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumple la totalidad del requerimiento. Sin embargo, con la finalidad de promover una mayor concurrencia de postores el área usuaria y previa evaluación correspondiente, este comité determina acoger parcialmente la consulta formulada por el participante. la fecha de fabricacion sera de 24 meses anteriores a la fecha de presentacion de las ofertas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Los Proveedores deben ofertar el set instrumental (sin uso) y la fecha de fabricación de dichos bienes no sera mayor a 24 meses anteriores a la fecha de la presentación de las ofertas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SETS INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	19:27:23

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones técnicas, están solicitando el certificado de buenas practicas de manufactura y/o directiva 93/42/CEE, ante esto tenemos que señalar que en los paises europeos no se emiten el certificado de buenas practicas de manufactura, debido a que cuentan con el ISO 13485 el cual cumple con la norma referida al sistema de gestión de la calidad aplicable para la fabricación de los dispositivos médicos.

En ese orden de ideas, solicitamos al comité requerir como requerimiento mínimo solo el ISO 13485 para los instrumentales que cuenten con fabricacion europea.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap. III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comite de seleccion envio documeto al area usuaria para absolver las consultas y observacion referente a las especificaciones tecnicas CARTA N° 261-2024/LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO, el cual fue contestado bajo INFORME N° 000221-2024-GRP/GRDS-VAAA, mismo en donde indica el area usuaria tomara su consulta como observacion la que se acoge parcialmente, Las presentes bases recogen las características mínimas que satisfacen la necesidad usuaria; además, existe un estudio de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumple la totalidad del requerimiento. Sin embargo, con la finalidad de promover una mayor concurrencia de postores el área usuaria y previa evaluación correspondiente, este comité determina acoger parcialmentente la consulta formulada por el participante. Se modificará dicho requerimiento en todos los items que solicite certificado de calidad, de la siguiente manera:

CERTIFICADO DE CALIDAD: ISO 13485 Y/O CERTIFICADO DE MANUFACTURA: DIRECTIVA 93/42/CEE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CERTIFICADO DE CALIDAD: ISO 13485 Y/O CERTIFICADO DE MANUFACTURA: DIRECTIVA 93/42/CEE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SETS INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	19:27:23

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones técnicas , existen requerimientos que están limitando la participación de potenciales postores, tales como, solicitar que el instrumental cuente con la grabación código GSI- DATA MATRIX.

En ese sentido, y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, aceptara el comité de seleccion retirar ese requerimiento y aceptar lo siguiente:

A04 Identificación del instrumento: Cada instrumental debe traer un grabado a laser en alto relieve en su superficie desde fabrica lo siguiente:

Marca, Procedencia, Código del modelo, símbolo de la comunidad europea: CE o similar, Material con el que está procedencia, según corresponda su registro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap. III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comite de seleccion envio documeto al area usuaria para absolver las consultas y observacion referente a las especificaciones tecnicas CARTA N° 261-2024/LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO, el cual fue contestado bajo INFORME N° 000221-2024-GRP/GRDS-VAAA, mismo en donde indica el area usuaria tomara su consulta la que se acoge parcialmente, Las presentes bases recogen las características mínimas que satisfacen la necesidad usuaria; además, existe un estudio de mercado que ha evidenciado la pluralidad de postores que cumple la totalidad del requerimiento. Sin embargo, con la finalidad de promover una mayor concurrencia de postores el área usuaria y previa evaluación correspondiente, se suprimira de todos items que tengan lo siguiente "CÓDIGO GS1 ¿ DATA-MATRIX (TRAZABILIDAD). EJEMPLO (MADE IN USA, MADE IN GERMANY, MADE IN POLONIA, HECHO EN ESPAÑA, ETC)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SETS INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	19:27:23

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Despues de leer las bases, se viasualiza que la entidad estan solicitando los bienes (set de instrumental quirurgico)por intermedio de paquetes, donde se mezclan material medico con instrumental quirurgico, limitando con esto la participacion de potenciales postores que comercializan solo instrumental quirurgico.
Por lo expuesto, y en aras de no contravenir con los principios que rigen las contrataciones con el estado solicitamos al comite la separacion del paquete (instrumental quirurgico y material medico), con la finalidad de optimizar la compra para la entidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap. III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comite de seleccion envio documeto al area usuaria para absolver las consultas y observacion referente a las especificaciones tecnicas CARTA N° 261-2024/LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO, el cual fue contestado bajo INFORME N° 000221-2024-GRP/GRDS-VAAA, mismo en donde indica El area usuaria aclara, se precisa que existe un estudio de mercado, De tal forma se establece que existen pluralidad de postores y marcas que cumplen con el determinado paquete de equipos requeridos, El cual esta aprobado en el expediente de contratacion de esa manera, cumpliendo los principios que rigen las contrataciones el Artículo 2 f) Eficacia y Eficiencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SETS INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	19:27:23

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Despues de leer las bases, se viasualiza que la entidad estan solicitando que los postores adquieran la responsabilidad de ofrecer repuestos y accesorios, por el tiempo que dure la garantia, ante esto tenemos que señalar que, este requerimiento aplica para equipos medicos que cuentan con placas, circuitos, tarjetas, teclados etc. Por lo expuesto, solicitamos al comite retirar el punto 5.3 de las características del bien, para brindar claridad a los postores al momento de realizar su oferta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap. III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comite de seleccion envio documeto al area usuaria para absolver las consultas y observacion referente a las especificaciones tecnicas CARTA N° 261-2024/LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO, el cual fue contestado bajo INFORME N° 000221-2024-GRP/GRDS-VAAA, mismo en donde indica el area usuaria aclara que se requiere de el proveedor disponga de servicios y respuestos, durante la garantia comercial del instrumental, en donde el proveedor debe tener la disponibilidad de respuestos(accesorios originales o compatibles para los bienes ofertados) y servicios, por lo que no se acepta su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SETS INSTRUMENTALES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADORA DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MANUEL NUÑEZ BUTRON DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	19:27:23

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Despues de leer las bases, se viasualiza que la entidad estan solicitando que los postores brinden 20 horas de capacitacion para el uso y manejo del instrumental, se conoce que el instrumental quirurgico no necesita capacitaciones al menos, no de 20 horas, ya que es un bien que no cuenta con complejidad para su uso y que todo personal de salud, conoce que su operatividad es facil y sencilla, mas aun para personal que trabaja diaramente con este. Por lo expuesto, solicitamos al comite retirar el punto 5.4 de las caracteristicas del bien, a fin de brindar claridad a los postores al momento de realizar su oferta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap. III Literal: 3.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comite de seleccion envio documeto al area usuaria para absolver las consultas y observacion referente a las especificaciones tecnicas CARTA N° 261-2024/LP-SM-52-2024-CS/GR PUNO, el cual fue contestado bajo INFORME N° 000221-2024-GRP/GRDS-VAAA, mismo en donde indica el area usuaria acalara, que se requiere de capacitacion para que el personal sea capacitado en el uso y manejo del instrumental, con la finalida de que hagan buen uso del mismo, por lo que no se acepta su consulta, debe señirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null