

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO NUEVO Y POR REPOSICION (VIDEOPROSCOPIO) EN EL (LA) EESS REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-NORTE -DR. LUIS PINILLOS GANOZA-TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD EN EL MARCO DE LA IOARR N° 2559606¿

Ruc/código : 20102032951

Fecha de envío : 14/10/2024

Nombre o Razón social : A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A

Hora de envío : 17:42:04

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRESENTE PROCESO, SOLICITAN EN EL PUNTO C- PROCESADOR DE VÍDEO HD.

PUNTO C06: CON FUNCIÓN DE CONGELAMIENTO Y SELECCIÓN DE IMAGEN MAS NITIDA DE FORMA AUTOMÁTICA.

CONSULTA:

ES PRECISO RESALTAR QUE EXISTEN DISTINTAS MARCAS DE EQUIPOS DE VIDEOPROSCOPIO QUE SE COMERCIALIZAN EN NUESTRO PAIS, QUE CUENTAN CON TECNOLOGÍA DISTINTAS O SIMIARES.

POR EJEMPLO LA FUNCIÓN DE PRECONGELACIÓN CON LA QUE CUENTAN LOS NUEVOS PROCESADORES DE VÍDEO, ALMACENAN EN LA MEMORÍA UNA SERIE DE RÁPIDA Y CONTINUA DE IMAGNES DE LA EXPLORACIÓN. AL CAPTURAR UNA FOTO LA FUNCIÓN DE PRECONGELAMIENTO ANALIZA LA IMAGEN ANTERIOR Y MUESTRA Y GUARDA LA FOTO MÁS NÍTIDA. ESTA FUNCIÓN AYUDA AL BRONCOSCOPISTA A OBTENER UN REGISTRO VISUAL CLARO DEL PROCEDIMIENTO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.

EN TAL SENTIDO SE SOLICITA AL COMITÉ EL PRESENTE PROCESO, TENGA A BIEN CONSIDERAR ESTA CARACTERISTICA, COMO SIGUE:

C06: CON FUNCIÓN DE CONGELAMIENTO Ó PRECONGELAMIENTO Y SELECCIÓN DE IMAGEN MAS NITIDA DE FORMA AUTOMÁTICA. CON LA FINALIDAD DE GENERAR PLURALIDAD Y MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 72

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comite de Seleccion en coordinacion con el area usuaria ACEPTA la consulta.

Teniendo en cuenta que la función que se requiere es similar a lo solicitado, además cumple con lo que el área usuaria requiere y en aras de fomentar la mayor pluralidad de postores, se amplía la especificación quedando de la siguiente manera

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

C06: CON FUNCIÓN DE CONGELAMIENTO Ó PRECONGELAMIENTO Y SELECCIÓN DE IMAGEN MAS NITIDA DE FORMA AUTOMÁTICA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO NUEVO Y POR REPOSICION (VIDEOBRONCOSCOPIO) EN EL (LA) EESS REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-NORTE -DR. LUIS PINILLOS GANOZA-TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD EN EL MARCO DE LA IOARR N° 2559606¿

Ruc/código : 20102032951

Fecha de envío : 14/10/2024

Nombre o Razón social : A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A

Hora de envío : 17:42:04

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN

C. CAPACIDAD TECNICA Y PROFECIONAL

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

PROFESIONAL ENCARGADO DE LA INSTALCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO (1)

CON EXPERIENCIA DE TRES AÑOS COMO MÍNIMO EN EL USO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CON CERTIFICADO O CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN EMITIDA POR EL FABRICANTE Y/O EMPRESA AUTORIZADA POR EL FABRICANTE. EN NUESTRO PAIS, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS OBJETO DE LA CONVOCATORIA, Y QUE GARANTICE LA EXPERYTIZ PARA UNA BUENA COBERTURA EN CUANTO A LOS MANTENIMIENTOS POR GARANTÍA, ASÍ COMO LA INSTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ACREDITAR CAPACITACIÓN (30 HORAS COMO MÍNIMO) EN EL USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y EQUIPOS ENDOSCÓPICOS SIMILARES.

CONSULTA:

EN ESTE PUNTO SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN DEL PRESENTE PROCESO, PUEDA TENER A BIEN CONSIDERAR UN PROFESIONAL ENCARGADO DE LA INSTALCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO (1) , CON EXPERIENCIA DE 2 (DOS) AÑOS COMO INGENIERO ELCTRÓNICO Y 5 (CINCO) AÑOS A MAS, COMO BACHILLER EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN EL USO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CON CERTIFICADO O CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN EMITIDA POR EL FABRICANTE Y/O EMPRESA AUTORIZADA POR EL FABRICANTE. EN NUESTRO PAIS, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS OBJETO DE LA CONVOCATORIA, Y QUE GARANTICE LA EXPERYTIZ PARA UNA BUENA COBERTURA EN CUANTO A LOS MANTENIMIENTOS POR GARANTÍA, ASÍ COMO LA INSTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ACREDITAR CAPACITACIÓN (30 HORAS COMO MÍNIMO) EN EL USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y EQUIPOS ENDOSCÓPICOS SIMILARES.

CON LA FINALIDAD DE GENERAR PLURALIDAD Y MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 3.2

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comite de Seleccion en coordinacion con el area usuaria NO ACEPTA la consulta.

Teniendo en cuenta que el profesional es fundamental para el proceso de instalación, capacitación y servicio postventa, se requiere que cuente con dicha experiencia . Así mismo, el estudio de mercado garantiza que existe el cumplimiento y pluralidad de postores. Por lo expuesto, ceñirse a las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-IREN NORTE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO NUEVO Y POR REPOSICION (VIDEOBRONCOSCOPIO) EN EL (LA) EESS REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-NORTE -DR. LUIS PINILLOS GANOZA-TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD EN EL MARCO DE LA IOARR N° 2559606¿

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	14/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	19:43:37

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  
EXPERIENCIA POSTOR

Se consideran bienes similares a los siguientes: Equipos endoscópicos como gastroscopia, colonoscopia, naso laringoscopia.

Solicitamos amablemente al Comité, puedan aclarar si al referirse a EQUIPOS ENDOSCÓPICOS se consideran todos los equipos de endoscopia en general o solo se podrá acreditar la experiencia con los siguientes bienes: gastroscopia, colonoscopia, naso laringoscopia.

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: 3.2      Literal: -      **Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de Selección en coordinación con el area usuaria ACLARA la consulta, manifestando que los bienes similares solo se podrán acreditar con los equipos endoscópicos de: gastroscopia, colonoscopia, nasolaringoscopia.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null