

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	16:34:22

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

FACTORES DE EVALUACIÓN:

Observamos que no han considerado ninguna mejora técnica, por lo que en virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten la siguiente mejora técnica:

* Detección de errores en tiempo real, corrección automática.....05 puntos

* Detección e identificación de sustancias interferentes.....05 puntos

Acreditado mediante la presentación de brochure o manual emitido por el fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** se **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, no se aceptarán puntajes adicionales .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 26/06/2023

Hora de envío : 18:13:09

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las bases administrativas con respecto al perfeccionamiento del contrato se indica:

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Oficina de Logística. sito Av. Bolívar ciadra 8 S/N, segundo piso - distrito de Pueblo Libre - Lima.

Para evitar confusiones que impidan la entrega de los documentos solicitados para el perfeccionamiento de Contrato, solicitamos al Comité de Selección nos pueda indicar lo siguiente:

- ¿A qué persona o área debe ir dirigida la carta con los requisitos para la suscripción del contrato?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.5. **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

la Carta debe dirigirse al Jefe de La Oficina de Logística

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:32:39

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de las características del reactivo y equipo cesión de uso para gases electrolitos y metabolitos sanguineos arteriales solicitan Parámetros mínimos: pH, O2, CO2, Na, K, Cl, Lactato, calcio, hematocrito, hemoglobina, SO2 o SO2 (O2Hb/O2Hb + HHb).

Entendemos que están solicitando como parámetros mínimos requeridos SO2 o O2Hb y HHB, es decir que la Cooximetría es Opcional, es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: b **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Su apreciacion no es correcta, la medicion de Cooximetría es imperiosa para el adecuado reporte de los resultados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se solicita parametros pH, O2, CO2, Na, K, Cl, Lactato, calcio, hematocrito, hemoglobina, SO2 o SO2 (O2Hb/O2Hb + HHb) y Cooximetría

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:32:39

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de las características del reactivo y equipo cesión de uso para gases electrolitos y metabolitos sanguíneos arteriales solicitan Parámetros mínimos: hematocrito, hemoglobina.

Muy amablemente solicitamos al área usuaria incluir dentro de los parámetros mínimos requeridos hematocrito y/o Hemoglobina para garantizar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** b **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, el comité en evaluación con el área usuaria determinaron que los parámetros hematocrito y hemoglobina es indispensable en la atención de los pacientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:32:39

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de las características del reactivo y equipo cesión de uso para gases electrolitos y metabolitos sanguíneos arteriales solicitan: Controles de calidad: interno, mínimo tres niveles de control. Nuestros Cartuchos de controles de calidad del fabricante permiten procesar 8 niveles de control de calidad, 1,2,3 para gases arteriales, 4 y 5 para química (Electrolitos y metabolitos) 7,8,9 para Cooximetría, estos cartuchos cumplen con las regulaciones de Control de Calidad Internacionales de laboratorio y está aprobado por la FDA.

Pedimos se consulte al área usuaria si puede considerar: Controles de calidad internos: mínimo tres niveles de control o de acuerdo a la metodología de trabajo del fabricante para todos los analitos medidos, así asegurar la pluralidad de postores.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** b **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la consulta, la palabra "mínimo" sugiere la presentación de 3 a más niveles de control de calidad interno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Niveles de control de calidad interno: Mínimo 3 niveles o más y de acuerdo a lo indicado en el manual del fabricante.

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:32:39

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las Especificaciones de las características técnicas y procesos asociados al equipo en cesión en uso solicitan: Analizador POCT (Poin of care Testing).

Nuestros equipos son analizadores de alta tecnología y fácil uso para la determinación de gases electrolitos y metabolitos sanguíneos arteriales, que pueden ser utilizados en unidades de cuidados críticos, servicios de emergencia y demás áreas donde sea requerido.

Muy amablemente solicitamos al área usuaria incluir Analizador POCT (Poin of care Testing) o Analizador automatizado para Gases Electrolitos y metabolitos sanguíneos arteriales para garantizar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** b **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, el comité en coordinación con el área usuaria determinaron que el uso de un analizador POCT brindará una atención rápida y oportuna ya que permite el desplazamiento del equipo al lugar crítico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:32:39

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las Especificaciones de las características técnicas y procesos asociados al equipo en cesión en uso solicitan: Volumen de Muestra: 200 ul o menos.

Nuestro equipo utiliza un volumen de 210 ul de muestra para un panel completo, esto debido a que tiene la capacidad de analizar 20 analitos de forma directa. Analitos medidos directamente: Gases Arteriales: pH, pCO2, pO2, Hematocrito, Hemoglobina, SO2% Electrolitos: Na, K, Ca++, Cl, Magnesio iónico Metabolitos: Glucosa, Lactato, BUN/UREA, Creatinina Cooximetria: O2Hb, HHb, COHb, MetHb, tBil.

Muy amablemente sugerimos al área usuaria incluir un volumen de muestra igual o menor a 210 ul y así garantizar una pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** b **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, el comité en evaluación con el área usuaria determinaron que el volumen de la muestra debe ser 200 ul o menor es la cantidad adecuada para el procesamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:32:39

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las Especificaciones de las características técnicas y procesos asociados al equipo en cesión en uso solicitan: Lector de Código de Barras: Integrado o como accesorio compatible con software del equipo.

Nuestro analizador no requiere del código de barra para el reconocimiento de reactivo, controles y calibradores ya que su reconocimiento es automático al ser instalado. El Lector de código de barras para las muestras es conectado vía externa por un puerto USB del equipo.

Muy amablemente solicitamos al área usuaria considerar: Lector de códigos de barras integrado o como accesorio compatible con software del equipo, o externo conectado por vía USB al equipo

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** b **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la consulta.

Se adicionará a las eett de las bases "¿o lector de codigo de barras externo conectado via USB al equipo"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las eett de las bases "¿o lector de codigo de barras externo conectado via USB al equipo"

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:32:39

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En virtud de que los principales fabricantes de equipos de gases arteriales, han hecho un gran esfuerzo e inversión en pro de la seguridad y del medio ambiente, y en especial en la seguridad los usuarios, presentando Cartuchos Sellados Bioseguros, muy amablemente sugerimos contar con Cartuchos de reactivos sellados Bioseguros que garanticen la no manipulación de desecho, considerándolo como ventaja tecnológica y se le asigne puntaje.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: b Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge consulta, no se aceptarán puntajes adicionales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:32:39

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Para evaluar el desempeño del equipo y garantizar la confiabilidad de los resultados emitidos en el equipo analizador de gases y electrolitos, amablemente sugerimos considerar: Control de calidad automatizado, con material líquido (no ampollas) y gráficas de Levey Jennings.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** b **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionará a las eett de las bases en el acapite de control de calidad soportado "¿ con control de calidad automatizado y evaluable a través de graficas de control de acuerdo a la metodologia del fabricante"

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:32:39

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

La medición directa del Magnesio iónico interviene en más de 300 reacciones metabólicas en el organismo, el resultado de este parámetro ayuda en un pronto diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los pacientes en estado críticos en las UCI quirúrgicas, médicas, cardíacas, pediátricas y Neonatales.

Representaría de gran ayuda para la institución contar con un analizador que procese de manera directa Mg iónico en el perfil completo de las pruebas, debido a las ventajas que ofrece, Solicitamos respetuosamente se pueda considerar como mejora tecnológica la medición directa del magnesio iónico en el equipos ofertado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** b **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, ya que la aceptación de un parámetro adicional podría generar la falta de pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:32:39

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En virtud de que más del 50% de los pacientes ingresados ¿¿en la UCI desarrollarán una lesión renal aguda, entendemos la importancia de determinar los analitos Creatinina, urea/ BUN en los equipos de gases arteriales, poder dar un diagnóstico rápido y oportuno. Solicitamos respetuosamente se pueda considerar como mejora tecnológica la medición directa de la Creatinina, urea/ BUN en los equipos ofertados.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: b **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, ya que la aceptación de un parámetro adicional podría generar la falta de pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:32:39

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En las Especificaciones de las características técnicas del reactivo y del equipo en cesión de uso solicitan dentro de los parámetros mínimos la bilirrubina total o neonatal, para dar paso a mayor pluralidad de postores consultamos al comité evaluador muy respetuosamente si este parámetro bilirrubina puede ser opcional.

Parámetros mínimos: pH, O2, CO2, Na, K, Cl, Lactato, calcio, hematocrito, hemoglobina, SO2 o SO2 (O2Hb/O2Hb + HHb), glucosa, (bilirrubina total o neonatal opcional)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: b **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, el parámetro de bilirrubina es un parámetro necesario dentro del reporte en los gases arteriales de los pacientes neonatos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:32:39

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En las Especificaciones de las características técnicas del equipo en cesión de uso solicitan en el tipo de muestra soportado: sangre arterial, venosa, suero y capilar, para dar paso a mayor pluralidad de postores consultamos al comité evaluador muy respetuosamente si el tipo de muestra suero ser opcional.

Tipo de muestra soportado: sangre arterial, venosa, capilar y suero (opcional)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** b **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, el comité en coordinación con el área usuaria considera importante que el tipo de muestra para procesar gases arteriales son las detalladas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	19:39:01

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

"En el numeral indicado se menciona: De la vigencia mínima indican ""Doce meses a partir de su ingreso al almacén"".

Y considerando que en nuestro mercado peruano contamos con una variedad de características, solicitamos al comité considerar un tiempo de expira no menor a 4 meses a partir de la fecha de entrega acompañada de la documentación de compromiso de canje y/o reposición por vencimiento que faculte la continuidad de la cadena de suministros sin incurrir en la caducidad de los productos y bajo esta propuesta fomentar la pluralidad de postores.

Indicar a su vez que se observa que en el numeral 5 (pag. 26) indican ""que el producto debe tener una vigencia minima de 04 meses, a partir de la fecha en la que otorga la conformidad de la recepcion del bien"".

Por lo que solicitamos amablemente al comite para que en coordinacion con el area usuaria, sirva uniformizar su solicitud indicando la aceptacion de productos con una vigencia minima de 04 meses acompañada con carta de compromiso de canje por vencimiento."

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Acoge la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se uniformara criterio de fecha de vigencia de producto y se indicar "vigencia mínima de 4 meses acompañada de carta de compromiso de canje"

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	19:39:01

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

De la Calibración solicitan: "Mínimo 2 puntos de calibración". Para confirmar el rendimiento tanto de sensores , del módulo de Cooximetría y de los componentes de nuestro producto (Cartucho GEMPAK), la tecnología que ofertamos emplea continuamente y día a día de manera integrada cinco soluciones de control de proceso (A,B,C,D, y E) a lo largo de la vida útil de nuestro producto e intensificamos de manera significativa el monitoreo del control de calidad. De lo expuesto, solicitamos considerar al área usuaria que en la característica de calibración se considere: "Que la validación de la calibración se realice utilizando también sistema un sistema equivalente trazable por el NIST (National Institute of Standards and Technology) y procedimientos CLSI", y así generar el cumplimiento del Principio de Igualdad de trato, descrito en el artículo N°2 de la Ley N°30225 de Contrataciones del estado que expone que todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas.

Acápita de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: B **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Acoge la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se indicará CALIBRACION: "Mínimo 02 puntos de calibración o sistema equivalente trazable por el NIST y procedimientos de acuerdo al CLSI"

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 26/06/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 19:56:14

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 en relación con el plazo de entrega de la primera entrega se indica lo siguiente:

Primera entrega: Se entregarán en el plazo de tres (03) días calendarios de notificada la orden de compra.

Al respecto, es importante recalcar que, para poder ofertar los productos con las características solicitadas, se deben tener en consideración dentro de dicho plazo de entrega, los plazos de importación, desaduanaje, nacionalización y traslado de los productos, por lo que no resulta razonable establecer como plazo de la primera entrega en 3 días calendarios.

En ese orden de ideas, establecer los plazos de entrega antes señalados, supondría que los postores ya cuenten con los bienes pese a no tener certeza de obtener la Buena Pro, lo que resultaría excesivo y oneroso para la etapa de presentación de ofertas. Además, que puntualmente, se estaría vulnerando el principio de libertad de concurrencia en razón de que dicho plazo limita la participación de los postores, debido a que solo aquellos que tengan los equipos en stock podrán ofertar dicho plazo.

Por lo antes expuesto, solicitamos al Comité de Selección que precise y establezca el plazo de entrega para la PRIMERA ENTREGA en SIETE (07) DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA.

Acápíte de las bases : Sección: Específico

Numeral: I

Literal: 1.9

Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge a la consulta, el comité en coordinación con el área determinaron que siendo los gases arteriales vitales en las decisiones de los pacientes críticos, no podemos dejar de procesar esta prueba una semana.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 26/06/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 19:56:14

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 en relación con las siguientes entregas se indica lo siguiente:

-Para las siguientes entregas se efectuarán cada 30 días calendarios desde el vencimiento de la primera orden de compra.

Al respecto, en relación con lo detallado en el numeral 1.9 solicitamos al Comité de Selección que en relación con las siguientes entregas el plazo de entrega sea de SIETE (7) DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta. El plazo de entrega de entrega ya esta indicado en el literal b) del numeral 11. LUGAR, PLAZO Y EJECUCION DE LA PRESTACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:56:14

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité de Selección que ACLARE que por cada entrega la entidad remitirá una orden de compra y notificará al postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta. Se aclara que lo que solicitado, ya esta indicado en los literales a) y b) del numeral 11. LUGAR, PLAZO y EJECUCION DE LA PRESTACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:56:14

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En el literal e), en relación con los reactivos se indica que se deberá acreditar documentalmente la especificación técnica: Muestra Biológica.

Al respecto, con la finalidad de brindar una mejor consistencia técnica al presente procedimiento de selección en relación con el objeto de la convocatoria, solicitamos al Comité de Selección que agregue que en relación a los REACTIVOS se acredite también: CONTROL DE CALIDAD.

(Entendiendo que las demás especificaciones técnicas se darán por acreditadas con la presentación del ANEXO N° 3)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** e) **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, el comité en coordinación con el área usuaria, en este literal no amerita acreditar la especificación del control de calidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:56:14

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité de Selección que establezca que se deberá adjuntar para los REACTIVOS el CERTIFICADO DE ANÁLISIS en el Formato propio del fabricante con la formalidad y alcance del propio fabricante con la información que éstos declaren en el producto terminado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, el comité en coordinación con el área usuaria no solicitan el certificado de análisis, se deberán realizar en los documentos solicitados en este proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:56:14

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En relación con nuestra consulta anterior, solicitamos al Comité de Selección que establezca que el certificado de análisis deberá contener el refrendo (nombre, firma y sello) del DIRECTOR TÉCNICO DEL POSTOR.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se resuelve de acuerdo a respuesta en consulta N° 21

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:56:14

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En el numeral 8 de la página 27 de las Bases se indica que se deberá acreditar al personal técnico ingeniero electrónico o equivalente, habilitado y colegiado, certificado por el fabricante, con experiencia no menor de un año en el rubro.

Al respecto, solicitamos al Comité de Selección que ACLARE la etapa en la que se deberá acreditar ello, si para la presentación de ofertas o si para la ejecución contractual (para el internamiento de los bienes).

Solicitamos amablemente realizar dicha aclaración.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 8 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se integra a las bases, en los documentos para la suscripcion de contrato se adiciona :¿... se deberá acreditar al personal técnico ingeniero electrónico o equivalente, habilitado y colegiado, certificado por el fabricante, con experiencia no menor de un año en el rubro.

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 26/06/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 19:56:14

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En el numeral 5 de la página 26 de las Bases se indica lo siguiente en relación a la vigencia mínima requerida para el producto: Vigencia mínima de cuatro (4) meses.

Sin embargo, en la página 24 de las Bases se visualiza una incongruencia al indicar que la vigencia mínima requerida para el producto es doce meses a partir de su ingreso al almacén.

Sobre lo expuesto, solicitamos al Comité de Selección CORREGIR la presente incongruencia y establecer que la vigencia mínima del producto con una vigencia del 60% de la vida útil de producto, con carta de compromiso de canje por vencimiento, debidamente sustentado por documentación de fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se uniformará el criterio de fecha de vigencia de producto y se indicará "vigencia minima de 4 meses acompañada de carta de compromiso de canje"

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:56:14

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En la página 29 de las Bases se indica que se debe adjuntar el siguiente documento:

1.- Copia simple de la constancia de inscripción en los padrones de registro de establecimiento farmacéutico de DIGEMID o resolución o certificado de autorización sanitaria vigente para la elaboración y/o comercialización de dispositivos médicos.

Al respecto, entendemos que con la presentación de la Copia Simple de la Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico se dará por acreditado lo indicado en este extremo de las Bases.

Solicitamos amablemente ACLARAR la presente consulta.
(Considerar la misma solicitud para lo indicado en la página 33 de las Bases)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A **Página: 29**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionara ademas "Constancia de Inscripcion en los padrones de establecimiento de DIGEMID o resolucion o certificado o Copia simple de Autorizacion Sanitaria de Funcionamiento"

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:56:14

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Solicitan una vigencia mínima de 12 meses.

Considerando que la vigencia depende de las características físicas, químicas y biológicas que se utilicen para su producción acorde a cada fabricante. Solicitamos en aras de fomentar la pluralidad de postores, se acepten productos con una vigencia del 60% de la vida útil de producto, con carta de compromiso de canje por vencimiento, debidamente sustentado por documentación de fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se resuelve de acuerdo a respuesta en consulta N° 24

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:56:14

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Solicitan como TIPOS DE MUESTRA SOPORTADO: Sangre arterial, venosa, suero y capilar.

Considerando que en el presente requerimiento, específicamente en las características técnicas de reactivo para gases, electrolitos y metabolitos sanguíneos arteriales, el tipo de muestra considerado es solo ¿sangre total heparinizada¿

Entendemos que debe existir un error de tipeo, siendo las muestras soportadas:

¿Sangre total heparinizada como: sangre arterial, sangre venosa y sangre capilar¿

Solicitaos amablemente se pueda precisar si nuestro entender es correcto o no, y de ser así se realice la actualización de las Especificaciones Técnicas del equipo en Cesión de uso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: b **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge Parcialmente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se Aclara que los tipos de muestra soportado seran " Suero, sangre total heparinizada, de origen arterial, venosa y capilar"

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:56:14

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Solicitan en el tiempo de proceso por prueba con jeringa (Sangre total heparinizada): 120 segundos o menos.

Considerando que las pruebas de gasometría arterial son resultados urgentes, para poder estabilizar pacientes que muchas se encuentren en shock y/o en una situación donde corre peligro la vida del mismo, se requiere que el tiempo de respuesta sea el menor posible, siendo este un tiempo menor a los 80 segundos.

Solicitamos amablemente se precise si nuestro entender es correcto, y de ser así se actualice el presente requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** b **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, el comité con el área usuaria consideran el tiempo de 120 segundos o menos aceptable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 26/06/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 19:56:14

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Considerando que el Hospital atiende diferentes tipos de paciente, se debe requerir de manera adicional un modo de procesamiento micromuestra, para hacer un uso más eficiente de la toma de muestra en pacientes de difícil acceso como neonatos.

Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: b **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, el comité en evaluación con el área usuaria determinaron que el volumen de muestra solicitado se adecua a los diversos tipos de paciente que atendemos en la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 26/06/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 19:56:14

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Se considera en los parámetros cuantificados mínimos pH, O2, CO2, Na, K, Cl Lactato, Calcio hematocrito, hemoglobina sO2 o sO2 (O2Hb/O2Hb+HHb), glucosa, bilirrubina total o neonatal.

Considerando que dependiendo de las metodologías le hemoglobina y/o el hematocrito pueden ser medidos y/o calculados. Solicitamos amablemente se considere hematocrito y/o hemoglobina medida, en aras de fomentar la pluralidad de postores y permitiendo nuestra participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: b **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, el comité con el área usuaria solicitan como parámetros cuantificados mínimos los señalados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:56:14

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Solicitan que se entregue NIVELES DE CONTROL DE CALIDAD SOPORTADO: Mínimo 3 niveles de control.

Entendemos que se requiere que el analizador tenga la capacidad de permitir al usuario evaluar la gráfica de Levey Jennings, discriminando así los errores aleatorios o sistemáticos que se puedan presentar.

Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: b **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionara a las eett de las bases en el acapite de control de calidad soportado "¿ con control de calidad automatizado y evaluable a traves de graficas de control de acuerdo a la metodologia del fabricante"

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:56:14

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Considerando que en las Especificaciones del equipo se detalla jeringa y capilar, entendemos que el procesamiento de la muestra debe ser de manera directa, sin el uso de adaptadores y/o accesorios para el procesamiento de la prueba que generen un riesgo de contaminación y/o error de procesamiento.

Solicitamos amablemente se precise si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: b **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El proceso no "DEBERA" requerir el uso de adaptadores y/o Accesorios

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	26/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:56:14

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Solicitan una Antigüedad: Equipo nuevo o que no supere los 3 años de fabricación según DUA.

Solicitamos amablemente se acepte un analizador que no supere los 4 años de fabricación según DUA, en aras de fomentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: b Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se requiere equipos con tecnología actual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 26/06/2023

Hora de envío : 22:05:22

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

En la sección de requerimiento, capítulo III Página 24. Solicitan Fecha de vencimiento: 12 meses para todos os consumibles solicitados. Considerando la naturaleza de cada tipo de insumo y su diseño y composicion algunos cuentan con fechas de menor tiempo, y por ello se garantiza la atencion mediante carta de canje por vencimiento.

Solicitamos se acepten reactivos con la fecha de vencimiento de 04 meses a partir de la fecha de entrega, toda vez que vayan acompañados de una carta de compromiso de canje por vencimiento siendo que la atencion por cronograma es mensual y por lo tanto una vigencia de 4 meses seria suficiente para evitar perdidas o problemas por vencimiento.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1. **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se uniformara criterio de fecha de vigencia de producto y se indicar "vigencia minima de 4 meses acompañada de carta de compromiso de canje"

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 26/06/2023

Hora de envío : 22:05:22

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

En la sección de requerimiento, capítulo III Página 25 Solicitan Metodología: Potenciometría, amperometría, conductividad eléctrica y espectrofotometría (Óptico). Se sabe que en el mercado existen una gran diversidad de analizadores que emplean diferentes metodologías con respecto a la medición óptica por lo que solicitamos amablemente al comité de selección pueda aceptar o aclararnos el término Co-Oximetría como método óptico. solicitamos si nuestro entender en correcto.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1. **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se hace la aclaración que lo que solicita es que la Co-oximetría se base en una medición de absorbancia óptica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 26/06/2023

Hora de envío : 22:05:22

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

En la sección de requerimiento, capítulo III Página 25 Parámetros cuantificados mínimos: Incluye Hemoglobina y Hematocrito. Considerando que una gran diversidad de analizadores solo determinan de forma directa uno de estos parámetros (Hemoglobina o Hematocrito) ya que están proporcionalmente relacionados. Solicitamos amablemente al comité de selección pueda determinar que en el apartado de parámetros cuantificados mínimos: Hemoglobina y/o hematocrito.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, el comité en evaluación con el área usuaria determinaron que los parámetros hematocrito y hemoglobina es indispensable en la atención de los pacientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 26/06/2023

Hora de envío : 22:05:22

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

En la sección de requerimiento, capítulo III Página 25 volumen de muestra, observamos que el requerimiento esta directamente relacionado con el manejo de muestras pediatricas por lo que sugerimos que considere un volumen de muestra de 150 UL para la medicion de todos los parametros. De esta manera, solo será necesario la toma de muestra en un capilar heparinizado en pacientes neonatos

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1. **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, el comité en evaluación con el área usuaria determinaron que el volumen de la muestra debe ser 200 ul o menor es la cantidad adecuada para el procesamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 26/06/2023

Hora de envío : 22:05:22

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

En la sección de requerimiento, capítulo III Página 26 procesamiento de datos y conectividad al LIS: en este apartado solicitan que la funcionalidad del software y LIS esten al 100% en 3 dias despues de recibida la OC, sin embargo, la conectividad LIS lleva mas de 3 dias su instalacion y puesta en marcha por razones ajenas a los postores, puesto que dependemos de los tiempos de atencion del area de TI del mismo hospital. por ello solicitamos amablemente ampliar el plazo de la instalacion de software y LIS a 7 dias habiles despues de recibida la oc.puesto que los unicos postores que pudieran cumplir con este tiempo son los que ya se encuentran instalados en hospital por lo que se estaria vulnerando los principios de libertad de concurrencia y competencia, regulados en los literales a) y e) del artículo 2 de la Ley de contrataciones del estado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1. **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considerará en las eett "ampliar el plazo de la instalacion de software y LIS hasta 7 dias calendarios después de recibida la OC"

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS SANGUINEOS ARTERIALES CON EQUIPO CESION EN USO PARA UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 26/06/2023

Hora de envío : 22:05:22

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

En la sección de requerimiento, capítulo III Página 27 capacidad tecnica y profesional:
Profesional de ingenieria electronica o equivalente. Habilitado y colegiado. En este sentido, solicitamos puedan considerar como opcional que este habilitado y colegiado, puesto que en los casos mas graves de problemas con los analizadores nuestra responsabilidad como proveedores abarca la prestacion del servicio con ingenieros extranjeros pertenecientes al staff del fabricante. por ello solicitamos puedan aceptar "Profesional de ingenieria electronica o equivalente, opcional Habilitado y colegiado"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1. **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, ya que no podemos depender de un personal de fabrica ya que los tiempos de respuesta deben ser los más inmediato posible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA