

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UEHAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : PRODUCTOS FARMACUETICOS (LÍNEAS DE INFUSIÓN) PARA UCI

Ruc/código :	20504312403	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	15:05:54

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Como parte de las especificaciones técnicas del ITEM 1.1. ¿Línea para bomba infusora con volutrol¿ requieren que el envase inmediato del producto sea individual.

Al respecto, debe tener en cuenta que algunos fabricantes de las ¿Línea para bomba de infusión con volutrol¿ comercializan el producto como KIT, es decir, en un envase individual viene el volutrol y en otro envase individual vienen las líneas, es decir, se cumple con la especificación técnica mencionada al inicio pero en envases separados.

Ahora bien, dado que la forma como viene presentado un producto no altera el funcionamiento del mismo, y con la finalidad de generar un escenario de competencia, ¿podría confirmar que aceptará la oferta del producto con forma de presentación en KIT, es decir, que el volutrol y las líneas (estándar con porción de silicona) vengan en envases individuales y por separado?

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE MODIFICARAN EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UEHAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : PRODUCTOS FARMACUETICOS (LÍNEAS DE INFUSIÓN) PARA UCI

Ruc/código :	20504312403	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	15:05:54

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Como parte de las especificaciones técnicas del ITEM 1.1. referidas al MATERIAL requieren la condición LIBRE DE DEHP.

Al respecto, téngase en cuenta que el DEHP es ampliamente utilizado por la industria de dispositivos médicos no existiendo a la fecha ninguna prohibición sobre su uso y muestra de ello es que la DIGEMID otorga autorización sanitaria para la comercialización del producto objeto de la convocatoria con DHEP motivo por el cual no existe justificación legal para plantear su discriminación en las bases.

En ese sentido, ¿podría permitir la oferta del volutrol con DEHP?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE MODIFICARAN EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UEHAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : PRODUCTOS FARMACUETICOS (LÍNEAS DE INFUSIÓN) PARA UCI

Ruc/código :	20504312403	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	15:05:54

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

ITEMS 1.1, 1.2 y 1.3.

En todos los ítems requieren un sistema en la linea o SISTEMA EN LA BOMBA o cualquier otro sistema que prevenga el ingreso de aire a la línea de infusión.

¿Podría confirmar que aceptará que la bomba de infusión presente un sistema que no permite que el aire pase al paciente activando una alarma y pausando el funcionamiento?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE MODIFICARAN EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UEHAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : PRODUCTOS FARMACUETICOS (LÍNEAS DE INFUSIÓN) PARA UCI

Ruc/código :	20504312403	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	15:05:54

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con la finalidad de asegurar la confiabilidad en el funcionamiento de los equipos que deben cede en uso ¿podría confirmar que los equipos no pueden tener más de 2 años de fabricación?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE MODIFICARAN EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UEHAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : PRODUCTOS FARMACUETICOS (LÍNEAS DE INFUSIÓN) PARA UCI

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	19:53:09

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

e)...características generales de las soluciones ácidas..

A los productos solicitados no le corresponden las soluciones ácidas, se solicita retirar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE MODIFICARAN LAS BASES ENTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE RETIRA LAS CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS SOLUCIONEAS ACIDAS... YA QUE NO CORRESPONDE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UEHAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : PRODUCTOS FARMACUETICOS (LÍNEAS DE INFUSIÓN) PARA UCI

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	19:53:09

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Material

Tubo flexible opaca...

Se solicitga aclarar que el término opaco esta referido a la capacidad de proteger los fármacos fotosensibles

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE MODIFICARAN LAS BASES ENTEGRADAS Y DIRA:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TUBO FLEXIBLE OPACA Y/O PROTECTOR DE LOS FARMACOS FOTO SENSIBLES PARA BOMBA DE INFUSION

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ANTONIO LORENA

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-UEHAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : PRODUCTOS FARMACUETICOS (LÍNEAS DE INFUSIÓN) PARA UCI

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	19:53:09

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

a)Rotulado de los envases...
... en alto y bajo relieve
Alto y bajp relieve no puede darse a la vez, se solicita
aclaraar , alto o bajo relieve

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: a Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE MODIFICARAN LAS BASES INTEGRADAS Y DIRA:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TRATANDOSE DEL NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE EXPIRACIÓN, DEBRA CUMPLIR CON LO ESTABLESIDO PÓR EL DECRETO SUPREMO