

CUADRO DE ADMISIÓN DE OFERTAS, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 5-2024-ESSALUD/RPS-1, CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE SENSIBILIDAD Y DIFERENCIACIÓN MICROBIANA (PANELES) QUE REQUIEREN EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA LOS LABORATORIOS (ÁREA DE MICROBIOLOGÍA) DE LOS HOSPITALES I Y II DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL, PERIODO DOCE (12) MESES"

I.- DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

I.1.- Documentos para la admisión de la oferta

EMPRESAS PARTICIPANTES	(a) D.J. DATOS POSTOR (Anexo 1)	(b) DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	(c) D.J. LITERAL b) DEL ART. 52 R.L.C.E. (Anexo 2)	(d) D.J. CUMPLIMIENTO ESP. TEC. CONTENIDAS NÚMERO 3.1 DEL CAPÍTULO III DE LAS BASES (Anexo 3)	(e) D.J. PLAZO DE ENTREGA (Anexo 4)	(f) PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (Anexo 5)	Cumplimiento de la Ficha Técnica (IFTS)	PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (Anexo 6)	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
SIMED PERU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE	1596,120.00	NO ADMITIDO	El Analizador Automatizado Mediano de Diferenciación y Sensibilidad Microbiana de Diferenciación y Sensibilidad Microbiana que presenta el postor SIMED es Vitek 2 Compact, no cumple con ser completamente automatizado. Según el Memorando N° 0000121-2024-ITSI/ESSALUD, remitido en fecha 29 de febrero de 2024, por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación de Salud ante un requerimiento del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) en el cual precisa que, un equipo automatizado no pretenda realizar las actividades establecidas en las fichas técnicas aprobadas, pues el estar constituido "por dos o más módulos" constituye una modificación de la ficha técnica; considerando que la definición de automatizado está referida a aquel proceso con característica automática en el cual no se incorporaría ninguna acción externa adicional hasta el fin del mismo. En el folio 402 de la Oferta del Postor SIMED en referencia a la Carga y Listo menciona: Coloque el casete en el módulo de lectura/incubación. El aparato realizará todos los pasos posteriores. Notándose que existen 2 estaciones y que el paso de una estación a otra es manual.

II.- CALIFICACIÓN DE OFERTAS

POSTORES	RESULTADOS	OBSERVACIONES
SIMED PERU	DESIERTO	

III.- EVALUACIÓN DE OFERTAS

POSTORES	PI = $\frac{Qm \times TPME}{OI}$ (100 puntos) PRECIO		PUNTAJE	BONIFICACIÓN 5% MYPE	PUNTAJE TOTAL	ORDEN PRELACIÓN
SIMMED PERU						DESIERTO

IV.- BUENA PRO

	NO CUMPLE
	DESIERTO