

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20505719396	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	Q-MEDICAL S.A.C	Hora de envío :	09:52:40

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

ÍTEM N° 02 KIT DE TROCARES DESCARTABLES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA X 7 PIEZAS

En las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente:

MATERIAL DEL DISPOSITIVO:

¿ Policarbonato y otros polímeros

Sin embargo, los trocars retractiles requieren una punta de cuchilla que tiene que ser de metal.

Observamos las bases y solicitamos se acepte también el material de acero inoxidable 304. Teniendo en cuenta que no afecta la funcionabilidad del producto ni pone en riesgo la salud del paciente. En caso de no aceptar sustentar técnicamente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° de la Ley 30225 de Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su observación, No se acepta, se esta solicitando trocares ópticos no retractiles, Al no tener elementos cortantes, como la cuchilla, se contribuye a la seguridad del paciente, menor riesgo de lesión al ingreso de los mismos a la cavidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20505719396	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	Q-MEDICAL S.A.C	Hora de envío :	09:52:40

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

ÍTEM N° 02 KIT DE TROCARES DESCARTABLES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA X 7 PIEZAS

En las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente:

CARACTERÍSTICAS:

- ¿ Obturador divulsionador óptico de hélice secuencial con orificios de insuflación en el extremo distal.
- ¿ Capacidad para introducir una óptica de 0° ó 30° dentro del obturador y visualizar el ingreso a cavidad, con eje de rotación para estabilizar la óptica y sello laparoscópico en el obturador.
- ¿ Sello desmontable de la cánula con sistema de doble pico de pato para menor fricción del instrumental.
- ¿ Que las cánulas se pueden desmontar en tres partes (no incluye las válvulas)

Respecto a estas características son muy particulares y dirigen la compra a una sola marca. Vulnerando los principios de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado.

Observamos las bases y solicitamos que estas características sean OPCIONALES. En caso de no aceptar indicar las razones técnicas de la negativa e indicar que marcas y empresas se tomaron en cuenta en el estudio de mercado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° de la Ley 30225 de Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge su observación y Se modifica lo solicitado, quedando de la siguiente manera:

CARACTERÍSTICAS:

- Opturador y divulsionador óptico con orificio de insulfación en el extremo distal con capacidad para introducir una optica de 0 o 30° grados dentro del obturador y visualizar el ingreso a cavidad.
- Canula transparente con sistema de anclaje para facilitar su fijacion a la pared abdominal atraumaticamente.
- Reductor universal incorporado con septum de protección y orientador del instrumental hacia cavidad
- Con llave de paso para CO2 con alto flujo formando una sola pieza con el sello

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ÍTEM N° 02 KIT DE TROCARES DESCARTABLES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA X 7 PIEZAS

Conforme a la absolución de consultas y/o observaciones debe decir:

CARACTERÍSTICAS:

- Opturador y divulsionador óptico con orificio de insulfación en el extremo distal con capacidad para introducir una optica de 0 o 30° grados dentro del obturador y visualizar el ingreso a cavidad.
- Canula transparente con sistema de anclaje para facilitar su fijacion a la pared abdominal atraumaticamente.
- Reductor universal incorporado con septum de protección y orientador del instrumental hacia cavidad
- Con llave de paso para CO2 con alto flujo formando una sola pieza con el sello.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20505719396	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	Q-MEDICAL S.A.C	Hora de envío :	09:52:40

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

ÍTEM N° 02 KIT DE TROCARES DESCARTABLES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA X 7 PIEZAS

En las especificaciones técnicas solicitan lo siguiente:

DIMENSIONES:

¿ Diámetro 5 a 5.5 mm y 10 a 11 mm. Longitud operativa 100 mm

Actualmente en el mercado se venden Trocars de longitud operativa de 100 mm a 110 mm

Observamos las bases y solicitamos se acepte la longitud operativa de 110 mm con la finalidad de que exista más de un postor. Teniendo en cuenta que no afecta la funcionabilidad del producto ni pone en riesgo la salud del paciente. En caso de no aceptar sustentar técnicamente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° de la Ley 30225 de Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge su observación, Se acepta,longitud operativa de 100 mm o superior, las demas características técnicas del item no se modifican

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DIMENSIONES:

Diámetro 5 a 5.5 mm y 10 a 11 mm. Longitud operativa 100 mm o superior.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20515949241	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	17:26:09

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Item 2:
Solicitamos al comité de selección, respecto al CABLE MONOPOLAR REUTILIZABLE 4MM X 3M PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA, dentro de sus especificaciones indica, que la medida es de 400cm, por tal motivo solicitamos, que esta medida se amplie de 300 - 400cm, ya que en el mercado hay diferentes medidas, permitiendo de esta manera una mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta, No se acepta, debido a que la posicion y distancia de los equipos (mesa de operaciones y electrobisturi) en los diferentes procedimientos quirurgicos que usualmente se realizan requiere un cable de 3,5 mts o mayor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20515949241	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	17:26:09

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

ITEM 4

Solicitamos al comité de selección, respecto al CONTENEDOR DE ALUMINO 46.5 CM X 28.0 CM X 10 CM, dentro de sus especificaciones indica las dimensiones, Largo: 58.5 +/- 2 cm, Ancho: 28 cm +/- , Alto: 11 cm +/- 2 cm, filtro esteril y conector AF, por tal motivo solicitamos, que esta medida se amplie Largo: 58.5 +/- 2 cm, Ancho: 28 cm +/- 2cm, Alto: 11 cm +/- 8 cm, con respecto al punto de filtro esteril y conector AF sean opcionales ya que en el mercado hay diferentes medidas y características, permitiendo de esta manera una mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que Se acepta: altura de 11 a 15 cm, dado que consultando con el area usuaria encargada del manejo, limpieza y esterilización indica que es más ergonómico trabajar con un contenedor de menor tamaño, este solo será destinado para guardar y esterilizar de instrumental y además ocupada menos espacio en la carga de esterilización. Las demas características técnicas del item no se modifican

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM N° 4 CONTENEDOR DE ALUMINIO 46.5 CM X 28.0 CM X 10.0 CM

Dice: Dimensiones. Altura dice: 11 cm +/- 2 cm

Debe decir: Dimensiones. Altura dice: 11 cm a 15 cm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20515949241	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	17:26:09

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

ITEM 5

Solicitamos al comité de selección, respecto al ELECTRODO HOOK, dentro de sus especificaciones indica sea desmontable en 3 partes, por tal motivo solicitamos, se ponga como opcional, como desmontable y/o no desmontable, ya que estos tipos de dispositivos no se desmontan debido a su conexión de alta frecuencia que tienen, normalmente son de una sola pieza, y en el mercado hay diferentes modelos con característica propias de acuerdo a cada fabricante, por ello solicitamos que se consideren estos puntos, permitiendo de esta manera una mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta Se acepta como opcional desmontable o no desmontable, las demas características técnicas del item no se modifican.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 5 ELECTRODO HOOK

Dice: Desmontable en 3 partes.

Debe decir: Desmontable o no Desmontable.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20515949241	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	17:26:09

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

ITEM 6

Solicitamos al comité de selección, respecto a la OPTICA PARA ENDOSCOPIO ANGULO 30° DIAMETRO 10mm, dentro de sus especificaciones indica, que la medida es de 33cm, por tal motivo solicitamos, que esta medida se amplie de 31 cm a más, ya que en el mercado hay diferentes medidas, permitiendo de esta manera una mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta Se acepta longitud de la óptica de 31 cm o superior, las demas características técnicas del item no se modifican

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TEM 6 OPTICA PARA ENDOSCOPIO ANGULO 30° DIAMETRO 10mm

Dice: de 10 mm por 33 cm

Debe decir: de 10 mm por 31 cm o superior.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20515949241	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	17:26:09

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

ITEM 8

Solicitamos al comité de selección, respecto a la PINZA DE AGARRE CON DIENTES PARA LAPAROSCOPIA 5mm X 30 cm, dentro de sus especificaciones indica que el instrumental sea de 4 X 2 dientes y desmontable en 4 partes, por tal motivo solicitamos, que sea en intervalos de 3 x 2 o 4 x 2 Dientes y desmontable de 3 a más partes, ya que en el mercado hay diferentes modelos y características, permitiendo de esta manera una mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente su consulta Se acepta 3 x 2, 2 x 4 o 3 x 4 dientes, las demás características técnicas del ítem no se modifican.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 8 PINZA DE AGARRE CON DIENTES PARA LAPAROSCOPIA 5mm X 30 cm

Dice: 4X2 dientes

Debe decir: 3 x 2, 2 x 4 o 3 x 4 dientes.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20515949241	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	17:26:09

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

ITEM 9

Solicitamos al comité de selección, respecto a la PINZA DE AGARRE ENDOCLINCH 5MM X 31CM, dentro de sus especificaciones indica, que el instrumental debe desmontarse en 4 partes, por tal motivo solicitamos, que en este punto se consideren de 3 a más partes, ya que en el mercado no todas las pinzas se desmontan en 4 partes, la mayoría se desmontan en 3 partes y la medida sea en un rango de 31 a 33cm, por ello solicitamos la ampliacion de este punto, permitiendo de esta manera una mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, No se acepta , debido a que consultando con el área usuaria encargada del manejo, limpieza y esterilización indica que el instrumental al ser desmontable en cuatro partes permite una mejor limpieza de microorganismos y fluidos luego de las cirugias; ya que no quedan espacios que no es posible limpiar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20515949241	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	17:26:09

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

ITEM 11

Solicitamos al comité de selección, respecto a la PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA 5mm X 33cm CON CREMALLERA, dentro de sus especificaciones indica, que el instrumental debe desmontarse en 4 partes, por tal motivo solicitamos, que en este punto se consideren de 3 a más partes, ya que en el mercado no todas las pinzas se desmontan en 4 partes, la mayoría se desmontan en 3 partes, por ello solicitamos la ampliacion de este punto, permitiendo de esta manera una mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, No se acepta , debido a que consultando con el área usuaria encargada del manejo, limpieza y esterilización indica que el instrumental al ser desmontable en cuatro partes permite una mejor limpieza de microorganismos y fluidos luego de las cirugias; ya que no quedan espacios que no es posible limpiar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20515949241	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	17:26:09

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

ITEM 12

Solicitamos al comité de selección, respecto a la PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA 5mm X 33cm SIN CREMALLERA, dentro de sus especificaciones indica, que el instrumental debe desmontarse en 4 partes, por tal motivo solicitamos, que en este punto se consideren de 3 a más partes, ya que en el mercado no todas las pinzas se desmontan en 4 partes, la mayoría se desmontan en 3 partes, por ello solicitamos la ampliacion de este punto, permitiendo de esta manera una mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, No se acepta , debido a que consultando con el área usuaria encargada del manejo, limpieza y esterilización indica que el instrumental al ser desmontable en cuatro partes permite una mejor limpieza de microorganismos y fluidos luego de las cirugias; ya que no quedan espacios que no es posible limpiar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20515949241	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	17:26:09

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

ITEM 13

Solicitamos al comité de selección, respecto a la PINZA MERYLAND CURVA PARA LAPAROSCOPIA 5MM, dentro de sus especificaciones indica, que el instrumental debe desmontarse en 4 partes, por tal motivo solicitamos, que en este punto se consideren de 3 a más partes, ya que en el mercado no todas las pinzas se desmontan en 4 partes, la mayoría se desmontan en 3 partes, por ello solicitamos la ampliacion de este punto, permitiendo de esta manera una mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, No se acepta , debido a que consultando con el área usuaria encargada del manejo, limpieza y esterilización indica que el instrumental al ser desmontable en cuatro partes permite una mejor limpieza de microorganismos y fluidos luego de las cirugias; ya que no quedan espacios que no es posible limpiar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20515949241	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	17:26:09

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

ITEM 14

Solicitamos al comité de selección, respecto a la TIJERA METZEMBAUM CURVA PARA LAPAROSCOPIA 33 cm, dentro de sus especificaciones indica, que el instrumental debe desmontarse en 4 partes, por tal motivo solicitamos, que en este punto se consideren de 3 a más partes, ya que en el mercado no todas las pinzas se desmontan en 4 partes, la mayoría se desmontan en 3 partes, por ello solicitamos la ampliacion de este punto, permitiendo de esta manera una mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, No se acepta , debido a que consultando con el área usuaria encargada del manejo, limpieza y esterilización indica que el instrumental al ser desmontable en cuatro partes permite una mejor limpieza de microorganismos y fluidos luego de las cirugias; ya que no quedan espacios que no es posible limpiar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20515949241	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	17:26:09

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

ITEM 15
Solicitamos al comité de selección, respecto a la PORTA AGUJA PARA LAPAROSCOPIA 5MM X 30 cm, dentro de sus especificaciones indica, que la medida sea de 31 cm o 37 cm, por tal motivo solicitamos, que esta medida se amplie de 31 cm a 37cm, ya que en el mercado hay diferentes medidas, permitiendo de esta manera una mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta, Se acepta rango de longitud de 31 a 37 cm, las demas características técnicas del item no se modifican

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 15 PORTA AGUJA PARA LAPAROSCOPIA 5MM X 30 cm
Dice: automático de 5 mm x 31 cm o 5mm x 37 cm
Debe decir: automático de 5 mm x rango de longitud de 31 a 37 cm.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20515949241	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	17:26:09

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

ITEM 16

Solicitamos al comité de selección, respecto Al BAJA NUDO 5MM X 36 CM, dentro de sus especificaciones indica, que la medida sea de 31 cm a 36cm, por tal motivo solicitamos, que esta medida se amplie de 31 cm a más, ya que en el mercado hay diferentes medidas, permitiendo de esta manera una mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta, Se acepta, longitud de 30 cms. o mayor, las demas características técnicas del item no se modifican

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 16 Al BAJA NUDO 5MM X 36 CM

Dice: Material. Acero inoxidable de 5 mm x 31 cm.

Debe decir: Material. Acero inoxidable de 5 mm x longitud de 30 cms. o mayor.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20515949241	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	17:26:09

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Item 17:
Solicitamos al comité de selección, respecto al CABLE BIPOLAR REUTILIZABLE 4MM X 3M PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA, dentro de sus especificaciones indica, que debe de tener al menos 3 tipos de pines, por tal motivo solicitamos, que esta característica se amplie de 2 pines a más, es mas los cables bipolares, solo tienen 2 pines de conexión, los que tienen 3 pines son los lápices de electrocauterio; por ello sugerimos que se aclare a mayor detalle, ya que en el mercado hay variedad de características, permitiendo de esta manera una mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que, No se acepta , el tener 3 tipos de conectores para pinzas se puede utilizar mayor variedad de pinzas bipolares. La conexión al electro bisturi para marca valleylab (que es el equipo con que cuenta el hospital) requiere 28.6 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20515949241	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	17:26:09

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

ITEM 18

Solicitamos al comité de selección, respecto a la PINZA BIPOLAR TIPO ROBIN PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5MM DE DIAMETRO X 33 CM, dentro de sus especificaciones indica, que la medida sea de 31 cm a 33 cm, por tal motivo solicitamos, que esta medida se amplie de 31 cm a 34cm, ya que en el mercado hay diferentes medidas, permitiendo de esta manera una mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge la consulta, Se acepta rango de longitud de 31 a 34 cm, las demas características técnicas del item no se modifican

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 18 PINZA BIPOLAR TIPO ROBIN PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5MM DE DIAMETRO X 33 CM

Dice: 5 mm x 31 a 33 cm

Debe decir: 5 mm x 31 a 34 cm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605702504	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA & SALUD E.I.R.L.	Hora de envío :	12:02:39

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En la página 22 de las bases administrativas figura la especificación técnica del producto, PAQUETE N°1 (ITEM N° 2) : CABLE MONOPOLAR REUTILIZABLE 4 MM X 3 MM PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA.

Características :
- Cable Monopolar reusable de 3.5 metros a mas.

Por lo expuesto solicitamos al comité de selección en consulta con el área usuaria, aclarar lo siguiente: respecto a la medida , se solicita que tenga un rango de 3mt a mas , por ello se solicita al comité de selección, que se acepte este rango de variación , para poder contar con mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, No se acepta, debido a que la posicion y distancia de los equipos (mesa de operaciones y electrobisturi) en los diferentes procedimientos quirurgicos que usualmente se realizan requiere un cable de 3,5 mts o mayor..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605702504	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA & SALUD E.I.R.L.	Hora de envío :	12:02:39

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En la página 22 de las bases administrativas figura la especificación técnica del producto, PAQUETE N°1(ITEM N° 4) : CONTENEDOR DE ALUMINIO 46.5 CM X 28.0 CM X 10.0 CM

Dimensiones:
- Largo :58.5+/-2 cm. Ancho:28 cm +/- 2 cm ,Altura 11 cm +/- 2 cm.

Por lo expuesto solicitamos al comité de selección en consulta con el área usuaria, aclarar lo siguiente: respecto a la medida , se solicita un rango de variación respecto a la altura externa +/- 8 cm ,por ello se solicita al comité de selección que se considere este rango de variación , para poder contar con mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que Se acepta: altura de 11 a 15 cm, dado que consultando con el area usuaria encargado del manejo, limpieza y esterilización indica que es más ergonómico trabajar con un contenedor de menor tamaño, este solo esta destinado para guardar y esterilizar el instrumental y además ocupada menos espacio en la carga de esterilización. Las demas características técnicas del ítem no se modifican

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605702504	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA & SALUD E.I.R.L.	Hora de envío :	12:02:39

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En la página 22 de las bases administrativas figura la especificación técnica del producto, PAQUETE N°1 (ITEM N° 5) : ELECTRODO HOOK

Características :

- Electrodo hook monopolar reusable 5 mm x 33 cm ,desmontable en 3 partes.

Por lo expuesto solicitamos al comité de selección en consulta con el área usuaria, aclarar lo siguiente: nuestro electrodo hook , no es desmontable ,por ello se solicita al comité de selección aceptar también esa característica , para poder contar con mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta, Se acepta como opcional desmontable o no desmontable, las demas características técnicas del item no se modifican

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 5 ELECTRODO HOOK

Dice: Desmontable en 3 partes.

Debe decir: Desmontable o no Desmontable.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605702504	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA & SALUD E.I.R.L.	Hora de envío :	12:02:39

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En la página 22 de las bases administrativas figura la especificación técnica del producto, PAQUETE N°1 (ITEM N° 6) : OPTICA PARA ENDOSCOPIO ANGULO 30 ° DIAMETRO 10 MM.

Características :

- Optica de 30 ° para cirugia laparoscopica full HD o superior de 10 mm x 33 cm.

Por lo expuesto solicitamos al comité de selección en consulta con el área usuaria, aclarar lo siguiente: respecto a nuestra óptica de 30 ° x 10 mm de diámetro ,tiene una longitud de trabajo 310 mm (31 cm) ,por ello se solicita al comité de selección adicionar dicha característica, para poder contar con mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta, Se acepta longitud 31 cm o superior, las demas características técnicas del item no se modifican

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TEM 6 OPTICA PARA ENDOSCOPIO ANGULO 30° DIAMETRO 10mm

Dice: de 10 mm por 33 cm

Debe decir: de 10 mm por 31 cm o superior.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605702504	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA & SALUD E.I.R.L.	Hora de envío :	12:02:39

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En la página 22 de las bases administrativas figura la especificación técnica del producto, PAQUETE N°1 (ITEM N° 8) : PINZA DE AGARRE CON DIENTES PARA LAPAROSCOPIA 5 MM X 30CM

Características :

- Pinza tractora ,reusable de 5 mm x 31 a 33 cm ,4x 2 dientes , desmontable en 4 partes con pin conector de af.

Por lo expuesto solicitamos al comité de selección en consulta con el área usuaria, aclarar lo siguiente: nuestra pinza reusable de 5mm x 33 cm, tiene 3 x 2 dientes y se desmonta en 3 partes ,por ello se solicita al comité de selección aceptar dicha característica , para poder contar con mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta Se acepta 3 x 2 o 2 x 4 o 3 x 4 dientes, las demas características técnicas del item no se modifican

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 8 PINZA DE AGARRE CON DIENTES PARA LAPAROSCOPIA 5mm X 30 cm

Dice: 4X2 dientes

Debe decir: 3 x 2, 2 x 4 o 3 x 4 dientes.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605702504	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA & SALUD E.I.R.L.	Hora de envío :	12:02:39

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En la página 22 de las bases administrativas figura la especificación técnica del producto, PAQUETE N°1 (ITEM N° 9) : PINZA DE AGARRE ENDOCLINCH 5 MM X 31CM

Características :

- Pinza reusable de agarre endoclinch de 5 mm x 31 a 33 cm , desmontable en 4 partes con pin conector de af.

Por lo expuesto solicitamos al comité de selección en consulta con el área usuaria, aclarar lo siguiente: nuestra pinza reusable es de 5mm x 33 cm, y se desmonta en 3 partes ,por ello se solicita al comité de selección aceptar dicha característica , para poder contar con mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, No se acepta, debido a que consultando con el area usuaria encargada del manejo, limpieza y esterilización indica que el instrumental al ser desmontable en cuatro partes permite una mejor limpieza de microorganismos y fluidos luego de las cirugias, ya no quedan espacios que no es posible limpiar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605702504	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA & SALUD E.I.R.L.	Hora de envío :	12:02:39

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En la página 22 de las bases administrativas figura la especificación técnica del producto, PAQUETE N°1 (ITEM N° 11) : PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA 5 mm X 33 cm CON CREMALLERA

Características :

- Pinza reusable de agarre tipo cocodrilo de apertura bilateral , 5 mm x 31 cm a 33 cm , desmontable en 4 partes con pin conector de af.

Por lo expuesto solicitamos al comité de selección en consulta con el área usuaria, aclarar lo siguiente: nuestra pinza reusable es de 5mm x 33 cm, y se desmonta en 3 partes ,por ello se solicita al comité de selección aceptar dicha característica , para poder contar con mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, No se acepta, debido a que consultando con el area usuaria encargada del manejo, limpieza y esterilización indica que el instrumental al ser desmontable en cuatro partes permite una mejor limpieza de microorganismos y fluidos luego de las cirugias, ya no quedan espacios que no es posible limpiar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605702504	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA & SALUD E.I.R.L.	Hora de envío :	12:02:39

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En la página 22 de las bases administrativas figura la especificación técnica del producto, PAQUETE N°1 (ITEM N° 12) : PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA 5 mm X 33 cm SIN CREMALLERA

Características :

- Pinza reusable de fijacion ,agarre atraumatico ,5 mm x 31 a 33 cm , desmontable en 4 partes con pin conector de af.

Por lo expuesto solicitamos al comité de selección en consulta con el área usuaria, aclarar lo siguiente: nuestra pinza reusable es de 5mm x 33 cm, y se desmonta en 3 partes ,por ello se solicita al comité de selección aceptar dicha característica , para poder contar con mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, No se acepta, debido a que consultando con el area usuaria encargada del manejo, limpieza y esterilización indica que el instrumental al ser desmontable en cuatro partes permite una mejor limpieza de microorganismos y fluidos luego de las cirugias, ya no quedan espacios que no es posible limpiar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605702504	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA & SALUD E.I.R.L.	Hora de envío :	12:02:39

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En la página 22 de las bases administrativas figura la especificación técnica del producto, PAQUETE N°1 (ITEM N° 13) : PINZA MERYLAND CURVA PARA LAPAROSCOPIA DE 5 MM

Características :

- Pinza reusable meryland de 5 mm x 31 cm a 33 cm , desmontable en 4 partes con pin conector de af.

Por lo expuesto solicitamos al comité de selección en consulta con el área usuaria, aclarar lo siguiente: nuestra pinza reusable es de 5mm x 33 cm, y se desmonta en 3 partes ,por ello se solicita al comité de selección aceptar dicha característica , para poder contar con mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, No se acepta, debido a que consultando con el area usuaria encargada del manejo, limpieza y esterilización indica que el instrumental al ser desmontable en cuatro partes permite una mejor limpieza de microorganismos y fluidos luego de las cirugias, ya no quedan espacios que no es posible limpiar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605702504	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA & SALUD E.I.R.L.	Hora de envío :	12:02:39

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En la página 22 de las bases administrativas figura la especificación técnica del producto, PAQUETE N°1 (ITEM N° 14) : TIJERA METZEMBAUM CURVA PARA LAPAROSCOPIA 33 cm

Características :

- Tijera endoscópica metzembaum reusable de 5 mm x 31 cm a 33 cm , desmontable en 4 partes con pin conector de af.

Por lo expuesto solicitamos al comité de selección en consulta con el área usuaria, aclarar lo siguiente: nuestra tijera reusable es de 5mm x 33 cm, y se desmonta en 3 partes ,por ello se solicita al comité de selección aceptar dicha característica , para poder contar con mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, No se acepta, debido a que consultando con el area usuaria encargada del manejo, limpieza y esterilización indica que el instrumental al ser desmontable en cuatro partes permite una mejor limpieza de microorganismos y fluidos luego de las cirugias, ya no quedan espacios que no es posible limpiar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605702504	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA & SALUD E.I.R.L.	Hora de envío :	12:02:39

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

En la página 22 de las bases administrativas figura la especificación técnica del producto, PAQUETE N°1 (ITEM N° 15) : PORTA AGUJA PARA LAPAROSCOPIA 5 mm X 30 mm

Características :

- Porta aguja axial reusable , automatico de 5mm x 31 cm o 5 mm x 37 cm ,, con protector de sobrecarga ,capacidad para sujetar agujas grandes y pequeñas ,con canal de limpieza interna ,no desmontable.

Por lo expuesto solicitamos al comité de selección en consulta con el área usuaria, aclarar lo siguiente: nuestro porta aguja reusable es de 5mm x 33 cm ,por ello se solicita al comité de selección tener en cuenta dicha característica en el rango de variación de las medidas , para poder contar con mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta, Se acepta rango de longitud de 31 a 37 cm, las demas características técnicas del item no se modifican

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 15 PORTA AGUJA PARA LAPAROSCOPIA 5MM X 30 cm
Dice: automático de 5 mm x 31 cm o 5mm x 37 cm
Debe decir: automático de 5 mm x rango de longitud de 31 a 37 cm.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605702504	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA & SALUD E.I.R.L.	Hora de envío :	12:02:39

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

En la página 22 de las bases administrativas figura la especificación técnica del producto, PAQUETE N°1 (ITEM N° 16) :
BAJA NUDO 5 MM X 36 CM

Material :
- acero inoxidable de 5 mm x 31 cm

Por lo expuesto solicitamos al comité de selección en consulta con el área usuaria, aclarar lo siguiente: nuestra Baja nudo reusable es de medida 5mm x 33 cm, por ello se solicita al comité de selección aceptar dicha medida, para poder contar con mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta, Se acepta, longitud 30 cm o mayor, las demas características técnicas del item no se modifican

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 16 Al BAJA NUDO 5MM X 36 CM
Dice: Material. Acero inoxidable de 5 mm x 31 cm.
Debe decir: Material. Acero inoxidable de 5 mm x longitud de 30 cms. o mayor.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605702504	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA & SALUD E.I.R.L.	Hora de envío :	12:02:39

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

En la página 22 de las bases administrativas figura la especificación técnica del producto, PAQUETE N°1 (ITEM N° 17) : CABLE BIPOLAR REUTILIZABLE 4 mm X 3 m PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA

Características :

- Cable bipolar reusable ,conector a pinzas bipolares que permita seleccionar al menos entre tres de pines bipolares (redondo delgado ,redondo medio o plano ,conector a electrobisturí tipo pines con distancia de 28.6 mm y conector hembra bipolar.
Longitud:4 metros o mayor .

Por lo expuesto solicitamos al comité de selección en consulta con el área usuaria, aclarar lo siguiente: nuestro cable solo tiene conector a la fuente de poder con 2 conectores macho de 4 mm de diámetro , longitud 3 mm ,por ello se solicita al comité de selección aceptar dicha característica , para poder contar con mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, No se acepta , el tener 3 tipos de conectores para pinzas se puede utilizar mayor variedad de pinzas bipolares. La conexión al electro bisturi para marca valleylab (que es el equipo con que cuenta el hospital) requiere 28.6 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605702504	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA & SALUD E.I.R.L.	Hora de envío :	12:02:39

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

En la página 23 de las bases administrativas figura la especificación técnica del producto, PAQUETE N°1 (ITEM N° 18) : PINZA BIPOLAR TIPO ROBIN PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 MM DE DIAMETRO X 33 CM

Características :

- Pinza hemostática bipolar ,5mm 31 cm a3cm , en forma de grasper fenestrada, vástago con mariposa rotatoria, con pin conector bipolar.

Por lo expuesto solicitamos al comité de selección en consulta con el área usuaria, aclarar lo siguiente: nuestra pinza reusable es de medida 5mm x 34 cm ,por ello se solicita al comité de selección incluir ese rango de variación en la medida , para poder contar con mayor participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta, Se acepta pinza grasper fenestrada, rango de longitud de 31 a 34 cm, las demas características técnicas del item no se modifican

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 18 PINZA BIPOLAR TIPO ROBIN PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5MM DE DIAMETRO X 33 CM

Dice: 5 mm x 31 a 33 cm

Debe decir: 5 mm x 31 a 34 cm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605702504	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA & SALUD E.I.R.L.	Hora de envío :	12:02:39

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

En la página 22 de las bases administrativas figura la especificación técnica del producto, PAQUETE N°1(ITEM N° 4) : CONTENEDOR DE ALUMINIO 46.5 CM X 28.0 CM X 10.0 CM

Características:
Contenedor de aluminio con barrera estéril (filtro) de PTFE, validado para 5000 ciclos de esterilización ,con cesta que albergue todos los componentes del set ,con conector de af.

Por lo expuesto solicitamos al comité de selección en consulta con el área usuaria, aclarar lo siguiente: respecto al filtro no contiene PTFE , nuestro (filtro) son un sistema de válvulas que funcionan con presión negativa y positiva, desmontable en 3 partes; pueden ser utilizados mayor a 5000 ciclos de esterilización, por ello se solicita al comité de selección que se considere como opcional esta característica , para poder contar con mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, No se acepta, dado que consultando con el area usuaria encargado del manejo, limpieza y esterilización indica que es más seguro trabajar con sistema de filtros y no valvulas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605702504	Fecha de envío :	11/06/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA & SALUD E.I.R.L.	Hora de envío :	12:02:39

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

En la página 17 de las bases administrativas figura el 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta : En donde se puede observar no indica presentar el Anexo N°8 (EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD) ,sin embargo en la pagina N°48 Y 49 , se adjunta el formato Anexo N°8.

Por lo expuesto solicitamos al comité de selección en consulta con el área usuaria aclarar dicha observación ,si se va presentar o se va omitir ese punto , ya que puede ser perjudicial en la participación de los postores.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ ACLARA QUE EL FORMATO DEL ANEXO NO CORRESPONDE COMO FIGURA EN LAS BASES. no se considera experiencia del postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	16:02:05

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Se puede visualizar que, dentro de los documentos de presentación obligatorio, se está solicitando la Copia del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM), ante eso tenemos que comentarles que el ISO 13485, es el especializado para un sistema de gestión de calidad de dispositivos médicos en los países que no se emite el CBPM. Por lo mencionado líneas arriba, podría el Comité de Selección en coordinación con la parte usuaria solicitar el Certificado de Buenas Practicas y/o el Iso 13485, acorde con lo solicitado en los documentos de presentación obligatoria.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ ACLARA QUE SI ESTA CONSIDERADO EN LAS BASES LA PRESENTACION DEL MISMO Y OTROS DOCUMENTOS. PAGINA 25-26. TAMBIEN SE ACLARA QUE EL CBPM O EL ISO 13485, DEBE ESTAR REFERIDO AL TIPO DE PRODUCTO QUE SE VA A OFERTAR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	16:02:05

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Se puede visualizar que dentro de los requerimientos técnicos mínimos no se está solicitando muestras del instrumental quirúrgico, siendo estas muy importantes ya que la visualización de estas, garantiza el total cumplimiento de las especificaciones técnicas, puesto que podrían ser analizadas de manera organoléptica lo solicitado en el requerimiento (calidad del acero, acabados, procedencia, medidas, códigos, etc). Cabe señalar, que la finalidad de las muestras, es también para que estas puedan pasar por un proceso de esterilización y lavado con detergentes enzimáticos, y comprobar la calidad y resistencia del acero ante estos procesos.

Para una mejor verificación del cumplimiento de las especificaciones Técnicas del Instrumental ¿Podría el comité de Selección solicitar muestra del set completo y así constatar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ NI EL AREA USUARIA CONSIDERA LA PRESENTACION DE MUESTRAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	16:02:05

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Se puede visualizar que, dentro de la documentación de presentación obligatoria, no se está solicitando que el postor sustente el cumplimiento de las especificaciones fehacientemente de las características técnicas solicitadas, cabe recalcar que toda especificación técnica está debidamente especificada en catalogo o folletos de los fabricantes o dueños de las marcas

Por tal motivo solicitamos al comité de selección en coordinación con la parte usuaria incluir como documentación obligatoria la presentación de catálogo, folleto, manuales, brochures, o cualquier otro documento técnico del fabricante original que demuestre las características del bien ofertado y permita su plena identificación, el cual deberá tener congruencia con lo solicitado en el capítulo III de los Requerimientos Técnico Mínimos Especificaciones Técnicas. Los Catálogos, Folleto, Ficha técnica, manuales, brochures, deberán estar en idioma castellano o en su defecto, acompañados de traducción simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor juramentado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ CONSIDERA QUE ES SUFICIENTE EL ANEXO 3, QUE ES UNA DECLARACION JURADA, EN LA QUE LOS POSTORES PREVIA VERIFICACION DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS DEL PROCESO DECLARAN CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	16:02:05

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

PINZA DE AGARRE CON DIENTES PARA LAPAROSCOPIA 5 mm X 30 cm
PINZA DE AGARRE ENDOCLINCH 5 mm X 31 cm
PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA 5 mm X 33 cm CON CREMALLERA
PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA 5 mm X 33 cm SIN CREMALLERA
PINZA MERYLAND CURVA PARA LAPAROSCOPIA DE 5 MM

Se puede visualizar que están solicitando PINZAS de diferentes modelos, pero no mencionan de que calidad tendrían que ser los mangos, al respecto debemos comentarles que, actualmente las empresas de reconocido nombre, fabrican el mango en PEEK, el cual es un polímero resistente a altas temperaturas, que es inerte debido a su composición química y, teniendo en cuenta las condiciones ambientales existentes, no es soluble ni tóxico. El PEEK tiene resistencia al desgaste comparable a la del titanio. Es cinco veces más ligero que el acero y tiene la misma resistencia en volumen, Asimismo, es conocido que, en muchas partes a nivel nacional, que al solicitar que las pinzas sean desmontables en 4 partes, muchas de ellos se pierden o se desgatan con mayor facilidad, lo ideal sería una pinza que se desmonte en 2 partes para una mayor comodidad una fácil Limpieza y esterilización eficiente.

Por lo expuesto líneas arriba y en aras de vigencia tecnológica solicitamos se considere lo siguiente:

PINZA DE AGARRE CON DIENTES PARA LAPAROSCOPIA 5 mm X 30 cm
Pinza tractora, reusable de 5mm x 31 a 33cm, 4 x 2 dientes, desmontable en 2 partes, con pin conector de af.
Material: Mango ergonómico fabricado en Peek, tubo aislante de Peek, color negro antideslumbrante.

PINZA DE AGARRE ENDOCLINCH 5 mm X 31 cm
Pinza reusable de agarre Endoclinch de 5mm x 31 a 33cm, desmontable en 2 partes, con pin conector de af.
Material: Mango ergonómico fabricado en Peek, tubo aislante de Peek, color negro antideslumbrante.

PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA 5 mm X 33 cm CON CREMALLERA
Pinza reusable de agarre tipo cocodrilo de apertura bilateral, 5mm x 31 a 33cm, desmontable en 2 partes, con pin conector de af.

Material: Mango ergonómico fabricado en Peek, tubo aislante de Peek, color negro antideslumbrante.
PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA 5 mm X 33 cm SIN CREMALLERA
Pinza reusable de fijación, agarre atraumático, 5mm x 31 a 33cm, desmontable en 2 partes, con pin conector de af.

Material: Mango ergonómico fabricado en Peek, tubo aislante de Peek, color negro antideslumbrante.
Accesorios: 01 tubo aislante de repuesto

PINZA MERYLAND CURVA PARA LAPAROSCOPIA DE 5 MM
Pinza reusable Meryland de 5mm x 31 a 33cm, desmontable en 2 partes, con pin conector de af.
Material: Mango ergonómico fabricado en Peek, tubo aislante de Peek, color negro antideslumbrante.
Accesorios: 01 tubo aislante de repuesto

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente su consulta Se acepta como opcional mango de peek, las demás características técnicas del ítem no se modifican, debido a que consultando con el área usuaria encargada del manejo, limpieza y esterilización indica que el instrumental al ser desmontable en cuatro partes permite una mejor limpieza de microorganismos y fluidos luego de las cirugías

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PINZA DE AGARRE CON DIENTES PARA LAPAROSCOPIA 5 mm X 30 cm
PINZA DE AGARRE ENDOCLINCH 5 mm X 31 cm
PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA 5 mm X 33 cm CON CREMALLERA
PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA 5 mm X 33 cm SIN CREMALLERA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

PINZA MERYLAND CURVA PARA LAPAROSCOPIA DE 5 MM
Se acepta como opcional mango de peek

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	16:02:05

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

TIJERA METZEMBAUM CURVA PARA LAPAROSCOPIA 33 cm

En la actualidad existen fabricantes de instrumental laparoscópico de última tecnología, con diversas funciones siendo la más importante el mango de fibra de carbono que garantiza una excelente resistencia, peso ligero y buena ergonomía facilitando con eso el trabajo de los especialistas en sala de operaciones.

Asimismo, es conocido que, en muchas partes a nivel nacional, que al solicitar que las pinzas sean desmontables en 4 partes, muchas de ellos se pierden o se desgatan con mayor facilidad, lo ideal sería una pinza que se desmonte en 2 partes para una mayor comodidad una fácil Limpieza y esterilización eficiente.

Por lo expuesto líneas arriba y en aras de vigencia tecnológica solicitamos se considere lo siguiente:

TIJERA METZEMBAUM CURVA PARA LAPAROSCOPIA 33 cm

Tijera endoscópica Metzembbaum reusable de 5mm x 31 a 33cm, desmontable en 2 partes con pin conector de af.

Material: Mango ergonómico fabricado en Fibra de Carbono, tubo aislante de Peek, color negro antideslumbrante

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente su consulta Se acepta como opcional tijera metzembbaum curva con mango de fibra de carbono, el resto caracteriticas tecnicas indicado en las bases se mantiene

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20516193078	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	CURAMED SAC	Hora de envío :	16:45:20

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

Referencia ITEM N° 7 PINZA APLICADORA DE CLIP PARA ENDOSCOPIA 33 CM

Respecto a las Especificaciones Técnicas del Dispositivo Médico dice :

¿Aplicador de clips médium/large, 10 mm x 33 cm, con canal para lavado interno no desmontable, validado para esterilización en autoclave. ¿

En aras de los principios que rigen las contrataciones (Artículo 2- Ley 30225) y especialmente el de Transparencia que dice que las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

¿El Comité de Selección podría indicar claramente si las Aplicadoras de clip para endoscopia 33 cm, se van a utilizar en Clips para Laparoscopia de Titanio médium/large ó en Clips para Laparoscopia de Polímero médium/large?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que La clipadora utiliza clips de titanio medium large para laparoscopia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	17:29:00

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

CONTENEDOR DE ALUMINIO 46.5 cm X 28.0 cm X 10.0 cm

Se puede visualizar que están solicitando Contenedor de Aluminio con barrera estéril (filtro) de PTFE, validado para 5000 ciclos, en la actualidad existen contenedores que superan lo solicitado, como son los contenedores de aluminio con filtros de barrera que, la parte superior e inferior del sistema de filtro de barrera tienen canales como círculos anidados. Los canales crean un pasaje de larga distancia que no permite que los microorganismos penetren. Por lo tanto, solo el aire fresco puede ingresar al contenedor, dándole con esto una durabilidad tan igual a la garantía del contenedor, sin necesidad de cambiar filtros, dándole más ventaja al personal de salud.

Por lo expuesto líneas arriba y en aras de vigencia tecnológica solicitamos se considere lo siguiente:

CONTENEDOR DE ALUMINIO 46.5 cm X 28.0 cm X 10.0 cm

TAPA DEL CONTENEDOR CON SISTEMA BARRERA LIBRE DE MANTENIMIENTO QUE PROPORCIONA PROTECCION Y USO DURADERO

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, No se acepta, dado que consultando con el area usuaria encargada del manejo, limpieza y esterilización indica que es más seguro trabajar con sistema de filtros desmontables

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20494151503	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	Hora de envío :	17:29:00

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

OPTICA PARA ENDOSCOPIO ANGULO 30º DIAMETRO 10 mm

Óptica de 30 grados para cirugía laparoscópica full HD o superior, de 10mm por 33cm, con tres conectores para al menos 3 tipos de fabricantes, o para esterilización en autoclave

Accesorios: cesta de lámina de acero perforada con tapa y asa.

Los fabricantes de laparoscópicos (ópticas) en la actualidad diseñan sus productos con tres tubos de protección que proporcionan una mayor protección física a la óptica interna, reduciendo el riesgo de daños por impacto o manipulación durante los procedimientos. Por otro lado, indicar también que en la actualidad los fabricantes de ópticas aseguran ambos extremos del instrumento con cristal de zafiro que ofrecen ventajas significativas en términos de durabilidad, calidad de imagen, resistencia, seguridad y costos de mantenimiento. Ya que el zafiro puede soportar temperaturas extremas sin degradarse, lo que es ideal para procedimientos que generan calor y para la esterilización a altas temperaturas, como la autoclave. En ese sentido solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria, considerar el siguiente requerimiento técnico mínimo:

Óptica de 30 grados para cirugía laparoscópica full hd o superior, de 10mm por 33cm de acero inoxidable y autoclave a 134°con lente de cristal de zafiro en los extremos, sistemas ópticos antireflectantes y sistema reforzado con tres o más tubos para una mayor estabilidad. la óptica debe contar con tres conectores para al menos 3 tipos de fabricantes.

Accesorios: cesta de lámina de acero perforada con tapa y asa.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acepta: "con lente de cristal de zafiro en los extremos", como una característica opcional, ya que implica características adicionales a las inicialmente formuladas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20503662869	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	TAGUMEDICA S.A.	Hora de envío :	17:35:20

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

En la página 13 de las bases administrativas indican lo siguiente:

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
HOSPITAL III REGIONAL HONORIO DELGADO

Sin embargo, según lo indicado en consulta RUC (SUNAT) es:

HOSPITAL III REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Solicitamos al comité de selección, precisar cuál de los dos nombres de la Entidad es el correcto, ya que, al señalar dos nombres diferentes, podría acarrear confusión en los postores al elaborar la oferta, así como también error al momento de consignar el nombre de la Entidad como beneficiario en la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza), en caso corresponda.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.1 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ ACLARA QUE LA RAZON SOCIAL ES: HOSPITAL III REGIONAL HONORIO DELGADO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20503662869	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	TAGUMEDICA S.A.	Hora de envío :	17:35:20

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

En el encabezado de las Bases Administrativas se indica la siguiente Nomenclatura:

Licitación Pública ¿ 02-2024-HRHD

En la página N°1 de las Bases Administrativas se indica la siguiente nomenclatura:

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2024-HRHD PRIMERA CONVOCATORIA

Y en la página del SEACE se menciona la siguiente nomenclatura:

LP-SM-2-2024-HRHD-1

Por lo anterior y considerando que la nomenclatura del procedimiento se deberá utilizar para el INYECTO, llenado de los formatos, Carta Fianza, anexos y en otras etapas del procedimiento, solicitamos al comité de selección ACLARAR cuál es la nomenclatura a utilizarse en el llenado de estos, con el fin de evitar confusión y/o error por parte de los postores en las etapas antes mencionadas, así como en la ejecución contractual y la solicitud de carta fianza.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ ACLARA QUE LA NOMENCLATURA ES: LICITACION PUBLICA N° 02-2024 HRHD PRIMERA CONVOCATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20503662869	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	TAGUMEDICA S.A.	Hora de envío :	17:35:20

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

En la página 15 de las bases administrativas se precisa respecto al plazo de entrega:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de cinco (05) días calendarios, computados desde el día siguiente de notificada la orden de compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Al respecto, podemos observar que en el CRONOGRAMA DE ENTREGAS correspondiente al ITEM N° 19: KIT DE TROCARES DESCARTABLES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA X 7 PIEZAS de la página 15 y la página 24, indican que se realizará en CINCO (05) ENTREGAS.

Sin embargo, verificamos que no se precisa la frecuencia con las que se realizarán las entregas (entregas mensuales, bimestrales, trimestrales, etc).

Por ello, siendo esta información de suma importancia que todo proveedor del Estado debe conocer si desea ser postor y presentar su oferta, solicitamos al Comité de Selección precisar la frecuencia con la que se realizarán las entregas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ ACLARA QUE EL CRONOGRAMA DE ENTREGAS ES REFERENCIAL, LA SEGUNDA ENTREGA SE REALIZARA EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2024 Y LAS DEMAS ENTREGAS SE COORDINARA CON EL POSTOR ADJUDICADO PARA FIJAR FECHAS DE ENTREGAS Y/O ADELANTAR LAS MISMAS DE ACUERDO A

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20503662869	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	TAGUMEDICA S.A.	Hora de envío :	17:35:20

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

En la página 15 de las bases administrativas se precisa respecto al plazo de entrega:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de cinco (05) días calendarios, computados desde el día siguiente de notificada la orden de compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Dentro de las bases administrativas, señalan que el plazo de entrega sea en días calendarios, sin embargo, al indicar días calendarios también se estaría considerando los sábados y domingos en la atención del plazo de entrega, sabiendo que muchas instituciones no atienden en esos días.

Por lo tanto, solicitamos al comité de selección en caso el último día de entrega sea un feriado, sábado o domingo, se considere último día del plazo de entrega el 1er día hábil siguiente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ ACEPTA SU CONSULTA, SE CONSIDERARA EN LAS BASES COMO ULTIMO DIA DE ENTREGA EL PRIMER DIA HABIL SIGUIENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

en caso el último día de entrega sea un feriado, sábado o domingo, se considere último día del plazo de entrega el 1er día hábil siguiente.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20503662869	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	TAGUMEDICA S.A.	Hora de envío :	17:35:20

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

En la página 18 de las bases administrativas solicitan lo siguiente:

2.4 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes del Hospital sitio en Av. Alcides Carrión N° 505 Cercado Arequipa en horario de atención de 08:00 a 13:00 horas.

Para evitar confusiones que impidan la entrega de los documentos solicitados para el perfeccionamiento de Contrato, solicitamos al Comité de selección nos pueda indicar lo siguiente:

- ¿A qué persona y/o área va dirigido nuestra carta con los requisitos para la suscripción del contrato?
- ¿Cuáles son los días de ATENCIÓN de la Mesa de Partes del Hospital?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.4 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ INDICA QUE LA DOCUMENTACION SERA DIRIGIDA AL DIRECTOR DEL HOSPITAL , CON ATENCION A LA OFICINA DE LOGISTICA. LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS SE HARA DE LUNES A VIERNES DE 08.00 AM A 13.00 PM EN MESA DE PARTES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20503662869	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	TAGUMEDICA S.A.	Hora de envío :	17:35:20

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

En las bases administrativas en la página 26 solicitan lo siguiente:

- Declaración Jurada de compromiso de canje del producto por vencimiento
- Declaración Jurada de vicios ocultos

Al respecto, notamos que NO se nos brindan los formatos de las Declaraciones mencionadas.

Para evitar confusiones al momento de la elaboración de la oferta; solicitamos al Comité de Selección:

- Se incorpore en las Bases Integradas los formatos de la Declaración Jurada de compromiso de canje del producto por vencimiento y Declaración Jurada de vicios ocultos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE LOS POSTORES SE COMPROMOTEN A CANJEAR LOS PRODUCTOS POR VENCIMIENTO Y TAMBIEN POR VICIOS OCULTOS, LO CUAL ESTA CONSIGNADO DENTRO DEL ANEXO Nº 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20503662869	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	TAGUMEDICA S.A.	Hora de envío :	17:35:20

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

En las bases administrativas del presente proceso se indican condiciones para la ejecución de la prestación como plazo, lugar y horario; sin embargo, en las bases no indican si los productos a entregar llevaran LOGOTIPO (inyecto).

Por ello, consultamos al comité de selección, si al momento de la entrega en el Almacén, los productos a internar deberán llevar algún logotipo solicitado por la Entidad (inyecto)

De ser el caso, indicar cuál será el logotipo requerido.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que No se ha solicitado logotipo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	21:35:28

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

5.13.2 PLAZO
EL PAZO DE ENTREGA SERA DE 5 DIAS CALENDARIO CONTADO APARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA

SOLICITAMOS ANTE EL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERAR QUE LOS PLAZOS DE IMPORTACION MUCHAS VECES VARIA Y AVECES SE PRESENTAN EVENTOS FORTITUOS Y PUEDE DARSE DISTINTAS SITUACIONES QUE RETRASEN EL TIEMPO DE TRANSPORTE ,PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD DE POSTORES ESO QUE SOLICITAMOS MUY AMABLEMENTE AL COMITÉ AMPLIAR EL PLAZO DE LA PRIMERA ENTREGA .

QUE EL PLAZO DE ENTREGA SEA DE 30 DIAS CALENDARIO CONTANDO APARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA O QUE LA CANTIDAD DE LA PRIMERA ENTREGA SEA A 100 KIT DE TROCAR X 7 PIEZAS.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ ACEPTA DE MANERA PARCIAL SU CONSULTA Y CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES Y POR LA NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, LA PRIMERA ENTREGA SERA CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS A PARTIR DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LA PRIMERA ENTREGA SERA CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	21:35:28

Observación: Nro. 50
Consulta/Observación:
5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS

ITEM 19 KIT DE TROCARES DESCARTABLES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA X 7 PIEZAS

CARACTERISTICAS :

OBTURADOR DIVULSIONADOR OPTICO DE HELICE SECUENCIAL CON ORIFICIOS DE INSUFLACION EN EL EXTREMO DISTAL.

SE HACE LA OBSERVACION DE QUE DICHA CARACTERISTICA PERTENECE A UNA MARCA Y FABRICANTE ESPECIFICO , A LA VEZ TAMBIEN PONEMOS EN CONOCIMIENTO QUE EN EL ESTUDIO DE MERCADO CONVOCADO POR LA ENTIDAD CON NUMERO DE SOLICITUD 297-2024 , HACIAN REFERENCIA AL PUNZON OBTURADOR DE LA SIGUIENTE MANERA :¿ PUNZON OBTURADOR : SISTEMA DE SEGURIDAD RETRACTIL PUNTA DE CUCHILLA CON SISTEMA DE CORTE EN TODA SU TRAYECTORIA PARA MINIMIZAR LA INCISION ¿

SOLICITAMOS MUY AMABLEMENTE AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARAR DICHO PUNTO DEL OBTURADOR .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge la observación, Se modifica lo solicitado, quedando de la siguiente manera:

CARACTERISTICAS:

Opturador y divulsionador óptico con orificio de insulfación en el extremo distal con capacidad para introducir una optica de 0 o 30º grados dentro del obturador y visualizar el ingreso a cavidad.
Canula transparente con sistema de anclaje para facilitar su fijacion a la pared abdominal atraumaticamente.
Reductor universal incorporado con septum de protección y orientador del instrumental hacia cavidad
Con llave de paso para CO2 con alto flujo formando una sola pieza con el sello

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ÍTEM N° 02 KIT DE TROCARES DESCARTABLES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA X 7 PIEZAS

Conforme a la absolución de consultas y/o observaciones debe decir:

CARACTERISTICAS:

Opturador y divulsionador óptico con orificio de insulfación en el extremo distal con capacidad para introducir una optica de 0 o 30º grados dentro del obturador y visualizar el ingreso a cavidad.
Canula transparente con sistema de anclaje para facilitar su fijacion a la pared abdominal atraumaticamente.
Reductor universal incorporado con septum de protección y orientador del instrumental hacia cavidad
Con llave de paso para CO2 con alto flujo formando una sola pieza con el sello.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	21:35:28

Observación: Nro. 51
Consulta/Observación:
5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS

ITEM 19 KIT DE TROCARES DESCARTABLES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA X 7 PIEZAS

CARACTERISTICAS:

INCLUYE:

- 01 OBTURADOR DE 5 A 5.5MM ,
- 02 CANULAS DE 5 A 5.5MM ,
- 01 OBTURADOR DE 11MM ,
- 02 CANULAS DE 11MM

LA DENOMINACION DEL ITEM 19 DICE KIT DE TROCARES X 7 PIEZAS , SIN EMBARGO AQUÍ EL TOTAL DE PIEZAS SON 6 .

ENTENDEMOS QUE TAL VEZ HUBO UN ERROR INVOLUNTARIO DE TIPEO ,SE PIDE MUY AMABLEMENTE AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARAR SI EL KIT ES DE 6 PIEZAS O SI SON 7 PIEZAS y SI FUERA EL CASO ESPECIFICAR CUAL SERIA LA 7MA PIEZA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que El número de piezas del kit es de 6. Es opcional que el set ofertado tenga mayor numero de piezas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	22:39:31

Observación: Nro. 52

Consulta/Observación:

En los requerimientos técnicos se solicita que el plazo de entrega, respecto a los bienes materia de la presente convocatoria, sean entregados en un plazo de CINCO (05) DIAS CALENDARIOS, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Observación:

Solicitamos al comité de selección que, para fomentar el principio de libre con concurrencia y competencia de los postores, acepte una ampliación de plazo para la entrega de los bienes de la siguiente manera:

LOS BIENES MATERIA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE ENTREGARÁN EN UN PLAZO DE SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: CAP I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Inciso a) y e) del artículo 2° de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ ACEPTA DE MANERA PARCIAL SU CONSULTA Y CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES Y POR LA NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, LA PRIMERA ENTREGA SERA CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS A PARTIR DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	22:39:31

Observación: Nro. 53

Consulta/Observación:

En los requerimientos técnicos se solicita que el cable de fibra óptica full HD sea de 4.8 mm de diámetro. Nuestro instrumental está designado con un diámetro nominal de 4.9 mm de acuerdo con el fabricante, el cual está diseñado para trabajar de igual manera con las medidas solicitadas.

Observación:

Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia. con la siguiente redacción de este requisito:

Cable de fibra óptica full HD de 4.8 mm a más por 2.5 metros o mayor, con adaptador desmontable para acoplar al menos dos tipos de fuente de luz.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ITEM 01 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Inciso a) y e) del artículo 2° de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge su observacion, Se acepta diametro del cable de fibra óptica full HD sea de 4.8 mm de diámetro o superior, las demas características técnicas del item no se modifican

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM N°1 CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA LAPAROSCOPIO

Dice: cable de fibra óptica full HD de 4.8 mm de diámetro.

Debe decir: cable de fibra óptica full HD sea de 4.8 mm de diámetro o superior.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	22:39:31

Observación: Nro. 54

Consulta/Observación:

En los requerimientos técnicos se solicita que el electrodo hook monopolar sea desmontable en 3 partes
Nuestro instrumental está designado para no ser desmontado, lo cual facilitaría mucho su practicidad de su uso para optimizar su debido uso.

Observación:

Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia. con la siguiente redacción de este requisito:

ELECTRODO HOOK MONOPOLAR REUSABLE 5 MM X 33 CM, NO DESMONTABLE O DESMONTABLE EN 3 PARTES O MAS: EMPAÑADURA, TUBO INTERNO Y ELECTRODO DE CONTACTO, CON CONECTOR MONOPOLAR

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ITEM 05 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Inciso a) y e) del artículo 2° de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge la observación, Se acepta como opcional desmontable o no desmontable, las demas características técnicas del ítem no se modifican

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	22:39:31

Observación: Nro. 55

Consulta/Observación:

En los requerimientos técnicos se solicita que la pinza de agarre con dientes para laparoscopia sea desmontable en 4 partes.

Nuestro instrumental está designado para ser desmontado en 3 partes, lo cual facilitaría mucho su practicidad de su uso para optimizar su debido uso.

Observación:

Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia. con la siguiente redacción de este requisito:

PINZA TRACTORA REUSABLE DE 5 MM X 31 A 33 CM, 4X2 DIENTES, DESMONTABLE EN 3 A MAS PARTES, CON PIN CONECTOR DE AF

MATERIAL: TUBO AISLANTE DE PEEK, COLOR NEGRO ANTIDESLUMBRANTE

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** ITEM 08 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Inciso a) y e) del artículo 2° de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, No se acepta, debido a que consultando con el area usuaria encargada del manejo, limpieza y esterilización indica que el instrumental al ser desmontable en cuatro partes permite una mejor limpieza de microorganismos y fluidos luego de las cirugias, ya no quedan espacios que no es posible limpiar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	22:39:31

Observación: Nro. 56

Consulta/Observación:

En los requerimientos técnicos se solicita que la pinza de agarre endoclinch para laparoscopia sea desmontable en 4 partes.

Nuestro instrumental está designado para ser desmontado en 3 partes, lo cual facilitaría mucho su practicidad de su uso para optimizar su debido uso.

Observación:

Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia. con la siguiente redacción de este requisito:

PINZA REUSABLE DE AGARRE ENDOCLINCH DE 5MM X 31 A 33 CM, DESMONTABLE EN 4 PARTES CON PIN CONECTOR DE AF

MATERIAL: TUBO AISLANTE DE PEEK, COLOR NEGRO ANTIDESLUMBRANTE

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** ITEM 09 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Inciso a) y e) del artículo 2° de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, No se acepta, debido a que consultando con el area usuaria encargada del manejo, limpieza y esterilización indica que el instrumental al ser desmontable en cuatro partes permite una mejor limpieza de microorganismos y fluidos luego de las cirugias, ya no quedan espacios que no es posible limpiar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	22:39:31

Observación: Nro. 57

Consulta/Observación:

En los requerimientos técnicos se solicita que la pinza grasper para laparoscopia con cremallera sea desmontable en 4 partes.

Nuestro instrumental está designado para ser desmontado en 3 partes, lo cual facilitaría mucho su practicidad de su uso para optimizar su debido uso.

Observación:

Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia. con la siguiente redacción de este requisito:

PINZA REUSABLE DE AGARRE TIPO COCODRILO DE APERTURA BILATERAL, 5 MM X 31 A 33 CM, DESMONTABLE EN 3 O MÁS PARTES CON PIN CONECTOR DE AF MATERIAL: TUBO AISLANTE DE PEEK, COLOR NEGRO ANTIDESLUMBRANTE

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ITEM 11 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Inciso a) y e) del artículo 2° de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, No se acepta, debido a que consultando con el area usuaria encargada del manejo, limpieza y esterilización indica que el instrumental al ser desmontable en cuatro partes permite una mejor limpieza de microorganismos y fluidos luego de las cirugias, ya no quedan espacios que no es posible limpiar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	22:39:31

Observación: Nro. 58

Consulta/Observación:

En los requerimientos técnicos se solicita que la pinza grasper para laparoscopia sin cremallera sea desmontable en 4 partes.

Nuestro instrumental está designado para ser desmontado en 3 partes, lo cual facilitaría mucho su practicidad de su uso para optimizar su debido uso.

Observación:

Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia. con la siguiente redacción de este requisito:

PINZA REUSABLE DE FIJACIÓN, AGARRE ATRAUMÁTICO 5 MM X 31 A 33 CM, DESMONTABLE EN 3 O MÁS PARTES CON PIN CONECTOR DE AF

MATERIAL: TUBO AISLANTE DE PEEK, COLOR NEGRO ANTIDESLUMBRANTE

ACCESORIOS: 01 TUBO AISLANTE DE REPUESTO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** ITEM 12 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Inciso a) y e) del artículo 2° de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, No se acepta, debido a que consultando con el area usuaria encargada del manejo, limpieza y esterilización indica que el instrumental al ser desmontable en cuatro partes permite una mejor limpieza de microorganismos y fluidos luego de las cirugias, ya no quedan espacios que no es posible limpiar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	22:39:31

Observación: Nro. 59

Consulta/Observación:

En los requerimientos técnicos se solicita que la pinza Maryland curva para laparoscopia sea desmontable en 4 partes. Nuestro instrumental está designado para ser desmontado en 3 partes, lo cual facilitaría mucho su practicidad de su uso para optimizar su debido uso.

Observación:

Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia. con la siguiente redacción de este requisito:

PINZA REUSABLE MARYLAND DE 5 MM X 31 A 33 CM, DESMONTABLE EN 3 O MÁS PARTES CON PIN CONECTOR DE AF

MATERIAL: TUBO AISLANTE DE PEEK, COLOR NEGRO ANTIDESLUMBRANTE

ACCESORIOS: 01 TUBO AISLANTE DE REPUESTO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** ITEM 13 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Inciso a) y e) del artículo 2° de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, No se acepta, debido a que consultando con el area usuaria encargada del manejo, limpieza y esterilización indica que el instrumental al ser desmontable en cuatro partes permite una mejor limpieza de microorganismos y fluidos luego de las cirugias, ya no quedan espacios que no es posible limpiar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	22:39:31

Observación: Nro. 60

Consulta/Observación:

En los requerimientos técnicos se solicita que la tijera Metzembaum curva para laparoscopia sea desmontable en 4 partes.

Nuestro instrumental está designado para ser desmontado en 3 partes, lo cual facilitaría mucho su practicidad de su uso para optimizar su debido uso.

Observación:

Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia. con la siguiente redacción de este requisito:

TIJERA ENDOSCÓPICA METZEMBAUM REUSABLE DE 5 MM X 31 A 33 CM, DESMONTABLE EN 4 PARTES CON PIN CONECTOR DE AF

MATERIAL: TUBO AISLANTE DE PEEK, COLOR NEGRO ANTIDESLUMBRANTE

ACCESORIOS: 01 TUBO AISLANTE DE REPUESTO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** ITEM 14 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Inciso a) y e) del artículo 2° de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su consulta, No se acepta, debido a que consultando con el area usuaria encargada del manejo, limpieza y esterilización indica que el instrumental al ser desmontable en cuatro partes permite una mejor limpieza de microorganismos y fluidos luego de las cirugias, ya no quedan espacios que no es posible limpiar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20462004380	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS HAMBERT E.I.R.L.	Hora de envío :	22:39:31

Observación: Nro. 61

Consulta/Observación:

En los requerimientos técnicos se solicita que la porta aguja para laparoscopia sea de medidas 5 mm x 31 cm o 5mm x 37 cm.

Nuestro instrumental está designado para trabajar con medidas de 5 mm x 33 cm, el cual está diseñado para trabajar de igual manera que las medidas solicitadas.

Observación:

Solicitamos se modifique las especificaciones técnicas para permitirnos competir, en el marco del principio de libre concurrencia y competencia. con la siguiente redacción de este requisito:

PORTA AGUJA AXIAL REUSABLE, AUTOMÁTICO DE 5 MM X 31 A MÁS CM CON PROTECTOR DE SOBRECARGA, CAPACIDAD PARA SUJETAR AGUJAS GRANDES Y PEQUEÑAS CON CANAL DE LIMPIEZA INTERNA NO DESMONTABLE

MATERIAL: TUBO AISLANTE DE PEEK, COLOR NEGRO ANTIDESLUMBRANTE

ACCESORIOS: 01 TUBO AISLANTE DE REPUESTO

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ITEM 15 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Inciso a) y e) del artículo 2° de la Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge su observacion Se acepta rango de longitud de 31 a 37 cm, las demas características técnicas del item no se modifican. En este item no se ha solicitado tubo aislante de repuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 15 PORTA AGUJA PARA LAPAROSCOPIA 5MM X 30 cm

Dice: automático de 5 mm x 31 cm o 5mm x 37 cm

Debe decir: automático de 5 mm x rango de longitud de 31 a 37 cm.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:49:58

Observación: Nro. 62

Consulta/Observación:

GENERALIDADES

1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

PODEMOS OBSERVAR EN RELACION A ESTE PUNTO QUE EXISTEN 19 ITEM CONVOCADOS DE MANERA INDIVIDUAL SEGUN LAS BASES, LO CUAL PERMITE UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES Y UNA LIBRE PARTICIPACION YA QUE SEGUN EL CUADRO DE NECESIDADES EXISTE MUCHA VARIACION EN MEDIDAS, SIENDO ESTAS IMPOSIBLES DE CUMPLIR EN UNA SOLA MARCA, TENIENDO EN CUENTA QUE CADA MARCA DESDE LA PRODUCCION CUENTA YA CON UNA LONGITUD PREDETERMINADA.

POR EJEMPLO: LA MARCA "X" SEGUN PATRON DE FABRICACION DE INSTRUMENTOS ES DE LONGITUD DE 33 CM, LA MARCA "Y" CUENTA CON UN PATRON DE FABRICACION DE 36 CM Y ASI SUCESIVAMENTE, SEGUN LA ACTUALIDAD Y DIVERSIDAD DE MARCAS.

ASI MISMO SEGUN EL CUADRO ADJUNTO DE NECESIDADES CONVOCADA, SE EVIDENCIA QUE EXISTEN ITEM 1 (18 SUB ITEM) Y ITEM 2.

SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE AL COMITE, MANTENER LA CONVOCATORIA DE MANERA INDIVIDUAL PARA UNA MAROR PLURALIDAD DE POSTORES RESPETANDO EL CUADRO DE NECESIDADES DE MANERA INDIVIDUAL TAL COMO SE DETALLA EN LAS BASES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.2 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ ACLARA QUE SON DOS ITEMS: UN ITEM PAQUETE CON 18 SUBITEMS Y UN ITEM 2 QUE ES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:49:58

Observación: Nro. 63

Consulta/Observación:

5.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR
DESCRIPCION Y CANTIDAD DE LOS BIENES A CONTRATAR:

LOS INSUMOS MEDICOS DEBEN CONTENER EN EL ROTULO LA DENOMINACION CONSIGNADA EN EL REQUERIMIENTO PARA UNA IDENTIFICACION MAS AGIL Y EFICAZ

La identifiacion de cada insumo es importante tanto al momento de la presentacion de oferta como al momento de la recepcion del bien, por lo mismo que todos los insumos medicos (instrumentos) deben tener una correcta identificacion mediante laser en cada instrumento, considerando como minimo en cada instrumento la siguiente informacion MARCA; CODIFICACION O MODELO (LA CUAL DEBE COINCIDIR CON LO OFERTADO), SIMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA O SIMILAR, PROCEDENCIA: "MADE IN" O "HECHO EN" EJEMPLO: MADE IN USA, MADE IN GERMANY, MADE IN POLONIA,HECHO EN ESPAÑA, ETC...) SEGUN CORRESPONDA SU REGISTRO SANITARIO.

En caso no aceptar que los insumos tengan una correcta identificacion sustentar tecnicamente

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 3 de la Ley 29459 Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su observación, No se acepta, es una característica que no es obligatorio que este en la superficie del instrumento. Esta informacion debe constar en el envase.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:49:58

Observación: Nro. 64

Consulta/Observación:

5.1 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

DESCRIPCION Y CANTIDAD DE LOS BIENES A CONTRATAR:

LA SEGURIDAD EN EL CIERRE DEL ENVASE INMEDIATO DEBE SER HERMETICO

Hacemos de referencia que los items solicitados no son de presentacion esteril, por lo tanto la presentacion autorizada para la libre comercializacion de este tipo de productos no amerita ser hermetica. pero si aseptica y en optimas condiciones para un correcto almacenaje y transporte

Solicitamos al comite que se acepte la presentacion del envase inmediato segun lo aceptado en cada registro sanitario.

En caso no aceptar, sustentar tecnicamente

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 3 de la Ley 29459 Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado"

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que El cierre hermetico y condición de esteril solo aplica al ítem 19

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:49:58

Observación: Nro. 65

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS:

ITEM 1:CABLE DE FIBRA OPTICA PARA LAPAROSCOPIO

CABLE DE FIBRA OPTICA FULL HD DE 4.8 MM

El cable de fibra optica tiene la funcion de conducir la luz, indistintamente del tipo, esta iluminacion se obtiene de un equipo generador de luz o fuente de luz; este cable de manera individual no es un tipo de lente optico el cual tenga que tener algun tipo de resolucio por lo mismo que este termino "FULL HD" relacionado al cable de fibra optica es imposible de sustentar con la informacion relacionada al mismo

Solicitamos al comite, poder omitir "FULL HD" para un correcto cumplimiento de caracteristicas tecnicas

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 3 de la Ley 29459 Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su observación No se acepta, el cable de fibra optica full HD transmite mayor cantidad de luz, lo cual debe ser acorde con los equipos existentes en el hospital

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:49:58

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS:

ITEM 1:CABLE DE FIBRA OPTICA PARA LAPAROSCOPIO

CABLE DE FIBRA OPTICA CON ADAPTADOR DESMONTABLE PARA ACOPLAR AL MENOS 2 TIPOS DE FUENTE DE LUZ

Teniendo en cuenta que existen en el mercado nacional diversas marcas de fuente de luz, se necesita precisar que tipo de adaptador necesitan (compatible con que marca)

Solicitamos al comite, aclarar que adaptadores necesitan "CABLE DE FIBRA OPTICA CON ADAPTADOR DESMONTABLE PARA ACOPLAR CON LA MARCA DE FUENTE DE LUZ MARCA 1 Y MARCA 2

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que Compatible con las fuentes de luz Storz o MGB, que son los equipos con que cuenta el hospital

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:49:58

Observación: Nro. 67

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS:

ITEM 2: CABLE MONOPOLAR REUTILIZABLE 4MM X 3 PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

CABLE MONOPOLAR REUSABLE DE 3.5 METROS O MAS

En el mercado nacional existen empresas que comercializan cable monopolar reusable de 3 metros de longitud a mas, con el fin de tener una mayor pluralidad de postores. solicitamos al comite amplie el rango de longitud del cable monopolar

Debe decir: CABLE MONOPOLAR REUSABLE DE 3METROS O MAS

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

" Artículo 3 de la Ley 29459 Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado"

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su observación, No se acepta, debido a que la posicion y distancia de los equipos (mesa de operaciones y electrobisturi) en los diferentes procedimientos quirurgicos que usualmente se realizan requiere un cable de 3,5 mts o mayor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:49:58

Observación: Nro. 68

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS:

ITEM 4: CONTENEDOR DE ALUMINIO 46.5CM X 28CM X 10 CM

CONTENEDOR DE ALUMINIO CON BARRERA ESTERIL (FILTRO) DE PTFE, VALIDADO PARA 5000 CICLOS DE ESTERILIZACION CON CESTA QUE ALBERGUE TODOS LOS COMPONENTES DEL SET CON CONECTOR DE AF

DIMENSIONES: LARGO: 58.5 CM +/- 2CM ANCHO: 28 CM +/- 2CM ALTURA: 11CM +/- 2CM

En la actualidad existen accesorios que facilitan y permiten realizar un correcto proceso de esterilizacion y correcto cuidado de los instrumentos para cirugia laparoscopicas que forman parte de este proceso de seleccion, es necesario que los contenedores de aluminio contengan un rack o algo similar que permita un correcto posicionamiento de los instrumentos dentro del contenedor, para que este mismo sea util en toda su capacidad, Este accesorio tiene una altura aproximada de 15 cm de altura.

Por lo mismo que se solicita al comite, se amplie las dimensiones y características del contenedor de aluminio

DEBE DECIR: CONTENEDOR DE ALUMINIO CON BARRERA ESTERIL (FILTRO) DE PTFE, CON CESTA Y RACK QUE ALBERGUE TODOS LOS COMPONENTES DEL SET CON CONECTOR DE AF(OPCIONAL)

DIMENSIONES: LARGO: 58.5 CM +/- 2CM ANCHO: 28 CM +/- 2CM ALTURA: 20 CM +/- 2CM

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Libre concurrencia segun el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado DECRETO

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que Respecto al conector AF, no se debe considerar, ya que se trata de un error de tipeo.

En cuanto a las dimensiones se acepta: altura de 11 a 15 cm, dado que consultando con el usuario encargado del manejo, limpieza y esterilización indica que es más ergonómico trabajar con un contenedor de menor tamaño, este solo será destinado por la esterilización de instrumental y además ocupada menos espacio en la carga de esterilización. Las demas características técnicas del item no se modifican

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM N° 4 CONTENEDOR DE ALUMINIO 46.5 CM X 28.0 CM X 10.0 CM

Dice: Dimensiones. Altura dice: 11 cm +/- 2 cm

Debe decir: Dimensiones. Altura dice: 11 cm a 15 cm

Respecto al conector AF, no se debe considerar, ya que se trata de un error de tipeo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:49:58

Observación: Nro. 69

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS:

ITEM 4: CONTENEDOR DE ALUMINIO 46.5CM X 28CM X 10 CM

CONTENEDOR DE ALUMINIO CON CONECTOR DE AF

DIMENSIONES: LARGO: 58.5 CM +/- 2CM ANCHO: 28 CM +/- 2CM ALTURA: 11CM +/- 2CM

Con el objetivo de poder sustentar lo requerido segun las especificaciones adjuntas, solicitamos al comité nos pueda aclarar sobre lo referido en sus especificaciones tecnicas adjuntas "CON CONECTOR DE AF".

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Libre concurrencia segun el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado DECRETO

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que Respecto al conector AF, no se debe considerar, ya que se trata de un error de tipeo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:49:58

Observación: Nro. 70

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS:
ITEM 5: ELECTRODO HOOK

ELECTRODO HOOK REUSABLE DE 5MM X 33 CM, DESMONTABLE EN 3 PARTES, EMPUÑADURA, TUBO INTERNO Y ELECTRODO DE CONTACTO, CON CONECTOR MONOPOLAR DE AF

MATERIAL: TUBO AISLANTE DE PEEK; COLOR NEGRO ANTIDESLUMBRANTE
ACCESORIOS: 4 ELECTRODOS MONOPOLARES TIPO "J" O "L" O ESPATULA, O BOLA Y DOS CABLES MONOPOLARES REUTILIZABLE Y AUTOCLAVABLE A 134° (OPCIONAL)

El electrodo hook, es un instrumento conductivo de corriente monopolar, por lo mismo que su fabricacion en la mayoría de marcas es de una sola pieza, ya que el desmontar un hook tal como se detalla puede generar algun tipo de evento adverso al momento del lavado , ya sea por un mal ensamblaje o acumulacion de fluidos en las partes internas del instrumento. Siendo responsabilidad del personal asistencial y la casa comercial que distribuye este tipo de instrumentos

Por lo mismo que se solicita al comite se acepte tambien Electrodo hook reusable de 5mm x 33 cm en "L" o "J" de una sola pieza, con conector monopolar de alta frecuencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 3 de la Ley 29459 Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado"

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge su observación, Se acepta como opcional desmontable o no desmontable, las demas características técnicas del item no se modifican.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 5 ELECTRODO HOOK

Dice: Desmontable en 3 partes.

Debe decir: Desmontable o no Desmontable.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:49:58

Observación: Nro. 71

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS:

ITEM 6: OPTICA PARA ENDOSCOPIO ANGULO 30° DIAMETRO 10MM

OPTICA DE 30° PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA,CON 3 CONECTORES PARA AL MENOS 3 TIPOS DE FABRICANTES

Teniendo en cuenta que existen en el mercado nacional diversas marcas de cables de fibra opitca, se necesita precisar

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que Compatible con las fuentes de luz Storz o MGB, que son los equipos con que cuenta el hospital

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:49:58

Observación: Nro. 72

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS:

ITEM 8: PINZA DE AGARRE CON DIENTES PARA LAPAROSCOPIA 5MM X 30 CM

PINZA TRACTORA REUSABLE DE 5MM X 31 A 33CM, 4 X 2 DIENTES. MATERIAL: TIPO ASILANTE PEEK, COLOR NEGRO ANTIDESLUMBRANTE

Con el objetivo de tener una mayor pluralidad de postores, considerando que en el mercado nacional tambien existen pinzas tractoras reusables de 5mm x 31 a 33 cm de longitud, de 4 x 2 dientes, con diversos tipos de aislantes que cumplen con isos y protocolos de fabricacion que tienen la misma capacidad de resistencia que el PEEK (polieteretercetona).

Solicitamos al comite de seleccion, con el objetivo de tener una mayor pluralidad de postores, se acepte material aislante tipo PEEK y/o similares siempre y cuando no afecte el objetivo principal.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su observación, No se acepta. Las características del poli eter eter cetona le dan una gran resistencia a cualquier tipo de proceso de esterilización, lo que redundo en una mayor duración del instrumental en el tiempo No es un aislante que sea exclusivo de una marca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:49:58

Observación: Nro. 73

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS:

ITEM 9: PINZA DE AGARRE ENDOCLINCH DE 5MM X 31 CM

PINZA DE AGARRE ENDOCLINCH DE 5MM X 31 A 33CM. MATERIAL: TIPO ASILANTE PEEK, COLOR NEGRO ANTIDESLUMBRANTE

Con el objetivo de tener una mayor pluralidad de postores, considerando que en el mercado nacional tambien existen pinzas de agarre endoclinc de 5mm x 31 a 33 cm, con diversos tipos de aislantes que cumplen con isos y protocolos de fabricacion que tienen la misma capacidad de resistencia que el PEEK (polieteretercetona).

Solicitamos al comite de seleccion, con el objetivo de tener una mayor pluralidad de postores, se acepte material aislante tipo PEEK y/o similares siempre y cuando no afecte el objetivo principal.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su observación, No se acepta. Las características del poli eter eter cetona le dan una gran resistencia a cualquier tipo de proceso de esterilización, lo que redunda en una mayor duración del instrumental en el tiempo No es un aislante que sea exclusivo de una marca..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:49:58

Observación: Nro. 74

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS:
ITEM 11: PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA DE 5MM X 33 CM CON CREMALLERA

PINZA REUSABLE DE AGARRE TIPO COCODRILO DE APERTURA BILATERAL DE 5MM X 31 A 33CM. MATERIAL: TIPO ASILANTE PEEK, COLOR NEGRO ANTIDESLUMBRANTE

Con el objetivo de tener una mayor pluralidad de postores, considerando que en el mercado nacional tambien existen pinzas reusables de agarre tipo cocodrilo con apertura bilateral de 5mm x 31 a 33 cm, con diversos tipos de aislantes que cumplen con isos y protocolos de fabricacion que tienen la misma capacidad de resistencia que el PEEK (polieteretercetona).

Solicitamos al comite de seleccion, con el objetivo de tener una mayor pluralidad de postores, se acepte material aislante tipo PEEK y/o similares siempre y cuando no afecte el objetivo principal."
"CARACTERISTICAS TECNICAS:
ITEM 12: PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA DE 5MM X 33 CM SIN CREMALLERA

PINZA REUSABLE DE FIJACION, AGARRE TRAUMATICO 5MM X 31 A 33CM. MATERIAL: TIPO ASILANTE PEEK, COLOR NEGRO ANTIDESLUMBRANTE

Con el objetivo de tener una mayor pluralidad de postores, considerando que en el mercado nacional tambien existen pinzas reusables de agarre de fijacion, agarre traumatico 5mm x 31 a 33 cm, con diversos tipos de aislantes que cumplen con isos y protocolos de fabricacion que tienen la misma capacidad de resistencia que el PEEK (polieteretercetona).

Solicitamos al comite de seleccion, con el objetivo de tener una mayor pluralidad de postores, se acepte material aislante tipo PEEK y/o similares siempre y cuando no afecte el objetivo principal."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 3 de la Ley 29459 Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado"

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su observación, No se acepta. Las características del poli eter eter cetona le dan una gran resistencia a cualquier tipo de proceso de esterilización, lo que redundo en una mayor duración del instrumental en el tiempo No es un aislante que sea exclusivo de una marca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:49:58

Observación: Nro. 75

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS:

ITEM 12: PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA DE 5MM X 33 CM SIN CREMALLERA

PINZA REUSABLE DE FIJACION, AGARRE TRAUMATICO 5MM X 31 A 33CM. MATERIAL: TIPO ASILANTE PEEK, COLOR NEGRO ANTIDESLUMBRANTE

Con el objetivo de tener una mayor pluralidad de postores, considerando que en el mercado nacional tambien existen pinzas reusables de agarre de fijacion, agarre traumatico 5mm x 31 a 33 cm, con diversos tipos de aislantes que cumplen con isos y protocolos de fabricacion que tienen la misma capacidad de resistencia que el PEEK (polieteretercetona).

Solicitamos al comite de seleccion, con el objetivo de tener una mayor pluralidad de postores, se acepte material aislante tipo PEEK y/o similares siempre y cuando no afecte el objetivo principal.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 3 de la Ley 29459 Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado"

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su observación, No se acepta.Las características del poli eter eter cetona le dan una gran resistencia a cualquier tipo de proceso de esterilización, lo que redundará en una mayor duración del instrumental en el tiempo No es un aislante que sea exclusiva de una marca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:49:58

Observación: Nro. 76

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS:

ITEM 13: PINZA MARYLAND PARA LAPAROSCOPIA DE 5MM

PINZA REUSABLE MARYLAND DE 5MM X 31 A 33CM. MATERIAL: TIPO ASILANTE PEEK, COLOR NEGRO ANTIDESLUMBRANTE

Con el objetivo de tener una mayor pluralidad de postores, considerando que en el mercado nacional tambien existen pinzas reusables maryland de 5mm x 31 a 33 cm, con diversos tipos de aislantes que cumplen con isos y protocolos de fabricacion que tienen la misma capacidad de resistencia que el PEEK (polieteretercetona).

Solicitamos al comite de seleccion, con el objetivo de tener una mayor pluralidad de postores, se acepte material aislante tipo PEEK y/o similares siempre y cuando no afecte el objetivo principal.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 3 de la Ley 29459 Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado"

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su observación, No se acepta.Las características del poli eter eter cetona le dan una gran resistencia a cualquier tipo de proceso de esterilización, lo que redundo en una mayor duración del instrumental en el tiempo No es un aislante que sea exclusiva de una marca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:49:58

Observación: Nro. 77

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS:

ITEM 14: TIJERA METZEMBAUM CURVA PARA LAPAROSCOPIA 33 CM

TIJERA ENDOSCOPICA METZEMBAUM CURVA REUSABLE DE 5MM X 31 A 33CM. MATERIAL: TIPO ASILANTE PEEK, COLOR NEGRO ANTIDESLUMBRANTE

Con el objetivo de tener una mayor pluralidad de postores, considerando que en el mercado nacional tambien existen tijeras endoscopicas metzembaum curva reusable de 5mm x 31 a 33 cm, con diversos tipos de aislantes que cumplen con isos y protocolos de fabricacion que tienen la misma capacidad de resistencia que el PEEK (polieteretercetona).

Solicitamos al comite de seleccion, con el objetivo de tener una mayor pluralidad de postores, se acepte material aislante tipo PEEK y/o similares siempre y cuando no afecte el objetivo principal.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 3 de la Ley 29459 Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado"

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su observación, No se acepta.Las características del poli eter eter cetona le dan una gran resistencia a cualquier tipo de proceso de esterilización, lo que redundo en una mayor duración del instrumental en el tiempo No es un aislante que sea exclusiva de una marca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:49:58

Observación: Nro. 78

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS:

ITEM 15: PORTA AGUJA PARA LAPAROSCOPIA DE 5MM X 30CM

PORTA AGUJA AXIAL REUSABLE AUTOMATICO DE 5MM X 31 O 5MM X 37 CM CON PROTECTOR DE SOBRECARGA, CAPACIDAD PARA SUJETAR AGUJAS GRANDES Y PEQUEÑAS, CON CANAL DE LIMPIEZA INTERNA, NO DESMONTABLE. MATERIAL: TIPO ASILANTE PEEK, COLOR NEGRO ANTIDESLUMBRANTE

Con el objetivo de tener una mayor pluralidad de postores, considerando que en el mercado nacional tambien existen porta agujas axial reusables automaticos de 5mm con diversas longitudes las cuales no afectan en el funcionamiento del instrumento; asi mismo tambien existen porta agujas con diversos tipos de aislantes que cumplen con isos y protocolos de fabricacion que tienen la misma capacidad de resistencia que el PEEK (polieteretercetona).

Solicitamos al comite de seleccion, con el objetivo de tener una mayor pluralidad de postores, se acepte colocar un rango de longitud de 31 cm hasta 37 cm. Asi mismo se acepte tambien que material aislante sea tipo PEEK y/o similares siempre y cuando no afecte el objetivo principal.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 3 de la Ley 29459 Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado"

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge su observación, Se acepta rango de longitud de 31 a 37 cm, las demas características técnicas del item no se modifican.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM 15 PORTA AGUJA PARA LAPAROSCOPIA 5MM X 30 cm

Dice: automático de 5 mm x 31 cm o 5mm x 37 cm

Debe decir: automático de 5 mm x rango de longitud de 31 a 37 cm.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:49:58

Observación: Nro. 79

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS:

ITEM 17: CABLE BIPOLAR REUTILIZABLE 4MM X 3 M PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

CABLE BIPOLAR REUSABLE, CONECTOR A PINZAS BIPOLARES QUE PERMITA SELECCIONAR AL MENOS ENTRE TRES TIPOS DE PINES BIPOLARES (REDONDO DELGADO, REDONDO MEDIO O PLANO, CONECTOR A ELECTROBISTURI TIPO PINES CON DISTANCIA DE 28.6 MM Y CONECTOR HEMBRA BIPOLAR MATERIAL: FILAMENTOS METALICOS, Y RECUBIERTA DE MATERIAL TERMOESTABLE LONGITUD: 4 METROS O MAYOR

Solicitamos al comite de seleccion, aclarar las características técnicas adjuntas. brindando como referencia la marca de electrobisturi que tiene la institucion, con la finalidad los postores puedan recepcionar de la misma forma las características del cable bipolar que requieren.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 3 de la Ley 29459 Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado"

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que, Se cuenta con electrobisturi Covidien-Valleylab, por lo que lo solicitado debe ser compatoible con dichos equipos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:49:58

Observación: Nro. 80

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS:

ITEM 18: PINZA BIPOLAR TIPO ROBBIN PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5MM DE DIAMETRO X 33 CM

PINZA HEMOSTATICA BIPOLAR, 5 MM X 31 A 33CM, EN FORMA DE GRASPER FENESTRADA, VASTAGO CON MARIPOSA ROTATORIA CON PIN CONECTOR BIPOLAR. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, TUBO AISLANTE TIPO PEEK

Con el objetivo de tener una mayor pluralidad de postores, considerando que en el mercado nacional tambien existen pinzas hemostaticas bipolares de 5mm x 31 a 33 cm en forma de grasper fenestrada, vastago con mariposa rotatoria con pin conector bipolar con diversos tipos de aislantes que cumplen con isos y protocolos de fabricacion que tienen la misma capacidad de resistencia que el PEEK (polieteretercetona).

Solicitamos al comite de seleccion, con el objetivo de tener una mayor pluralidad de postores, se acepte tambien que material aislante sea tipo PEEK y/o similares siempre y cuando no afecte el objetivo principal.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 3 de la Ley 29459 Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado"

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que Solo se acepta "pinza grasper fenestrada", las demas características del item no se modifican. Las características del poli eter eter cetona le dan una gran resistencia a cualquier tipo de proceso de esterilización, lo que redunda en una mayor duración del instrumental en el tiempo No es un aislante que sea exclusiva de una marca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:49:58

Observación: Nro. 81

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS

ITEM 19: KIT DE TROCARES DESCARTABLES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA X 7 PIEZAS

- OPTURADOR Y DIVULSIONADOR OPTICO DE HELICE SECUENCIAL CON ORIFICIO DE INSULFACION EN EL EXTREMO DISTAL CON CAPACIDAD PARA INTRODUCIR UNA OPTICA DE 0 O 30° GRADOS DENTRO DEL OBTURADOR Y VISUALIZAR EL INGRESO A CAVIDAD. CON EJE DE ROTACION PARA ESTABILIZAR LA OPTICA Y SELLO LAPAROSCOPICO EN EL OBTURADOR.
- LA CANULA TRANSPARENTE CON SISTEMA DE ANCLAJE ATRAUMATICO DE ROSCA INTERNA PARA FACILITAR SU FIJACION A LA PARED ABDOMINAL ATRAUMATICAMENTE.
- SELLO DESMONTABLE DE LA CANULA CON SISTEMA DE BOBLE PICO DE PATO PARA MENOR FRICCION DEL INSTRUMENTAL.
- REDUCTOR UNIVERSAL INCORPORADO CON SEPTUM DE PROTECCION Y ORIENTADOR DEL INSTRUMENTAL HACIA CAVIDAD
- CON LLAVE DE PASO PARA CO2 CON ALTO FLUJO FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL SELLO
- QUE LAS CANULAS SE PUEDAN DESMONTAR EN 3 PARTES (NO INCLUYE LAS VALVULAS)

EN EL MERCADO NACIONAL EXISTEN DISTINTAS MARCAS, MODELOS, TIPOS Y DIMENCIONES DE TROCARES DESCARTABLES CON CHUCHILLA, SIN CUCHILLAS Y OPTICOS.

Así mismo el área usuaria solicita trocares ópticos, existiendo en el mercado también otro tipo de trocares de calidad que también son aceptados y adquiridos con frecuencia en la institución convocante, los cuales tienen menor costo a lo solicitado

Solicitamos al comité, tenga a bien aceptar también el kit de trocar compuesto por 2 cánulas de 5mm mas 1 punzón retráctil sin botón de activación el cual permite un acceso en menor tiempo a cavidad, 2 cánula de 10mm, 1 punzón retráctil sin botón de activación, 1 bolsa colectora de espécimen y/o aguja de verres (opcional). Haciendo prevalecer la descripción adjunta según código siga y respetando la cantidad de piezas correspondientes al kit

SE ESPERA TOMEN BIEN ACEPTAR LA CONSULTA PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

" Artículo 3 de la Ley 29459 Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado"

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge su observación Se modifica lo solicitado, quedando de la siguiente manera:

CARACTERISTICAS:

Opturador y divulsionador óptico con orificio de insulfación en el extremo distal con capacidad para introducir una optica de 0 o 30° grados dentro del obturador y visualizar el ingreso a cavidad.

Canula transparente con sistema de anclaje para facilitar su fijacion a la pared abdominal atraumaticamente.

Reductor universal incorporado con septum de protección y orientador del instrumental hacia cavidad

Con llave de paso para CO2 con alto flujo formando una sola pieza con el sello

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20605936947	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	A & F MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	22:49:58

Observación: Nro. 82

Consulta/Observación:

5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS

ITEM 19: KIT DE TROCARES DESCARTABLES PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA X 7 PIEZAS

EMPAQUE: INDIVIDUAL

Solicitamos al comité, respetar la presentación del kit de trocares como empaque individual conteniendo todas las piezas. En un blíster, haciendo prevalecer la funcionabilidad del kit que es disminuir tiempo quirúrgico y libre disposición de los componentes de forma inmediata.

Se espera tomen bien aceptar la consulta para una mayor pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 3 de la Ley 29459 Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado"

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que Las 6 piezas pueden venir estériles, en paquetes individuales o único

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20606894555	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	GALEYA MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:48:25

Consulta: Nro. 83

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA:

EN RELACION A ESTE PUNTO EXISTEN 19 ITEM CONVOCADOS DE MANERA INDIVIDUAL SEGUN BASES.

SE REQUIERE ACLARAR ESTE PUNTO YA QUE SEGUN EL PLAZO DE ENTREGA INDICA QUE LA ENTREGA TOTAL DEBE SER EN 5 DIAS DEL TOTAL DE ITEMS OFERTADOS. ASI MISMO ADJUNTAN UN CUADRO CON ENTREGAS PARCIALES SEGUN CRONOGRAMA ADJUNTO

EN CASO SER ENTREGADOS LA CANTIDAD TOTAL DE ITEMS EN UNA SOLA ENTREGA SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE AL COMITE, PUEDAN EXTENDER EL PLAZO DE ENTREGA DE 5 DIAS CALENDARIOS HASTA 25 DIAS CALENDARIOS, CON EL FIN DE QUE EXISTA UN MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ ACEPTA DE MANERA PARCIAL SU CONSULTA Y CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES Y POR LA NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS SOLICITADOS, LA PRIMERA ENTREGA SERA CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS A PARTIR DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20606894555	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	GALEYA MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:48:25

Consulta: Nro. 84

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS

ITEM 1:

EN EL MERCADO NACIONAL EXISTEN DISTINTAS MARCAS DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA Y EN CADA MARCA MANEJAN DIFERENTES TIPOS DE CONECTORES DISTINTOS O LOS CUALES NO SABEMOS SI SON COMPATIBLES A LA FUENTE DE LUZ QUE MANEJA LA INSTITUCIÓN.

REQUERIMOS RESPETUOSAMENTE AL COMITE, SE ACLARE EL MODELO DE CONECTOR SEGÚN LA MARCA DE FUENTE DE LUZ QUE EN LA ACTUALIDAD MANEJA LA INSTITUCION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que Se cuenta con equipos de laparoscopia maracas Storz y MGB

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20606894555	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	GALEYA MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:48:25

Observación: Nro. 85

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS

ITEM 2:

EN EL MERCADO NACIONAL EXISTEN DISTINTAS MARCAS DE CABLES MONOPOLARES Y CADA MARCA CON LONGITUDES DISTINTAS SIENDO ESTAS COMERCIALES DESDE 3 METROS HASTA 5 METROS.

SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE AL COMITE, SE CONSIDERE RANGO DE LONGITUD DE 3 MT A MAS, PARA OBTENER UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su observación, No se acepta, debido a que la posicion y distancia de los equipos (mesa de operaciones y electrobisturi) en los diferentes procedimientos quirurgicos que usualmente se realizan requiere un cable de 3,5 mts o mayor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20606894555	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	GALEYA MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:48:25

Observación: Nro. 86
Consulta/Observación:
CARACTERISTICAS TECNICAS
ITEM 4:

EN LA ACTUALIDAD EXISTEN DISTINTAS MARCAS, MODELOS, TIPOS Y DIMENSIONES DE CONTEDEDORES SEGÚN LA ESPECIALIDAD. EL AREA USUARIA SOLICITA LAS SIGUIENTES DIMENCIONES: LARGO:58.5 +/-2CM, ANCHO:28CM +/-2CM Y ALTURA: 11CM+/-2CM.

SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE AL COMITE, SE CONSIDERE LOS SIGUIENTES DIAMETROS: LARGO: 58.5 CM +/- 5CM, ANCHO:28CM +/-5CM Y ALTURA 11CM +/- 10CM, PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2 **Página:** 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge su observación, Se acepta: altura de 11 a 15 cm, dado que consultando con el area usuaria encargada del manejo, limpieza y esterilización indica que es más ergonómico trabajar con un contenedor de menor tamaño, este solo será destinado por la esterilización de instrumental y además ocupada menos espacio en la carga de esterilización. Las demas características técnicas del ítem no se modifican

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20606894555	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	GALEYA MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:48:25

Observación: Nro. 87

Consulta/Observación:

ITEM 5
ELECTRODO HOOK

SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE AL COMITE SE ACEPTE TAMBIEN HOOK DE 5MM X 33CM DE UNA SOLA PIEZA, PARA QUE NO EXISTA UNA LIMITANTE Y SE PUEDA OBTENER UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL Comité de Selección en coordinación con el área usuaria acoge su observación, Se acepta como opcional desmontable o no desmontable, las demas características técnicas del item no se modifican.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20606894555	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	GALEYA MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:48:25

Observación: Nro. 88

Consulta/Observación:

TUBO DE ASILANTE PEEK, COLOR NEGRO ANTIDESLUMBRANTE

ITEMS: 5, 8, 9 ,11, 12, 13, 14, 15, 18

SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE AL COMITE SE PUEDA AMPLIAR ESTA CARACTERISTICA Y SE ACEPTE TAMBIEN MATERIAL AISLANTE COLOR NEGRO ANTIDESLUMBRANTE QUE GARANTIZE SU FUNCIONABILIDAD, SEGUN CADA MARCA

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta. Las características del poli eter eter cetona le dan una gran resistencia a cualquier tipo de proceso de esterilización, lo que redunda en una mayor duración del instrumental en el tiempo No es un aislante que sea exclusivo de una marca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : LP-SM-2-2024-HRHD-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Ruc/código :	20606894555	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	GALEYA MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:48:25

Observación: Nro. 89

Consulta/Observación:

ITEM 19

SOLICITAMOS AL COMITE SE ACEPTÉ TAMBIEN KIT DE TROCAR CON CUCHILLA O SIN CUCHILLA, AL MISMO TIEMPO REQUERIMOS QUE SE AMPLIEN LAS CARACTERISTICAS TECNICAS BASANDOSE A PRODCTOS DE BUENA CALIDAD QUE SON COMERCIALIZADOS CON FRECUENCIA A NIVEL NACIONAL CONTRIBUYENDO A QUE PUEDA EXISTIR UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES Y EXISTA UNA JUSTA COMPETENCIA ENTRE

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, se esta solicitando trocares ópticos no retractiles, Al no tener elementos cortantes, como la cuchilla, se contribuye a la seguridad del paciente, menor riesgo de lesión al ingreso de los mismos a la cavidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null