

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-INSN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINSTRO DE KITS PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENOS VIRALES RESPIRATORIOS IFA EN HISOPADO NASAL X 50 DETERMINACIONES CON EQUIPAMIENTO EN CESION DE USO (PARA UN PERIODO DE 12 MESES)

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	18:55:26

**Consulta: Nro. 1**

### Consulta/Observación:

Dentro de los accesorios solicitados se pide lo siguiente: 2 Pipetas con calibración acreditadas por INACAL u organismos autorizados por INACAL en los siguientes rangos (10-50ul y 100-1000ul) hasta el final de la adjudicación; y 3 Termo higrómetros digitales con calibración acreditada por INACAL hasta el final de la adjudicación. Entendemos que estas certificaciones se solicitarán al momento de la entrega de estos accesorios, luego de emitida la orden de compra al postor ganador. ¿Es correcta nuestra apreciación?

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5.2      Literal: --      **Página: 24**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en atención a lo señalado por el área usuaria ACLARA que la precisión es correcta. Asimismo con motivo de la integración de bases Capítulo III de la Sección Específica, se hará la precisión correspondiente a la entrega conjunta de los accesorios y sus certificaciones, en los casos que corresponda, y del plazo en que deberá realizarse la entrega.

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los accesorios y sus certificaciones serán entregados de manera conjunta hasta 21 días calendario posteriores a la notificación de la orden de compra, en excepción del mobiliario de soporte de los equipos el cual deberá entregarse en el plazo establecido para la "instalación de equipo".

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-INSN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINSTRO DE KITS PARA DETECCIÓN DE ANTÍGENOS VIRALES RESPIRATORIOS IFA EN HISOPADO NASAL X 50 DETERMINACIONES CON EQUIPAMIENTO EN CESIÓN DE USO (PARA UN PERIODO DE 12 MESES)

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	18:55:26

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

Dentro de los accesorios solicitados se pide lo siguiente: 2 Pipetas con calibración acreditadas por INACAL u organismos autorizados por INACAL en los siguientes rangos (10-50ul y 100-1000ul) hasta el final de la adjudicación; y 3 Termo higrómetros digitales con calibración acreditada por INACAL hasta el final de la adjudicación. Entendemos que al momento de presentar la propuesta solo será necesario presentar una declaración jurada con el compromiso de entregar dichos certificados al momento de la entrega de los accesorios, en caso de obtener la buena pro. ¿Es correcta nuestra apreciación?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5.2      Literal: --      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El Comité de Selección en atención a lo señalado por el área usuaria ACLARA que la apreciación es correcta. Asimismo con motivo de la integración de bases Sección Específica, se hará la precisión correspondiente

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se deberá acreditar con declaración jurada el compromiso de entrega de los accesorios y sus certificaciones de manera conjunta, en los casos que correspondan, hasta un plazo de 21 días calendario posterior a la notificación de la orden de compra, en el caso de obtenerse la buena pro"