

CdS - ESSALUD - RPR

ACTA DE BUENA PRO

LICITACION PUBLICA N° 37-2023-ESSALUD-RPR-1 (2307L00371)

CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE TOMOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES

En la Ciudad de Lima hoy **12 JUL 2024**, el Comité de Selección designado por el Gerente de la Red Prestacional Rebagliati mediante Formato N° 04 para llevar a cabo la conducción del procedimiento de selección **CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE TOMOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES**, reunidos en la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la RPR, sito en la Of. 317 Complejo Arenales, se llevó a cabo el Acto de Buena Pro de la Licitación Publica N° 2307L00371, habiéndose previamente realizado la admisión, evaluación y calificación de las ofertas presentadas, según los anexos 1, 2 y 3.

En el caso del Ítem N° 1 la oferta que ocupó el primer lugar en el orden de prelación y cumplió con las etapas de evaluación y calificación, excedía el valor estimado, por lo que se le solicitó la reducción de su oferta económica. La empresa ST. LOUIS IMPORT S.A. consideró un ajuste de precios y adjuntó una nueva propuesta económica, la cual aún superaba el valor estimado.

Por lo tanto se solicitó al Gerente de la Red Prestacional Rebagliati la aprobación para otorgar la buena pro a la oferta que supera el valor estimado, habiendo derivado el documento a la Oficina de Presupuesto y Costos, quien mediante Notas N° 481 y 523-OPPyC-OFGyD-GRPR-ESSALUD-2024 aprueba la disponibilidad y viabilidad presupuestaria.

Asimismo mediante Memorando N° 1319-GRPR-ESSALUD-2024 la Gerencia de la Red Prestacional Rebagliati aprueba la ampliación presupuestaria para el Ítem N° 1.


Se tiene como resultado lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	Ord. Prelación	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR GANADOR	MONTO OFERTADO S/.	RESULTADO
1	Catéter conector de vinil con luer lock de 1.20 mt	1	ST. LOUIS IMPORT S.A.	S/342,720.00	ADJUDICADO

Acto seguido, se acordó registrar y publicar en el SEACE la presente acta, según el cronograma del presente procedimiento de selección.


MARIA ELIZABETH MORON CABRERA
Presidente Suplente del Comité de Selección


JAKELINE ARACELI MENDOZA CABANILLAS
Primer Miembro Titular del Comité de Selección


EDUARDO MANUEL OSORES BONILLA
Segundo Miembro Suplente del Comité de Selección

CdS - ESSALUD - RPR**ACTA DE DESIERTO****LICITACION PUBLICA N° 37-2023-ESSALUD-RPR-1 (2307L00371)****CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE TOMOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES**

En la Ciudad de Lima hoy **12 JUL 2024**, el Comité de Selección designado por el Gerente de la Red Prestacional Rebagliati mediante Formato N° 04 para llevar a cabo la conducción del procedimiento de selección **CONTRATACION DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE TOMOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES**, reunidos en la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la RPR, sito en la Of. 317 Complejo Arenales, resuelve declarar Desiertos los Ítems N° 2, 3 y 4 de la Licitación Publica N° 2307L00371, habiéndose previamente realizado la admisión, evaluación y calificación de las ofertas presentadas, según los anexos 1, 2 y 3, se tiene como resultado lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	MOTIVO	RESULTADO
2	Jeringa para bomba de infusión	La única oferta del postor ST. LOUIS IMPORT S.A. no fue admitida. - De acuerdo a la ficha técnica la oferta no cumple con lo siguiente: MATERIAL: Se solicita material tipo caucho natural para uso clínico hospitalario. Ofertan material de poliestireno.	DESIERTO
3	Jeringa perfusora de 200 cc.	La oferta del postor CARDIO PERFUSION E.I.R.L. no fue admitida. De acuerdo a la ficha técnica la oferta no cumple con lo siguiente: MATERIAL: Se requiere Tipo: Cloruro de Polivinil, Polipropileno, Policarbonato. El postor oferta Tipo: Goma sintética, PVC, Polipropileno, Policarbonato. La oferta del postor ST. LOUIS IMPORT S.A. fue descalificada. No se ha considerado la Factura N° F001-00007794 (folio 145) ya que no adjunta ningún documento que acredite la cancelación o el abono. Por lo tanto dicha empresa acreditaría un monto total de S/ 759,666.96 que no le alcanza para la calificación del Ítem N° 3.	DESIERTO
4	Kit de jeringa para inyector automático de resonador magnético	La oferta del postor ST. LOUIS IMPORT S.A. no fue admitida. Oferta Blister de Poliestireno. Se requería Polietileno. La oferta del postor CARDIO PERFUSION E.I.R.L. no fue admitida. De acuerdo a la ficha técnica la oferta no cumple con lo siguiente: CARACTERISTICAS: Se requiere Bandeja de Polietileno de alta densidad y tyvek. El postor oferta Bandeja de Poliestireno y papel tyvek. Oferta Blister de Poliestireno. Se requería Polietileno.	DESIERTO

Acto seguido, se acordó registrar y publicar en el SEACE la presente acta, según el cronograma del presente procedimiento de selección.


MARIA ELIZABETH MORON CABRERA
Presidente Suplente del Comité de Selección


JAKELINE ARACELI MENDOZA CABANILLAS
Primer Miembro Titular del Comité de Selección


EDUARDO MANUEL OSORES BONILLA
Segundo Miembro Suplente del Comité de Selección