

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA		
Nomenclatura :	AS-SM-15-2024-INIA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	Adquisición de Medidor de Clorofila SPAD, en el marco del proyecto de inversión con CUI 2449640		

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:12:27

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:  
1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes serán entregados en un plazo máximo de (30) días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra o suscrito el contrato.

OBSERVACIÓN:

Se solicita al honorable Comité, considerar ampliar el plazo de entrega a 45 DÍAS CALENDARIOS, ya que los equipos solicitados requieren de un proceso de fabricación, así como los procesos de importación, desaduanaje y otros controles previos; por lo que el plazo de entrega que se visualiza en las bases es muy corto y no está acorde con la realidad; a menos que algún proveedor en específico cuente con los productos en STOCK; por tanto, a fin de no dirigir el proceso y se permita la mayor participación de postores potenciales, se solicita muy amablemente, ampliar el plazo de entrega a 45 días calendario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 12  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo informado por el area usuaria el comite de seleccion ACOGE la consulta que aplica como observacion, por tanto se suprime el tiempo solicitado en las bases y se amplia el plazo de entrega a 45 dias calendarios, para no restrigir la participacion de postores conforme al principio de libertad de concurrencia de la ley de contrataciones del estado, siendo el area usuria el responsable de formular las epsecificaciones tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Quedando de la siguiente manera  
CAPITULO III REQUERIMIENTO  
3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS  
5. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega sera hasta los 45 dias calentarios a partir del dia siguiente de la suscripcion de contrato.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Medidor de Clorofila SPAD, en el marco del proyecto de inversión con CUI 2449640

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:12:27

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

4. Descripción detallada de las características del bien

Funcionamiento a pilas, incluidas

CONSULTA:

En la actualidad, a nivel mundial, hay diversos tipos de funcionamiento (pilas, baterías recargables, etc.) por lo que, al indicar un solo tipo, se estaría restringiendo la pluralidad de postores potenciales.

Para permitir la mayor participación y pluralidad de postores potenciales, y teniendo en cuenta que esta característica no afecta la funcionalidad del equipo, se solicita al honorable comité muy amablemente que considere el funcionamiento según el fabricante, por lo cual este parámetro quedaría de la siguiente manera:

Funcionamiento: Según el fabricante

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo informado por el area usuaria el comite de seleccion ACOGE la consulta que aplica como observacion, ya que el funcionamiento puede ser de diversos tipos: (pilas, baterías recargables, etc.)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Quedando de la siguiente manera

CAPITULO III REQUERIMIENTO

3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

4. Descripción detallada de las características del bien

el Funcionamiento puede ser de diversos tipos: (pilas, baterías recargables, etc.)

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Medidor de Clorofila SPAD, en el marco del proyecto de inversión con CUI 2449640

Ruc/código :	20108605392	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	ZAMTSU CORPORACION SRL	Hora de envío :	21:15:05

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:  
CAPITULO III REQUERIMIENTO  
3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS  
5. PLAZO DE ENTREGA  
PAG 19

Según lo solicitado el equipo tiene un tiempo de entrega de 30 días. Los equipos solicitados son especializados y tienen un tiempo de fabricación e importación aproximado de 30 días, lo cual hace que el tiempo de entrega solicitado sea demasiado corto. Se solicita al comité poder ampliar el plazo de entrega a 45 días.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: CAP III      Literal: 3.1      Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Conforme a lo informado por el area usuaria el comite de seleccion ACOGE la consulta que aplica como observacion, por tanto se suprime el tiempo solicitado en las bases y se amplia el plazo de entrega a 45 dias calendarios, para no restrigir la participacion de postores conforme al principio de libertad de concurrencia de la ley de contrataciones del estado, siendo el area usuria el responsable de formular las epsecicifaciones tecnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Quedando de la siguiente manera  
CAPITULO III REQUERIMIENTO  
3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS  
5. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega sera hasta los 45 dias calentarios a partir del dia siguiente de la suscripcion de contrato.

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-INIA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de Medidor de Clorofila SPAD, en el marco del proyecto de inversión con CUI 2449640

Ruc/código :	20108605392	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	ZAMTSU CORPORACION SRL	Hora de envío :	21:15:56

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CAPITULO III REQUERIMIENTO  
3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS  
15. REQUISITOS DE CALIFICACION  
PAG 21

Según lo solicitado experiencias del postor se considera bienes similares a ¿Equipos de medición¿, esta característica es muy general tomando en cuenta que el equipo solicitado es un equipo de laboratorio especializado, con el fin de asegurar la garantía comercial, el servicio técnico postventa especializado, se solicita al comité especial que la experiencia de venta se considere de la siguiente forma:

- Se considera bienes similares a ¿Equipos medidores de clorofila¿.

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: CAP III      Literal: 3.1      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo informado por el area usuaria el comite de seleccion NO ACOGE la consulta que aplica como observacion,debido que los reuquisitos de calificacion solicitado en las bases no restringe la participacion de los postores de conforme al principio de libertad de concurrencia de la ley de contrataciones del estado, siendo el area usuria el responsable de formular las eptecificaciones tecnicas,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
NINGUNA