

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código : 20505110651

Fecha de envío : 30/11/2023

Nombre o Razón social : W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA

Hora de envío : 13:25:19

**Consulta: Nro. 1**

### **Consulta/Observación:**

De acuerdo al requerimiento solicitan Analizador de electrolitos y gases en sangre portátil, con la siguiente característica:

Cámara de medición visible

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten la oferta de un equipo con la siguiente característica:

OPCIONAL: Cámara de medición visible

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1

**Literal:** se

**Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria PRECISA que se va considerar como opcional, aceptando su consulta del participante; porque en los requerimientos tecnicos del equipo si esta descrito tal item.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	13:25:19

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

De acuerdo al requerimiento solicitan Analizador de electrolitos y gases en sangre portátil, con la siguiente característica:

Batería de respaldo en caso de falla de energía

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten la oferta de un equipo con la siguiente característica:

Batería de respaldo en caso de falla de energía O UPS

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: se      **Página: 21**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria acepta su consulta del participante y con esto fomentar la mayor participación de postores y pluralidad de marcas quedando redactado en las bases integradas:

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	13:25:19

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo al requerimiento solicitan Analizador de electrolitos y gases en sangre portátil, con la siguiente característica:

Presión barométrica de trabajo desde 450 mmHg o menor hasta 780 mmHg o rango mayor

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten la oferta de un equipo con la siguiente característica:

Presión barométrica de trabajo desde 534 mmHg o menor hasta 762 mmHg o rango mayor

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** se    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria NO ACOGE su observación del participante; por lo que el postor debera señirce alas bases; ademas su equipo a ofertar supera lo minimo requerido ademas su rango de presion barometrica de trabajo estaria dentro del valor requerido.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	13:25:19

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

De acuerdo al requerimiento solicitan Analizador de electrolitos y gases en sangre portátil, con la siguiente característica:

Ph: 6.50 O MENOR A 8.00 O MAYOR

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten la oferta de un equipo con la siguiente característica:

Ph: 6.80 O MENOR A 7.92 O MAYOR

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** se      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria NO ACOGE su observación del participante; por lo que esto limitaría el principio de pluralidad de postores y participacion de marcas, ademas si su equipo a ofertar supera lo minimo requerido, esto no le impide participar en el proceso y debera señirce las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	13:25:19

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo al requerimiento solicitan Analizador de electrolitos y gases en sangre portátil, con la siguiente característica:

**ACCESORIOS:**

- ¿ Un juego de electrodos adicional
- ¿ Un juego de mangueras para la bomba adicional

Teniendo en consideración que actualmente existen analizadores modernos que no utilizan electrodos ni mangueras externas, todos los reactivos y materiales se encuentran dentro del pack de reactivo. Por lo que solicitamos que consideren esos accesorios como OPCIONALES.

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: se      Página: 21**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria acepta incorporar la palabra "opcional", en el beneficio de la mayor participación y pluralidad de postores (opcional si el equipo lo requiere)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	13:25:19

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

De acuerdo al requerimiento consideran como bienes similares a:

ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos al usuario que consideren como bienes similares a:

ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL O EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE LABORATORIO

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: se      Página: 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria ACOGE PARCIALMENTE su consulta participante, se modifica a: ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL Y/O EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	13:25:19

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Observamos que no han considerado ninguna mejora, lo que permitiría a los postores ofertar reactivos y analizadores de última tecnología, por lo que consultamos al usuario, si consideraría las siguientes mejoras tecnológicas:

¿ Detección de errores en tiempo real, corrección automática¿¿.05 pto

¿ Detección e identificación de sustancias interferentes¿¿¿¿¿.....05 pto

Acreditados mediante la presentación de brochure o manual emitido por el fabricante.

Acápita de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: se Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria NO acepta su observación del participante; por lo que esto limitaria el principio de pluralidad de postores y participacion de marcas, ademas si su equipo a ofertar supera lo minimo requerido, esto no le impide participar en el proceso y debera señirce las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 15:43:41

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**

En la página 14 de las bases indica:

#### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del BIEN ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTÁTIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO: ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIAZA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO.

Sin embargo, en los detalles del ITEM solo se coloca ""ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES DE SANGRE PORTATIL ""

Por ello, solicitamos al Organo Encargado de Contrataciones ACLARAR que el bien solicitado por la entidad es solo el ""ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES DE SANGRE PORTATIL "".

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 1

**Literal:** 1.2.

**Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

#### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria ACLARA su observación del participante; que el bien solicitado es ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES DE SANGRE PORTATIL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 15:43:41

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

En la página 14 de las bases señalan:

#### 1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Dentro de las bases administrativas, señalan que el plazo de entrega sea en días calendarios, sin embargo, al indicar días calendarios también se estaría considerando los sábados y domingos en la atención del plazo de entrega, sabiendo que muchas instituciones no atienden en esos días.

Por lo tanto, solicitamos al OEC en caso el último día de entrega sea un feriado, sábado o domingo, se considere último día del plazo de entrega el 1er día hábil siguiente.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 1

**Literal:** 1.9.

**Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

#### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria ACLARA su consulta porque los plazos deben contabilizarse en días calendarios; el equipo a ofertar debe ser internado en el menor plazo posible.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 15:43:41

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

En la página 16 de las bases solicitan:

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta:

e) Adicionalmente, EL POSTOR DEBE PRESENTAR TALES COMO AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATALOGOS O SIMILARES para acreditar el punto A, B, C, COMPONENTES del numeral 5.1 de las especificaciones técnicas, asimismo, la MARCA, MODELO, PROCEDENCIA.

Entendiendo que, no todas las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO indicadas se pueden acreditar mediante catálogos y/o folletos y/o otros documentos técnicos emitidos por el fabricante o fabricante legal o dueño de la marca.

Solicitamos al comité de selección considerar tambien como documento sustentatorio: Carta del Fabricante y/o declaración jurada del postor, para aquellas características que no se encuentren contemplados en los documentos solicitados en el literal e)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1.

**Literal:** e)

**Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria ACLARA su observación del participante; el postor debe presentar tales como autorizaciones del producto folletos, instructivos, catalogos o SIMILARES, solamente el punto A, la marca, modelo y procedencia y, los demás puntos, se entiende que cumple con la declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas, ANEXO 3, por consiguiente, no se puede exigir otras declaraciones.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código : 20547629338

Fecha de envío : 30/11/2023

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Hora de envío : 15:43:41

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

En las bases administrativas con respecto al perfeccionamiento del contrato se indica:

#### 2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DEL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO, ubicado en el Jr. Deustua N° 356-CERCADO-PUNO.

Para evitar confusiones que impidan la entrega de los documentos solicitados para el perfeccionamiento de Contrato, solicitamos al Organo Encargado de Contrataciones nos pueda indicar lo siguiente:

- ¿A qué persona o área debe ir dirigida la carta con los requisitos para la suscripción del contrato?
- ¿Cual es el horario de atención de la MESA DE PARTES DEL GOBIERNO REGIONAL DE PUNO?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 2

**Literal:** 2.5.

**Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

#### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria ACLARA al participante; el documento debe ser dirigido al titular de la entidad; los horarios de atención pueden ser revisados en la pagina web de la institución ó via mesa de partes en horario de 9:00 am a 4:30 pm lunes a viernes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 15:43:41

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

En la página 22 de las bases administrativas solicitan:

#### 5.2. NORMAS TECNICAS

El proveedor de los bienes, deberá presentar en su oferta las exigencias obligatorias siguientes:

- REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO DE LOS BIENES, COMPONENTES, ACCESORIOS, PERIFERICOS Y APLICATIVOS INFORMATICOS (SOFTWARE) OFERTADOS.

[...]

Al respecto, debemos precisar que el bien objeto de la presente convocatoria no requiere Registro Sanitario para su comercialización, por lo que, solicitamos al OEC acepte consulta técnica o documentos de DIGEMID en donde indique el no requerimiento de Registro Sanitario para su comercialización

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 3

**Literal:** 5.2.

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

#### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria ACLARA que si requiere el registro sanitario del equipo a comercializar; según la normativa vigente de DIGEMID, sin embargo, En caso de aquellos productos que por su naturaleza no requiera de Registro Sanitario, el postor deberá de acreditar tal condición con documento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 15:43:41

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

En la página 28 de las bases indican:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

[...]

Se consideran bienes similares a los siguientes: ""ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES DE SANGRE PORTATIL""

Solicitamos al Organo Encargado de Contrataciones considere como bienes similares tambien a los EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL, esto con el fin de promover una mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: B. Página: 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

el area usuaria se ACOGE PARCIALMENTE su consulta, en virtud de qie se buscan postores con experiencia en el bien, se modificara Se consideran bienes similares a los siguientes: ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES DE SANGRE PORTATIL Y/O EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	15:43:41

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En la pág. 21, en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES DE SANGRE PORTÁTIL, en el punto A04 CÁMARA DE MEDICIÓN VISIBLE. En este sentido, en el mercado existen diversos fabricantes y metodologías las cuales sirven para medir gases, electrolitos y metabolitos sanguíneos; las cuales no poseen electrodos, membranas y cintas como accesorios puesto a que están inmersos en el kit de reactivo (cartuchos); la cual se considera cartucho de prueba de un solo uso debido a que contiene: la toma de llenado de muestra, la ruta completa de muestra, sensores, la cámara de medición y todos los residuos. Por lo que solicitamos al Comité de Selección que la característica de la cámara de medición visible sea opcional y/o sea permitido la presentación y accesorios propias de cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.1. Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria Acepta parcialmente su observación del participante, se agregara la palabra opcional, porque la especificacion tecnica CÁMARA DE MEDICIÓN VISIBLE permite observar al operador como se procesa la muestra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	15:43:41

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En la pág. 21, en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES DE SANGRE PORTÁTIL, en el punto A06 señalan en "TIPO DE MUESTRA A ANALIZAR: sangre arterial para analizar gases y sangre total, plasma y suero para analizar electrolitos y metabolitos. En ese aspecto, solicitamos amablemente al comité de selección que acepte la terminología sangre arterial para analizar gases y sangre total o plasma o suero para analizar electrolitos y metabolitos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.1. Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria NO ACOGE su observación, el participante debera ceñirse a las bases donde se realizo un estrudio de mercado evidenciando pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	15:43:41

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En la pág. 21 en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES DE SANGRE PORTÁTIL, en el punto A15 FUNCIONAMIENTO EN MODO STAND BY. Entendemos que el modo stand by se refiere que el analizador portátil se encuentra conectado pero en modo reposo a la espera de recibir órdenes, es decir, un MODO CONTINUO para analizar las muestras. En ese aspecto, solicitamos amablemente al comité de selección nos aclare si nuestro entender es correcto o en todo caso nos aclare la terminología mencionada anteriormente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.1. Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria ACLARA su observación del participante y menciona que es correcto su entender

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	15:43:41

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En la pág. 22 en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES DE SANGRE PORTÁTIL, en ítem B: "ACCESORIOS" solicitan "en el punto B01: Cable de interface USB y software de comunicación, B02 un pack de reactivos y control de calidad, B03: un juego de electrodos adicional, B04: un juego de mangueras para la bomba adicional, B05: diez rollos de papel para la impresora". En este aspecto, existen en el mercado diversos fabricantes y metodologías las cuales sirven para medir gases, electrolitos y metabolitos sanguíneos; las cuales no poseen electrodos, membranas y cintas como accesorios puesto a que están inmersos en el kit de reactivo (cartuchos). Por lo que solicitamos al Comité de selección que las características solicitadas en el ítem "accesorios" se cumplan de acuerdo a la presentación y accesorios propias de cada fabricante con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los equipos ofertados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.1. Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria ACOGE PARCIALMENTE SU observación, se modifica a ACCESORIOS: -

Un juego de electrodos adicional (opcional, si el equipo lo requiere) - Un juego de mangueras

para la bomba adicional (opcional, si el equipo lo requiere)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:01:06

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

Según el numeral 1.9. - Plazo de Entrega, del Cap. I - Generalidades, se indica que:

"Los bienes materia de la presente convocatoria se entregaran en el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendarios (...)".

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que el equipo materia de contratación es fabricado en el extranjero y pasa por un proceso de importación, así como procesos internos de acondicionamiento e inyectado, por lo que seria necesario contar con un plazo adicional con la finalidad de que mas postores podamos cumplir con dicha exigencia.

Adicionalmente, considerando que las áreas de almacén de las Entidades exigen la Orden de Compra notificada (o copia de la misma) como condiciones para la recepción e internamiento de los bienes; así como atendiendo la naturaleza de los bienes materia de contrato

En ese sentido, Solicitamos al Comité de Selección que, en coordinación con el área usuaria, acepte que el plazo de entrega sea de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Compra, a fin de evitar inconvenientes innecesarios en la etapa de ejecución del Contrato.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** I      **Literal:** 1.9      **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria ACLARA su observación al participante: El plazo de entrega es de cuarenta y cinco (45) días calendarios a partir del día siguiente de notificada la orden de compra. Los bienes (equipos) se entregaran en un plazo de 30 dias calendarios a partir del día siguiente de notificada la orden de compra

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:01:06

**Observación: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

Según el literal e), del numeral 2.2.1.1. - Documentos para la admisión de la oferta, del Cap. II - Del Procedimiento de Selección, se indica que:

"Adicionalmente, el postor debe presentar tales como autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos o similares para acreditar el punto A,B,C (...)".

En atención al principio de Libertad de Concurrencia, previsto en el literal a) del art. 2 del Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, es posible, que en los insertos, brochures, catálogos, documentos técnicos, etc. no se consignen todas las especificaciones técnicas solicitadas.

En ese caso y, atendiendo al principio señalado, solicitamos al Comité de Selección que, en coordinación con el área usuaria, permita la acreditación de las especificaciones técnicas con carta del fabricante, en caso las EE.TT. no estuvieran en la documentación técnica del fabricante o dueño de marca. Con la finalidad de aumentar el número de postores que puedan acreditar lo solicitado.

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: 2.2.1.1      Literal: e      **Página: 16**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal a) del art. 2 del Decreto Supremo N° 082-2019-EF

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria ACLARA su observación del participante; el postor debe presentar tales como autorizaciones del producto folletos, instructivos, catalogos o SIMILARES, solamente el el punto A, la marca, modelo y procedencia y los demás puntos, se entiende que cumple con la declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas, ANEXO 3, por consiguiente, no se puede exigir otras declaraciones.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código : 20553853355

Fecha de envío : 30/11/2023

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Hora de envío : 16:01:06

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

Segun el literal B - Experiencia del postor en la especialidad, del numeral 3.1. - Especificaciones tecnicas, del Cap. III - Requerimiento, se indica que:

"(...) Se consideran bienes similares a los siguientes: "ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES DE SANGRE PORTATIL".

De lo indicado, se observa que los bienes similares son equipos muy específicos que no todos los postores tenemos un historial de venta, pero si otros equipos de laboratorio que podrían hacer las veces de bienes similares, con lo que se permitiría mayor concurrencia de postores

En concordancia con el principio de Libertad de Concurrencia, previsto en el literal a) del art. 2 del Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, debería considerarse la acreditación de experiencia en bienes similares, permitiendo estos sean Equipos de Laboratorio en general. Con la finalidad de aumentar el numero de postores en la presente convocatoria.

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección que en coordinación con el Área Usuaría, permita la acreditación de la experiencia con montos facturados por la venta de Equipos de laboratorio en general.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III**

**Literal: 3.2**

**Página: 28**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

literal a) del art. 2 del Decreto Supremo N° 082-2019-EF

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

el area usuaría se ACOGE PARCIALMENTE su consulta, en virtud de qie se buscan postores con experiencia en el bien, se modificara Se consideran bienes similares a los siguientes: ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES DE SANGRE PORTATIL Y/O EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:08:35

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Solicitan cámara de medición visible, al respecto, esta característica corresponde solo a una marca de equipos de gases y elestrolitos en el mercado, considerando que el propósito de contar con una cámara visible es porder detectar la posible obsturcción dentro del analizador, en el mercado existen equipos que puede lanzar alarmas muy específicas de obstrucción de las vías del analizador, por lo que, para garantizar la pluralidad de marcas y postores, solicitamos amablemente al comité aceptar que esta característica se considere como opcional o que se se indique:cámara de medición visible o alarmas de obstrucción en el analizador.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria Acepta parcialmente su observación del participante, se agrega la palabra "opcional".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:08:35

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Solicitan tipo de muestra: sangre arterial para analizar gases y sangre total, plasma y suero para analizar electrolitos y metabolitos. Considerando que el objeto de convocatoria es para analizadores de electrolitos y gases en sangre, y tomando en cuenta que con solo una muestra de sangre arterial se pueden medir gases arteriales, electrolitos y metabolitos sin la necesidad de obtener una muestra adicional, solicitamos amablemente al comité de selección puedan aceptar que la muestra de plasma y suero sea opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria NO ACOGE su observación, el participante debera ceñirse a las bases donde se realizo un estudio de mercado evidenciando pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:08:35

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Solicitan impresora integrada al equipo. Consultamos amablemente al comité si es posible ofertar un analizador con impresora externa

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria NO ACOGE su observación, ceñirse a las bases donde se realizo un estudio de mercado evidenciando pluralidad de postores y debera ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:08:35

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Solicitan puerto de comunicación ethernet o USB. Considerando que al ser un equipo portátil, existen analizadores que por esta naturaleza, ya no cuentan con puertos ethernet o USB, pues ofrecen mejoras tecnológicas como conexión WIFI o via bluetooth, solicitamos amablemente al comité de selección aceptar como característica: puerto de comunicación ethernet, USB, conexión WIFI o por bluetooth

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria NO ACOGE su observación, En la entidad no hay buena cobertura de wifi en toda la institución y el bluetooth tiene una cobertura limitada, por esta razón se requiere conexión por puerto ethernet o USB y debera ceñirse alas bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:08:35

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Rangos de medición: Solicitamos amablemente al comité de selección se acepten los rangos de medición de PRESIÓN BAROMÉTRICA, PCO2, PH, PO2, SODIO, POTASIO, CLORO de acuerdo a cada metodología del fabricante, pues cada analizador cuenta con rangos específicos de medición que aseguran una linealidad óptima

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

eL area usuaria NO ACOGE su observación, en virtud de que en el estudio de mercado se consiguio pluralidad de postores, los equipos ofertados por los postores pueden tener esos rangos solicitados por el area usuaria o un rango de medición mayor, es decir, por debajo del rango minino o por encima de los rangos superiores establecidos en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:08:35

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Solicitan cable de interface USB. Considerando que al ser un equipo portátil, existen analizadores que por esta naturaleza, ya no cuentan con cable de interface USB, pues ofrecen mejoras tecnológicas como conexión WIFI o via bluetooth, solicitamos amablemente al comité de selección aceptar como característica: cable de interface USB, conexión WIFI o por bluetooth

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria NO ACOGE su observación, En la entidad no hay buena cobertura de wifi en toda la institución y el bluetooth tiene una cobertura limitada, por esta razón se requiere conexión por puerto ethernet o USB y debera ceñirse alas bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:08:35

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Solicitan un juego adicionales de mangueras para la bomba adiciona, considerando que en el mercado cada fabricante cuenta con componentes del equipo que le permiten garantizar un óptimo procesamiento y desempeño, solicitamos amablemente al comité de selección que esta característica sea considerada como opcional de acuerdo a cada fabricante

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria ACOGE PARCIALMENTE SU observación, se modifica a ACCESORIOS: -

Un juego de electrodos adicional (opcional, si el equipo lo requiere) - Un juego de mangueras

para la bomba adicional (opcional, si el equipo lo requiere)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código : 20501887286

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 20:55:48

**Consulta:** Nro. 28

**Consulta/Observación:**

En el numeral 1.9 en relación con el plazo de entrega se indica lo siguiente:

El plazo de entrega es de cuarenta y cinco (45) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

-Los bienes (equipos) se entregarán en el plazo de treinta (30) días calendarios, contados a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato.

-La instalación y puesta en funcionamiento de los equipos se entregarán dentro de los quince (15) días calendarios, contados desde la entrega total de los equipo y accesorios.

Al respecto, en relación con el plazo de entrega, cabe señalar que lo correcto es que el plazo de entrega sea contabilizado a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra, en ese sentido, solicitamos al Comité de Selección que establezca que el plazo de entrega de los 30 días SEA CONTABILIZADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA.

(Considerar la misma solicitud para lo indicado en el numeral 8 de la página 23 de las Bases)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** I

**Literal:** 1.9

**Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria ACLARA su observación al participante: El plazo de entrega es de cuarenta y cinco (45) días calendarios a partir del día siguiente de notificada la orden de compra. Los bienes (equipos) se entregaran en un plazo de 30 días calendarios a partir del día siguiente de notificada la orden de compra

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código : 20501887286

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 20:55:48

**Consulta:** Nro. 29

**Consulta/Observación:**

En el literal e) de la página 16 de las Bases se indica que se deben adjuntar los siguientes documentos para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas:

e) Adicionalmente, el postor debe presentar tales como autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos o similares para acreditar el punto A, B, C de las páginas 21 y 22 de las Bases.

Al respecto, solicitamos al Comité precise en las bases que como documento válido también se podrá presentar la Carta de Fabricante, pues, entendemos que, en caso los folletos, Instructivos y/o manuales o insertos, no detallasen el cumplimiento de algunas especificaciones técnicas, se podrá presentar cartas del fabricante para sustentarlas, conforme lo señala el Pronunciamiento 995-2015/DSU: ¿no resulta congruente que un postor sea descalificado por la omisión de alguna característica en folletos, instructivos o similares, siendo razonable que tales documentos puedan ser complementados por una comunicación del fabricante, que indique que determinado bien o insumo cumple con la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1

**Literal:** e)

**Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria ACLARA su observación del participante; el postor debe presentar tales como autorizaciones del producto folletos, instructivos, catalogos o SIMILARES, solamente el el punto A, la marca, modelo y procedencia y los demás puntos, se entiende que cumple con la declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas, ANEXO 3, por consiguiente, no se puede exigir otras declaraciones.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:55:48

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Solicitamos amablemente se considere presentar como documento obligatorio el Registro Sanitario y/o documento que acredite que no requiere registro sanitario (Oficio o listado oficial de DIGEMID), con la finalidad de asegurar que el bien a ofertar cumple con disposición para ser comercializado a nivel nacional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria ACLARA su observación del participante; que si requiere el registro sanitario del equipo a comercializar; según la normativa vigente de DIGEMID. En caso de aquellos productos que por su naturaleza no requiera de Registro Sanitario, el postor deberá de acreditar tal condición con documento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:55:48

**Consulta:** Nro. 31

**Consulta/Observación:**

Solicitamos amablemente se considere presentar como documento obligatorio el Certificado de Buenas Practicas de Manufactura, en aras de asegurar y garantizar la calidad de fabricación del bien a ofertar.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** II      **Literal:** 2.2.1.1      **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria aclara a la consulta del participante; que dicho documento se ha solicitado como requisitos de calificación, ahora, se traslada como un documento obligatorio para la etapa de admisión, en razon de que tiene relacion con el producto.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:55:48

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Solicitan dentro de los parámetros medidos: pCO2, pO2, pH, Na, K, Ca, Cl, Glucosa y Lactato como mínimo.

Sin embargo, se precisa que en los rangos de medición no se han solicitado los rangos de la glucosa ni del lactato.

Solicitamos amablemente se puedan considerar el parámetro de Glucosa Opcional en aras de fomentar la pluralidad de postores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: A01 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria NO ACOGE su observación del participante; que los parametros GLUCOSA Y LACTATO se encuentra dentro de las especificaciones tecnicas por lo cual si su equipo cuenta con esos parametros a medir es una mejora

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:55:48

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Solicitan: ¿Colector debe permitir tomar muestras de jeringa y capilar¿

En aras de fomentar la pluralidad de postores, y considerando que el equipo no es quien toma la muestra, y la función de este es procesar la muestra, solicitamos amablemente que se considere también para este punto lo siguiente:

¿Debe permitir el procesamiento de jeringas y capilares¿

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: A03 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria ACOGE parcialmente su consulta, se modificara a: A03 El equipo debe permitir el procesamiento en jeringas y capilares

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:55:48

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Solicitan ¿Cámara de medición visible¿

Solicitamos amablemente se considere aceptar también: ¿zona de medición sea visible¿ en aras de fomentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 5.1    Literal: A04    Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria se ACOGE PARCIALMENTE su observación del participante, se modificaran las bases a: Camara de medición visible (opcional)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:55:48

**Consulta:** Nro. 35

**Consulta/Observación:**

Solicitan Deposito o contenedor de desechos (Sistema cerrado de desperdicios)

Considerando que los contenedores de desechos se descartan, y estos no forman parte del analizador, solicitamos amablemente se acepte también ¿El analizador utiliza contenedores de desechos con sistema cerrado de desperdicios¿

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5.1      Literal: A05      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria NO ACOGE su observación del participante, se requiere un sistema de eliminación de desechos seguro o pack bioseguros que incluya un sistema de contenedor de desechos cerrado, para evitar el riesgo de la manipulación de desechos del equipo en cesión de uso; por lo cual debera ceñirse a las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:55:48

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Solicitan ¿Diagnostico de Funcionamiento¿

Considerando que esta característica cambia de nomenclatura según cada fabricante, solicitamos amablemente se acepte también ¿Estado del Analizador¿ en aras de fomentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: A11 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria se ACOGE PARCIALMENTE su observación del participante, en virtud de que en el estudio de mercado se consiguio pluralidad de postores; se modificaran las bases A11: DIAGNOSTICO DE FUNCIONAMIENTO Y/O ESTADO DE ANALIZADOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:55:48

**Consulta:** Nro. 37

**Consulta/Observación:**

Solicitan Memoria de Almacenamiento de resultados.

Entendemos que se hace referencia a que la memoria de almacenamiento de resultados sea en la memoria interna del equipo.

Solicitamos amablemente precisar si nuestro entender es correcto, y se detalle en el punto A12.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5.1      Literal: A12      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria ACLARA su consulta al participante es correcto su entender, memoria de almacenamiento de resultados sea en la memoria interna del equipo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:55:48

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Solicitan ¿Funcionamiento en modo Stand By (Espera)¿

Solicitamos amablemente se acepte también ¿Modo Reposo¿ considerando que cumple la misma función, en aras de fomentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria ACLARA que en el punto A15: FUNCIONAMIENTO EN MODO STAND BY (ESPERA) se refiere que el analizador portátil se encuentra conectado pero en modo reposo a la espera de recibir órdenes, es decir, un MODO CONTINUO para analizar las muestras cuando se requiera.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:55:48

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Solicitan: ¿Presión Barométrica de trabajo desde 450mmHg o menor hasta 780mmHg o rango mayor¿

Solicitamos amablemente en aras de fomentar la pluralidad de postores que se acepte una presión barométrica de trabajo desde ¿540mmH o menor hasta 789mmHg o rango mayor¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: A17 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria NO ACOGE su observación del participante; por lo que el postor debera señirce alas bases; ademas su equipo a ofertar supera lo minimo requerido ademas su rango de presion barometrica de trabajo estaria dentro del valor requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:55:48

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Solicitan ¿Tiempo de Medición Máximo: 90 seg¿

En aras de fomentar la pluralidad de postores solicitamos amablemente se acepte un tiempo de medición máximo: 125 seg¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: A25 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria NO ACOGE su consulta, en virtud de que en el estudio de mercado se consiguio pluralidad de postores, la entidad en virtud al volumen de muestra que procesa se requiere un equipo cesión de uso, con un tiempo maximo de medición de 90 seg o menos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:55:48

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Solicitan en normatividad los siguientes documentos:

- ISO 13485:2016
- ISO 9001:2015
- NTP-IEC 60601-1: 2010

Considerando que tanto el ISO 13485:2016 y el ISO 9001:2015 acreditan los sistemas de gestión de la calidad, solicitamos amablemente se considere: ¿ISO 13485:2016 y/o ISO 9001:2015¿ en aras de fomentar la pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: NORMATIVID Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El area usuaria ACOGE su consulta, se modificara a normativa: ISO 13485:2016 Y/O ISO 9001:2015

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:55:48

**Consulta:** Nro. 42

**Consulta/Observación:**

Solicitan en normatividad:

-NTP-IEC 60601-1: 2010

Solicitamos amablemente se acepte como documento equivalente el IEC 61010-1:2010 y/o IEC 61010-2-010:2014 y/o IEC 61010-2-101:2015 en aras de fomentar la pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: NORMATIVID Página: 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria ACLARA la consulta del participante se pide normatividad equivalente el IEC 60601-1:2010 o norma equivalente en aras de fomentar la pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20604404291	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:57:50

**Observación: Nro. 43**

**Consulta/Observación:**

Solicitan

22. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES DE SANGRE PORTÁTIL.

Se solicita al comité de selección que aras de una mayor pluralidad de postores acepten como bienes similares a equipos de laboratorios en general, puesto que, el analizador de electrolitos y gases de sangre portátil pertenecen al equipamiento de laboratorio.

Por lo antes expuesto, solicitamos que los bienes similares queden de la siguiente manera:

Se consideran bienes similares a los siguientes: Equipos de laboratorio en general.

Solicitamos al comité de selección integre nuestra observación a las bases.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 22    Literal: B    Página: 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art.2, acápite b, e, i

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

el area usuaria se ACOGE PARCIALMENTE su consulta, en virtud de que se buscan postores con experiencia en el bien, se modificara Se consideran bienes similares a los siguientes: ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES DE SANGRE PORTATIL Y/O EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20604404291	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:57:50

**Observación: Nro. 44**

**Consulta/Observación:**

Solicitan

A18 pH: 6.50 0 MENOR A 8.00 O MAYOR.

Para incrementar la pluralidad de postores se solicita modificar el rango de indicación del pH. Un rango de pH más estrecho puede proporcionar una mayor sensibilidad para detectar cambios pequeños en la acidez o alcalinidad de la muestra de sangre. Esto es crucial en situaciones clínicas donde incluso pequeñas variaciones en el equilibrio ácido-base pueden tener implicaciones significativas para la salud del paciente.

En algunas situaciones clínicas o investigaciones específicas, tener un rango de pH más estrecho puede ser crucial para obtener mediciones precisas y confiables. Esto es especialmente importante en el monitoreo de pacientes críticos en unidades de cuidados intensivos o en la investigación que requiere mediciones de pH altamente precisas.

Por lo antes expuesto, solicitamos que la especificación técnica quede de la siguiente manera:

A18 pH: 6.70 0 MENOR A 7.800 O MAYOR.

Solicitamos al comité de selección integre nuestra observación a las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: A18 Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art.2, acápite b, e, i

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria NO ACOGE su observación del participante; por lo que el postor debera señirce alas bases; ademas su equipo a ofertar supera lo minimo requerido ademas su rango de pH de trabajo estaria dentro del valor requerido. Esto no le limita al postor a participar.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20604404291	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:57:50

**Observación: Nro. 45**

**Consulta/Observación:**

Solicitan

A21 SODIO: DE 100 mmol/L O MENOR A 200 mmol/L O RANGO MAYOR.

Un menor rango de cloro puede ofrecer una mayor especificidad en la detección de concentraciones bajas de este electrolito. Esto es crucial en situaciones clínicas donde pequeñas variaciones en los niveles de cloro son clínicamente significativas. Rangos demasiado amplios pueden llevar a la saturación del rango de medición, lo que podría resultar en una pérdida de precisión. Un rango más estrecho puede evitar este problema, permitiendo mediciones más precisas dentro del rango relevante.

Por lo antes expuesto, solicitamos que la especificación técnica quede de la siguiente manera:

A21 SODIO: DE 100 mmol/L O MENOR A 185 mmol/L O RANGO MAYOR.

Solicitamos al comité de selección integre nuestra observación a las bases.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5.1      Literal: A21      **Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art.2, acápites b, e, i

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria NO ACOGE su observación del participante; por lo que el postor deberá señarse a las bases; además su equipo a ofertar supera lo mínimo requerido además su rango de Sodio de trabajo estaría dentro del valor requerido. Esto no le limita al postor a participar.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código : 20604404291

Nombre o Razón social : LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 23:57:50

**Observación: Nro. 46**

**Consulta/Observación:**

Solicitan

A22 POTASIO: DE 2.0 mmol/L O MENOR A 9.95 mmol/L O RANGO MAYOR.

Para aumentar la pluralidad de postores se solicita modificar el rango de indicación del potasio. Un rango de pH más estrecho puede proporcionar una mayor sensibilidad para detectar cambios pequeños en la acidez o alcalinidad de la muestra de sangre. Esto es crucial en situaciones clínicas donde incluso pequeñas variaciones en el equilibrio ácido-base pueden tener implicaciones significativas para la salud del paciente.

En algunas situaciones clínicas o investigaciones específicas, tener un rango de pH más estrecho puede ser crucial para obtener mediciones precisas y confiables. Esto es especialmente importante en el monitoreo de pacientes críticos en unidades de cuidados intensivos o en la investigación que requiere mediciones de pH altamente precisas.

Por lo antes expuesto, solicitamos que la especificación técnica quede de la siguiente manera:

A22 POTASIO: DE 2.0 mmol/L O MENOR A 9.5 mmol/L O RANGO MAYOR.

Solicitamos al comité de selección integre nuestra observación a las bases.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 5.1

**Literal:** A22

**Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art.2, acápite b, e, i

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria NO ACOGE su observación del participante; por lo que el postor debiera señirce alas bases; ademas su equipo a ofertar supera lo minimo requerido ademas su rango de potasio de trabajo estaria dentro del valor requerido. Esto no le limita al postor a participar.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-343-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20604404291	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:57:50

**Observación: Nro. 47**

**Consulta/Observación:**

Solicitan  
A23 CLORO: DE 80 mmol/L O MENOR A 160 mmol/L O RANGO MAYOR.

Para incrementar la pluralidad de postores se solicita modificar el rango de indicación del cloro. Un menor rango de concentración de sales puede mejorar la resolución del analizador, permitiendo una discriminación más fina entre diferentes niveles de electrolitos. Esto es esencial en entornos clínicos donde se requiere una monitorización precisa. En algunos contextos médicos, como el monitoreo de pacientes con trastornos específicos del equilibrio de electrolitos, un analizador con un menor rango puede ser más específico y preciso para la detección y seguimiento de condiciones particulares.

Por lo antes expuesto, solicitamos que la especificación técnica quede de la siguiente manera:

A23 CLORO: DE 80 mmol/L O MENOR A 145 mmol/L O RANGO MAYOR.

Solicitamos al comité de selección integre nuestra observación a las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: A23 Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art.2, acápite b, e, i

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria NO ACOGE su observación del participante; por lo que el postor debiera señirce alas bases; ademas su equipo a ofertar supera lo minimo requerido ademas su rango de CLORO de trabajo estaria dentro del valor requerido. Esto no le limita al postor a participar.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null