

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 20:03:53

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

PAQUETE 1: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA

En el cuadro de ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN, DENOMINACIÓN DEL ITEM 44. POLIPEPTIDO NATRIURETICO TIPO B (PRO-BNP)

Entendemos que debido a un error involuntario al momento de integrar las descripciones de los reactivos, no se visualiza la observación motivo de consulta en la etapa de indagación de mercado

, donde se aceptó también la versión de reactivo BNP y fue en esta última versión de la indagación de mercado que nuestra empresa cotizó en fecha 23/01/2023. El párrafo que no se visualiza y solicitamos reestablecer es el siguiente: Se aceptará reactivos de POLIPEPTIDO NATRIURETICO TIPO B (PRO BNP) o BNP Solicitamos amablemente al comité aclare nuestro entender y ratifique la respuesta brindada en el estudio de mercado.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico**

**Numeral: III**

**Literal: 3.1**

**Página: 34**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA lo solicitado por el participante: efectivamente por un error involuntario no se llega a visualizar la totalidad del cuadro de especificaciones por lo que para el subitem 44. POLIPEPTIDO NATRIURETICO TIPO B (PRO-BNP) se adicionará lo siguiente conforme a la última versión del estudio de mercado:

Se aceptará reactivos de POLIPEPTIDO NATRIURETICO TIPO B (PRO BNP) o BNP

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se Integra a las bases: Paquete I ítem 44, se aceptara reactivos de POLIPEPTIDO NATRIURETICO TIPO B (PRO BNP) o BNP

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 20:03:53

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

PAQUETE 1: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA

En el cuadro ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN, DENOMINACIÓN DEL ITEM 54. GLUCOSA AUTOMATIZADA Entendemos que, debido a un error involuntario al momento de integrar las descripciones de los reactivos, no se visualiza la observación motivo de consulta en el estudio de mercado, donde se incorporó el límite de linealidad del reactivo y fue en esta última versión de la indagación de mercado que nuestra empresa cotizó en fecha 23/01/2023. El párrafo que no se visualiza y solicitamos reestablecer es el siguiente:

Linealidad no menor de 720 mg/dl

Solicitamos amablemente al comité aclare nuestro entender y ratifique la respuesta brindada en el estudio de mercado.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1

**Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA lo solicitado por el participante: efectivamente por un error involuntario no se llega a visualizar la totalidad del cuadro de especificaciones por lo que para el subitem 54. GLUCOSA AUTOMATIZADA

se adicionará lo siguiente conforme a la última versión del estudio de mercado:

Linealidad no menor de 720 mg/dl

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se Integra a las bases: Paquete I ítem 54 GLUCOSA AUTOMATIZADA, se adicionara la siguiente característica:

Linealidad no menor de 720 mg/dl

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 20:03:53

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

PAQUETE 1: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA

En el cuadro ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN, DENOMINACIÓN DEL ITEM 5. AMILASA CINETICA AUTOMATIZADA

Solicitamos se incluya el ¿Limite de linealidad: mayor o igual a 2,000 mg/dL en suero y mayor o igual a 4,000 mg/dL en orina¿

El beneficio de una linealidad extendida es que el reactivo puede detectar concentraciones altas de este analito sin necesidad de realizar diluciones ya que, de tener un Límite de Linealidad limitado, se gastará el doble de reactivo, el doble de muestra y se duplicará el tiempo de respuesta y emisión de resultados.

Por otro lado, la entidad brinda atención a una variedad de pacientes (neonatos, pediátricos, etc.) con alguna patología o síndrome ligado a la alteración de la amilasa incrementándola progresivamente, y es a esta población donde presentamos dicha alternativa de solución rápida, precisa y confiable.

Por ello, solicitamos amablemente al comité incluir este requerimiento por ser beneficioso para la entidad: ¿Limite de linealidad: mayor o igual a 2,000 mg/dL en suero y mayor o igual a 4,000 mg/dL en orina¿ y a la vez optimizar el uso de los reactivos.

**Acápite de las bases :** Sección: Específico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACEPTA lo solicitado por el participante pues limita la participación de postores al presente proceso. Ceñirse a lo solicitado en las especificaciones técnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 20:03:53

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

PAQUETE 1: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA

En el cuadro ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE BIOQUÍMICA EN CESIÓN DE USO, CARACTERÍSTICAS

Requieren ¿Empleo de tubos primarios de 13x100 y 13x75 y copas de muestra¿, al respecto entendemos que el empleo de copas de muestra se verá acreditado de acuerdo con la denominación de cada fabricante, siendo nuestro caso el término equivalente ¿micro copas de inserción¿. Hay que considerar además que este consumible será suministrado por el proveedor adjudicado de acuerdo con los requerimientos de su fabricante. Solicitamos amablemente al comité aclarar si nuestro entender es correcto.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1

**Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA que es correcto el entender del participante. Las copas de muestra pueden presentar términos equivalentes de acuerdo a cada fabricante y esto servirá para acreditar el cumplimiento de la especificación solicitada considerando que este consumible será proporcionado por el postor adjudicado sin costo adicional para la institución.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se integra a las bases, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE BIOQUÍMICA EN CESIÓN DE USO, CARACTERÍSTICAS, Las copas de muestra pueden presentar términos equivalentes de acuerdo a cada fabricante y esto servirá para acreditar el cumplimiento de la especificación solicitada considerando que este consumible será proporcionado por el postor adjudicado sin costo adicional para la institución.

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:03:53

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

PAQUETE 1: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA

En el cuadro ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE BIOQUÍMICA Y DE INMUNOLOGÍA EN CESIÓN DE USO, CARACTERÍSTICAS

Solicitan que los equipos tengan ¿Posibilidad de ingresar emergencias en forma inmediata¿, entendemos que, al requerir que se ingresen las muestras de emergencia (o STAT) de forma inmediata, cada uno de los analizadores debe conservar su entrada para este tipo de muestra, independientemente de que se encuentren en modo modular o integrado pues de esta manera se garantiza el ingreso INMEDIATO sin mediar el ingreso por una entrada común a ambos analizadores. Solicitamos amablemente al comité en coordinación con el área usuaria indicar si nuestro entender es correcto.

(ver pagina 42 y 43)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA que se aceptara que cada uno de los analizadores permita el ingreso de muestras de emergencia o STAT, así como como también se aceptara que el equipo modular cuente con un solo ingreso para muestras de rutina y emergencia o STAT.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se integra a las bases ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE BIOQUÍMICA Y DE INMUNOLOGÍA EN CESIÓN DE USO, CARACTERÍSTICAS, se aceptara que cada uno de los analizadores permita el ingreso de muestras de emergencia o STAT, así como como también se aceptara que el equipo modular cuente con un solo ingreso para muestras de rutina y emergencia o STAT.

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:03:53

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

PAQUETE 1: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA

En el cuadro ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE BIOQUÍMICA EN CESIÓN DE USO, CARACTERÍSTICAS

Solicitan ¿ISE incorporado de procesamiento directo en el analizador ofertado¿, entendemos que al referirse a ¿procesamiento directo en el analizador¿ hace referencia a que la muestra debe ingresar directamente al equipo sin procesamiento manual previo fuera del analizador. Solicitamos amablemente al comité indicar si nuestro entender es correcto.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA que el termino "ISE incorporado de procesamiento directo en el analizador¿ hace referencia a que el módulo de procesamiento para electrolitos (ISE) debe estar incorporado al analizador de bioquímica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se integra a las bases las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE BIOQUÍMICA EN CESIÓN DE USO, CARACTERÍSTICAS, "ISE incorporado de procesamiento directo en el analizador¿ hace referencia a que el módulo de procesamiento para electrolitos (ISE) debe estar incorporado al analizador de bioquímica.

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 20:03:53

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

PAQUETE 1: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA

En el cuadro ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE BIOQUÍMICA EN CESIÓN DE USO, CALIDAD Entendemos que, debido a un error involuntario al momento de integrar las especificaciones técnicas de los equipos, no se visualiza la observación motivo de consulta en el estudio de mercado, donde se aceptó admitir como máximo 3 reactivos con la característica de ser trasvasado y fue en esta última versión de la indagación de mercado que nuestra empresa cotizó en fecha 23/01/2023. El párrafo que no se visualiza y solicitamos reestablecer es el siguiente: Se admitirá como máximo 3 reactivos con la característica de ser trasvasado. Solicitamos amablemente al comité aclare nuestro entender y ratifique la respuesta brindada en el estudio de mercado.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 3.1

**Página:** 44

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA lo solicitado por el participante: efectivamente por un error involuntario no se llega a visualizar la totalidad del cuadro de especificaciones por lo que para las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE BIOQUÍMICA EN CESIÓN DE USO, CALIDAD se adicionará lo siguiente conforme a la última versión del estudio de mercado:

Se admitirá como máximo 3 reactivos con la característica de ser trasvasado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se integra a las bases, especificaciones tecnicas del equipo de Bioquimica en Cesion de Uso: CALIDAD, se admitirá como máximo 3 reactivos con la característica de ser trasvasado.

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 20:03:53

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

PAQUETE 1: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA

En el cuadro de ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO DE INMUNOLOGIA EN CESIÓN EN USO. PERFORMANCE, indican la siguiente característica:

Rotor de reactivos refrigerados y/o temperatura controlada según lo requerido por cada fabricante.

Solicitamos amablemente al comité se agregue la descripción de: Zona de almacenamiento de reactivos, puesto que las diversas marcas existentes en el mercado, cada fabricante diseña sus propios equipos de manera única, quedando esta descripción de la siguiente manera:

Rotor de reactivos o zona de almacenamiento de reactivos refrigerados y/o temperatura controlada según lo requerido por cada fabricante.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III**

**Literal: 3.1**

**Página: 43**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACEPTA lo solicitado por el participante; por lo que se precisará lo siguiente: " Rotor de reactivos o zona de almacenamiento de reactivos refrigerados y/o temperatura controlada según lo requerido por cada fabricante"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se integra a las bases ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO DE INMUNOLOGIA EN CESIÓN EN USO. PERFORMANCE, la siguiente característica: " Rotor de reactivos o zona de almacenamiento de reactivos refrigerados y/o temperatura controlada según lo requerido por cada fabricante"

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 20:03:53

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

PAQUETE 1: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA

Respecto a las MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Para paquete I de Inmunoquímica, Mejora 1: Se entregará puntaje adicional al proveedor que ofrezca la pruebas BHCG que presente como funcionalidad monitoreo gestacional y marcador oncológico.

Entendemos la utilidad de esta mejora como apoyo diagnóstico para pacientes con sospechas de patología oncológicas, sin embargo al ser esta una característica propia de una única marca en el mercado, solicitamos que se considere también otra mejora como lo es la estabilidad de los reactivos para la detección de Anticuerpos Anti-tiroideos, observamos según el cuadro de ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN, que solicitan 1500 determinaciones de ANTICUERPO ANTITIROIDEO ANTITIROGLOBULINA y 3000 determinaciones ANTICUERPO ANTITIROIDEO ANTIPEROXIDASA, cuya demanda sería de 2 y 4 pruebas aproximadas al día, para la cual sería beneficioso que la estabilidad de estos reactivos sea mayor que el promedio de los reactivos de mayor rotación, por lo tanto solicitamos amablemente al comité que se considere la siguiente característica como mejora:

- Estabilidad a bordo de reactivos para determinación de Anticuerpos Antitiroideos Antitiroglobulina y Antiperoxidasa mayor a o igual a 8 semanas.

Esto por ser pruebas que, al no ser solicitadas con tanta frecuencia, se evite que se descarten cartuchos de reactivos con determinaciones útiles tanto para pacientes, controles y calibraciones.

De aceptarse la mejora quedaría como sigue:

Mejora 1: Se entregará puntaje adicional al proveedor que ofrezca la prueba BHCG que presente como funcionalidad monitoreo gestacional y marcador oncológico o estabilidad a bordo de reactivos para determinación de Anticuerpos Antitiroideos Antitiroglobulina y Antiperoxidasa mayor a o igual a 8 semanas

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: IV

Literal: C

Página: 65

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACEPTA lo solicitado por el participante, ya que el Hospital Santa Rosa cuenta con un Departamento de Oncología que tiene una población importante de pacientes oncológicos, por lo cual contar con la característica de la prueba BHCG como marcador oncológico beneficia directamente a nuestros pacientes. Cabe mencionar que la ley de contrataciones permite al área usuaria determinar las mejoras tecnológicas que considere en beneficio de la entidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:03:53

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

PAQUETE 1: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA

Respecto a las MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Para el paquete I de Inmunoquímica, Mejora 2: Mezclado ultrasónico sin contacto de la muestra y reactivo para pruebas bioquímicas.

Entendemos que el empleo de un mezclado ultrasónico es para evitar el contacto con la muestra y reactivo; sin embargo, no garantiza una adecuada homogenización, además que esta característica pertenece a una única metodología en el mercado. Por ello, solicitamos amablemente comité considerar: ¿Mezclado con varillas mezcladoras en forma de espiral y en forma de L¿ para una completa homogenización por la forma de los mezcladores.

De aceptarse la mejora quedaría como sigue:

Mejora 2: Mezclado ultrasónico sin contacto de la muestra y reactivo para pruebas bioquímicas o Mezclado con varillas mezcladoras en forma de espiral y en forma de L

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** IV      **Literal:** C      **Página:** 65

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACEPTA lo solicitado por el participante, ya que con la característica de mezclado ultrasónico se busca reducir el riesgo de contaminación que podría afectar la performance de las pruebas, dando una mayor seguridad analítica. Cabe mencionar que la ley de contrataciones permite al área usuaria determinar las mejoras tecnológicas que considere en beneficio de la entidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:03:53

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

PAQUETE 1: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA

Respecto a las MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Para el paquete 1 de Inmunoquímica solicitan lo siguiente:

Mejora 1: Se entregará puntaje adicional al proveedor que ofrezca la pruebas BHCG que presente como funcionalidad monitoreo gestacional y marcador oncológico.

Mejora 2: Mezclado ultrasónico sin contacto de la muestra y reactivo para pruebas bioquímicas.

Al respecto, debemos señalar que ambas mejoras pertenecen a un único proveedor en el mercado por lo que, en aras de favorecer la igualdad de trato y la pluralidad de marcas y postores, solicitamos se retiren y se considere la siguiente mejora que representa un beneficio directo a la institución favoreciendo la vigencia tecnológica y que, además, todos los participantes podrían ofertar:

Antigüedad de los equipos ofertados menor a 1 año a la fecha de presentación de ofertas: 10 puntos

Se acreditará con declaración jurada del postor que garantice el cumplimiento de la entrega.

**Acápite de las bases :** Sección: Específico      Numeral: IV      Literal: C      **Página:** 65

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACEPTA lo solicitado por el participante, ya que el Hospital Santa Rosa cuenta con un Departamento de Oncología que tiene una población importante de pacientes oncológicos, por lo cual contar con la característica de la prueba BHCG como marcador oncológico beneficia directamente a nuestros pacientes.

Con la característica de mezclado ultrasónico se busca reducir el riesgo de contaminación que podría afectar la performance de las pruebas, dando una mayor seguridad analítica. Cabe mencionar que la ley de contrataciones permite al área usuaria determinar las mejoras tecnológicas que considere en beneficio de la entidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:03:53

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

PAQUETE 2: HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES

Con relación a la característica mayor o igual a 22 parámetro reportables.

Entendemos que los parámetros mínimos reportables los cuales componen de un HEMOGRAMA DIFERENCIAL 5 ESTIRPES son: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, RDW-SD, PLT, VPM, NE#, NE%, LEU#, LEU%, MO#, MO%, EOS#, EOS%, BASO#, BASO %, ERBL#, ERBL %

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 50

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité en coordinación con el área usuaria ACLARA su consulta y en relación a la característica mayor o igual a 22 parámetros reportables se realizará la precisión que el HEMOGRAMA DIFERENCIAL 5 ESTIRPES deberá contener como mínimo los siguientes parámetros: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, PLT, VPM, NEUT#, NEUT%, LINFO#, LINFO%, MONO#, MONO%, EO#, EO%, BASO#, BASO %, RET#, RET %

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se integra a las bases, Paquete 2 HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES deberá contener como mínimo los siguientes parámetros: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, PLT, VPM, NEUT#, NEUT%, LINFO#, LINFO%, MONO#, MONO%, EO#, EO%, BASO#, BASO %, RET#, RET %

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:03:53

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

PAQUETE 2: HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES

Con relación a METODOLOGÍA, solicitamos al comité de selección sirva PRECISAR, sí el analizador a ofertar deberá cumplir con todas las metodologías. Caso contrario precise la cantidad mínima que deberá cumplir (no debiendo ser una limitante o restringir la participación de los postores)

Es oportuno indicar que el requerimiento debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación trazada por la entidad.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 50

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité en coordinación con el área usuaria ACLARA que para el cumplimiento de la metodología el postor deberá acreditar como mínimo 3 de las metodologías indicadas en las especificaciones técnicas del reactivo

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se integra a las bases, Paquete 2 HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES, con relacion a METODOLOGIA, el postor deberá acreditar como mínimo 3 de las metodologías indicadas en las especificaciones técnicas del reactivo

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:03:53

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

PAQUETE 2: HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES

Con relación a la MUESTRA, solicitamos al comité de selección sirva PRECISAR que sangre total anticoagulada con EDTA se refiere tanto a anticoagulante EDTA2K y/o EDTA3K, con el fin de garantizar que todas las condiciones del procedimiento estén formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en las Bases o en las respuestas brindadas en el pliego absolutorio, con el fin de que, por una parte, todos los postores razonablemente informados y normalmente diligentes puedan comprender su alcance exacto e interpretarlas de la misma forma y, por otra parte, la Entidad convocante pueda comprobar efectivamente que las ofertas presentadas por los postores responden a los criterios aplicables al contrato.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 50

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité en coordinación con el área usuaria se ACLARA que EL ANALIZADOR Y REACTIVOS deberán tener capacidad de trabajar con sangre anticoagulada EDTAK2 y/o EDTA K3.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se integra a las bases, Paquete 2 HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES, EL ANALIZADOR Y REACTIVOS deberán tener capacidad de trabajar con sangre anticoagulada EDTAK2 y/o EDTA K3.

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:03:53

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

PAQUETE 2: HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES

Con relación a la información de los datos de precisión, SOLICITAMOS al comité de selección sirva ACLARAR que lo que la entidad necesita y requiere es: la información de los datos de precisión así como los protocolos empleados para su obtención solicitamos el precise con el fin de evitar errores de interpretación en la fase selectiva, que pueda generar futuras controversias.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      **Página:** 51

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité en coordinación con el área usuaria ACOGE su consulta y se ACLARA que lo que se requiere es que el postor demuestre la información de los DATOS DE PRECISIÓN así como los PROTOCOLOS EMPLEADOS PARA SU OBTENCIÓN de parte del fabricante del equipo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se integra a las bases, Paquete 2 HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES, SE ACLARA que lo que se requiere es que el postor demuestre la información de los DATOS DE PRECISIÓN así como los PROTOCOLOS EMPLEADOS PARA SU OBTENCIÓN de parte del fabricante del equipo

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 20:03:53

**Consulta: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

PAQUETE 2: HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES

Con relación a la característica de ¿Se acepta microtainer siempre y cuando el analizador tenga la capacidad de aceptar microtainer o tubos pediátricos en el compartimento para muestras¿.

Entendemos que compartimiento para muestras es el mostrador de tubo abierto y el auto mostrador.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto; caso contrario precise el alcance de la referida característica.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 51

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité en coordinación con el área usuaria ACLARA que el analizador deberá tener capacidad de procesar muestras de microtainer y/o tubos pediátricos dentro del compartimiento de automuestreador o también se aceptara que el analizador pueda procesar estos tubos en compartimiento de tubo abierto.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se integra a las bases, Paquete 2 HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES, el analizador deberá tener capacidad de procesar muestras de microtainer y/o tubos pediátricos dentro del compartimiento de automuestreador o también se aceptara que el analizador pueda procesar estos tubos en compartimiento de tubo abierto.

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 20:03:53

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

PAQUETE 2: HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES

Con relación a la exigencia: control interno inter laboratorio

Solicitamos al comité de selección sirva ACLARAR lo siguiente:

¿ Sí dicha exigencia deberá ser acreditada con el reporte de control interno inter-laboratorio de un cliente de territorio nacional.

¿ En qué etapa se acreditará el control interno.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: III

**Literal:** 3.1

**Página:** 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité en coordinación con el área usuaria ACLARA que el control interlaboratorial en tiempo real deberá acreditarse con insertos, manuales, brouchures, cartas o información del fabricante que haga mención a dicha característica de comparación interlaboratorial. Esta documentación deberá acreditarse en la presentación de ofertas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se integra a las bases, Paquete 2 HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES, el control interlaboratorial en tiempo real deberá acreditarse con insertos, manuales, brouchures, cartas o información del fabricante que haga mención a dicha característica de comparación interlaboratorial. Esta documentación deberá acreditarse en la presentación de ofertas.

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 20:03:53

**Consulta: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

PAQUETE 2: HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES

Con relación al control de calidad externo

Es oportuno indicar que cada fabricante de estos programas; establece el tipo de parámetros que estará incluido en dicho programa de control de calidad externo por lo que no muchas veces coincide con los parámetros que oferte los fabricantes de reactivos y/o analizadores de hemograma (necesidad específica); siendo así, SOLICITAMOS al comité de selección ACEPTAR que los analitos del control de calidad externo sean de acuerdo a los propios establecidos por cada fabricante de cada programa de control externo.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité en coordinación con el área usuaria ACOGE su consulta, se ACEPTARÁ los analitos evaluables de acuerdo a los establecidos por el fabricante del programa de Control de Calidad Externo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se integra a las bases, Paquete 2 HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES, con relacion al control de calidad externo, se ACEPTARÁ los analitos evaluables de acuerdo a los establecidos por el fabricante del programa de Control de Calidad Externo.

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 20:03:53

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

En relación a Control Externo, solicitamos se considere que para su acreditación se deberá presentar el ISO 17043 que permite garantizar la capacidad de comparación inter laboratorio. Solicitamos se acepte nuestra consulta con el fin de PRECISAR una evaluación adecuada de las ofertas.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité en coordinación con el área Usuaría ACLARA su consulta y podrá presentarse de manera opcional el ISO 17043 del Programa de Control de Calidad Externo, el cual será ofertado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se integra a las bases, CONTROL DE CALIDAD EXTERNO, PAQUETE 2 HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES, Podrá presentarse de manera opcional el ISO 17043 del Programa de Control de Calidad Externo, el cual será ofertado

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:03:53

**Consulta:** Nro. 20

**Consulta/Observación:**

PAQUETE 2: HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES

Con relación a la ¿Disponibilidad para asesoría técnica permanente mediante teléfono celular con red con la empresa proveedora¿,

Solicitamos al comité de selección que ACEPTE TAMBIÉN que el postor oferte línea de emergencia 0 800 la cual permite una comunicación directa entre el área usuaria y el personal de emergencia sin costos adicionales al área usuaria.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 54

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACEPTA lo solicitado por el participante; por lo que se precisará lo siguiente: Se aceptará también: que el postor oferte línea de soporte telefónico, la cual permite una comunicación directa entre el área usuaria y el personal de soporte sin perjuicios para la entidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se integra a las bases, Paquete 2 HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES, on relación a la ¿Disponibilidad para asesoría técnica permanente mediante teléfono celular con red con la empresa proveedora, Se aceptará también: que el postor oferte línea de soporte telefónico, la cual permite una comunicación directa entre el área usuaria y el personal de soporte sin perjuicios para la entidad.

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 20:03:53

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**

PAQUETE 2: HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES

En relación con la presentación de los reactivos de hemogramas diferencial de 5 estirpes; SOLICITAMOS al comité de selección ACLARE que la cantidad de componentes del Kit de hemogramas para la realización, DEBE SER no más de 5 reactivos a bordo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 50

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité en coordinación con el área usuaria y para no limitar la libre participación de postores, NO ACOGE su consulta. Ceñirse a lo requerido en las especificaciones técnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:03:53

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

PAQUETE 2: HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES

En relación con laminador.

Entendemos que éste deberá de realizar el extendido rotulado tinción y secado.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 52

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité ACLARA que el laminador deberá contar con capacidad de realizar extendido, identificación y tinción de láminas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se integra a las bases, Paquete 2 HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES, el laminador deberá contar con capacidad de realizar extendido, identificación y tinción de láminas.

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:03:53

**Consulta:** Nro. 23

**Consulta/Observación:**

PAQUETE 2: HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES

Con relación al detalle de característica y/o especificaciones sujetas a su acreditación: METODOLOGÍA, PERFORMANCE, CARACTERÍSTICA Y CALIDAD:

Solicitamos al comité de selección SIRVA aclarar que se entiende por CALIDAD del PAQUETE 2: HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES, con la finalidad que los postores tengamos la información CLARA y PRECISA al momento de elaborar la oferta.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** II      **Literal:** 2.2      **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité en coordinación con el área usuaria ACLARA que para CALIDAD deberá acreditar inserto de CONTROL DE CALIDAD INTERNO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:03:53

**Consulta:** Nro. 24

**Consulta/Observación:**

PAQUETE 1: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA

PAQUETE 2: HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES

Solicitamos al comité de selección incluya dentro del literal I) Copia simple del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, lo siguiente:

¿En caso algún producto no requiera Registro Sanitario deberá adjuntar el documento emitido por la ANM en el cual acredita que no requiere dicho documento; caso contrario deberá adjuntar el listado publicado por DIGEMID en su página de internet (indicando la fecha de publicación) en el que se indique el producto ofertado¿  
Ello permitirá ACLARAR las exigencias previstas para el presente procedimiento de selección.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** II      **Literal:** 2.2      **Página:** 19  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACEPTA lo solicitado por el participante; por lo que se precisará en las bases integradas, lo siguiente: En caso algún producto no requiera Registro Sanitario deberá adjuntar el documento emitido por la ANM en el cual acredita que no requiere dicho documento; caso contrario deberá adjuntar el listado publicado por DIGEMID en su página de internet (indicando la fecha de publicación) en el que se indique el producto ofertado¿

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se integra a las bases PAQUETE 1 y PAQUETE 2 respecto al literal I) copia simple de Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario lo siguiente: En caso algún producto no requiera Registro Sanitario deberá adjuntar el documento emitido por la ANM en el cual acredita que no requiere dicho documento; caso contrario deberá adjuntar el listado publicado por DIGEMID en su página de internet (indicando la fecha de publicación) en el que se indique el producto ofertado¿

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 20:03:53

**Consulta: Nro. 25**

**Consulta/Observación:**

En la página 41 se ha establecido la posibilidad de que el postor puede presentar un cronograma de entregas acorde con la presentación de sus reactivos dentro de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato; no obstante, ello no está establecido en el numeral 2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva incluirlo en el numeral 2.3 del Capítulo II de las bases administrativas.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACEPTA lo solicitado por el participante; por lo que se incorporará en el numeral 2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, el cronograma de entrega conforme a la forma de presentación de los reactivos

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se integra a las bases, se incorporará en el numeral 2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, el cronograma de entrega conforme a la forma de presentación de los reactivos

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:03:53

**Consulta:** Nro. 26

**Consulta/Observación:**

PAQUETE 1: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA

PAQUETE 2: HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES

Con relación a la antigüedad de los equipos; entendemos que su acreditación será al internamiento de los bienes, considerando que es en esa etapa donde se podría tener certeza (identificación) del bien.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 44

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA al participante que su entender es correcto.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:03:53

**Consulta: Nro. 27**

**Consulta/Observación:**

Con relación al PLAZO MAXIMO DE IMPLEMENTAR EL SOFTWARE, se ha establecido que este será de veinte (20) días calendario contados desde el último día de instalación del analizador.

Sin embargo, dicho plazo debe ser contabilizado desde el día siguiente que la entidad (área competente) brinda los accesos correspondientes que permitan la implementación del software o la adquisición del software.

En ese sentido, solicitamos que se precise en las bases integradas lo siguiente:

¿Respecto al software, el postor ganador deberá implementar el software de gestión (paquete 1) o adquirir la interfaz que permita la conexión del equipo con el sistema de Gestión de Laboratorio (paquete 2) cuyo plazo máximo para la instalación será de veinte (20) días calendario, contados desde el día siguiente que la entidad remita los accesos y/o permisos correspondientes¿.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 44

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACEPTA lo solicitado por el participante; por lo que se precisará en las bases integradas lo siguiente: ¿Respecto al software, el postor ganador deberá implementar el software de gestión (paquete 1) o adquirir la interfaz que permita la conexión del equipo con el sistema de Gestión de Laboratorio (paquete 2) cuyo plazo máximo para la instalación será de veinte (20) días calendario, contados desde el día siguiente que la entidad remita los accesos y/o permisos correspondientes¿.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisa en las bases integradas lo siguiente: ¿Respecto al software, el postor ganador deberá implementar el software de gestión (paquete 1) o adquirir la interfaz que permita la conexión del equipo con el sistema de Gestión de Laboratorio (paquete 2) cuyo plazo máximo para la instalación será de veinte (20) días calendario, contados desde el día siguiente que la entidad remita los accesos y/o permisos correspondientes¿.

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

---

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 20:03:53

**Consulta: Nro. 28**

**Consulta/Observación:**

Con relación a las exigencias previstas en el SOPORTE TÉCNICO (Página 45 y 54) entendemos que estas serán acreditadas al internamiento de los bienes.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 45

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA al participante que su entender es correcto.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 20:03:53

**Consulta:** Nro. 29

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al comité de selección que incorpore en la integración el CRONOGRAMA DE ENTREGAS de manera legible, toda vez, que no se puede visualizar éste.

**Acápites de las bases :** Sección: Específico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 57

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACOGE consulta, en la integración de base, se corregirá información para hacerla más legible y clara.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se integra a las bases , cronograma de entregas legible, la misma que se adjuntara un archivo en excel para una mejor visualización.

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 20:03:53

**Consulta: Nro. 30**

**Consulta/Observación:**

Con relación al CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, solicitamos al comité de selección que incorpore los documentos equivalentes conforme al siguiente detalle:

¿Se aceptará Certificado CE de la Comunidad Europea, Norma ISO 13485 vigente, FDA u otros de acuerdo con el nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad Competente del país de origen como documentos equivalentes del certificado de buenas prácticas de manufactura.¿.

Ello se encuentra respaldado conforme a diversos pronunciamientos de DIGEMID y del OSCE - PRONUNCIAMIENTO N° 458 - 2022/OSCE-DGR

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** III

**Literal:** 3.2

**Página:** 59

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACEPTA lo solicitado por el participante; por lo que se precisará en las bases integradas, lo siguiente: ¿Se aceptará Certificado CE de la Comunidad Europea o Norma ISO 13485 vigente o FDA u otros de acuerdo con el nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad Competente del país de origen como documentos equivalentes del certificado de buenas prácticas de manufactura.¿.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisa en las bases integradas, lo siguiente: como documento equivalente al BPM ¿Se aceptará Certificado CE de la Comunidad Europea o Norma ISO 13485 vigente o FDA u otros de acuerdo con el nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad Competente del país de origen como documentos equivalentes del certificado de buenas prácticas de manufactura.¿.

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 20:03:53

**Consulta: Nro. 31**

**Consulta/Observación:**

Dentro de los REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, entendemos que debido a un error se ha consignado PERSONAL CLAVE; no obstante, este no corresponde considerando que el objeto de la contratación es la adquisición de reactivos, no de equipo que requieran su instalación y puesta en funcionamiento (modalidad de ejecución: Llave en mano) - PRONUNCIAMIENTO N° 257-2022/OSCE-DGR

Las bases estándar aprobadas por el OSCE señalan lo siguiente:

¿Solo en caso de que el objeto de la convocatoria sea la adquisición de bienes bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se requiera personal para la instalación y puesta en funcionamiento, se puede requerir el personal necesario para la ejecución de dicha prestación, debiendo detallarse su perfil mínimo y las actividades a desarrollar, así como identificar al personal clave, esto es, aquél que resulta esencial para la ejecución de la prestación. En el caso del personal clave, la experiencia requerida debe acreditarse documentalmente, por lo que de haberse previsto esta, debe incluirse obligatoriamente como requisito de calificación en el literal C.1 del presente Capítulo¿

En ese sentido, solicitamos al comité de selección SUPRIMA lo concerniente a personal clave dentro de requisitos de calificación. En caso se requiera SOPORTE TÉCNICO, este deberá ser incluido en el requerimiento; debiendo precisar el requisito, su acreditación y la oportunidad de la presentación de éstos.

**Acápite de las bases : Sección: Específico**

**Numeral: III**

**Literal: 3.2**

**Página: 62**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la Consulta se SUPRIME de los REQUISITOS DE CALIFICACION - PERSONAL CLAVE, dado que el objeto de la convocatoria es la adquisicion de reactivos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se integra a ls bases, se SUPRIME de los REQUISITOS DE CALIFICACION - PERSONAL CLAVE, dado que el objeto de la convocatoria es la adquisicion de reactivos.

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	20:03:53

**Consulta:** Nro. 32

**Consulta/Observación:**

Con relación a la HABILIDAD Y COLEGIATURA:

Sobre el particular, es preciso señalar que, si bien los profesionales deben encontrarse colegiados y habilitados para el ejercicio de la profesión, lo exigido por la entidad no se condice con las Bases Estándar objeto de la presente convocatoria, toda vez que, la colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio de su participación efectiva del contrato (internamiento de los bienes).

En ese sentido, solicitamos que se precise que las exigencias previstas deberán ser requeridas al internamiento de los bienes.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.2      **Página:** 62

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la Consulta se SUPRIME de los REQUISITOS DE CALIFICACION - PERSONAL CLAVE, dado que el objeto de la convocatoria es la adquisicion de reactivos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se integra a ls bases, se SUPRIME de los REQUISITOS DE CALIFICACION - PERSONAL CLAVE, dado que el objeto de la convocatoria es la adquisicion de reactivos.

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 20:03:53

**Consulta: Nro. 33**

**Consulta/Observación:**

Con relación a la ACREDITACIÓN de las MEJORAS; solicitamos al comité de selección que ACLARE que la documentación que servirá para acreditar las mejoras será:

¿Con folletos o insertos o instructivos o catálogos, o manuales o insertos o brochure o cartas emitidas por el fabricante o fabricante legal o dueño de la marca o filial, o subsidiaria¿

Es oportuno indicar, que no pueden requerirse declaraciones juradas del fabricante o dueño de la marca, toda vez, que los únicos obligados con la entidad son los postores en la fase selectiva.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

Numeral: IV

Literal: C

Página: 65

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACEPTA lo solicitado por el participante, por lo que se precisará en las bases lo siguiente: ¿Con folletos o insertos o instructivos o catálogos, o manuales o insertos o brochure o cartas emitidas por el fabricante o fabricante legal o dueño de la marca o filial, o subsidiaria¿, para la acreditación de las mejoras

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisa en las bases lo siguiente: ACREDITACION DE MEJORAS con ¿Con folletos o insertos o instructivos o catálogos, o manuales o insertos o brochure o cartas emitidas por el fabricante o fabricante legal o dueño de la marca o filial, o subsidiaria¿, para la acreditación de las mejoras

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

---

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 20:03:53

**Consulta:** Nro. 34

**Consulta/Observación:**

Con relación a las especificaciones técnicas contempladas en el REQUERIMIENTO, se advierte que hay frases cortadas o incompletas, lo cual no permite visualizar la totalidad de la exigencia previstas por el área usuaria.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva REVISAR y completar la información, sin limitar o restringir la participación de los postores en el procedimiento de selección.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACOGE consulta, en la integración de base, se corregirá la información para hacerla más legible y clara.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	22:09:21

**Consulta:** Nro. 35

**Consulta/Observación:**

Paquete I: Inmuno - Bioquímica Automatizada con equipo analítico y Pre - analítico en cesión de uso

Observamos que las características técnicas de reactivos y equipos que se encuentran dentro de recuadros no aparecen completas y en el caso del cronograma de entregas la información es poco legible al ser una foto, por lo cual solicitamos amablemente al comité para evitar confusiones en la evaluación de características se pueda corregir la información de forma más clara.

Páginas 23 a la 44

**Acápites de las bases :** Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: a **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACOGE consulta, en la integración de base, se corregirá información para hacerla más legible y clara.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20100177341

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : PRODUCTOS ROCHE Q F S A

Hora de envío : 22:09:21

**Consulta:** Nro. 36

**Consulta/Observación:**

Test de Troponina:

Actualmente en el mercado existen 02 tipos de reactivos de Troponina ( Troponina I y Troponina T), por lo cual solicitamos amablemente al comité aclarar si el presente requerimiento hace alusión a algún tipo específico o ambas son válidas en el presente proceso.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 3.1

**Literal:** a

**Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA que para este proceso se aceptará el reactivo de Troponina I o Troponina T, de acuerdo a lo ofertado por cada postor.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se integra a las bases, Test de Troponina, se aceptará el reactivo de Troponina I o Troponina T, de acuerdo a lo ofertado por cada postor.

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20100177341

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : PRODUCTOS ROCHE Q F S A

Hora de envío : 22:09:21

**Consulta: Nro. 37**

**Consulta/Observación:**

Plazo de instalación de equipos y software:

Sobre el plazo de entrega, se debe tomar en cuenta que una adecuada implementación implica adecuación del ambiente, posibles obras civiles, cableado, instalación de analizador con accesorios, equipos de cómputo y además de considerar la puesta en funcionamiento, eso quiere decir que el personal esté completamente capacitado para poner en marcha y operar los equipos, el plazo de 20 días calendarios resultaría insuficiente. Por lo cual solicitamos amablemente considerar para la primera entrega un plazo de entrega de 30 días calendario a partir de la recepción de la orden de compra, de modo que pueda realizarse de manera óptima la instalación y puesta en marcha de analizadores.

CONSULTA 3:

Solicitamos amablemente al comité especial considerar la instalación de los equipos en un plazo no mayor a 30 días calendario contados a partir de la primera orden de compra.

**Acápate de las bases :** Sección: Específico      Numeral: 3.1      Literal: a      **Página: 44**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACOGE consulta, se aceptará para la instalación de equipos de (Inmunoquímica, Hematología) un plazo de 30 días calendario contados a partir de la recepción de la orden de compra.

Respecto al software, el postor ganador deberá implementar el software de gestión (paquete 1) o adquirir la interfaz que permita la conexión del equipo con el sistema de Gestión de Laboratorio (paquete 2) cuyo plazo máximo para la instalación será de veinte (20) días calendario, contados desde el día siguiente que la entidad remita los accesos y/o permisos correspondientes.

Para el equipo pre-analítico se considerará el plazo de instalación en coordinación con el área usuaria a fin de garantizar la adaptación del ambiente, instalación, configuración y conectividad a software de laboratorio.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se integra a las bases, se aceptará para instalación de equipos de (Inmunoquímica, Hematología) un plazo de 30 días calendario contados a partir de la recepción de la orden de compra.

Respecto al software, el postor ganador deberá implementar el software de gestión (paquete 1) o adquirir la interfaz que permita la conexión del equipo con el sistema de Gestión de Laboratorio (paquete 2) cuyo plazo máximo para la instalación será de veinte (20) días calendario, contados desde el día siguiente que la entidad remita los accesos y/o permisos correspondientes.

Para el equipo pre-analítico se considerará el plazo de instalación en coordinación con el área usuaria a fin de garantizar la adaptación del ambiente, instalación, configuración y conectividad a software de laboratorio.

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20100177341

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : PRODUCTOS ROCHE Q F S A

Hora de envío : 22:09:21

**Consulta:** Nro. 38

**Consulta/Observación:**

**CONSUMIBLES, CONTROLES Y COMPLEMENTOS:**

El proveedor ganador adecuara el area de trabajo (infraestructura) de tal forma que permita la instalación del equipo o equipos en cesión en uso, permitiendo un adecuado flujo de trabajo, asi como la instalación de dos muebles aereos con llave que permitan el almacenaje de los insumos no refrigerados , o la adecuación del mobiliario existente.

**CONSULTA 4:**

Observamos que el término adecuar el área de trabajo (infraestructura) asi como instalacion de muebles es un término que puede ser muy amplio, que es necesario tenerlo claro para poder ser costeadado dentro de la oferta económica, por lo cual solicitamos amablemente aclarar si estas adecuaciones de área hacen referencia a las obras civiles que son determinadas por el área técnica experta del proveedor como puntos de agua y desagüe, puntos de red y todas las condiciones recomendadas por fabricante para un correcto funcionamiento.

De ser diferente a nuestro entender, por favor solicitamos detallar cuáles serían las adecuaciones a las que se alude.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1

**Literal:** a

**Página:** 45

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se ACLARA respecto a su consulta lo siguiente:

El proveedor ganador adecuará el área de trabajo (infraestructura) de tal forma que permita la instalación del equipo o equipos en cesión en uso, de acuerdo a las condiciones recomendadas por el fabricante de los equipos y adecuación de mesas existentes en laboratorio de Inmunoquimica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se integra a las bases, El proveedor ganador adecuará el área de trabajo (infraestructura) de tal forma que permita la instalación del equipo o equipos en cesión en uso, de acuerdo a las condiciones recomendadas por el fabricante de los equipos y adecuación de mesas existentes en laboratorio de Inmunoquimica.

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20100177341

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : PRODUCTOS ROCHE Q F S A

Hora de envío : 22:09:21

**Consulta:** Nro. 39

**Consulta/Observación:**

Paquete N° 2: Pruebas Hematologicas asociados a equipos en cesión en uso y laminador para tinción automatizada.

CONSULTA 5:

Observamos que las características técnicas de reactivos y equipos que se encuentran dentro de recuadros no aparecen completas y en el caso del cronograma de entregas la información es poco legible al ser una foto, por lo cual solicitamos amablemente al comité para evitar confusiones en la evaluación de características se pueda corregir la información de forma más clara.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** a      **Página:** 50

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACOGE consulta, en la integración de base, se corregirá información para hacerla más legible y clara.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	22:09:21

**Consulta:** Nro. 40

**Consulta/Observación:**

Soporte Tecnico del Paquete 1 (Analizador de Bioquimica y Analizador de Inmunologia) y Paquete 2 (Analizador de Hematologia):

**CONSULTA 6:**

En relación al personal de soporte técnico certificado por el fabricante, con 01 año de experiencia con entrenamiento y capacitación por el fabricante; nuestra representada (al igual que la gran mayoría de proveedores con tecnologías, marcas, fabricantes y fabricantes legales diferentes) ha establecido un representante autorizado para la ejecución de las capacitaciones y entrenamientos, con la aprobación y reconocimiento oficial por parte del fabricante; siendo posible que nuestro personal de ingeniería se encuentre certificado por el representante autorizado del fabricante.

Solicitamos al comité especial aceptar que el certificado del personal de ingeniería sea otorgado por el fabricante y/o representante autorizado por el fabricante con autorización para entrenamiento de usuarios finales, garantizando las competencias necesarias para brindar el servicio necesario y oportuno ante cualquier solicitud de soporte técnico.

Pagina 45 y 53

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** a      **Página:** 45  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acepta su consulta y se aclara que el certificado del personal de ingeniería puede ser emitido por el fabricante y/o por el representante autorizado por el fabricante con autorización para entrenamiento de usuarios finales, garantizando las competencias necesarias para brindar el servicio necesario y oportuno ante cualquier solicitud de soporte técnico.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se integra a las bases, se aclara que el certificado del personal de ingeniería puede ser emitido por el fabricante y/o por el representante autorizado por el fabricante con autorización para entrenamiento de usuarios finales, garantizando las competencias necesarias para brindar el servicio necesario y oportuno ante cualquier solicitud de soporte técnico.0

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

---

Ruc/código : 20100177341

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : PRODUCTOS ROCHE Q F S A

Hora de envío : 22:09:21

**Consulta:** Nro. 41

**Consulta/Observación:**

"En las bases para el Anexo 7 Hoja de presentación de productos y Anexo 7A Hoja de presentación del bien se necesita completar alguna información.

Solicitamos amablemente al comite especial confirmar que el llenado del Anexo 7 y Anexo 7 A debe ser de acuerdo a lo autorizado por Digemid en lo que corresponda."

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** ANEXOS      **Literal:** a      **Página:** 81

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección aclara que la información que se debe colocar en los anexos 7 y 7A se realizará de acuerdo a lo autorizado por Digemid en lo que corresponda.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

---

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	22:09:21

**Consulta:** Nro. 42

**Consulta/Observación:**

En el anexo 7 A solicitan colocar Modelo/codigo del producto.

Solicitamos amablemente al comite especial aclarar si lo solicitado es señalar si es modelo y/o Código del producto.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: ANEXOS 7 A      Literal: a      **Página:** 82

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección acepta su consulta y para evitar confusiones en los proveedores aclara que pueden elegir lo que les corresponda Modelo Y/O Codigo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

---

Ruc/código : 20100177341

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : PRODUCTOS ROCHE Q F S A

Hora de envío : 22:09:21

**Consulta:** Nro. 43

**Consulta/Observación:**

En el anexo 7 A solicitan colocar Modelo/codigo del producto.

Solicitamos amablemente al comite especial aclarar a que se refiere cuando solicitan el Código del producto

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** ANEXOS 7 A      **Literal:** a      **Página:** 82

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección aclara que el código del producto se refiere al código que oferta el proveedor en el presente proceso

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20100177341

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : PRODUCTOS ROCHE Q F S A

Hora de envío : 22:09:21

**Consulta:** Nro. 44

**Consulta/Observación:**

Conrespecto al producto Para el Paquete 1 y Paquete 2:

A nuestro entender los documentos para acreditar las características y/o especificaciones técnicas del PRODUCTO (Metodología y Muestra Biológica) sería con:

Folleto o insertos o instructivos o catálogos o manuales o insertos o brochure o cartas emitidas por el fabricante o fabricante legal o dueño de la marca o filial o subsidiaria sería SOLO con respecto al ANEXO 7 A.

Solicitamos amablemente al comité especial confirmar si nuestro entendimiento es correcto?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: ANEXO 7 A      Literal: a      **Página:** 82

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección confirma que es correcto su entendimiento, el postor debe presentar los documentos (Folleto o insertos o instructivos o catálogos o manuales o insertos o brochure o cartas emitidas por el fabricante o fabricante legal o dueño de la marca o filial o subsidiaria ) para acreditar las características y/o especificaciones técnicas del PRODUCTO (Metodología y Muestra Biológica) solo para el Anexo 7A.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20100177341

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : PRODUCTOS ROCHE Q F S A

Hora de envío : 22:09:21

**Consulta:** Nro. 45

**Consulta/Observación:**

En las bases solicitan en los literales g) Declaración Jurada de Canje o reposición por defectos o vicios ocultos (Anexo 13) y h) Declaración jurada de Canje o reposición por vencimiento (Anexo 14).

En el PRONUNCIAMIENTO N° 082-2022/OSCE-DGR señala lo siguiente:

En aplicación del Principio de Libertad de Concurrencia, las entidades deben de promover el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias, encontrándose prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores; como, por ejemplo, exigir que en la oferta los postores entreguen certificaciones y carta de compromiso de entrega de insumos, pese a que, estos no tienen la certeza de ganar la buena pro.

Solicitamos amablemente al comite especial suprimir estos literales de los Documentos para la admisión de la oferta e incluirlos en el numeral 2.3 Requisitos para perfeccionar el contrato correspondiente al Capítulo II de las Sección Específica de las Bases Integradas."

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** g y h **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección acepta su consulta, se incluirá estos literales en el numeral 2.3 Requisitos para perfeccionar el contrato correspondiente al Capítulo II de las Sección Específica de las Bases Integradas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incluirá en las bases integradas en el numeral 2.3 Requisitos para perfeccionar el contrato correspondiente al Capítulo II de las Sección Específica de las Bases los siguientes requisitos () Declaración Jurada de Canje o reposición por defectos o vicios ocultos (Anexo 13) y () Declaración jurada de Canje o reposición por vencimiento (Anexo 14).

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

---

Ruc/código : 20100177341

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : PRODUCTOS ROCHE Q F S A

Hora de envío : 22:09:21

**Consulta:** Nro. 46

**Consulta/Observación:**

En el Paquete 2 Pruebas de Hematología asociados a equipo en cesión en uso y laminador para tinción automatizada.

Solicitan Control de calidad interlaboratorial y control de calidad externo.

Solicitamos amablemente al comite especial aclarar si lo mencionado en el parrafo precedente debe ser acreditado en la presentación de propuesta

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1

**Literal:** a

**Página:** 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección aclara que la documentación se presentara en la etapa de presentacion de propuestas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20100177341

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : PRODUCTOS ROCHE Q F S A

Hora de envío : 22:09:21

**Consulta: Nro. 47**

**Consulta/Observación:**

A nuestro entender para acreditar el año de fabricación de los equipos ofertados (Paquete 1 :Analizador de Inmunología y Analizador de Bioquímica - Paquete 2: Analizador de Hematología) estos serían sustentados en la etapa de ejecución contractual.

Solicitamos amablemente al comité especial confirmar si nuestro entender es correcto?

Páginas 44 y 54

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1

**Literal:** a

**Página:** 44

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección ACLARA que la documentación se presentará en la etapa de ejecución contractual para el paquete 1 :Analizador de Inmunología y Analizador de Bioquímica y para el Paquete 2: Analizador de Hematología

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20100177341

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : PRODUCTOS ROCHE Q F S A

Hora de envío : 22:09:21

**Consulta: Nro. 48**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos amablemente al comite especial estandarizar en los diferentes extremos de la base los documentos con los cuales los postores debemos acreditar las especificaciones tecnicas de los reactivos y Analizadores en cesión en uso (Paquete 1: Analizador de Bioquimica e analizador de Inmunologia - Paquete 2: Analizador de Hematologia) para la presentación de ofertas y asi evitar confusiones entre los postores.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1

**Literal:** a

**Página:** 55

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección ACLARA que lo señalado en la pagina 18 de las bases 2.2.1.1 documentos para la admisión de oferta literales e) y f) se replicará en la pagina 55 documentos obligatorios (para la admisión de oferta)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se integra a las bases, la pagina 18 de las bases 2.2.1.1 documentos para la admisión de oferta literales e) y f) se replicará en la pagina 55 documentos obligatorios (para la admisión de oferta)

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

---

Ruc/código : 20100177341

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : PRODUCTOS ROCHE Q F S A

Hora de envío : 22:09:21

**Consulta:** Nro. 49

**Consulta/Observación:**

En las bases estandar señalan que en caso que el objeto de la convocatoria sea la adquisición de bienes bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se requiera personal para la instalación y puesta en funcionamiento, y se haya considerado que éste es personal clave se debiera incluir como requisito de calificación la Capacidad Tecnica y Profesional.

Solicitamos amablemente al comite especial confirmar que esta convocatoria tiene la modalidad de ejecución llave en mano.

Paginas relacionadas 14 y 62

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 1.6

**Literal:** a

**Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA, el presente proceso de selección es por la adquisicion de reactivos, no aplica la modalidad de ejecucion de llave en mano

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

---

Ruc/código : 20100177341

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : PRODUCTOS ROCHE Q F S A

Hora de envío : 22:09:21

**Consulta:** Nro. 50

**Consulta/Observación:**

Experiencia de Personal Clave:

Solicitamos amablemente al comite especial aclarar que la acreditación de la experiencia del personal clave es tanto para el paquete 1: Analizador de Bioquímica y Analizador de Inmunología y para el Paquete 2: Analizador de Hematología

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 3.2

**Literal:** c.1

**Página:** 62

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección ACLARA que el criterio de calificación PERSONAL CLAVE se suprime de las presentes bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se Integra a las bases: se suprime de los CRITERIOS DE CALIFICACION - PERSONAL CLAVE

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20100177341

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : PRODUCTOS ROCHE Q F S A

Hora de envío : 22:09:21

**Consulta: Nro. 51**

**Consulta/Observación:**

Experiencia de Personal Clave:

-Con experiencia No menor de 01 año.

En la pagina 45 en el paquete 1: Analizador de Bioquímica y Analizador de Inmunología solicitan que el personal debe tener una experiencia No menor de 6 meses para los equipos de Inmunoquímica.

En la pagina 54 en el Paquete 2: Analizador de Hematología solicitan que el personal de servicio técnico debe tener una experiencia No menor a 01 año.

Solicitamos amablemente al comité especial aclarar cuál es el tiempo de la experiencia del personal clave que los postores debemos acreditar tanto para el paquete 1: Analizador de Bioquímica y Analizador de Inmunología y para el Paquete 2: Analizador de Hematología

**Acápito de las bases :** Sección: Específico Numeral: 3.2

**Literal:** c.1

**Página:** 62

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección ACLARA que el criterio de calificación PERSONAL CLAVE se suprime de las presentes bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se Integra a las bases: se suprime de los CRITERIOS DE CALIFICACION - PERSONAL CLAVE

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20100177341

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : PRODUCTOS ROCHE Q F S A

Hora de envío : 22:09:21

**Consulta:** Nro. 52

**Consulta/Observación:**

Paquete 1: Inmuno-Bioquímica automatizada con equipo Analítico y Pre-Analítico en cesión de uso:

En las características correspondientes a los equipos de bioquímica e inmunología, se solicita en cada uno que estos tengan una entrada STAT para ingreso de muestras de emergencia, sin embargo solicitan también la integración de ambos analizadores, por lo cual se entiende que una vez integrados los equipos de bioquímica e inmunología, se tendrá un solo punto de ingreso y salida de muestras de rutina, así como también un solo puerto STAT para ingreso de muestras de emergencia.

Solicitamos amablemente al comité aclarar si nuestro entender es correcto.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1

**Literal:** a

**Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA que se aceptara que cada uno de los analizadores permita el ingreso de muestras de emergencia o STAT, así como también se aceptara que el equipo modular cuente con un solo ingreso para muestras de rutina y emergencia o STAT.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se integra a las bases Paquete 1: Inmuno-Bioquímica automatizada con equipo Analítico y Pre-Analítico en cesión de uso: , se aceptara que cada uno de los analizadores permita el ingreso de muestras de emergencia o STAT, así como también se aceptara que el equipo modular cuente con un solo ingreso para muestras de rutina y emergencia o STAT.

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código : 20100177341

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : PRODUCTOS ROCHE Q F S A

Hora de envío : 22:09:21

**Consulta:** Nro. 53

**Consulta/Observación:**

Paquete 1: Inmuno-Bioquímica automatizada con equipo Analítico y Pre-Analítico en cesión de uso:

Respecto al equipo pre - analítico solicitado, entendemos que este puede estar integrado o separado del analizador inmunoquímico, solicitamos amablemente al comité aclarar si nuestro entender es correcto.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** a      **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACLARA que se aceptara el equipo pre-analítico pueda encontrarse integrado o separado del analizador inmunoquímico.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se integra a las bases, Paquete 1: Inmuno-Bioquímica automatizada con equipo Analítico y Pre-Analítico en cesión de uso:, se aceptara el equipo pre-analítico pueda encontrarse integrado o separado del analizador inmunoquímico.

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HSR.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA INMUNOBIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HSR POR UN PERIODO DE 24 MESES

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:58:04

**Consulta:** Nro. 54

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN  
ANTIGUEDAD DEL EQUIPO  
NO MAYOR A 02 AÑOS

Consultamos al área usuaria, para una mayor pluralidad de postores aceptar también equipos en cesión en uso, no repotenciados con una antigüedad no mayor de 04 años, teniendo en consideración que lo que cuenta es que el equipo OFERTADO SEA DE ULTIMA TECNOLOGÍA

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAP III      **Literal:** 3.1      **Página:** 54

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACEPTA. Ceñirse a lo solicitado en las especificaciones técnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null