

CUADRO DE ADMISIBILIDAD


PROCESO DE SELECCIÓN			2310L00021		"ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO MARCAPASOS DEFINITIVOS-RPL" - PAC 1537-2023													RESULTADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	PERIODO	POSTORES	RUC	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA													
					Obligatorios													
					DD. J.J. de datos del postor (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	DD. J.J. de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2)	DD. J.J. Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidos en el numeral 3.1 Capítulo III de las Bases (Anexo N° 3)	Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM)	Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA)	Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente	Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)	Metodología de Análisis	Folletería / Manual de Instrucciones de Uso o Inserto	DD. J.J. de Plazo de Entrega (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N° 5)	Precio de la Oferta (Anexo N° 6)	
1	MARCAPASO DEFINITIVO UNICAMERAL	12 MESES	HOSPITAL MEDICA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20600049357	SI	SI	SI	SI	NO (*)	SI	SI	SI	NO (**)	SI	SI	NO APLICA	SI	NO ADMITIDO
			COVIDIEN PERU S.A.	20502853750	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO APLICA	SI	SI	NO APLICA	SI	ADMITIDO	
			HOSPITAL MEDICA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20600049357	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO (*)	SI	SI	NO APLICA	SI	NO ADMITIDO	
2	MARCAPASO DEFINITIVO BICAMERAL		COVIDIEN PERU S.A.	20502853750	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO APLICA	SI	SI	NO APLICA	SI	ADMITIDO

(*) El Postor HOSPITAL MEDICA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, presenta:

- El Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM), folio 08, N° Q5 095830 0005 Rev.01; sin embargo, en el folio 10, el documento objeto de traducción indica el N° Q5 010275 0511 Rev.01. Por lo que, el Comité de Selección ha determinado la inexactitud del documento presentado. Asimismo, el Comité de Selección precisa que dicho documento no se encuentra vigente, de acuerdo a lo señalado en el punto 4.1 de los Requerimientos Técnicos Mínimos de las Bases Estándar publicadas.

- El Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM), folio 13, N° MD 19.4895; sin embargo, en el folio 15, el documento objeto de traducción indica el N° CM 19.4211. Por lo que, el Comité de Selección ha determinado la inexactitud del documento presentado.

(*) El Postor HOSPITAL MEDICA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, presenta la Metodología de Análisis en los folios 67-103 sin nombre, firma y sello del Director Técnico responsable de la empresa postora, por lo que, el Comité de Selección no admite el presente documento en razón a lo señalado en el punto 4.5 de los Requerimientos Técnicos Mínimos de las Bases Estándar publicadas.


DR. HAMILTON OSCAR PERALTA YNGA
PRESIDENTE (TITULAR)


DR. SALOMÓN GUERRERO RODAS
PRIMER MIEMBRO (SUPLENTE)


ING. JULIANA ELIZABETH ROMERO SILVA
SEGUNDO MIEMBRO (SUPLENTE)

Fecha: 17/08/2023

CUADRO COMPARATIVO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

PROCESO DE SELECCIÓN		2310L00021		"ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO MARCAPASOS DEFINITIVOS-RPL" - PAC 1537-2023											
ITEM	DESCRIPCIÓN	PERIODO	POSTORES	Resultado	EVALUACIÓN						CALIFICACIÓN			RESULTADO	
					PRECIO OFERTADO (80 puntos)	PUNTAJE DE PRECIO	PLAZO DE ENTREGA (De 01 hasta 06 días calendario: 16 puntos, de 07 hasta 09 días calendario: 14 puntos)	PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO (Máximo 2 puntos)	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (Máximo 2 puntos)	ORDEN DE PRELACIÓN	RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO FARMACÉUTICO	HABILITACIÓN	CAPACIDAD LEGAL		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
1	MARCAPASO DEFINITIVO UNICAMERAL	12 MESES	COVIDIEN PERU S.A.	ADMITIDO	563,114.88	80	16	0	0	0	96	SI	SI	SI	CALIFICADO
2	MARCAPASO DEFINITIVO BICAMERAL		COVIDIEN PERU S.A.	ADMITIDO	695,964.00	80	16	0	0	0	96	SI	SI	SI	SI

DR. HAMILTON OSCAR PERALTA YNGA
PRESIDENTE (TITULAR)

DR. SALOMÓN QUERRERO RODAS
PRIMER MIEMBRO (SUPLENTE)

ING. LILIANA ELIZABETH ROMERO SILVA
SEGUNDO MIEMBRO (SUPLENTE)

Fecha: 17/08/2023