

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20122143750	Fecha de envío :	19/06/2024
Nombre o Razón social :	PENTA GAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	10:03:21

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Objeto de la convocatoria: Servicio de Mantenimeinto Preventivo de planta de oxigeno Medicinal (Mentis Y Atlas)
Se podra presentar propuesta solo por una Planta de oxigeno en nuestro caso solo Mentis

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1.2 Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de selección con coordinacion con el area usuaria aclara que el presente proceso de selección se realizó la convocatoria como item unico de según lo señalado en el resumen ejecutivo y actuaciones preparatorias del expediente de contratacion, debido al resultado del estudio de mercado se vio por conveniente realizar el mantenimiento correctivo por item unico, teniendo pluralidad de postores que existe para realizar el mantenimiento preventivo de ambas plantas de oxigeno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20602463266	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	VAFADAFHAN E.I.R.L.	Hora de envío :	23:12:34

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité especificar que el personal técnico sea:técnico en mecánica o técnico electricista

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** B **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el area usuaria no acoge la observacion, debido a que la empresa y el profesional son responsables directos de las actividades a realizar, por lo que cada empresa puede contar con el personal tecnico especializado que vea por conveniente de acuerdo a la necesidad de los trabajos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-H.R.M.N.B.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO

Ruc/código :	20602463266	Fecha de envío :	20/06/2024
Nombre o Razón social :	VAFADAFHAN E.I.R.L.	Hora de envío :	23:12:34

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al comité considerar para el equipamiento estratégico tenga certificación de calibración con no menor a 3 meses a la presentación de ofertas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: B.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el area usuaria precisa que se considerará la certificacion para el analizador de calidad de oxigeno medicinal con plazo no mayor a 06 meses de antigüedad a la presentacion de ofertas, ya que la recomendación es recalibrar cada 06 meses no superando la desviacion del 12%. y esta pueda ser regulado en el proceso de generacion y proceso de control de la calidad de oxigeno que realizan las IPRESS publicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará en las bases integradas pag. 43