

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA POR REPOSICION DE UN (01) ECOGRAFO PORTATIL PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SANTA ROSA ¿ IOARR CUI 2542935

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	26/12/2024
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	14:44:20

**Consulta:** Nro. 1

## Consulta/Observación:

Solicitan:

UNT01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL DE 4A 12.5 MHZ O DE MAYOR RANGO, PARA ESTUDIOS VASCULARES Y PARTES BLANDAS, CON LONGITUD DE ARREGLO ENTRE 38 A 52 MM O MENOR, CON TRES BOTONES PROGRAMABLES.

Solicitamos al Comité de Selección:

AMPLIAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS YA QUE YA QUE ESTA FUNCIONABILIDAD LA TIENE UN TRANSDUCTOR DE UNA MARCA ESPECIFICA, POR TANTO BAJO EL PRINCIPIO DE PLURALIDAD DE POSTORES Y TENER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS SE MODIFIQUE A:

UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL DE 4A 12.5 MHZ O DE MAYOR RANGO. PARA ESTUDIOS VASCULARES Y PARTES BLANDAS, CON LONGITUD DE ARREGLO ENTRE 38 A 52 MM O MENOR, CON TRES BOTONES PROGRAMABLES EN EL TRANSDUCTOR O EN EL PANEL DE CONTROL DEL ECOGRAFO, TENIENDO LA MISMA FUNCIONALIDAD REQUERIDA.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: D02      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

## Análisis respecto de la consulta u observación:

PARA FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SE MODIFICA:

D02 : UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL DE 4 A 12.5 MHZ O DE MAYOR RANGO. PARA ESTUDIOS VASCULARES Y PARTES BLANDAS, CON LONGITUD DE ARREGLO ENTRE 38 A 52 MM O MENOR, CON TRES BOTONES PROGRAMABLES EN EL TRANSDUCTOR O EN EL PANEL DE CONTROL DEL ECOGRAFO

## Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

D02 : UN (01) TRANSDUCTOR DE ARREGLO LINEAL DE 4 A 12.5 MHZ O DE MAYOR RANGO. PARA ESTUDIOS VASCULARES Y PARTES BLANDAS, CON LONGITUD DE ARREGLO ENTRE 38 A 52 MM O MENOR, CON TRES BOTONES PROGRAMABLES EN EL TRANSDUCTOR O EN EL PANEL DE CONTROL DEL ECOGRAFO, TENIENDO LA MISMA FUNCIONALIDAD REQUERIDA

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA POR REPOSICION DE UN (01) ECOGRAFO PORTATIL PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SANTA ROSA ¿ IOARR CUI 2542935

Ruc/código :	20102032951	Fecha de envío :	26/12/2024
Nombre o Razón social :	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	Hora de envío :	14:44:20

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitan:  
AÑO DE FABRICACION DEL EQUIPO  
DEL AÑO 2025  
Solicitamos al Comité de Selección:  
AÑO DE FABRICACION DEL EQUIPO  
DEL AÑO 2024 Y/O 2025.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.17 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LA NECESIDAD SOLICITADA Y REQUERIDA POR EL AREA USUARIA CORRESPONDE A UN EQUIPO NUEVO Y DE ULTIMA TECNOLOGIA GARANTIZADO CON LO MAS ACTUAL QUE LOS FABRICANTES DE EQUIPOS OFRECEN.EL AÑO DE FABRICACION DEL EQUIPO ES DEL 2025

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

AÑO DE FABRICACION DEL EQUIPO ES DEL 2025

Entidad convocante :HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura :AS-SM-26-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :COMPRA POR REPOSICION DE UN (01) ECOGRAFO PORTATIL PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SANTA ROSA ¿ IOARR CUI 2542935

Ruc/código :	20612214949	Fecha de envío :	26/12/2024
Nombre o Razón social :	MEDISONICPERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:23:58

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SOLICITAN

B02-MODO M, B/M, MODO M ANATOMICO (3 LINEAS)

Para fomentar mayor participación de ofertas y evitar el direccionamiento a alguna marca en especial. Para mayor pluralidad de postores sugerimos lo siguiente:

B02-MODO M, B/M, MODO M ANATOMICO (3 LINEAS OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: B02

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LA CARACTERISTICA SOLICITADA ES IMPORTANTE PARA EL USO POR EL CUAL SE REQUIERE DE ACUERDO A NUESTAR ESPECIALIDAD PARA UNA ATENCIÓN OPTIMA, POR LO QUE SE MANTIENE LA EETT DE MODO M ANATOMICO (3 LINEAS)

Entidad convocante :	HOSPITAL SANTA ROSA
Nomenclatura :	AS-SM-26-2024-HSR-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	COMPRA POR REPOSICION DE UN (01) ECOGRAFO PORTATIL PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SANTA ROSA ¿ IOARR CUI 2542935

Ruc/código :	20606152176	Fecha de envío :	26/12/2024
Nombre o Razón social :	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	19:37:11

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Consulta N°1; Pág. 14  
Capítulo I ¿ Generalidades  
1.9 Plazo de entrega  
Solicitan

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 30 días contabilizados a partir del día siguiente notificada la orden, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Razón a ello, se solicita al comité de selección que considere la extensión del plazo de entrega de los equipos, configuración y puesta en operación del equipo por un periodo de cuarenta y cinco días calendario, debido a que, en el contexto de que se acerca la temporada decembrina, los procesos de importación y logística internacional suelen verse considerablemente afectados por los períodos de cierre de las aduanas y las empresas transportistas. Esta situación, conlleva a retrasar los tiempos de envío y puede generar dificultades adicionales en la recepción oportuna de los equipos. Por lo tanto, la extensión de plazo permitirá garantizar una adecuada planificación y cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega del equipamiento, así como evitar inconvenientes por posibles retrasos en la cadena de suministro. A su vez, esto permitiría una mayor concurrencia de postores y no solo se limitaría a beneficio de las empresas que cuenten con unidades en stock disponibles, como se encuentra establecido en el art. 2, literal a), del Texto Único Ordenado De La Ley N°30225 Ley De Contrataciones Del Estado: Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

Por lo expuesto, se solicita modificar el plazo de entrega de la siguiente manera:  
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 60 días contabilizados a partir del día siguiente notificada la orden, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 14**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art. 2, literal a), del Texto Único Ordenado De La Ley N°30225 Ley De Contrataciones Del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION CONSIDERANDO LOS TIEMPOS DE IMPORTACION Y EL AÑO DE FABRICACION DEL EQUIPO (2025) SE MODIFICA LO REQUERIDO:1.9 Plazo de entrega : Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de cuarenta y cinco 45 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

1.9 Plazo de entrega : Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de cuarenta y cinco 45 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-26-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA POR REPOSICION DE UN (01) ECOGRAFO PORTATIL PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SANTA ROSA ¿ IOARR CUI 2542935

Ruc/código :	20606152176	Fecha de envío :	26/12/2024
Nombre o Razón social :	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	19:37:11

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Consulta N°1; Pág. 23  
Capítulo III¿ Requerimiento  
Especificaciones técnicas  
Solicitan

A14. ¿FOCO REGULABLE Y/O ENFOQUE DINAMICO DE PÍXELES¿  
Por medio de la presente, se solicita al comité de selección la reformulación del requerimiento en mención y se considere la aceptación de que el equipo cuente con un área de enfoque como alternativa al requerimiento de la A14. FOCO REGULABLE Y/O ENFOQUE DINAMICO DE PÍXELES, en virtud de los principios que rigen en el art. 2, el literal a, del Texto Único Ordenado De La Ley N°30225 Ley De Contrataciones Del Estado:: ¿Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores¿.

Por ende, solicitamos se considere la reformulación a dicho requerimiento de la siguiente manera:

A14. ¿FOCO REGULABLE Y/O ENFOQUE DINAMICO DE PÍXELES Y/O ÁREA DE ENFOQUE¿

Acápíte de las bases : Sección: Específico      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION LOS CONCEPTOS MENCIONADOS TIENEN SIMILITUD Y HACEN REFERENCIA AL AREA O REGION DE IMAGEN DE ESTUDIO DE INTERES EL CUAL EL ENFOQUE DEBE SER NITIDO SE MODIFICA: A14. FOCO REGULABLE Y/O ENFOQUE DINAMICO DE PÍXELES Y/O ÁREA DE ENFOQUE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

A14. FOCO REGULABLE Y/O ENFOQUE DINAMICO DE PÍXELES Y/O ÁREA DE ENFOQUE.

Entidad convocante :HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura :AS-SM-26-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :COMPRA POR REPOSICION DE UN (01) ECOGRAFO PORTATIL PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SANTA ROSA ¿ IOARR CUI 2542935

Ruc/código :	20606152176	Fecha de envío :	26/12/2024
Nombre o Razón social :	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	19:37:11

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Consulta N°3; Pág. 23

Capítulo III¿ Requerimiento

Especificaciones técnicas

Solicitan

A22. ¿CON CAPACIDAD DE INTEGRAR TRANSDUCTOR TRANS-ESOFAGICO¿

Por medio de la presente, se solicita al comité de selección la reformulación del requerimiento A22. ¿CON CAPACIDAD DE INTEGRAR TRANSDUCTOR TRANS-ESOFAGICO¿ sea considerado opcional; debido a que, son limitados los equipos que contiene esta característica, impidiendo así la libre concurrencia de postores como indica el art. 2, literal a), del Texto Único Ordenado De La Ley N°30225 Ley De Contrataciones Del Estado: en el que especifica que: ¿Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores¿

Por ende, solicitamos se considere la reformulación a dicho requerimiento de la siguiente manera:

A22. ¿CON CAPACIDAD DE INTEGRAR TRANSDUCTOR TRANS-ESOFAGICO (OPCIONAL)¿

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2, el literal a, del Texto Único Ordenado De La Ley N°30225 Ley De Contrataciones Del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO ACOGE ,LA CARACTERISTICAS DE LOS TRANSDUCTORES EN EL RANGO SOLICITADO ES PARA OBTENER MAYOR RESOLUCION Y PROFUNDIDAD DEL AREA DE ESTUDIO ECOGRAFICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura :AS-SM-26-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :COMPRA POR REPOSICION DE UN (01) ECOGRAFO PORTATIL PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SANTA ROSA ¿ IOARR CUI 2542935

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	26/12/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	20:54:21

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

D04. UN (01) TRANSDUCTOR PHASED-ARRAY (CARDIACO ADULTO) DE 1 A 4.5 MHZ, CON GRADO DE ANGULACION DE VISUALIZACIÓN DE 90°.

Los diversos fabricantes tienen diversas frecuencias para sus transductores y debido a la tecnología y canales de procesamiento no afecta la imagen. Por lo antes expuesto y para mayor pluralidad de postores solicitamos considerar:

D04. UN (01) TRANSDUCTOR PHASED-ARRAY (CARDIACO ADULTO) DE 1.5 A 4.5 MHZ, CON GRADO DE ANGULACION DE VISUALIZACIÓN DE 90°.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: IIILiteral: 3.1Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, ESTO REDUCE EL GRADO DE ANGULACION DE VISAUALIZACION DE 90°

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura :AS-SM-26-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :COMPRA POR REPOSICION DE UN (01) ECOGRAFO PORTATIL PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SANTA ROSA ¿ IOARR CUI 2542935

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	26/12/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	20:54:21

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

B07. IMAGEN PANORAMICA DISPONIBLE EN TODOS LO Y TRAPEZOIDAL

Entendemos que ha habido un error tipográfico pues se evidencia palabras incompletas y entendemos que la especificación es de la siguiente manera:

B07. IMAGEN PANORAMICA DISPONIBLE EN TODOS LOS TRANSDUCTORES Y TRAPEZOIDAL EN TRANSDUCTOR LINEAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE SE MOFICIARA DE LA SIGUIENTE MANERA :B07 IMAGEN PANORAMICA DISPONIBLE EN TODOS LOS TRANSDUCTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

:B07 IMAGEN PANORAMICA DISPONIBLE EN TODOS LOS TRANSDUCTORES



Entidad convocante :HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura :AS-SM-26-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :COMPRA POR REPOSICION DE UN (01) ECOGRAFO PORTATIL PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SANTA ROSA ¿ IOARR CUI 2542935

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	26/12/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	20:54:21

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

A17. QUE TENGA INCORPORADO SALIDA DE AUDIO, PUERTO S-VIDEO, PUERTO LAN Y DOS PUERTOS USB COMO MINIMO.

Hoy en día los fabricantes de equipos de ultrasonido tienen diversas opciones para optimizar las bondades que brindan en el equipo como por ejemplo la salida de audio, en los equipos portátiles cuentan con herramientas tecnológicas que permiten optimizar el audio quedando innecesario una salida de audio incorporado en el equipo pues este por ser un equipo portátil para uso del área de centro quirúrgico no será instalada con un equipo de audio externo ya que cuenta con parlantes incorporados.

Por lo antes expuesto y para mayor pluralidad de postores solicitamos considerar:

A17. QUE TENGA INCORPORADO PUERTO S-VIDEO, PUERTO LAN, DOS PUERTOS USB COMO MÍNIMO Y DE MANERA OPCIONAL SALIDA DE AUDIO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION LO QUE SOLICITA ES CONSIDERAR EL PUERTO DE AUDIO OPCIONALESTO LIMITA LA CAPACIDAD DEL ECOGRAFO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura :AS-SM-26-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :COMPRA POR REPOSICION DE UN (01) ECOGRAFO PORTATIL PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SANTA ROSA ¿ IOARR CUI 2542935

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	26/12/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	20:54:21

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

B01. MODO B, 2B, 4B, CHROMA (8 TIPOS)  
Las nomenclaturas que tiene cada una de las herramientas de optimización que ofrecen los equipos va a depender de cada uno de los fabricantes si bien es cierto cada uno pone un nombre distinto la herramienta cumple la misma función. Entendiendo el espíritu del comité especial que busca la mayor participación de postores en este proceso y por lo anteriormente expuesto, se solicita al Comité Especial considerar en los requerimientos técnicos mínimos lo siguiente:  
B01. MODO B, 2B, 4B, MAPA DE TINTES (8 TIPOS)

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: IIILiteral: 3.1Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CARACTERISTICA DE LOS CONCEPTOS MENCIONADOS TIENEN SIMILITUD Y PARA FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SE MODIFICA: B01. MODO B, 2B, 4B, CHROMA O MAPA DE TINTES (8 TIPOS)  
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
B01. MODO B, 2B, 4B, CHROMA O MAPA DE TINTES (8 TIPOS)

Entidad convocante :HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura :AS-SM-26-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :COMPRA POR REPOSICION DE UN (01) ECOGRAFO PORTATIL PARA EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SANTA ROSA ¿ IOARR CUI 2542935

Ruc/código :	20509997340	Fecha de envío :	26/12/2024
Nombre o Razón social :	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	Hora de envío :	20:54:21

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

A20.SOFTWARE DE IMAGEN DE REDUCCION DE LA GRANULARIDAD DISPONIBLE EN TODOS LOS TRANSDUCTORES.

En el mercado actual las principales marcas de equipos médicos cuentan con múltiples herramientas automatizadas inteligentes que le permite al usuario trabajar de manera optima y rápida

En muchos casos clínicos comúnmente se observan lesiones pequeñas y complejas que a menudo son difíciles de identificar durante el escaneo, sin embargo existen herramientas que ayudaran a obtener una óptima visualización de dicha evaluación y esto dependerá de la tecnología del equipo de ultrasonido.

Contar con una herramienta que te permita reconocer éste tipo de lesiones en tiempo real, proporcionando mayor información de resolución y contraste de la región de interés, ayudara de manera significativa al especialista a obtener un mejor resultado de dicho examen, además de minimizar su flujo de trabajo.

Entendiendo el espíritu del comité especial que busca la mayor participación de postores en este proceso y por lo anteriormente expuesto, solicitamos al comité especial considerar dentro de los requerimientos mínimos lo siguiente:

A20. SOFTWARE DE IMAGEN DE REDUCCION DE LA GRANULARIDAD DISPONIBLE EN TODOS LOS TRANSDUCTORES Y HERRAMIENTA QUE PERMITA OPTIMIZAR LA RESOLUCION DE LA IMAGEN DENTRO DE UNA CAJA ROI

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LO SOLICITADO PARA LA AMPLIACION DE LA ESPECIFICACION TECNICA, RESTRINGE LA PARTICIPACION DE POSTORES POR TRATARSE DE UNA CARACTERISTICA QUE NO TODAS LAS MARCAS CUMPLIRIAN. SE SOLICITA CARACTERISTICAS MINIMAS NECESARIAS PARA UNA ATENCION OPTIMA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null