

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PAQUETE INMUNOLOGICO I PARA LA UPSS INMUNOLOGIA, MICROBIOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:24:22

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el CAPITULO I, numeral 1.9 . PLAZO DE ENTREGA en CRONOGRAMA DE ENTREGA para el N° 40. PROCALCITONINA indican 2100 pbs y en otro extremo de las bases indican 2200 pruebas y al realizar la sumatoria de las pruebas a entregar en de acuerdo al cronograma nos da un total de 2200 pruebas; entendemos que ha sido un error de tipe. Solicitamos amablemente al comite de seleccion considerar la cantidad correcta para ese analito.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: . **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, ACOGE SU CONSULTA Y ACLARA QUE SU APRECIACIÓN ES CORRECTA, POR ERROR DE TIPEO SE CONSIGNO 2100, CUANDO LA CANTIDAD TOTAL SOLICITADA ES 2200, EL MISMO QUE SERA PRECISADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PAQUETE INMUNOLOGICO I PARA LA UPSS INMUNOLOGIA, MICROBIOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:24:22

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, numeral 1.1.1 . CARACTERISTICAS TECNICAS solicitan para todos los reactivos en PRESENTACION: "DOCUMENTOS: CERTIFICADO DE ANALISIS EN EL QUE SE INDIQUE EL NUMERO DE LOTE Y LA FECHA DE VENCIMIENTO", considerando que los certificados de los lotes y vencimiento son referenciales, ya que para las entregas pueden variar. Solicitamos amablemente al comite de seleccion si nuestra apreciacion es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.1.1 Literal: . Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, ACOGE SU CONSULTA Y ACLARA QUE EL CERTIFICADO DE ANALISIS DONDE INDIQUE EL LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO ES REFERENCIAL PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS, PERO PARA LA ATENCIÓN DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA EL CERTIFICADO DE ANALISIS DEBERA CONTENER EL LOTE Y LA FECHA DE VENCIMIENTO DEBERA DE COINCIDIR CON LO ENTREGADO, EL MISMO QUE SERÁ PRECISADO EN LAS EETT

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura :LP-SM-10-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PAQUETE INMUNOLOGICO I PARA LA UPSS INMUNOLOGIA, MICROBIOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:24:22

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, numeral 1.1.1 . CARACTERISTICAS TECNICAS solicitan para todos los reactivos en 4. EMPAQUE -PRESENTACION: "SEGUN MARCO LEGAL VIGENTE - SI E SREQUERIDO- EL PRODUCTO DEBE CONTAR CON REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICACION TIPO ISO, FDA, BPM y BPA U OTROS QUE ACREDITEN SU CALIDAD ", considerando que los registros, el BPM o documento equivalente y BPA del postor han sido solicitado en otros literales o numerales de las bases. Solicitamos amablemente al comite de seleccion ELIMINAR el siguiente "SEGUN MARCO LEGAL VIGENTE - SI E SREQUERIDO- EL PRODUCTO DEBE CONTAR CON REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICACION TIPO ISO, FDA, BPM y BPA U OTROS QUE ACREDITEN SU CALIDAD " para todos los reactivos y asi confusiones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.1.1 Literal: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 26

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, ACOGE SU CONSULTA Y ACLARA QUE SE ELIMINARÁ EN EL NUMERAL 1.1.1 CARACTERISTICAS TECNICAS:¿ SEGÚN MARCO LEGAL VIGENTE -SI ES REQUERIDO-, EL PRODUCTO DEBE CONTAR CON REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICACIÓN TIPO ISO, FDA, B P M Y B P A U O T R O S Q U E A C R E D I T E N S U C A L I D A D . Y SOLO SE MANTENDRA EN EL ITEM 1.7 DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS, EL MISMO QUE SERÁ PRECISADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PAQUETE INMUNOLOGICO I PARA LA UPSS INMUNOLOGIA, MICROBIOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCare DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:24:22

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, numeral 1.1.1 . CARACTERISTICAS TECNICAS para el reactivo 1.1.1.9. ANTICUERPO ANTITIROIDEO ANTITIROGLOBULINA METODO AUTOMATIZADO; de acuerdo a cada fabricante considera nombres equivalentes. Solicitamos amablemente al comite de seleccion considerar 1.1.1.9. ANTICUERPO ANTITIROIDEO ANTITIROGLOBULINA Y/O AUTOANTICUERPOS ANTITIROGLOBULINA (ANTI TG) METODO AUTOMATIZADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.1.1 Literal: . Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, ACEPTA SU CONSULTA Y ACLARA QUE SE ACEPTARÁ NOMBRES EQUIVALENTES DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LA DETERMINACIÓN DE LO SOLICITADO, EL MISMO QUE SERÁ PRECISADO EN LAS EETT

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PAQUETE INMUNOLOGICO I PARA LA UPSS INMUNOLOGIA, MICROBIOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:24:22

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, numeral 1.1.1 . CARACTERISTICAS TECNICAS para el reactivo 1.1.1.22. HIV 1-2 P24 METODO QUIMIOLUMINISCENCIA en PRESENTACION solicitan "REACTIVOS PARA DETERMIANCION DE HIV 1-2 Y ANTIGENO P24"; teniendo en cuenta que la prueba determina anticuerpos contra el HIV 1 y 2. Solicitamos amablemente al comite de seleccion considerar e incluir "REACTIVOS PARA DETERMIANCION DE ANTICUERPOS DEL HIV 1-2 Y ANTIGENO P24"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.1.1 Literal: . Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, ACOGE SU CONSULTA Y ACLARA QUE SE INCLUIRA EN EL 1.1.1.22. REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS DE HIV 1-2 Y ANTIGENO P24. , EL MISMO QUE SERÁ PRECISADO EN LAS EETT

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PAQUETE INMUNOLOGICO I PARA LA UPSS INMUNOLOGIA, MICROBIOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:24:22

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, numeral 1.2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO ASOCIADO (ANALIZADOR INMUNOLOGICO) en CARACTERISTICAS solicitan "10 A MAS PRUEBAS DIFERENTES PROCESADAS EN SIMULTANEO POR CADA MUESTRA"; considerando que la capacidad pruebas a bordo es hasta 47 reactivos; vemos convenientes considerar como OPCIONAL. Solicitamos amablemente al area usuaria considerar como OPCIONAL "10 A MAS PRUEBAS DIFERENTES PROCESADAS EN SIMULTANEO POR CADA MUESTRA".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2.1 Literal: . Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU CONSULTA Y ACLARA QUE QUEDARA DE LA SIGUIENTE MANERA: - 10 A MÁS PRUEBAS DIFERENTES PROCESADAS EN SIMULTANEA POR CADA MUESTRA (OPCIONAL), LAS MISMA QUE SERÁ PRECISADO EN LAS EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PAQUETE INMUNOLOGICO I PARA LA UPSS INMUNOLOGIA, MICROBIOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:24:22

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, numeral 1.2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO ASOCIADO (ANALIZADOR INMUNOLOGICO) en CARACTERISTICAS solicitan "SI EL EQUIPO SE MALOGRE, DEBERA SER REEMPLAZADO EN 48 HORAS PREVIO DIAGNOSTICO DEL INGENIERO"; de acuerdo a las bases solicitan sustentar las características del equipo pero su reemplazo depende del diagnostico y del proveedor, por lo que no es una características que pueda ser sustentada por el fabricante. Solicitamos amablemente al comite de seleccion cambiarlo al numerla 1.2.6 SERVICIO TECNICO y que sea sustentado con el Anexo 3.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2.1 Literal: . Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU CONSULTA Y ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO ASOCIADO, 1.2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO ASOCIADO (ANALIZADOR INMUNOLOGICO) en CARACTERISTICAS, SE AGREGARÁ QUE DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO DEL INGENIERO CAPACITADO Y EXPERTO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, DEBERA PRESENTAR UNA DECLARACION JURADA COMO SUSTENTO EN CASO EL EQUIPO SE MALOGRE Y DEBA SER REEMPLAZADO EN 48 HORAS, LO MISMO QUE SERA PRECISADO EN LAS EETT .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PAQUETE INMUNOLOGICO I PARA LA UPSS INMUNOLOGIA, MICROBIOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:24:22

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, numeral 1.2.4 CONTROL DE CALIDAD para el PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD INTERLABORATORIAL solicitan "¿ CON ISO 17043 Y/O ISO 13528 ", considerando que la ISO 13528 refrendan analisis estadisticos para comparacion de los laboratorios de los controles externos, pero no los controles interlaboratoriales. Solicitamos amablemente al comite de seleccion ELIMINAR "¿ CON ISO 17043 Y/O ISO 13528 " para PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD INTERLABORATORIAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2.4 Literal: . Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, ACOGE SU CONSULTA Y ACLARA QUE SE SUPRIMIRÁ: ISO 17043 Y/O ISO 13528, CON RESPECTO AL CONTROL DE CALIDAD INTERLABORATORIAL, EL CUAL SE PRECISARÁ EN LAS EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PAQUETE INMUNOLOGICO I PARA LA UPSS INMUNOLOGIA, MICROBIOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:24:22

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el CAPITULO IV, FACTORES DE EVALUACION vemos conveniente considerar MEJORES TECNOLOGICAS , tomando en consideración la noticia publicada por el Centro Nacional de Documentación e Información de Medicamentos, órgano técnico-científico asesor de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) el 28 Noviembre 2017, en donde cita que ¿La Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos de América (FDA, por sus siglas en inglés) advierte al público, proveedores de atención médica, personal de laboratorio y desarrolladores de pruebas de laboratorio, que la biotina puede interferir significativamente con ciertas pruebas de laboratorio, y causar resultados incorrectos que pueden pasar desapercibidos¿¿; asimismo que, ¿¿la biotina en la sangre u otras muestras tomadas de pacientes que están ingiriendo altos niveles de biotina en los suplementos dietéticos puede causar resultados falsamente altos o falsamente bajos, dependiendo de la prueba, lo que puede conducir a un diagnóstico erróneo o manejo inadecuado del paciente. La FDA ha observado un aumento en el número de eventos adversos reportados¿ ¿¿, se solicita gentilmente, considerar como sustento la presentación de información técnica y evidencia (publicaciones y/o artículos científicos) y/o documentos emitidos por el fabricante que muestren evidencias de la no interferencia de la biotina con ensayos de diagnóstico, otorgando 10 puntos, amparandonos en el Art. 2 de La ley de contrataciones inciso G) Vigencia tecnologica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: . Página: 82

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, NO SE ACOGE SU CONSULTA YA QUE NO FUE CONTEMPLANO EN EL REQUERIMIENTO, EL CUAL FUE OBJETO DE LA INDAGACION DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PAQUETE INMUNOLOGICO I PARA LA UPSS INMUNOLOGIA, MICROBIOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:24:22

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el CAPITULO III, numeral 1.2.7 INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO solicitan "¿ MOBILARIO... ". Solicitamos amablemente al comité de selección aclararnos a que se refieren con "¿ MOBILARIO... ".

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2.7 Literal: . Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU CONSULTA Y SE ACLARA QUE SE SOLICITARA UNA MESA DE TRABAJO PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS Y QUE EL AMBIENTE DEL LABORATORIO TENGA LA PROTECCIÓN A LA LUZ SOLAR PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ACUERDO AL FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PAQUETE INMUNOLOGICO I PARA LA UPSS INMUNOLOGIA, MICROBIOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	04/12/2024
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	16:50:56

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

De la revisión de las bases, se evidencia el siguiente enunciado... b) para los reactivos y equipos de ceison principales: CPBA y CBDT vigente sa la fecha de presentación de ofertas.

Sobre esl particular, es pertinente manifestar que los documentos solicitados como acreditación para los reactivos y equipos son inherentes al postor o fabricante de ser el caso, mas nó directamente a los reactivos y equipos en ceisón.

En ese sentido, para no inducir a error a los postores al momento d eelaborar s uoferta, observamos las bases e este extremo y solicitamos al comité de selección corregir este enunciado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.2 **Literal:** e) **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

literales c) y d) Art. 2 Ley de Contrataciones del Estado. Principios de transparencia y publicidad.

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, ACOGE SU OBSERVACION Y SE SUPRIME LO SIGUIENTE: PARA LOS REACTIVOS Y EQUIPOS EN CESION DE USO PRINCIPALES: COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (CPBA) Y EL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE; VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS ,PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS REACTIVOS Y EQUIPO ASOCIADO SERA CON CATALOGOS, FOLLETERIA, INSTRUCTIVOS O SIMILARES SEGUN EL 1.7 INCISO F) , DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS, EL MISMO QUE SERA PRECISADO EN LAS EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null