

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-154-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MODULO DE VIDEO PARA EQUIPO DE CIRUGIA LAPARASCOPICA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA DEL HNGAI

Ruc/código : 20465722119

Nombre o Razón social : GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Fecha de envío : 04/01/2024

Hora de envío : 16:53:37

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

"ESPECIFICACIONES TECNICAS
7. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTROTAR
7.1 CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES
7.1.2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Sistema de comunicación entre equipos, con capacidad de mostrar en pantalla los parámetros de insuflador, fuente de luz, cámara, etc

Teniendo en cuenta que cada fabricante utiliza diseños y tecnologías diferentes que cumplen con normas de manufactura y estándares de calidad internacionales, se solicita ampliar la presentación de: Sistema de comunicación que permita manejar en pantalla la fuente de luz, cámara, balance de blancos, etc, el mismo no afecta la funcionabilidad del producto ni pone en riesgo la salud del paciente

"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 7.1.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo manifestado por el área usuaria , este colegiado no se acoge a su observacion N°1; se tiene que tener en consideracion lo estipulado en las características técnicas 7.1.2 (Control de Intensidad automatico de la fuente de luz).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Según lo manifestado por el área usuaria , este colegiado no se acoge a su observacion N°1; se tiene que tener en consideracion lo estipulado en las características técnicas 7.1.2 (Control de Intensidad automatico de la fuente de luz).

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-154-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MODULO DE VIDEO PARA EQUIPO DE CIRUGIA LAPARASCOPICA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA DEL HNGAI

Ruc/código :	20465722119	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	16:53:37

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

"ESPECIFICACIONES TECNICAS

7. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTROTAR

7.1 CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES

7.1.2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Sistema de captura de imágenes fijas HD en alta resolución y videos MPEG4 a través de puerto USB

Teniendo en cuenta que cada fabricante utiliza diseños y tecnologías diferentes que cumplen con normas de manufactura y estándares de calidad internacionales, se solicita ampliar el sistema de captura de imágenes fijas HD en alta resolución y videos a través del grabador de video a través de puerto USB o memoria interna de 1TB, lo cual ayudará a poder descargar en USB de manera más rápida los video o fotos por paciente, el mismo no afecta la funcionabilidad del producto ni pone en riesgo la salud del paciente

"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.1.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo manifestado por el área usuaria , las observacion presentada es una mejora a los requerimientos tecnicos minimos que no limita su participacion. Por lo que se recomienda no acoger la Observación N°2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Según lo manifestado por el área usuaria , las observacion presentada es una mejora a los requerimientos tecnicos minimos que no limita su participacion. Por lo que se recomienda no acoger la Observación N°2.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-154-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MODULO DE VIDEO PARA EQUIPO DE CIRUGIA LAPARASCOPICA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA DEL HNGAI

Ruc/código :	20465722119	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	16:53:37

Observación: Nro. 3
Consulta/Observación:

"ESPECIFICACIONES TECNICAS
7. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTROTAR
7.1 CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES
7.1.2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Sistema de PIP en pantalla

Teniendo en cuenta que cada fabricante utiliza diseños y tecnologías diferentes que cumplen con normas de manufactura y estándares de calidad internacionales, se solicita ampliar la presentación de: Sistema de PIP en pantalla o capacidad para conectar monitor auxiliar, puesto que el último en mención facilitaría la visión de la Imagen desde distintas áreas o posiciones de trabajo dentro de la sala, el mismo no afecta la funcionabilidad del producto ni pone en riesgo la salud del paciente."

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 7.1.2 **Página:** 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a) b) c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según lo manifestado por el área usuaria , las observacion presentada es una mejora a los requerimientos tecnicos minimos que no limita su participacion. Por lo que se recomienda no acoger la Observación N°3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Según lo manifestado por el área usuaria , las observacion presentada es una mejora a los requerimientos tecnicos minimos que no limita su participacion. Por lo que se recomienda no acoger la Observación N°3.