

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-HUARAZ-HVRG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA DE OXIGENO ANTAMINA 1 Y 2 DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA NIVVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20545914116	Fecha de envío :	27/11/2023
Nombre o Razón social :	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:48:39

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

RESPECTO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

EL PRESENTE PROCESO CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO, LA CUAL ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA EJECUION DEL SERVICIO

DE LA REVISION DE LAS BASES EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, NO EXISTE LO SIGUIENTE:

1.- PLANILLA RESUMEN DE METRADOS.

2.-PRESUPUESTO

3.- NO EXISTEN FOTOS

4.- NO EXISTE LAS DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR, LA CUAL ES PRIMORDIAL PARA SABER QUE ES LO QUE SE VA A DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLAR , NO EXISTEN.

POR LO QUE SE SOLICITA, INCORPORAR LOS 4 PUNTOS EN LAS BASES INTEGRDAS, CON LA FINALIDAD DE PODER FORMULAR CORRECTAMENTE TANTO LA OFERTA ECONOMICA COMO LA PROPUESTA TECNICA Y NO EXISTA CONTROVERSIA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO.

TAMBIEN ADICIONAL A LOS CUATRO PUNTOS INDICADOS SE SOLICITA INDICAR SI CUENTA CN EXPEDINTE TECNICO APROBADO.

EN CASO DE NO ACOGER MOTIVAR SU NEGACION AMPARADO EN EL NUMERAL 72.4 DEL ART. 72 EL RLCE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** CAP III **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el objeto de la contratación es un servicio de mantenimiento de planta de oxigeno medicinal, por lo que no amerita lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-HUARAZ-HVRG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA DE OXIGENO ANTAMINA 1 Y 2 DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA NIVVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20545914116	Fecha de envío :	27/11/2023
Nombre o Razón social :	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:48:39

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

LAS BASES NO INDICA LA FORMA DE ACREDITACIÓN DEL PERSONAL TECNICO O CUAL ES LA FORMACIÓN ACADEMICA DE ESTE PERSONAL.

EN VIRTUD Y CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES Y NO CREAR MAYORES CONTROVERSIA.

SE SOLICITA QUE DICHO PERSONAL SEA ACREDITADO PARA LA FIRMA DE CONTRATO

EN CASO DE NO ACOGER , SE SOLICITA MOTIVAR SU NEGACION AMPARADO EN EL NUMERAL 72.4 DEL ART. 72 DEL RLCE

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara y se modifica en la acreditación del personal técnico la forma de acreditación en la presentación de ofertas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-HUARAZ-HVRG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA DE OXIGENO ANTAMINA 1 Y 2 DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA NIVVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20545914116	Fecha de envío :	27/11/2023
Nombre o Razón social :	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:48:39

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

TENIENDO EN CUENTA QUE TODO TITULO PROFESIONAL, SEÑALA LA ENTIDAD QUE LO EMITE, ASI MISMO TAMBIÉN VIENE PLASMADO EL NOMBRE EL PROFESIONAL, Y CARRERA PROFESIONAL. LAS BASES EXIGEN ADCIONAL AL DIPLOMA DE LA FORMACION POFESIONAL DEL PERSONAL PROFESIONAL: NOMBRES Y APELLIDOS DEL PERSONAL CLAVE, DNI. PROFESIÓN Y ENTIDAD QUE EMITIO EL ITUTLO Y TENIENDO EN CUENTA EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA QUE SEÑALA, QUE DEBE EVITARSE EXIGENCIAS Y FORMALIDADES INNECESARIAS.

YA QUE LA PRESENTE EXIGENCIA ES INNECESARIA POR LO QUE HEMOS SUSTENTANDO.

SE SOLICITA SUPRIMIR DICHO EXTREMO RESPECTO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL

EN CASO DE NO ACOGER , MOTIVAR SU NEGACION, ART. 72 NUMERAL 72.4 RLCE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara que se tiene que acreditar la experiencia del profesional de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-HUARAZ-HVRG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA DE OXIGENO ANTAMINA 1 Y 2 DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA NIVVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20545914116	Fecha de envío :	27/11/2023
Nombre o Razón social :	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:48:39

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

CONSIDERANDO QUE RESPECTO QUE EL NUMERAL 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN CONSIDERA SOLO DOS FACTORES QUE SON:

B.3.1 FORMACION ACADEMICA

C.- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

EN VIRTUD A ELLO SE SOLCITA SUPRIMIR EL EXTREMO. DEL NUMERAL B.3.1 QUE EXIGE:

EN CASO DE EXPERIENCIA SE ACREDITARÁ CON COPIAS SIMPLES DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS, ETC

LO OBSERVADO ES DEBIDO A QUE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL , COMO LO HEMOS SUSTENTADO NO ES UN REQUISITO DE CALIFICACION EN EL PRESENTE CASO Y LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL NO FORMA PARTE DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA, SEGÚN DIRECTIVA 001-2019-OSCE QUE APRUEBA LAS BASES ESTANDAR

TENGA EN CUENTA QUE EL COMITÉ ESTA PROHIBIDO POR LA LCE HACER MODIFICACIONES DE OFICIO.

DEBIDO A ELLO SE SOLICITA SUPRIMIR DICHO EXTREMO.

EN CASO DE NO ACOGER MOTIVAR SU NEGACION , SEGUN ART. 72 NUMERAL 72.4 DEL RLCE

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 CLE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que debe regirse a lo indicado en las Bases Estándar para la Calificación del Personal Clave, el cual debe acreditar la experiencia en Mantenimientos y/o Reparación de Plantas Generadoras de Oxígeno, tratándose de un equipamiento que salvaguarda la vida del paciente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-HUARAZ-HVRG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA DE OXIGENO ANTAMINA 1 Y 2 DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA NIVVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20545914116	Fecha de envío :	27/11/2023
Nombre o Razón social :	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:48:39

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

CON RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR,

CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES, SE SOLICITA CONSIDERAR COMO SIMILARES:
MEJORAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO Y/O MANTENIMIETO Y/O EJECUCION Y/O AMPLIACION DE EDIFICACIONES Y/O INSTALACIONES SANITARIAS Y/O ESTUCTURAS METALICAS Y/O DE CONCRETO Y/O ALBAÑILERIA Y/O CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DE CONCRETO DE METALICAS EN HOSPITALES O CLINICAS YO POLICLINICO Y/O ESTABLECIMIENTOS DE SALUD .

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge solo Se consideran servicios similares a los siguientes: Mantenimientos Preventivo, Correctivo en Plantas de Oxigeno Gas Medicinal en entidades Públicas y Privadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-HUARAZ-HVRG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA DE OXIGENO ANTAMINA 1 Y 2 DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA NIVVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20545914116	Fecha de envío :	27/11/2023
Nombre o Razón social :	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:48:39

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

RESPECTO AL FACTOR EVALAUACION PRECIO DEBE DECIR 100 PUNTOS ACLARAR POR FAVOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: CAP IV **Página: 33**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara lo solicitado el Factor de Evaluación tiene Cien (100)Puntos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-HUARAZ-HVRG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA DE OXIGENO ANTAMINA 1 Y 2 DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA NIVVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20611546301	Fecha de envío :	27/11/2023
Nombre o Razón social :	RS & SA REPRESENTACIONES S.R.L.	Hora de envío :	12:35:54

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

CON RESPECTO A LA FORMACION ACADEMICA DEL PROFESIONAL.

CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES.

SE SOLCITA AMPLIAR Y CONSIDERA:

-ING CIVIL Y/O MECANICO ELECTRICISTA Y/O MECANICO Y/O ELECTROMECHANICO Y/O ELECTRICO Y/O ELECTRONICO Y/O ELECTRICITSA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge solo Se consideran servicios similares a los siguientes: Mantenimientos Preventivo, Correctivo en Plantas de Oxígeno Gas Medicinal en entidades Públicas y Privadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-HUARAZ-HVRG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA DE OXIGENO ANTAMINA 1 Y 2 DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA NIVVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20611546301	Fecha de envío :	27/11/2023
Nombre o Razón social :	RS & SA REPRESENTACIONES S.R.L.	Hora de envío :	12:35:54

Observación: Nro. 8
Consulta/Observación:
CON RESPECTO AL PERSONAL AL PERSONAL TECNICO

CONSIDERANDO QUE LAS BASES NO INDICA LA ACERDITACION DEL PERSONAL TECNICO

MAS AUN QUE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL NO FORMA PARTE DE LA FORMACION ACADEMICA SEGÚN DIRECTIVA 001-2019-OSCE

ES POR ELLO QUE SE SOLICITA SUPRIMIR DICHA EXIGENCIA Y NO CONSIDERAR AL PERSONAL TECNICO.

O EN SU DEFECTO SE ACREDITEN PARA LA FIRMA DE CONTRATO, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA DEL ART. 2 LCE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la acreditación se considera según lo establecido en los Términos de Referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-HUARAZ-HVRG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA DE OXIGENO ANTAMINA 1 Y 2 DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA NIVVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20481039950	Fecha de envío :	28/11/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA SERVICE SRL	Hora de envío :	21:59:27

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el 4.2 ALCANCE DEL SERVICIO
Dice: Los alcances del servicio están sujetos al suministro, instalación y puesta en servicio de los siguientes filtros y equipos.

CONSULTA: indicar cuales son las actividades del MANTENIMIENTO CORRECTIVO según el ítem 4.1

CONSIDERANDO QUE : Las actividades descritas en el ítem 4.2 NO hay actividades de Mantenimiento CORRECTIVO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que considere todo lo indicado en el numeral 4.2 de los términos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-HUARAZ-HVRG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA DE OXIGENO ANTAMINA 1 Y 2 DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA NIVVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código : 20481039950

Nombre o Razón social : INGENIERIA SERVICE SRL

Fecha de envío : 28/11/2023

Hora de envío : 22:17:33

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las actividades descritas en el 4.2 no se incluye actividades en el sistema eléctrico de las plantas de Antamina:

- Motor
- Tablero electrico Principal
- Tableros de los VFDs
- Sistema de Puesta a Tierra
- Megado y pruebas de aislamientos de los Motores y Transformadores.

CONFIRMAR : si NO son necesarios realizarlos.

Si la respuesta es AFIRMATIVA, el postor lo CONSIDERARÁ en su Propuesta Económica?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que no son necesarias por lo mismo no fueron considerados en los términos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-HUARAZ-HVRG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA DE OXIGENO ANTAMINA 1 Y 2 DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA NIVVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20481039950	Fecha de envío :	28/11/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA SERVICE SRL	Hora de envío :	22:22:57

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En la visita técnica que mi empresa realizó, determinó que las Plantas de Oxígeno de Antamina NO cuentan con Sistemas de Protección en los Tableros de los VFDs y otros.

CONFIRMAR QUE: NO se requiere realizar dicha actividad

Si la respuesta es Afirmativa, se considerará en la Propuesta Económica

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que no son necesarias por lo mismo no fueron considerados en los términos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-HUARAZ-HVRG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA DE OXIGENO ANTAMINA 1 Y 2 DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA NIVVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20519023351	Fecha de envío :	28/11/2023
Nombre o Razón social :	T H I MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:13:47

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

La calibración de cada planta requerirá un tiempo mínimo de 7 días (cada una) y luego 7 días de pruebas y supervisión de ambos equipos. Se solicita un plazo de entrega del servicio de mínimo 21 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 7 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge y aclara plazo de Entrega a 21 días considerando La calibración de cada planta requerirá un tiempo mínimo de 7 días (cada una) y luego 7 días de pruebas y supervisión de ambos equipos. Se solicita un plazo de entrega del servicio de mínimo 21 días.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La calibración de cada planta requerirá un tiempo mínimo de 7 días (cada una) y luego 7 días de pruebas y supervisión de ambos equipos. Se solicita un plazo de entrega del servicio de mínimo 21 días.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-HUARAZ-HVRG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA DE OXIGENO ANTAMINA 1 Y 2 DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA NIVVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20519023351	Fecha de envío :	28/11/2023
Nombre o Razón social :	T H I MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:13:47

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se solicita que, para mayor detalle y exactitud del servicio, se indiquen las marcas de los componentes de ambas plantas de oxígeno ya que se requiere cambio de repuestos de los mismos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica que la Marca del Equipo : PCI y el Modelo es DOCS-500

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null