

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-CS/RIST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL MARCA BMI MODELO BHT TA DR, SERIE CPD35334B20 DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20536411489	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	PRIMCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PRIMCO S.A.C.	Hora de envío :	17:42:46

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

1) En la página 23, numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, literal B.3.2 CAPACITACIÓN:

**A. PERSONAL CLAVE**

Solicitamos al comité de selección con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores, incluir como parte de la capacitación de 80 horas lectivas en instalación o mantenimiento en equipos biomédicos de Rayos x y/o equipos similares de alta tecnología como Tomografía, Resonancia y otros equipos de igual característica emitido por el fabricante y/o representante y/o distribuidor en la marca del equipo convocado y/o marcas similares.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** B.3.2      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACEPTA LA CONSULTA, el objeto de contratacion es el mantenimiento de un equipo de rayos X, por lo cual resulta necesario acreditar que la empresa a postular cuente con la capacitacion netamente en equipos de rayos X, lo cual garantiza el optimo desarrollo del servicio.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-11-2024-CS/RIST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO DIGITAL MARCA BMI MODELO BHT TA DR, SERIE CPD35334B20 DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Ruc/código :	20536411489	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	PRIMCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PRIMCO S.A.C.	Hora de envío :	17:42:46

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

2) En la página 23, numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, literal B.3.2 CAPACITACIÓN:

En el caso de solamente figurar días en el certificado de capacitación, solicitamos al comité de selección considerar 8 horas por día de capacitación en el certificado del personal requerido.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA, por lo que con ocasion de la integracion de bases se precisara lo requerido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null