

**ACTA DE REVISIÓN, ADMISIÓN, EVALUACIÓN. CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA – HOMOLOGACION - N° 1-2024-GERESA/LL-1 “RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”**

En la ciudad de Trujillo, siendo las 9:40 am. horas del día 17 de julio del año 2024, el Órgano Encargado de las Contrataciones designado mediante **Carta N°42-2024-GRLL-GGR-GRS-OAD-UTF-ABAST**, con fecha 04 de julio de 2024, órgano encargado de llevar a cabo la conducción del Proceso de Selección **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA- HOMOLOGACION N° 01-2024-GERESA/LL-1: " RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**, a fin de efectuar la REVISIÓN, ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.

El OEC da inicio al Acto privado, y procede a la revisión de registro de participantes en el orden de prelación que se registraron en el Sistema Electrónico de Contrataciones del estado (SEACE), según detalle:

**I. PARTICIPANTES REGISTRADOS**

Nro.	Tipos proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Subsección	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	10104942330	SILUPU NAVARRETE JOSE ESGARDO	08/07/2024	Válido		08/07/2024	10104942330	
2	Proveedor con RUC	20101337261	ROCA S.A.C.	27/06/2024	Válido		27/06/2024	20101337261	
3	Proveedor con RUC	20208310730	MEDELCO SRL	01/07/2024	Válido		01/07/2024	20208310730	
4	Proveedor con RUC	20477671561	RICAF MEDICAL E.I.R.L	04/07/2024	Válido		04/07/2024	20477671561	
5	Proveedor con RUC	20503650186	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	28/06/2024	Válido		28/06/2024	20503650186	
6	Proveedor con RUC	20512900896	J.C MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	02/07/2024	Válido		02/07/2024	20512900896	
7	Proveedor con RUC	20516367670	OXYMAN COMERCIAL SAC	28/06/2024	Válido		28/06/2024	20516367670	
8	Proveedor con RUC	20521180260	OLINPEX PERU S.A.C.	27/06/2024	Válido		27/06/2024	20521180260	
9	Proveedor con RUC	20553377308	GRUPO TOVAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO TOVAL S.A.C.	01/07/2024	Válido		01/07/2024	20553377308	
10	Proveedor con RUC	20600096622	SIDM MEDICAL S.A.C	08/07/2024	Válido		08/07/2024	20600096622	

16 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 1 a 10 Página 17/2

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Adscripción	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20601586470	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	28/06/2024	Válido		28/06/2024	20601586470	🔍 🔄 🗑
12	Proveedor con RUC	20602609104	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	28/06/2024	Válido		28/06/2024	20602609104	🔍 🔄 🗑
13	Proveedor con RUC	20603346344	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	01/07/2024	Válido		01/07/2024	20603346344	🔍 🔄 🗑
14	Proveedor con RUC	20603355289	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	02/07/2024	Válido		02/07/2024	20603355289	🔍 🔄 🗑
15	Proveedor con RUC	20606008024	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	01/07/2024	Válido		01/07/2024	20606008024	🔍 🔄 🗑
16	Proveedor con RUC	20606042044	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	01/07/2024	Válido		01/07/2024	20606042044	🔍 🔄 🗑

16 registros encontrados, mostrando 6 registro(s), de 11 a 16. Página 2 / 2

## II. OFERTAS PRESENTADAS

### Presentación de ofertas/expressión de interés

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-Homologación-SM-1-2024-GERESA/LL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAS, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Nro. ítem	Descripción del ítem	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
RUC / Código	Nombre o Razón Social			
1	INCUBADORA DE TRANSPORTE			
20603355289	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	11/07/2024	17:16:13	Electronico
RUC / Código				
2	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS			
20521180260	OLIMPEX PERU S.A.C.	11/07/2024	18:30:18	Electronico
20208310730	MEDELCO SRL	11/07/2024	21:22:08	Electronico
20606042044	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	11/07/2024	23:22:18	Electronico

### 2.1. ADMISIÓN

Acto seguido, se procede con la apertura del archivo que contienen la oferta de los mencionados postores, y con la revisión de acuerdo al numeral 2.2.1 documentación de presentación de obligatoria y 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta, en mérito al numeral 73.2. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida:

#### ITEM 1: INCUBADORA DE TRANSPORTE

Nº	Nombre o Razón Social	VERIFICACION DE ADMISIBILIDAD
1	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	<p>a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N.º 1): Presenta (SI CUMPLE)</p> <p>b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta: Vigencia de poder - PRESENTA (SI CUMPLE)</p> <p>c) Anexo N.º 2: PRESENTA (SI CUMPLE)</p> <p>d) Anexo N.º 3: PRESENTA (SI CUMPLE)</p> <p>e) El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias: PRESENTA (SI CUMPLE)</p> <p>f) El (los) equipo(s), componentes y sus accesorios ofertados por los Contratistas deberán ser nuevos (sin uso), cumpliendo con las Características Técnicas descritas en la Ficha de Homologación. Asimismo, el equipo, componentes y sus accesorios propuestos no serán un prototipo, ni tampoco serán repotenciados (refurbished). El</p>

año de fabricación de (los) equipo(s) y sus componentes deberán ser de doce (12) meses o menor, anterior a la fecha de presentación de la(s) propuesta(s): **PRESENTA (SI CUMPLE).**

**g) FORMATO N°01 "Hoja de Presentación del Equipo / Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas", Presenta (no CUMPLE) DE LA REVISION DE LA OFERTA DEL POSTOR. PARA**

- EL PUNTO 02 DE LAS CARACTERISITICAS TECNICAS, NO SE DEMUESTRA QUE SEA LOCALIZADO FUERA DE LA SUPERFICIE DEL CUERPO DE HABITACULO O ACOPLADO DE MATERIAL METALICO. SE DEBE ACREDITAR LA CARACTERISTICA TECNICA MEDIANTE CARTA DE FABRICANTE Y NO POR DECLARACION JURADA. ADEMAS EL FOLIO 105 DE LA PROPUESTA NO ES UN CATALOGO, BROCHURE, FICHA TECNICA O QUE SEA ACREDITADO POR LA MARCA O FABRICANTE SEGÚN BASES INTEGRADAS.
- EL PUNTO 03 NO ACREDITA QUE TENGA UNA VENTANA O PUERTA EN LA CABECERA PARA INTUBAR. TIENE OJALES QUE NO ES LO MISMO POR LOS TAMAÑOS.
- EN EL PUNTO 11, NO ACREDITA QUE TIPO CONTROL TIENE SI ES SERVOCONTROLADO O PASIVO.
- EN EL PUNTO 17, NO ACREDITA EL TIPO DE TECNOLOGIA QUE TIENE EL EQUIPO, QUE SEGÚN FICHA HOMOLOGADA DEBERIA DE SER TECNOLOGIA DE EXTRACCION DE SEÑALES.
- PARA LOS PUNTOS 21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,37, SE ACREDITA MEDIANTE LOS FOLIOS 105 Y 110, NO SIENDO EL PRIMER FOLIO UN CATALOGO, BROCHURE, FICHA TECNICA O QUE SEA ACREDITADO POR LA MARCA O FABRICANTE Y PARA EL SEGUNDO FOLIO ES UNA DECLARACION JURADA Y DEBERIA SER UNA CARTA DE FABRICANTE SEGÚN BASES INTEGRADAS.

**h) CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA o NTP IEC 60601-1:2010. EQUIPOS MEDICOS ELECTRICOS: Presenta (SI CUMPLE)**

**i) COPIA DEL CERTIFICADO ISO 13485 - SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA EQUIPOS MEDICOS: Presenta (SI CUMPLE)**

**j) COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO DEL BIEN OFERTADO: Presenta (SI CUMPLE)**

**k) Anexo N.º 4: PRESENTA (SI CUMPLE)**

**l) Anexo N.º 5: NO CORRESPONDE**

**m) Anexo N.º 6: PRESENTA (SI CUMPLE) por el monto S/210,000.00 (Doscientos diez mil con 00/100 soles)**

**ESTADO: NO ADMITIDA**

**Por ser postor único se da por concluida la evaluación de ofertas del ITEM I.**

**ITEM 2: MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS**

1	OLIMPEX PERU S.A.C.	<p>a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N.º 1): <b>Presenta (Si Cumple)</b></p> <p>b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta: Vigencia de poder – <b>Presenta (SI CUMPLE)</b></p> <p>c) Anexo N.º 2: <b>Presenta (SI CUMPLE)</b></p> <p>d) Anexo N.º 3: <b>Presenta (SI CUMPLE)</b></p> <p>e) El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias: <b>Presenta (NO CUMPLE)</b></p> <p>f) El (los) equipo(s), componentes y sus accesorios ofertados por los Contratistas deberán ser nuevos (sin uso), cumpliendo con las Características Técnicas descritas en la Ficha de Homologación. Asimismo, el equipo, componentes y sus accesorios propuestos no serán un prototipo, ni tampoco serán repotenciados (refurbished). El año de fabricación de (los) equipo(s) y sus componentes deberán ser de doce (12) meses o menor, anterior a la fecha de presentación de la(s) propuesta(s): <b>No presenta (NO CUMPLE)</b>.</p> <p>g) <b>FORMATO N°01 "Hoja de Presentación del Equipo / Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas", DE LA REVISION DE LA OFERTA DEL POSTOR CON RESPECTO A LA DOCUMENTACION PRESENTADA NO GUARDA RELACION CON EL BIEN OFERTADO, SE MENCIONA EN LA HOJA DE PRESENTACION MODELO UM-300, DIFERENTE AL MODELO SEGÚN REGISTRO SANITARIO LOS MODELOS SON UM 300-10-S , UM 300-15-S, UM 300-20-S. LO CUAL IMPOSIBILITA SEGUIR CON LA REVISION TECNICO DEL BIEN.</b></p> <p>h) <b>EN EL ESTABILIZADOR EXTERNO NO CUMPLE EN EL PUNTO 4.3.1, NO DEMUESTRA SIN RELE, NI SILENCIOSO. LO CUAL AFECTA AL SERVICIO DE DESTINO YA QUE AL NO ACREDITAR ESTE PUNTO NO HAY FIABILIDAD (MAYOR POSIBILIDAD DESCARGAS ELECTRICAS) DEL USO DEL EQUIPO PAR EL PERSONAL MEDICO Y/O ASISTENCIAL, Y TAMBIEN AL NO SER SINLENCIOSO CREARIA UN ESTRÉS AL PACIENTE CRITICO.</b></p> <p>i) <b>CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA o NTP IEC 60601-1:2010. EQUIPOS MEDICOS ELECTRICOS: NO PRESENTA</b></p> <p>j) <b>COPIA DEL CERTIFICADO ISO 13485 - SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA EQUIPOS MEDICOS: Presenta (SI CUMPLE)</b></p> <p>k) <b>COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO DEL BIEN OFERTADO: Presenta (NO CUMPLE) , DE LA VERIFICACION DE LA OFERTA DEL POSTOR CON RESPECTO AL BIEN OFERTADO UM-300 Y REGISTRO SANITARIO UM 300-10-S , UM 300-15-S, UM 300-20-S NO GUARDAN RELACION. POR LO QUE NO ES POSIBLE SEGUIR CON LA REVISION TECNICA.</b></p> <p>l) Anexo N.º 4: <b>PRESENTA (SI CUMPLE)</b></p> <p>m) Anexo N.º 5: <b>NO CORRESPONDE</b></p> <p>n) Anexo N.º 6: <b><u>PRESENTA ( NO CUMPLE)</u></b>.</p> <p><b>ESTADO: NO ADMITIDA</b></p>
---	---------------------	--



2	MEDELCO SRL	<p>a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N.º 1): <b>Presenta (SI CUMPLE)</b></p> <p>b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta: Vigencia de poder –<b>Presenta(SI CUMPLE)</b></p> <p>c) Anexo N.º 2: <b>Presenta (SI CUMPLE)</b></p> <p>d) Anexo N.º 3: <b>Presenta (SI CUMPLE)</b></p> <p>e) El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias: <b>Presenta (SI CUMPLE)</b></p> <p>f) El (los) equipo(s), componentes y sus accesorios ofertados por los Contratistas deberán ser nuevos (sin uso), cumpliendo con las Características Técnicas descritas en la Ficha de Homologación. Asimismo, el equipo, componentes y sus accesorios propuestos no serán un prototipo, ni tampoco serán repotenciados (refurbished). El año de fabricación de (los) equipo(s) y sus componentes deberán ser de doce (12) meses o menor, anterior a la fecha de presentación de la(s) propuesta(s): <b>No presenta (NO CUMPLE)</b>.</p> <p>g) <b>FORMATO N°01 “Hoja de Presentación del Equipo / Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas”, DE LA REVISION DE LA OFERTA DEL POSTOR CON RESPECTO A LA DOCUMENTACION PRESENTADA CON RESPECTO EN EL ESTABILIZADOR EXTERNO NO CUMPLE EN EL PUNTO 4.3.1, NO DEMUESTRA SIN RELE, NI SILENCIOSO, LO CUAL AFECTA AL SERVICIO DE DESTINO YA QUE AL NO ACREDITAR ESTE PUNTO NO HAY FIABILIDAD (MAYOR POSIBILIDAD DESCARGAS ELECTRICAS) DEL USO DEL EQUIPO PAR EL PERSONAL MEDICO Y/O ASISTENCIAL, Y TAMBIEN AL NO SER SINLENCIOSO CREARIA UN ESTRÉS AL PACIENTE CRITICO.</b></p> <p>h) <b>CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA o NTP IEC 60601-1:2010. EQUIPOS MEDICOS ELECTRICOS: Presenta (SI CUMPLE)</b></p> <p>i) <b>COPIA DEL CERTIFICADO ISO 13485 - SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA EQUIPOS MEDICOS: Presenta (SI CUMPLE)</b></p> <p>j) <b>COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO DEL BIEN OFERTADO: Presenta (SI CUMPLE)</b></p> <p>k) Anexo N.º 4: <b>PRESENTA (SI CUMPLE)</b></p> <p>l) Anexo N.º 5: <b>NO CORRESPONDE</b></p> <p>m) Anexo N.º 6: <b>PRESENTA (SI CUMPLE)</b> por el monto <b>S/39,900.00</b> (treinta y nueve mil con 00/100 soles)</p> <p><b>ESTADO: NO ADMITIDA</b></p>
3	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	<p>a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N.º 1): <b>Presenta (SI CUMPLE)</b></p> <p>b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta: Vigencia de poder - <b>PRESENTA (SI CUMPLE)</b></p> <p>c) Anexo N.º 2: <b>PRESENTA (SI CUMPLE)</b></p> <p>d) Anexo N.º 3: <b>PRESENTA (SI CUMPLE)</b></p> <p>e) El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias: <b>PRESENTA (SI CUMPLE)</b></p>

	<p>f) El (los) equipo(s), componentes y sus accesorios ofertados por los Contratistas deberán ser nuevos (sin uso), cumpliendo con las Características Técnicas descritas en la Ficha de Homologación. Asimismo, el equipo, componentes y sus accesorios propuestos no serán un prototipo, ni tampoco serán repotenciados (refurbished). El año de fabricación de (los) equipo(s) y sus componentes deberán ser de doce (12) meses o menor, anterior a la fecha de presentación de la(s) propuesta(s): <b>PRESENTA (SI CUMPLE).</b></p> <p>g) <b>FORMATO N°01 "Hoja de Presentación del Equipo / Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas", Presenta (SI CUMPLE)</b></p> <p>h) <b>CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA: UL, AAMI, NFPA, IEC, EN, CSA o NTP IEC 60601-1:2010. EQUIPOS MEDICOS ELECTRICOS: Presenta (SI CUMPLE)</b></p> <p>i) <b>COPIA DEL CERTIFICADO ISO 13485 - SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA EQUIPOS MEDICOS: Presenta (SI CUMPLE)</b></p> <p>j) <b>COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO DEL BIEN OFERTADO: Presenta (SI CUMPLE)</b></p> <p>k) <b>Anexo N.º 4: PRESENTA (SI CUMPLE)</b></p> <p>l) <b>Anexo N.º 5: NO CORRESPONDE</b></p> <p>m) <b>Anexo N.º 6: PRESENTA (SI CUMPLE) por el monto S/45,000.00 (cuarenta y cinco mil con 00/100 soles)</b></p> <p><b>ESTADO: ADMITIDA</b></p>
--	---



## 2.2. DETALLE DE LA PROPUESTA QUE PASA A LA EVALUACIÓN

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 74.1 la evaluación de ofertas consiste en la aplicación de los factores de evaluación a las ofertas que han sido admitidas:

### ITEM 2:

#### MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS

Nº	Nombre o razón social del postor	RUC	Nombre del representante legal o representante común del consorcio	FACTOR DE EVALUACIÓN (PRECIO)
1	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	20606042044	NATALIA ZARATE DE LA CRUZ	S/ 45,000.00 (cuarenta y cinco mil con 00/100 soles)

#### PUNTAJE TÉCNICO DE LOS POSTORES:

Nombre o razón social del postor	FACTOR DE EVALUACIÓN (PRECIO)	Bonificación según anexo N° 10 – MYPE (5%)	TOTAL	Orden de prelación
HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	100	5	105	1°



### 2.3. CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

El OEC de selección califica a los postores admitidos de acuerdo al orden de prelación determinado, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

#### ITEM 2: MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS

ITEM	POSTORES	A CAPACIDAD LEGAL		B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL				RESULTADO
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	C.1 EXPERIENCIA DEL POSTOR DEL PERSONAL CLAVE ENCARGADO DE LA INSTALACION, PRUEBAS Y CAPACITACION DEL BIEN A ADQUIRIR	C.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DEL BIEN A ADQUIRIR	CUMPLE	NO CUMPLE	
1º	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUTIONES S.A.C.	X		X		X		X		CALIFICA

Se verifica que el postor **HEALTHCARE TECHNOLOGY M ANAGEMENT SOLUTIONES S.A.C.** con RUC **N°20606042044**, respecto al **ITEM 2: MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS**, ha cumplido con presentar los requisitos de calificación de manera correcta, por lo que el órgano encargado de las contrataciones da por **CALIFICADA** la oferta.



## **DECLARATORIA DE DESIERTO Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

El Órgano Encargado de las Contrataciones declara **DESIERTO** al **ITEM 1: INCUBADORA DE TRANSPORTE** el Proceso de Selección **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA- HOMOLOGACION N° 01-2024-GERESA/LL-1: "RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**

El Órgano Encargado de las Contrataciones otorga la **BUENA PRO** del **ITEM 2: MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 5 PARAMETROS** del Proceso de Selección **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA- HOMOLOGACION N°01-2024-GERESA/LL-1: "RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA, REFRIGERADORA Y BAÑO MARÍA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROVINCIAL DE TAYABAMBA DISTRITO DE TAYABAMBA, PROVINCIA PATAZ, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"** al postor **HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES SAC** con **RUC N°20606042044**, por el monto ofertado de **S/ 45,000.00 (Cuarenta y cinco mil con 00/100 soles)**, conforme a lo establecido en el artículo 63 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, el mismo que se publica y se entiende notificado a través del SEACE.

Siendo la 11:35 a.m. horas del mismo día, se da por concluido el acto privado procediendo a suscribir el acta, los miembros del comité de selección, en señal de conformidad.



**Br. Katherin Yamaly Fernandez Bazalar**  
**DNI N° 46521273**  
**OEC**