



HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

ACTA DE APERTURA, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS:
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°30-2024-HRA/OEC-2
(SEGUNDA CONVOCATORIA)

1 NÚMERO DE ACTA					
SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL					
En la ciudad de Ayacucho, el día 12 del mes de noviembre del año 2024, en la Oficina de Logística, el Órgano Encargado de Contrataciones, responsable de conducir y desarrollar el procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N°30-2024-HRA/OEC-2 (segunda Convocatoria), cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICION DE CATETER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN PARA PARA EL SEVICIO DE NEFROLOGIA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO, se reúne, a fin de aperturar, evaluar y calificar las ofertas correspondientes según orden de prelación, cuya presentación de ofertas se realizó en forma electrónica.					
SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)					
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
OEC	Lic. Adm. EUSEBIO ZACARIAS FLORES BERAUN	Dependencia:	UNIDAD DE LOGÍSTICA		
DETALLE DE LOS PARTICIPANTES					
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:					
N°	Nombre o razón social del participante	RUC			
1	CELIS HERNANDEZ MARCOS FEDERICO	10426753991			
2	AMERICAN INTECH S.A.C	20524786266			
3	ALC MEDICAL E.I.R.L.	20600047478			
4	ALS MEDIC S.A.C.	20606328029			
5	ZMART WORKS HOLDING E.I.R.L.	20608675028			
DETALLE DE LOS POSTORES					
Dentro de la fecha prevista para la evaluación y calificación de ofertas en el cronograma del procedimiento, el Órgano Encargado de Contrataciones, realiza la apertura de ofertas de manera electrónica a través del SEACE (descarga de la información de las ofertas).					
N°	CELIS HERNANDEZ MARCOS FEDERICO	Estado de Present.	Fecha de present.	Hora de present.	
1	ALC MEDICAL E.I.R.L.	Válido	30/10/2024	18:50:37	
2	ALS MEDIC S.A.C.	Válido	30/10/2024	13:36:47	
2	AMERICAN INTECH S.A.C	Válido	30/10/2024	21:07:39	
6 Acto seguido, se procede con la revisión de las ofertas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las mismas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los términos de referencia previstas en las bases;					
DOCUMENTACION PARA LA ADMISION DE LA OFERTA.		POSTOR 01	POSTOR 02	POSTOR 03	*****
		ALC MEDICAL E.I.R.L.	ALS MEDIC S.A.C.	AMERICAN INTECH S.A.C	*****
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3).		NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	
f) Declaración jurada de Plazo de Entrega. (Anexo N° 4)		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)		NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	
h) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
DETALLE DE LA OFERTA		NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	*****
7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS					
Asimismo, de acuerdo con la revisión efectuada, la oferta no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:					
N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión			
	ALC MEDICAL E.I.R.L.	Las especificaciones técnicas del dispositivo medico Kit Cateter venoso central doble lumen de larga permanencia para hemodialisis: en el punto componentes y material del dispositivo indica: (Pag.22)Guia:Acero Inoxidable; Aguja Introdutora: Acero Inoxidable 304. el postor oferta (pag 47) Alambre guia con resistencia a la torsion la nueva generacion de la guia Seldinger de nitinol, alto contenido de titanio. motivo por el cual no cumpliria con las condiciones requeridas en las bases.			



HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

ACTA DE APERTURA, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS:
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº30-2024-HRA/OEC-2
 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

	ALS MEDIC S.A.C.	En las Especificaciones Tecnicas se ha señalado: "Cateter venoso central doble lumen de larga permanencia para hemodialisis: Calibre:14.5 fr a 15.5 fr; Longitud: 28 cm a 45 cm; Distancia del CUFF a la punta del cateter: 28 cm; (Pag.23) sin embargo el postor oferta (Pagina 19) Cateter venoso central doble lumen de larga permanencia para hemodialisis 15 FR distancia al CUFF 32 cm. asi mismo segun las especificaciones tecnicas se solicita cateter de punta escalonada que facilita de insercion, el postor oferta cateter con puntas curvas. motivo por el cual no cumpliria con las condiciones requeridas en las bases.
	AMERICAN INTECH S.A.C	En las Especificaciones Tecnicas se ha señalado: " Cateter venoso central doble lumen de larga permanencia para hemodialisis 14.5 FR x 28 cm. y Cateter venoso central doble lumen de larga permanencia para hemodialisis 14.5 FR x 23 cm (Pag 23), sin embargo el postor oferta segun su catalogo tecnico kit de cateter permanente doble lumen para adulto 14FRx28cm y 14FRx23cm, (Pag. 33) no cumpliendo asi con las caracteristicas tecnicas solicitadas. motivo por el cual no cumpliria con las condiciones requeridas en las bases.

ACUERDO ADOPTADO

14 El Organó encargado de las Contrataciones determina, según lo establece el Artículo 65. Declaración de desierto 65.1. El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida, salvo en el caso de la Subasta Inversa Electrónica en que se declara desierto cuando no se cuenta con dos (2) ofertas válidas. **DECLARA DESIERTO.**

15



HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD
 UNIDAD DE LOGISTICA

Lic. Adm. EUSEBIO ZABARIAS FLORES BERAUN
 JEFE DE LOGISTICA

Órgano Encargado de Contrataciones