

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 15/11/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 17:10:09

**Consulta: Nro. 1**

### **Consulta/Observación:**

En el numeral 1.9 en relación con el plazo de entrega se indica lo siguiente:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de DIEZ (10) días calendarios a partir del día siguiente de suscripción del contrato.

Al respecto, cabe señalar que lo correcto es que el plazo de entrega sea contabilizado a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra y no de suscrito el contrato, debido que la Orden de Compra es requerida para el internamiento de los bienes.

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección establecer que el plazo de entrega sea establecido de la siguiente manera:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de DIEZ (10) días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que el plazo se contabilizara desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato, según el articulo 137 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:10:09

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

En el literal g) de la página 17 de las Bases se indica que las especificaciones técnicas a ser acreditadas documentalmente serán las siguientes:

Reactivos: La marca del producto, metodología.

Equipos: Tipo, Metodología, Performance y control de calidad interno.

Al respecto, entendemos que las demás especificaciones técnicas se darán por acreditados mediante la presentación del Anexo N° 03.

Solicitamos amablemente ACLARAR la presente consulta.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2.1.1    **Literal:** g)    **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Es correcta su apreciación, las demás especificaciones serán acreditadas mediante la presentación del Anexo N° 03.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:10:09

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

En relación con nuestra consulta anterior, solicitamos al Comité de Selección que PRECISE que las especificaciones técnicas se podrán acreditar con FOLLETOS, CATALOGOS, BROCHURE y/o CARTAS DE FABRICANTE.

A fin de acreditar correctamente las Especificaciones Técnicas, solicitamos al Comité de Selección ACLARAR y PRECISAR la presente consulta de manera que se eviten ambigüedades.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2.1.1    **Literal:** g)    **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que para acreditar el cumplimiento de lo solicitado será mediante la presentación FOLLETOS Y/O CATALOGOS Y/O BROCHURE y/o CARTAS DE FABRICANTE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:10:09

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

En el literal e) de la página 17 de las Bases se indica que se debe adjuntar la siguiente documentación:

e) Declaración Jurada de compromiso de reposición y/o canje del producto que muestre defectos técnicos en su forma, vicios ocultos o que por motivos atribuibles sufran alteraciones defectuosas de no mayor a 03 días calendarios, una vez notificados.

Al respecto, entendemos que dicha DDJJ aplica si se diera el caso que el producto tenga desperfectos de fábrica.

Solicitamos amablemente ACLARAR la presente consulta.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2.1.1    **Literal:** e)    **Página:** 17  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En consulta con el área usuaria, se aclara que es correcta su apreciación, Asi mismo la presentacion de la Declaracion Jurada es obligatorio.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:10:09

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

En la página 27 de las Bases se indica que se requiere adjuntar el siguiente documento:

-Certificado de Análisis del Producto Terminado y/o Protocolo de Análisis del producto a nombre a nombre del postor y/ fabricante con la información de que estos declaren en el mismo y/o en sus propios formatos.

Al respecto, solicitamos al Comité de Selección que PRECISE para las Bases Integradas que el certificado de análisis y/o protocolo de análisis deberá contener el refrendo (nombre, firma y sello) del DIRECTOR TÉCNICO DEL POSTOR.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** A    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente por lo que se modificara en las bases integradas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Certificado de Análisis del Producto Terminado y/o Protocolo de Análisis del producto a nombre a nombre del postor y/o fabricante con la información de que estos declaren en el mismo y/o en sus propios formatos, opcionalmente la misma que puede contener el (nombre, firma y sello) del Director Tecnico del postor

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:10:09

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En Especificaciones Técnicas de Analizador Hematológico relación al Control de Calidad Interno Inter laboratorial consultamos se para acreditar esta característica, deberá presentarse Reporte de Control de Calidad interno Inter laboratorial de cliente de territorio nacional. Solicitamos se acepte nuestra consulta con el fin que el área usuaria garantice la funcionalidad de la característica solicitada.

(VER PAGINAS 21, 22, 23 Y 24)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consulta con el área usuaria, se aclara que respecto a Reporte de Control de Calidad interno Inter laboratorial de cliente de territorio nacional, se considerará como OPCIONAL, en virtud al principio de libertad de concurrencia, ya que este requisito podra ser acreditado con el Anexo N° 03

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:10:09

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En Especificaciones Técnicas de Reactivos del Perfil de Cogulación-Con Equipo en Cesión de Uso, en relación al Control de Calidad Interno Inter laboratorio consultamos se para acreditar esta característica, deberá presentarse Reporte de Control de Calidad interno Inter laboratorio de cliente de territorio nacional. Solicitamos se acepte nuestra consulta con el fin que el área usuaria garantice la funcionalidad de la característica solicitada.

(VER PAGINAS 21, 22, 23 Y 24)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consulta con el área usuaria, se aclara que respecto a Reporte de Control de Calidad interno Inter laboratorio de cliente de territorio nacional, se considerará como OPCIONAL, en virtud al principio de libertad de concurrencia, ya que este requisito podra ser acreditado con el Anexo N° 03

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:10:09

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las Especificaciones técnicas en CARACTERISTICAS en ANALIZADOR HEMATOLOGICO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES indican que el analizador deberá contar con Hemograma con determinación de 5 estirpes leucocitarias, al respecto consultamos si de acuerdo a ello el analizador deberá contar con dispersograma de 5 estirpes que permita identificar y diferenciar cada una de las estirpes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En cosnulta con el área usuaria, se aclara que se aceptará la oferta de los analizadores que cuenten con los dispersogramas de acuerdo a cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	17:10:09

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En relación a la antigüedad del analizador hematológico, solicitan que este sea no mayor de 4 años, al respecto, solicitamos se acepte también oferta con analizador con antigüedad no mayor a 4 años y 6 meses, al cual se realizará Protocolo de verificación EP 15 A 3 , que demuestre que el analizador se encuentra apto para el procesamiento de muestras. Solicitamos se acepte nuestra consulta esto con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consulta con el área usuaria, NO SE ACOGE, antigüedad solicitada de 4 años es un periodo razonable y maximo que se puede aceptar de un analizador, para asegurar su correcto funcionamiento y poder reportar resultados correctos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:40:27

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases solicitan:

Dosaje de Dimero D

Expiración no menor de 18 meses a partir de la fecha de entrega.

En virtud al principio de libertad de concurrence, solicitamos al órgano encargado de contrataciones que acepte la oferta de reactivo con Expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega o con carta de compromiso de canje por vencimiento.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: se      **Página: 20**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que aceptará reactivos con vigencia menor a 18 meses acompañado de una carta de canje.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:40:27

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases solicitan:

Especificaciones técnicas del analizador hematológico en sesión de uso (02) Dos analizadores (01 Central y 01 emergencia).

Consultamos a los usuarios si los postores podemos ofertar dos analizadores de diferentes modelos. En virtud al principio de libertad de concurrencia.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: se      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que, se aceptará la oferta de dos analizadores diferentes para los laboratorios central y de emergencia

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:40:27

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases solicitan:

Especificaciones técnicas del analizador hematológico en sesión de uso (02) Dos analizadores (01 Central y 01 emergencia).

Consultamos al órgano encargado de contrataciones si aceptarían la oferta de un analizador de 80 hemogramas por hora para el laboratorio de emergencia.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: se      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente lo solicitado por lo que se modificara en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Performance (para el analizador de emergencia): en un rango de 80 a 100 hemogramas por hora.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:40:27

**Consulta: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases solicitan:

Especificaciones técnicas del analizador hematológico en sesión de uso (02) Dos analizadores (01 Central y 01 emergencia).

Metodología: Citometría de flujo de Impedancia mejorada por triplicado y tecnología de barrido, corriente de alta y baja frecuencia complementada con lectura de dispersión de luz láser, fotometría.

En virtud al principio de pluralidad de postores, solicitamos que acepten la oferta de analizadores con la siguientes especificación:

Metodología: Citometría de flujo de Impedancia mejorada por triplicado y/o tecnología de barrido y/o corriente de alta y baja frecuencia complementada con lectura de dispersión de luz laser , fotometría y/o colorimetría y/o Fluorescencia y/o citometria de flujo y/o fluorescencia. Minimo 03 metodologias.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** se    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge lo solicitado, por lo que se modificara en las bases integradas en virtud al principio de libertad de concurrencia

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Metodologia: Citometría de flujo de Impedancia mejorada por triplicado y/o tecnología de barrido y/o corriente de alta y baja frecuencia complementada con lectura de dispersión de luz laser , impedancia y/o fotometría y/o colorimetría y/o Fluorescencia y/o citometria de flujo. Minimo 03 metodologias.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:40:27

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases solicitan:

Especificaciones técnicas del analizador hematológico en sesión de uso (02) Dos analizadores (01 Central y 01 emergencia).

Volumen de sangre menor de 165 ul de sangre total por muestra

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten la oferta de un analizador con las siguientes características:

Volumen de sangre menor de 190 ul de sangre total por muestra

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** se      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge lo solicitado, por lo que se modificara en las bases integradas en virtud al principio de libertad de concurrencia

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Volumen de sangre total: desde menor de 190ul de sangre total por muestra

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:40:27

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases solicitan:

Especificaciones técnicas del analizador hematológico en sesión de uso (02) Dos analizadores (01 Central y 01 emergencia).

Autocargador automatico de muestras con mezcla por inversion

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten la oferta de un analizador con las siguientes características:

Entendemos que al referirse a mezcla por inversión el analizador ofertado debreá movilizar el tubo en un ángulo de 180 °  
. ¿Es correcta nuestra apreciación?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** se      **Página:** 21  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Su apreciación es correcta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:40:27

**Consulta: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases solicitan:

Especificaciones técnicas del analizador hematológico en sesión de uso (02) Dos analizadores (01 Central y 01 emergencia).

Capacidad de autocargador de hasta 100 muestras a bordo de forma simultanea

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten la oferta de un analizador con las siguientes características:

En virtud al principio de libertad de concurrencia consultamos si para el equipo de emergencia aceptarían la oferta de un analizador con la capacidad de 30 muestras a bordo de forma simultanea, teniendo en consideración que las muestras de emergencia llegan poco a poco al servicio.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** se    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En virtud al principio de libertad de concurrencia se acoge lo solicitado, para el analizador de emergencia se aceptará Capacidad de autocargador desde 30 muestras a bordo de forma simultanea o superior, sin embargo para el analizador central se mantiene las características

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Para el analizador de emergencia Capacidad de autocargador desde hasta 30 muestras a bordo de forma simultanea,o superior.



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:40:27

**Consulta: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases solicitan:

Hemograma automatizado diferencial 5 estirpes

Maximo de 4 reactivos

Esta característica es propia de una marca, por lo que solicitamos que en virtud al principio de libertad de concurrencia, acepten la oferta de :

Hemograma automatizado diferencial 5 estirpes

Maximo de 4 reactivos o DE ACUERDO A CADA FABRICANTE

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: se      **Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En virtud al principio de libertad, se acoge lo solicitado por lo que se modificara en las bases integradas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Presentacion: conjunto de reactivos (maximo de 4 reactivos y/o de acuerdo a cada fabricante)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:40:27

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases solicitan:

Especificaciones técnicas del analizador hematológico en sesión de uso (02) Dos analizadores (01 Central y 01 emergencia).

Minimo debera tener los siguientes parámetros: .... MDW

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten la oferta de un analizador con las siguientes características:

Minimo debera tener los siguientes parámetros: .... MDW o IG (Granulocitos inmaduros)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** se      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En virtud al principio de libertad, se acoge lo solicitado por lo que se modificara en las bases integradas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Como minimo debera tener los siguientes parámetros: (¿) MDW y/o IG (Granulocitos inmaduros)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:40:27

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases solicitan:

Especificaciones técnicas del analizador hematológico en sesión de uso (02) Dos analizadores (01 Central y 01 emergencia).

Resultados de pacientes con 29 parámetros a mas y 3 histogramas y grafico de dispersión diferencial

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten la oferta de un analizador con las siguientes características:

Resultados de pacientes con 29 parámetros a mas y 2 histogramas y GRAFICOS de dispersión diferencial

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** se **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En virtud al principio de libertad, se acoge lo solicitado por lo que se modificara en las bases integradas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Resultados de pacientes con 29 parámetros a mas hematologicos disponibles y desde 2 histogramas y GRAFICO de dispersión diferencial

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:40:27

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

De acuerdo a bases solicitan:

Especificaciones técnicas del analizador hematológico en sesión de uso (02) Dos analizadores (01 Central y 01 emergencia).

Inventario de reactivo con información de consumo y estadística de consumo

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten la oferta de un analizador con las siguientes características:

OPCIONAL: Inventario de reactivo con información de consumo y estadística de consumo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: SE Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En virtud al principio de libertad, se acoge lo solicitado por lo que se modificara en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Inventario de reactivo con información de consumo y estadística de consumo (opcional)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:40:27

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases solicitan:

Especificaciones técnicas del analizador hematológico en sesión de uso (02) Dos analizadores (01 Central y 01 emergencia).

Capacidad de importar datos de control al IQPA control de calidad interlaboratorial, para acreditar mostrar un reporte con grupo par menor de 200 participantes

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten la oferta de un analizador con las siguientes características:

OPCIONAL: Capacidad de importar datos de control al IQPA control de calidad interlaboratorial, para acreditar mostrar un reporte con grupo par menor de 200 participantes

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** SE    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En virtud al principio de libertad, se acoge lo solicitado por lo que se modificara en las bases integradas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Capacidad de importar datos de control al IQPA control de calidad interlaboratorial, para acreditar la característica de control interlaboratorial se debera mostrar un un reporte con grupo para menor de 200 participantes (opcional)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:40:27

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases solicitan:

Especificaciones técnicas del analizador hematológico en sesión de uso (02) Dos analizadores (01 Central y 01 emergencia).

Garantizar conexion a software de gestion de laboratorio instalado (LAbGis)

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten la oferta de un analizador con las siguientes características:

OPCIONAL:Garantizar conexion a software de gestion de laboratorio instalado (LAbGis)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** se      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge lo solicitado, ya que la conexion de equipo con el software de gestion de laboratorio instalado del Hospital Regional de Ayauchu, Nos garantiza un mejor manejo de los resultados, y registro de los mismos, asi como el historial de consumo de los reactivos que dia dia son atendidos a la parte usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:40:27

**Consulta: Nro. 23**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases solicitan:

Analizador de coagulación

Garantizar conexion a software de gestion de laboratorio instalado (LAbGis)

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten la oferta de un analizador con las siguientes características:

OPCIONAL:Garantizar conexion a software de gestion de laboratorio instalado (LAbGis)

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** se    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge lo solicitado, ya que la conexion de equipo con el software de gestion de laboratorio instalado del Hospital Regional de Ayauch, Nos garantiza un mejor manejo de los resultados, y registro de los mismos, asi como el historial de consumo de los reactivos que dia dia son atendidos a la parte usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:40:27

**Consulta: Nro. 24**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases solicitan:

Analizador de coagulación

Posiciones de emergencia no menor de 5 posiciones fijas

Modulo pre analitica

Capacidad de carga de 40 reactivos a bordo

En virtud al principio de libertad de concurrencia, solicitamos que acepten la oferta de un analizador con las siguientes características:

Posiciones de emergencia no menor de 1 posiciones fijas

OPCIONAL: Modulo pre analitica

Capacidad de carga de 20 reactivos a bordo

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** se    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En virtud al principio de libertad, se acoge lo solicitado por lo que se modificara en las bases integradas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

(¿) Capacidad de acceso de muestra urgentes por STAT por prioridad y/o posiciones de emergencia desde 1 posiciones fijas

Capacidad de carga desde 20 reactivos a bordo a mas refrigerados    Modulo pre-analitica de comprobacion del volumen de llenado (¿) opcional



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 15/11/2023

Hora de envío : 21:52:52

**Consulta:** Nro. 25

**Consulta/Observación:**

En cuanto al reactivo de Dímero D dice:

Expiración no menor de 18 meses a partir de la fecha de entrega.

Solicitamos al comite de seleccion aclare si es correcta nuestra apreciacion y como en los demas analitos se aceptara que el reactivo tenga una expira menor de 18 meses siempre y cuando se entregue una carta de compromiso de canje

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 1      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En consulta con el area usuaria, se Aclara que se aceptará reactivos con vigencia menor a 18 meses acompañado de una carta de canje.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:52:52

**Observación: Nro. 26**

**Consulta/Observación:**

En cuanto a las características del equipo de coagulacion se solicita:  
Con capacidad de carga de tubos primarios de muestras normales o adultos (80 a mas) y/o pediatricas (10 a mas) a bordo con codigo de barras.  
La cantidad de pruebas solicitadas en un dia de 24 horas es de un promedio de 24 pruebas lo que representa unas 15 muestras por día, lo cual hace innecesario el requerimiento de 80 muestras o mas a bordo, y viola el principio de equidad que rige las contrataciones  
Aceptara el comite de selccion en coordinacion con el usuario analizadores de 35 a mas posiciones para muestras (adultos y pediatricos) para no impedir la participacion de postores ni infringir ningun principio de contratacion

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2 ley de contrataciones con el estado principio de equidad

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge lo solicitado, asi mismo respecto a la cracteristica de capacidad de tubos primarios, se mantiene el numero de 80 a más muestras, con la finalidad de asegurar el reporte oportuno de las muestras de nuestros pacientes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 15/11/2023

Hora de envío : 21:52:52

**Observación: Nro. 27**

**Consulta/Observación:**

En cuanto a las características del equipo de coagulacion se solicita:

130 a mas pruebas de TP por hora

La cantidad de pruebas solicitadas en un dia de 24 horas es de un promedio de 24 pruebas lo que representa unas 15 muestras por día, lo cual hace innecesario el requerimiento de 130 a mas pruebas por hora, y viola el principio de equidad que rige las contrataciones

Aceptara el comite de selccion en coordinacion con el usuario analizadores de 100 a mas tp por hora para no impedir la participacion de postores ni infringir ningun principio de contratacion

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En virtud al principio de libertad, se acoge lo solicitado por lo que se modificara en las bases integradas, on la finalidad de asegurar el reporte oportuno de las muestras de nuestros pacientes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Desde 100 a mas pruebas de TP por hora , con la finalidad de asegurar el reporte oportuno de las muestras de nuestros pacientes.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 15/11/2023

Hora de envío : 21:52:52

**Observación: Nro. 28**

**Consulta/Observación:**

En cuanto a las características del equipo de coagulacion se solicita:

Capacidad de carga de 40 reactivos a bordo a mas refrigerados

El objeto de esta convocatoria son solo 2 reactivos de coagulación, lo cual hace innecesario y sobredimensionado el requerimiento de 40 a mas pruebas por hora, y viola el principio de equidad que rige las contrataciones, ademas de evidenciar un direccionamiento del procedimiento de seleccion hacia una marca particular.

Aceptara el comite de selccion en coordinacion con el usuario analizadores que puedan contener 20 a mas reactivos refrigerados a bordo para no impedir la participacion de postores ni infringir ningun principio de contratacion

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En virtud al principio de libertad, se acoge lo solicitado por lo que se modificara en las bases integradas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

(¿) Capacidad de carga desde 20 reactivos a bordo a mas refrigerados

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:52:52

**Observación: Nro. 29**

**Consulta/Observación:**

En cuanto al analizador de coagulacion Dice:  
Para el cumplimiento de las especificaciones tecnicas tanto el analizador y los reactivos deberan ser de la misma marca del fabricante  
Esta característica limita la participacion de casas comerciales que comercializan reactivos de una marca y equipos de otra marca, y viola el principio de libertad de concurrencia que rige las contrataciones.  
Aceptara el comite de seleccion en coordinacion con el usuario AMPLIAR el requerimiento y aceptar equipos y reactivos de diferentes marcas siempre y cuando esten validados por el fabricante del equipo, para no impedir la participacion de los postores

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En virtud al principio de libertad, se acoge lo solicitado por lo que se modificara en las bases integradas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Para el cumplimiento de las especificaciones tecnicas tanto el analizador y los reactivos deberan ser de la misma marca del fabricante. Se aceptará reactivo de marca diefrente, siempre y cuando se acredite mediante la presentacion del inserto de controles que presentan tabla de valores para el equipo ofertado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 15/11/2023

Hora de envío : 22:25:51

**Observación: Nro. 30**

**Consulta/Observación:**

Características

Dice

capacidad de autocargador de hasta 100 muestras a bordo de forma simultanea

El requerimiento de hemogramas es de 34 800 para ambos analizadores hematológicos, lo que representa un 48 hemogramas aproximadamente para ambos equipos, no guardando una proporción razonable para requerir un autocargador que tengan hasta 100 muestras de forma simultanea violando el inciso i) de Equidad de la ley de contratación con el estado, y limitando la participación a otras cosas con mismas competencias de hemogramas pero con capacidades de muestras en autocargadores menores.

Ante ello, solicitamos amablemente a comité y en coordinación con el área usuaria a MODIFICAR la capacidad de muestras abordo en el autocargador a ¿hasta 50 muestras¿ de esta manera guardar una mejor relación y que otras casas también puedan participar en en la oferta de su analizador hematológico.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

articulo 2. principios que rigen las contrataciones. inciso i) de Equidad

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En virtud al principio de libertad de concurrencia se acoge lo solicitado, para el analizador de emergencia se aceptará Capacidad de autocargador desde 30 muestras a bordo de forma simultanea o superior, sin embargo para el analizador central se mantiene las características

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Para el analizador de emergencia Capacidad de autocargador desde hasta 30 muestras a bordo de forma simultanea,o superior.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 15/11/2023

Hora de envío : 22:25:51

**Observación: Nro. 31**

**Consulta/Observación:**

Metodología

dice

citometría de flujo de impedancia mejorada por triplicado y tecnología de barrido, corriente de alta y baja frecuencia complementada con lectura de dispersión de luz laser. Fotometría

Esta metodología es exclusiva de un tipo de analizador de marcas conocidas, y limita la participación de otras casas que cuentan con mejores metodologías como la Fluorescencia para un mejor estudio de células inmaduras y mejor utilidad diagnóstica como metodologías modernas y de esta manera obedeciendo al inciso g) de la ley de contratación con el estado.

Ante ello amablemente solicitamos a comité y en coordinación con el área usuaria a AMPLIAR en su metodología a ¿Fluorescencia y otras metodologías que cumplan el mismo fin¿ de esta manera otras casas que ofrecen metodologías modernas también puedan participar y puedan tener igualdad de trato como indica en el inciso b) de la ley de contratación con el estado.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2. principios que rigen las contrataciones. b) y g)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge lo solicitado, por lo que se modificara en las bases integradas en virtud al principio de libertad de concurrencia s

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Metodología: Citometría de flujo de Impedancia mejorada por triplicado y/o tecnología de barrido y/o corriente de alta y baja frecuencia complementada con lectura de dispersión de luz laser , impedancia y/o fotometría y/o colorimetría y/o Fluorescencia y/o citometria de flujo. Minimo 03 metodologias.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 15/11/2023

Hora de envío : 22:25:51

**Consulta:** Nro. 32

**Consulta/Observación:**

Procesamiento de datos  
dice

Capacidad de importar datos de control a IQPA Control de Calidad Interlaboratorial, para acreditar la característica de Control Inter laboratorial se deberá mostrar un reporte con grupo para menor de 200 participantes.  
Este requerimiento es exclusivo de algunos analizadores de marcas conocidas, y limita la participación de otras casas que ofertan analizadores.  
Amablemente solicitamos a comité y en coordinación con el área usuaria a MODIFICAR a ¿opcional¿ para que otras casas que ofertan analizadores hematológicos que cumplen las mismas funciones no se vean limitado a participar por una cualidad que tiene cada analizador.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3      **Página: 21**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En virtud al principio de libertad, se acoge lo solicitado por lo que se modificara en las bases integradas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Capacidad de importar datos de control al IQPA control de calidad interlaboratorial, para acreditar la característica de control interlaboratorial se debera mostrar un un reporte con grupo para menor de 200 participantes (opcional



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HEMOCOAGULACION CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, PARA LA ATENCION EN EL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 15/11/2023

Hora de envío : 22:25:51

**Consulta: Nro. 33**

**Consulta/Observación:**

Soporte técnico

Dice

deberá adicionalmente contar con persona local que pueda brindar soporte técnico y/o asesoría presencia las 24 horas del día, los 365 días de año.

Respecto al soporte, existe diversos medios para dar soporte donde no necesariamente requiere la presencia de un especialista local para dar la intervención manual, puesto que los analizadores cuentan con software que obedecen a ser atendidos desde cualquier lugar de forma remota y esta sigue siendo la ventaja de usar analizadores modernos.

Ante ello, solicitamos amablemente a comité y en coordinación con el área usuaria a AMPLIAR su requerimiento a ¿recibir también soporte remoto¿ puesto que no siempre se requiere una intervención manual de los especialistas.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge lo solicitado, por lo que se modificara en las bases integradas en virtud al principio de libertad de concurrencias

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

deberá adicionalmente contar con persona local que pueda brindar soporte técnico y/o asesoría presencia las 24 horas del día, los 365 días de año, asi mismo tambien se aceptará tambien soporte remoto cuando lo amerite.