

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CIRUGÍA LAPAROSCOPICA PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE- CUI N°2562458"

Ruc/código : 20602893848

Fecha de envío : 14/09/2023

Nombre o Razón social : CORPORACION MEDICA HG S.A.C.

Hora de envío : 22:22:10

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Se solicita:

A04 diámetro de canal de biopsia de 2.1 mm o menor

A fin de propiciar la mayor participación de postores y debido a que un canal de biopsia de mayor diámetro permitiría extraer mejores muestras al momento de realizar las biopsia. Por esos motivos solicitamos al comité de selección de presente proceso en coordinación con el área usuaria ampliar el diámetro del canal de biopsia y permitir equipos con canal de biopsia de entre 2.1mm a 2.3mm

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1

**Literal:** A04

**Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 72 del Reglamento de la Ley

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección, previa opinión del área usuaria y área técnica; ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN.-Se ampliara el diámetro de canal a 2.3mm, quedando dicha característica de la siguiente manera:

A04 diámetro de canal de biopsia de 2.3 mm o menor

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se suprimirá "2.1mm" y se incorporará "2.3mm"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CIRUGÍA LAPARASCOPICA PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE- CUI N°2562458"

Ruc/código :	20602893848	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEDICA HG S.A.C.	Hora de envío :	22:22:10

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita:

A06 PROCESADOR DE VIDEO CCD

A fin de propiciar la mayor participación de postores y considerando que las tecnologías van evolucionando constantemente, es así que, los procesadores de video han logrado a través de la tecnología CMOS, reducir tamaños y obtener más velocidad, por tal motivo solicitamos al comité de selección del presente proceso en coordinación con el área usuaria ampliar el requerimiento del presente proceso y afín de integrar las bases considerar el literal de la siguiente manera:

A06 PROCESADOR DE VIDEO CCD O CMOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A06 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 72 del Reglamento de la ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, previa opinión del área usuaria y área técnica; ACOGE TOTALMENTE LA OBSERVACIÓN, esto con el fin de obtener mayor pluralidad de postores, dicha característica quedara de la siguiente manera: A06 PROCESADOR DE VIDEO CCD O CMOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporará " O CMOS"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CIRUGÍA LAPARASCOPICA PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE- CUI N°2562458"

Ruc/código :	20602893848	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEDICA HG S.A.C.	Hora de envío :	22:22:10

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité de selección del presente proceso, a fin de evitar algún error e incongruencias por parte de los postores al momento de presentar sus propuestas, eliminar el literal A09 ANGULO DE ABERTURA 120 O MAYOR, ya que estsria duplicandose el mismo requerimiento del literal A01

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** A09    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 72 del Reglamento de la ley

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección, previa opinión del área usuaria y área técnica; ACOGE TOTALMENTE LA OBASERVACIÓN, debido que por error de digitación se duplico el contenido de la característica A01 y A09, a efectos de la integración de bases, se suprimirá la característica: A09 ANGULO DE ABERTURA 120 O MAYOR.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se suprimirá: A09 ANGULO DE ABERTURA 120 O MAYOR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CIRUGÍA LAPARASCOPICA PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE- CUI N°2562458"

Ruc/código : 20602893848

Fecha de envío : 14/09/2023

Nombre o Razón social : CORPORACION MEDICA HG S.A.C.

Hora de envío : 22:22:10

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité de selección del presente proceso, a fin de evitar algún error e incongruencias por parte de los postores al momento de presentar sus propuestas, Solicitamls eliminar el literal A10 DIAMETRO DEL TUBO DE INSERCIÓN 5.3MM O MAYOR, ya que estsria duplicandose el mismo requerimiento del literal A02

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** A10    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 72 del Reglamento

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección, previa opinión del área usuaria y área técnica; ACOGE TOTALMENTE LA OBASERVACIÓN, debido que por error de digitación se duplico el contenido de la característica A02 y A10, a efectos de la integración de bases, se suprimirá la característica A10 DIÁMETRO DEL TUBO DE INSERCIÓN 5.3MM O MAYOR

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se suprimirá:A10 DIAMETRO DEL TUBO DE INSERCIÓN 5.3MM O MAYOR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CIRUGÍA LAPARASCOPICA PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE- CUI N°2562458"

Ruc/código :	20602893848	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEDICA HG S.A.C.	Hora de envío :	22:22:10

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité de selección del presente proceso, a fin de evitar algún error e incongruencias por parte de los postores al momento de presentar sus propuestas, solicitamos eliminar el literal A11 DEFLEXION: ARRIBA 210¿ O MAS, ABAJO 140¿ O MAS, ya que estsria duplicandose el mismo requerimiento del literal A03

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** A11    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 72 del Reglamento

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección, previa opinión del área usuaria y área técnica; ACOGE TOTALMENTE LA OBASERVACIÓN, debido que por error de digitación se duplico el contenido de la característica A03 y A11, a efectos de la integración de bases, se suprimirá la característica A11 DEFLEXION: ARRIBA 210 O MAS, ABAJO 140 O MAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se suprimirá :A11 DEFLEXION: ARRIBA 210 O MAS, ABAJO 140 O MAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CIRUGÍA LAPARASCOPICA PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE- CUI N°2562458"

Ruc/código :	20602893848	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEDICA HG S.A.C.	Hora de envío :	22:22:10

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité de selección del presente proceso, a fin de evitar algún error e incongruencias por parte de los postores al momento de presentar sus propuestas, solicitamos eliminar el literal A12 DIAETRO DEL CANAL DE BIOPSIA 2.1MM O MENOR, ya que estsria duplicandose el mismo requerimiento del literal A04

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** A12    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 72 del Reglamento

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección, previa opinión del área usuaria y área técnica; ACOGE TOTALMENTE LA OBASERVACIÓN, debido que por error de digitación se duplico el contenido de la característica A04 y A12, a efectos de la integración de bases, se suprimirá la característica A12 DIAMETRO DEL CANAL DE BIOPSIA 2.1MM O MENOR

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se suprimirá A12 DIAMETRO DEL CANAL DE BIOPSIA 2.1MM O MENOR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CIRUGÍA LAPARASCOPICA PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE- CUI N°2562458"

Ruc/código :	20602893848	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEDICA HG S.A.C.	Hora de envío :	22:22:10

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité de selección del presente proceso, a fin de evitar algún error e incongruencias por parte de los postores al momento de presentar sus propuestas, solicitamos eliminar el literal A13 LONGITUD DE TRABAJO 37 CM O MAS, ya que estsria duplicandose el mismo requerimiento del literal A05

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** A13    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 72. Del Reglamento

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección, previa opinión del área usuaria y área técnica; ACLARAR que por error de digitación se duplico el contenido de la característica A05 y A13, a efectos de la integración de bases, se suprimirá la característica: A13 LONGITUD DE TRABAJO 37 CM O MAS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se suprimirá: A13 LONGITUD DE TRABAJO 37 CM O MAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CIRUGÍA LAPAROSCOPICA PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE- CUI N°2562458"

Ruc/código :	20602893848	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEDICA HG S.A.C.	Hora de envío :	22:22:10

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité de selección del presente proceso, a fin de evitar algún error e incongruencias por parte de los postores al momento de presentar sus propuestas, solicitamos eliminar el literal A14 PROCESADOR DE VIDEO CCD, ya que estsria duplicandose el mismo requerimiento del literal A06

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** A14      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección, previa opinión del área usuaria y área técnica; ACLARAR que por error de digitación se duplico el contenido de la característica A06 y A14, a efectos de la integración de bases, se suprimirá la característica A14, se suprimirá la característica: A14 PROCESADOR DE VIDEO CCD

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se suprimirá: A14 PROCESADOR DE VIDEO CCD



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CIRUGÍA LAPARASCOPICA PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE- CUI N°2562458"

Ruc/código :	20602893848	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEDICA HG S.A.C.	Hora de envío :	22:22:10

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité de selección del presente proceso, a fin de evitar algún error e incongruencias por parte de los postores al momento de presentar sus propuestas, solicitamos eliminar el literal A15 FIBRA OPTICA DE ILUMINACION COMPLETAMENTE INCORPORADA AL ENDOSCOPIO, ya que estsria duplicandose el mismo requerimiento del literal A07

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** A15    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 72 del Reglamento

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección, previa opinión del área usuaria y área técnica; ACLARAR que por error de digitación se duplico el contenido de la característica A07 y A15, a efectos de la integracion de bases, se suprimirá la característica A15 FIBRA ÓPTICA DE ILUMINACIÓN COMPLETAMENTE INCORPORADA AL ENDOSCOPIO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se suprimirá: A15 FIBRA ÓPTICA DE ILUMINACIÓN COMPLETAMENTE INCORPORADA AL ENDOSCOPIO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CIRUGÍA LAPARASCOPICA PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE- CUI N°2562458"

Ruc/código :	20602893848	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEDICA HG S.A.C.	Hora de envío :	22:22:10

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité de selección del presente proceso, a fin de evitar algún error e incongruencias por parte de los postores al momento de presentar sus propuestas, solicitamos eliminar el literal A16 TERMINAL Y VALVULA DE CONTROL PARA ASPIRACION DE SECRECIONES , ya que estsria duplicandose el mismo requerimiento del literal A08

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** A16      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 72 del Reglamento

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección, previa opinión del área usuaria y área técnica; ACLARAR que por error de digitación se duplico el contenido de la característica A08 y A16, a efectos de la integracion de bases, se suprimirá la característica A16 TERMINAL Y VÁLVULA DE CONTROL PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se suprimirá: A16 TERMINAL Y VÁLVULA DE CONTROL PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CIRUGÍA LAPARASCOPICA PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE- CUI N°2562458"

Ruc/código :	20602893848	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEDICA HG S.A.C.	Hora de envío :	22:22:10

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité de selección del presente proceso, a fin de evitar algún error e incongruencias por parte de los postores al momento de presentar sus propuestas, solicitamos eliminar el literal A17 ANGULO DE ABERTURA 120 O MAYOR, ya que estsria duplicandose el mismo requerimiento del literal A01

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 21    **Página:** A17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 72 del Reglamento

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección, previa opinión del área usuaria y área técnica; ACLARAR que por error de digitación se duplico el contenido de la característica A01 y A17, a efectos de la integracion de bases, se suprimirá la característica A17 ANGULO DE ABERTURA 120 O MAYOR

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se suprimirá:A17 ANGULO DE ABERTURA 120 O MAYOR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CIRUGÍA LAPARASCOPICA PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE- CUI N°2562458"

Ruc/código :	20602893848	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEDICA HG S.A.C.	Hora de envío :	22:22:10

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité de selección del presente proceso, a fin de evitar algún error e incongruencias por parte de los postores al momento de presentar sus propuestas, solicitamos eliminar el literal A18 DIAMETRO DEL TUBO DE INSERCIÓN 5.3MM O MAYOR, ya que estaría duplicándose el mismo requerimiento del literal A02

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 21      Página: A18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 72 del Reglamento

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección, previa opinión del área usuaria y área técnica; ACLARAR que por error de digitación se duplicó el contenido de la característica A02 y A18, a efectos de la integración de bases, se suprimirá la característica A18 DIAMETRO DEL TUBO DE INSERCIÓN 5.3MM O MAYOR

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se suprimirá: A18 DIAMETRO DEL TUBO DE INSERCIÓN 5.3MM O MAYOR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-HRL-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CIRUGÍA LAPAROSCOPICA PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE- CUI N°2562458"

Ruc/código :	20602893848	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEDICA HG S.A.C.	Hora de envío :	22:22:10

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Se solicita  
E04 CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES SIN COSTO ADICIONAL DURSNT EL PERIODO DE GARANTIA QUE REQUIERAN SER REEMPLAZADOS POR DESGASTE Y/O DESPERFECTOS DE FABRICA PARA RESTABLECER EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

Solicitamos al comité de selección modificar el oresente requerimiento y omitir la parte en la que se solicita el suministro de repuestos nuevos y originales que requieran ser reemplazados por DESGASTE. Ya que se convierte en un requisito desproporcionado, no existe un parámetro para dicho requisito, no se podría medir el desgaste en forma inequívoca y equitativa. Por tal motivo solicitamos al comité considerar el requerimiento del presente literal de la siguiente manera  
E04 E04 CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES SIN COSTO ADICIONAL DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA QUE REQUIERAN SER REEMPLAZADOS POR DESPERFECTOS DE FABRICA PARA RESTABLECER EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** E04    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la ley Art. 72 del Reglamento

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección, previa opinión del área usuaria y área técnica; ACOGE TOTALMENTE LA OBSERVACIÓN, quedando de la siguiente manera: E04 CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES SIN COSTO ADICIONAL DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA QUE REQUIERAN SER REEMPLAZADOS POR DESPERFECTOS DE FABRICA PARA RESTABLECER EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se suprimirá "DESGASTE Y/O"