

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código : 10466384947

Fecha de envío : 12/06/2023

Nombre o Razón social : ORTEGA PEREZ GHESMINNE

Hora de envío : 10:49:23

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

ESTIMADO COMITE: RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR, PARA LA CONDICION DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, NO ESPECIFICA EL MONTO DE FACTURACION, YA QUE DEBERIA SER EL 25% COMO MAXIMO DEL VALOR ESTIMADO PERO NO INDICA EN LAS BASES.

POR LO CUAL LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE INDICAR CUAL ES MONTO PARA PODER PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 350-2015-ef)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE SERA PARTE DE LAS BASES INTEGRADA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SEA ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	10466384947	Fecha de envío :	12/06/2023
Nombre o Razón social :	ORTEGA PEREZ GHESMINNE	Hora de envío :	10:52:59

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR QUE ESTABLECE EN LAS BASES: se puede apreciar que en la experiencia del postor indica que se podrá acreditar dicha experiencia con la ventas de bienes SIMILARES a los siguientes: A LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO RELACIONADO A LIOFILIZADOR

Por lo expuesto a fin de permitir una mayor participación de postores que cumplen con la experiencia en el mercado, solicitamos al comité de Selección ampliar el presente requerimiento, aceptar y modificar el Objeto de Contrato de la experiencia del postor por la Venta: A LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N°30225 y Reglamento (DS 350-2015-ef)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARAMOS QUE DEBEN SER EQUIPOS SIMILARES. Precisión: LIOFILIZADORES Y/O ULTRACONGELADORAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	12/06/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:20:43

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto al tamaño del equipo: Solicita: Ancho/520*profundidad/685*Altura/525mm (sin cámara). Peso 100Kg, ¿podría aceptar?: Ancho/680*profundidad/850*Altura/400mm (sin cámara). Peso 120Kg. ¿Para una mayor pluralidad de postores?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ANCHO: 400- 700 MM, PROFUNDIDAD: 550-850 MM, ALTURA: 390 A 600MM; PESO: 100 A 120 KG

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE PARCIALMENTE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	12/06/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:20:43

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Respecto al consumo del equipo: Solicita: 370W ¿podría aceptar?: 1300 W? Para una mayor pluralidad de ofertas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	12/06/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:20:43

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Respecto al modelo: Solicita: Tipo D, ¿podría solicitar de acuerdo al fabricante para mayor pluralidad?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	12/06/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:20:43

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto a la manguera de vacío: Solicita: KF40, ¿podría aceptar?: KF25. ¿Para una mayor pluralidad de postores?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

KF 25 O KF 40

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	12/06/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:20:43

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

PARA EXPERIENCIA DEL POSTOR, ¿PODRÍA CONSIDERAR ULTRACONGELADORAS ADEMÁS DE LIOFILIZADORES COMO PARTE DE LA EXPERIENCIA, DE TAL MODO QUE ASEGURARÍA PLURALIDAD DE

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 - B **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Precisión: LIOFILIZADORES Y/O ULTRACONGELADORAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	12/06/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:20:43

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Dado que es un equipo de importación podría considerar un plazo de entrega de hasta 60 días, dado que no se trata de un equipo comercial no es normal que se encuentre en stock y se pueda entregar en 10 días.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** IV **Literal:** B **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

PORQUE YA QUE SE HA ESPECIFICADO A 60 DÍAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	12/06/2023
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:20:43

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

¿Podría considerar un biólogo como personal clave?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** C - C.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

PORQUE SE REQUIERE UN PERSONAL EN MANEJO DE EQUIPOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	15:10:42

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita: Tamaño: Tamaño W/520*D/685*H/525mm (sin cámara). Peso 100kg
OBSERVAMOS este requerimiento debido a que el tamaño del liofilizador depende del tamaño del compresor y tecnología del fabricante, así como el peso, por lo que no podría ser un valor único. Debido a esto solicitamos el cambio de especificación técnica a: W/(415-520mm) *D/(555-685mm) *H/(390-525mm) (sin cámara). Peso entre 55-100kg.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LAS DIMENSIONES
ANCHO: 400- 700 MM, PROFUNDIDAD: 550-850 MM, ALTURA: 390 A 600MM; PESO: 100 A 120 KG
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NO SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	15:10:42

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita: Instalación de energía 1300W. Tipo Condensador Cilíndrico Vertical, Tipo Pared Lisa, Descongelación Natural OBSERVAMOS este requerimiento, la potencia de un condensador depende de la tecnológica del fabricante, si es que cuenta con medio de refrigeración o ventilador. También, requerirá mayor potencia dependiendo del rango de temperatura que provea. Los condensadores presentan dos compartimientos donde hay un intercambio de dos fluidos. Dependiendo del fluido el tipo será por tubos o pared. El uso de gas para descongelar acelera los tiempos de trabajo (Mejora tecnológica). Por lo expuesto, OBSERVAMOS este requerimiento y se solicita el cambio de especificación técnica a: Instalación de energía 1300-1700W. Tipo Condensador Cilíndrico Vertical, Tipo Pared Lisa o de acuerdo al fabricante, Descongelación por gas caliente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	15:10:42

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitan: Tamaño del condensador Dia.215*140mm

OBSERVAMOS este requerimiento debido a que el tamaño del condensador depende de la capacidad de agua que puede almacenar y tecnología del fabricante por lo que no podría ser un valor único. Debido a esto solicitamos el cambio de especificación técnica a: Tamaño del condensador Dia.215*140mm o de acuerdo a fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 13/06/2023

Hora de envío : 15:10:42

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitan: Capacidad del condensador -80C/4L

La capacidad del condensador también depende si trabaja con muestras acuosas o solventes, una menor temperatura podría evitar eliminar el solvente y solo el agua, por lo que una temperatura de -85°C es una mejora tecnológica. La capacidad se expresa en litros, pero la unidad de volumen varía de acuerdo a la temperatura no con la masa, por lo que la expresión más apropiada es: 4kg de capacidad del condensador. OBSERVAMOS este requerimiento y solicitamos el cambio de especificación técnica a: Capacidad del condensador -85 /4Kg.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

MENOS 80°C/4L O MENOS 85°C/4KG

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE PARCIALMENTE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	15:10:42

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitan: Material del condensador S/S304

Aunque el acero inoxidable 304 es una opción adecuada para muchas aplicaciones, el acero inoxidable 316 se prefiere en los autoclaves debido a su mayor resistencia a la corrosión en ambientes agresivos y su capacidad para soportar altas temperaturas y presiones. Esto garantiza la durabilidad y la integridad del autoclave durante su uso prolongado en aplicaciones de esterilización, por lo que un acero 316 sería una MEJORA TECNOLÓGICA. OBSERVAMOS este requerimiento y solicitamos el cambio de especificación técnica a: Material del condensador acero inoxidable 316L.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL EQUIPO SOLICITADO NO ES UN AUTOCLAVE PARA ESTERILIZACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 13/06/2023

Hora de envío : 15:10:42

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Solicitan: Modelo tipo D (cámara de secado con tapa estándar con colector)

OBSERVAMOS este requerimiento debido a que el tamaño de la cámara depende de la cantidad de bandejas y espacio entre ellas. No especifica cómo es una cámara tipo D pero muestran que tiene un diámetro en las especificaciones anteriores lo que sugiere que es un cilindro. Por ser ambigua la característica se solicita el cambio de especificación a: Cámara de secado cilíndrica.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE INTEGRARÁ EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	15:10:42

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitamos: Tamaño de la cámara Dia. 260*540mm

OBSERVAMOS este requerimiento debido a que el tamaño de la cámara depende de la cantidad de bandejas y espacio entre ellas, además de criterios de fabricante. Por lo que no debería ser un valor único. Se solicita el cambio de especificación técnica a: Tamaño de la cámara Diámetro*Altura: 260-457*295-540mm.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

REMITIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 13/06/2023

Hora de envío : 15:10:42

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se solicita (característica de la cámara): Taponamiento manual
CONSULTAMOS este requerimiento. Con Taponamiento manual se refieren a Anclaje de la cámara de secado al liofilizador de manera manual. ¿es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se refiere al dispositivo de taponamiento manual en la parte superior, para cerrar el vial dentro de la cámara

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	15:10:42

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se solicita (característica de la cámara): Conectores de matraces de 8 piezas

Si el liofilizador cuenta con 18 conectores de matraces permite al usuario trabajar más muestras, a su vez hay una mayor versatilidad de trabajo al colocarse tapas en los lugares donde no se va a realizar la liofilización, lo cual es una MEJORA TECNOLÓGICA, por lo tanto, OBSERVAMOS este requerimiento y solicitamos el cambio de especificación técnica a: Conectores de matraces de 8 a 18 piezas con 10 tapones para cámara acrílica con conexiones de balón.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONECTORES DE BALONES O MATRACES MÍNIMO 8 MÁXIMO 18

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE PARCIALMENTE.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	15:10:42

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se solicita (característica de la cámara): Material del estante S/S304, 3 capas

Se CONSULTA, Material del estante S/S304, 3 capas, se refiere a 3 unidades de bandejas de acero inoxidable ¿es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	15:10:42

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Se solicita (característica de la cámara): Bandejas 3 piezas Dia.180mm cada una
OBSERVAMOS este requerimiento debido a que el tamaño de bandejas depende del fabricante, para no limitar la participación de los postores se solicita el cambio de especificación técnica a: Bandejas 3 piezas Dia.180-375 mm cada una.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 13/06/2023

Hora de envío : 15:10:42

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se solicita (característica de la cámara): Matraz Capacidad 8pcs. Adaptarse a matraces de 250ml a 1000ml.
CONSULTAMOS al comité si lo solicitado se refiere a: cámara de secado con capacidad 8 piezas de matraces de 250ml a 1000ml o mas ¿es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE REFIERE A LOS BALONES COLECTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 13/06/2023

Hora de envío : 15:10:42

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se solicita (característica de la cámara): Potencia 370W

CONSULTAMOS al comité si con potencia 370 W como parte de característica de la cámara se refiere a potencia 370 W o de acuerdo al fabricante como parte de característica del equipo ¿ es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTA INTEGRADO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	15:10:42

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se solicita (característica de la cámara): Filtro de neblina de aceite 0.22um

CONSULTAMOS al comité si para no restringir la participación de postores que ofrecen MEJORAS TECNOLOGICAS tales como: capacidad de 18 piezas de matraces de 250 ml a 1000 ml, aceptará: Filtro de neblina de aceite 0.22um o de acuerdo a fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEBE CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	15:10:42

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se solicita (característica de la cámara): Manguera de vacío KF40. Conexión de manguera por conector rápido
El tipo de manguera y brida varía de acuerdo el material, caudal, presión, diseño del liofilizador por lo que OBSERVAMOS este requerimiento porque necesariamente no todos los liofilizadoras tendrán diámetro interno de 40mm. Solicitamos el cambio de especificación técnica a: Manguera de vacío KF40 o 25KF o de acuerdo a fabricante. Conexión de manguera por conector rápido o de acuerdo a fabricante.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ADMITE:
KF 25 O KF 40

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE ACOGE PARCIALMENTE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	15:10:42

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se solicita (característica de la cámara): Colector de vapor cilíndrico vertical, tipo de pared lisa.

Los tipos de condensadores varían de acuerdo al fabricante, un condensador de pared lisa se podría referir a la carcasa, pero no hay una especificación. Los condensadores son intercambiadores de calor donde una de las partes se compone de una carcasa y tubería para el paso de fluidos. Los condensadores que tienen descongelamiento forzado presentan una tubería por donde pase el gas caliente, por lo que no sería un compartimiento de pared lisa sino una tubería en espiral que cumple con el mismo fin. La descongelación natural traería mucho tiempo en que el agua sea drenada, una mejor tecnología es descongelar con gas caliente. Por lo expuesto, OBSERVAMOS este requerimiento y se solicita el cambio de especificación técnica a: Tipo Condensador Cilíndrico Vertical, Tipo Pared Lisa o de acuerdo al fabricante, Descongelación Natural o por gas caliente.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

REMITIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	15:10:42

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

Se solicita (característica de la cámara): -80°C, condensador S/S304, capacidad 4L.

La capacidad del condensador también depende si trabaja con muestras acuosas o solventes, una menor temperatura podría evitar eliminar el solvente y solo el agua, por lo que una temperatura de -85°C es una MEJORA TECNOLÓGICA. La capacidad se expresa en litros, pero la unidad de volumen (L) varía de acuerdo a la temperatura no como la masa, por lo que una mejor especificación sería solicitar 4kg de capacidad del condensador. El acero 316L contiene molibdeno, esta aleación es más resistente a la corrosión por lo que sería una MEJORA TECNOLÓGICA al uso de acero 304. OBSERVAMOS este requerimiento y solicitamos el cambio de especificación técnica a: Capacidad del condensador -85 a -80°C, condensador acero inoxidable 316L o S/S304, capacidad 4Kg.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

REMITIRSE A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 13/06/2023

Hora de envío : 15:10:42

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

Se solicita (característica de la cámara): Descongelación natural del condensador.

La descongelación natural implica mucho tiempo para que el agua sea drenada, una MEJORA TECNOLÓGICA es el uso de una descongelación con gas caliente donde se ahorra tiempo. OBSERVAMOS este requerimiento y se solicita el cambio de especificación técnica a: Descongelación por gas caliente

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

REMITIRSE A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	15:10:42

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

Se solicita (característica de la cámara): Configuración con cámara de secado tipo D.

OBSERVAMOS este requerimiento debido a que el tamaño de la cámara depende de la cantidad de bandejas y espacio entre ellas. No especifica cómo es una cámara tipo D pero muestran que tiene un diámetro lo que sugiere que es un cilindro. Por ser ambigua la característica se solicita el cambio de especificación a: Cámara de secado cilíndrica.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE INTEGRARÁ EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	15:10:42

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

Se solicita (característica de la cámara): Conector de vacío de montaje lateral.

El montaje podría ser de manera lateral o trasera o de acuerdo a la tecnología del fabricante ya que depende de donde está colocado los compresores y bomba de vacío dentro del liofilizador. OBSERVAMOS este requerimiento y solicitamos el cambio de especificación técnica a: Conector de vacío de montaje lateral o trasera o de acuerdo al fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

REMITIRSE A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 13/06/2023

Hora de envío : 15:10:42

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

Se solicita (característica de la cámara): Secador por congelación, manguera y bomba de conexión rápida mediante anillo.

OBSERVAMOS este requerimiento ya que también la conexión puede hacerse por brida. Aunque las bridas no son conexiones rápidas, estas permiten un fácil desmontaje y conexión sin dañar el sistema. Solicitamos se modifique la especificación técnica a: Secador por congelación, manguera y bomba de conexión mediante anillo o brida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

REMITIRSE A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	15:10:42

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

Se solicita (característica de la cámara): Válvula 2 en 1 de liberación de agua de descongelación/ruptura de vacío montada lateralmente.

Las válvulas independientes para el drenado en la etapa de descongelación y ruptura de vacío permiten al usuario tener un control independiente para el arreglo o trabajo. Por lo tanto, OBSERVAMOS este requerimiento y solicitamos el cambio de especificación técnica a: Válvula 2 en 1 de liberación de agua de descongelación/ruptura de vacío o válvula de aireación y válvula de drenaje de condensado montadas lateralmente o de acuerdo a la tecnología del fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE INTEGRA EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 13/06/2023

Hora de envío : 15:10:42

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

Se solicita (característica de la cámara): Seis bandejas en acero para preparación de muestras: de 25 x 30 cm. Las bandejas van a depender del tamaño de la cámara de secado, una bandeja más grande permitirá trabajar con más muestras. OBSERVAMOS este requerimiento y para no limitar la participación de postores se solicita el cambio de especificación técnica a: Seis bandejas en acero para preparación de muestras: de 25-25.6 x 30 cm.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

REMITIRSE A LAS BASES, SON BANDEJAS PARA PREPARACIÓN DE MUESTRAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código : 20100042500

Nombre o Razón social : CIMATEC SAC

Fecha de envío : 13/06/2023

Hora de envío : 15:10:42

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 30 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. Sin embargo, dicho plazo no contempla la actual crisis europea que atraviesan diversos proveedores, esto afecta la cadena mundial de suministros, lo cual conlleva demoras en las entregas de componentes y equipamientos, sumándose además la complicada gestión de logística internacional para las importaciones. Atendiendo a lo expuesto OBSERVAMOS dicho requerimiento y solicitamos al comité de selección que, en consulta con su área usuaria, tengan a bien a ampliar el plazo de entrega a 120 días calendario.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

PORQUE EL PLAZO MAXIMO PARA SU ENTREGA SE HA ESTABLECIDO EN 60 DÍAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20605876774	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	A.S. ALLENDE S.A.C.	Hora de envío :	16:18:52

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR.

Se consideran bienes similares a los siguientes: Adquisición de equipos de laboratorio relacionado al liofilizador.

OBSERVACIÓN:

Al indicar equipos de laboratorio relacionado al liofilizador, no se está mencionando cuales serían dichos bienes similar, en ese sentido, para evitar confusiones y fomentar la mayor concurrencia de postores, solicitamos al comité especial considerar como bienes similares: EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL.

Tener en consideración que la experiencia, es la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en el tiempo; es decir, por la habitual transacción de bienes o servicios que constituyen el giro del negocio del proveedor en el mercado, de esta manera el área usuaria, ASEGURA EL CUMPLIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO IDÓNEO Y CON BASTA EXPERIENCIA, NO SOLO DE UN PRODUCTO ESPECÍFICO, sino de la VARIEDAD DE EQUIPOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A,B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

PORQUE LO QUE SE REQUIERE SON LIOFILIZADORES Y/O ULTRACONGELADORAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:36:53

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 30 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

OBSERVACIÓN:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, podría considerar ampliar el plazo de entrega a 90 DÍAS CALENDARIOS, ya que los productos solicitados requieren de un proceso de fabricación considerable, así como los procesos de importación, desaduanaje y otros controles previos; es así que el plazo de entrega que se visualiza en las bases es muy corto y no está acorde con la realidad, a menos que algún proveedor ya lo tenga en stock; por tanto, a fin de permitir la mayor pluralidad de postores, se solicita ampliar el plazo de entrega a 90 días calendarios, a partir de la notificación de la orden de compra o suscrito el contrato.

En ese sentido, se solicita reformular el factor de evaluación, de acuerdo al siguiente detalle:

De 1 hasta 80 días calendario: 20 puntos

De 81 hasta 89 días calendario: 5 puntos

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge la observacion en concordancia el plazo de entrega

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:36:53

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Técnico o ingeniero con experiencia de seis (6) meses de experiencia en manejo de equipos biomédicos.

OBSERVACIÓN:

Se solicita al honorable Comité muy amablemente, que el técnico y/o ingeniero no solo acredite experiencia en equipo biomédicos, sino también en "Equipos de laboratorio", ya que corresponde a la naturaleza del equipo Liofilizador solicitado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** C **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE INTEGRA EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:36:53

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

A. CAPACIDAD LEGAL

solicitan:

Habilitación

Autorización para comercialización

seguridad eléctrica

OBSERVACIÓN

De acuerdo a las distintas opiniones del OSCE, respecto a la autorización para la comercialización del bien ofertado emitido por el fabricante, indicamos que es el CONTRATISTA el encargado de realizar la ejecución contractual.

Es decir, es el contratista el OBLIGADO a cumplir con las prestaciones contractuales, sin medir o evaluar su condición de comercializador, distribuidor o tener autorización para comercializar bienes.

Por ello, solicitamos que se ELIMINE de las bases la autorización para comercialización del bien ofertado por el fabricante, debido que DELIMITA la participación de postores.

Así garantizaría la libertad de concurrencia e igualdad de trato

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE art. 2 inciso a, b, c

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE REQUIERE EL DOCUMENTO DE REPRESENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL SOPORTE POSTVENTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:36:53

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

A. CAPACIDAD LEGAL

solicitan:

Habilitación

Autorización para comercialización

seguridad eléctrica

OBSERVACIÓN

Solicitamos que se elimine el apartado de HABILITACIÓN, tanto como autorización para comercialización como seguridad eléctrica.

Con respecto a la seguridad eléctrica, indicamos que todo equipo (del requerido) cuenta de por si, con seguridad eléctrica; por lo que no sería un DOCUMENTO DE HABILITACIÓN para ejecutar el presente proceso de selección.

Asimismo, tomar en cuenta el principio de EFICIENCIA, en el que indica que no se debe requerir formalismos NO ESENCIALES, en cuanto a los documentos que solicita vuestra entidad.

Por lo mencionado, solicitamos que se ELIMINE la habilitación de las bases; así garantizar la EFICIENCIA de las contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2 inciso a, b, c, e

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE REQUIERE EL DOCUMENTO DE REPRESENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL SOPORTE POSTVENTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código : 20605876774

Nombre o Razón social : A.S. ALLENDE S.A.C.

Fecha de envío : 13/06/2023

Hora de envío : 16:45:59

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE HARINAS PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNSCH 2023

OBSERVACIÓN

El presente procedimiento de selección, de acuerdo al requerimiento, es contar con el equipo SISTEMA LIOFILIZADOR, más no lo que dicta el 1.2 objeto de la convocatoria.

En ese sentido, solicitamos que se corrija el objeto de la convocatoria.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.2 **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2 inciso c

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observación sera parte de las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código : 20605876774

Nombre o Razón social : A.S. ALLENDE S.A.C.

Fecha de envío : 13/06/2023

Hora de envío : 16:45:59

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

4. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR.

CONSULTA

solicitamos al comité de selección ESPECIFICAR y/o INDICAR cuántos equipos de sistema liofilizador desean requerir.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE SE REQUIERE UN EQUIPO DE SISTEMA LIOFILIZADOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20100099447	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	MERCK PERUANA S A	Hora de envío :	23:50:05

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Solicitan peso 100 kg se solicita al comité aceptar esta característica de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTARÁ DE 100 A 120 KILOGRAMOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE PARCIALMENTE

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código : 20100099447

Nombre o Razón social : MERCK PERUANA S A

Fecha de envío : 13/06/2023

Hora de envío : 23:50:05

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Solicitan Tamaño del condensador Dia. 215 * 140 mm, esta característica varia de acuerdo a cada fabricante, solicitamos aceptar el diametro de acuerdo a cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INTEGRA EN LAS BASES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNSCH-OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN SISTEMA DE LIOFILIZADOR PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE LA UNSCH

Ruc/código :	20100099447	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	MERCK PERUANA S A	Hora de envío :	23:50:05

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Solicitan potencia 370W, esta característica varía de acuerdo a cada fabricante, solicitamos aceptar la potencia de acuerdo a cada fabricante.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE INTEGRA EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE