

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (1) AMBULANCIA RURAL TIPO II EQUIPADA CON EQUIPOS BIOMEDICOS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE HUAROCONDO RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA, DIRESA CUSCO DEL DISTRITO DE HUAROCONDO ANTA CUSCO

Ruc/código :	20603354321	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	HIALEAH RADIO S.A.C.	Hora de envío :	14:21:18

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

En la pagina 34 se solicita un equipo de radiocomunicaciones HF mas no se define el tipo de antena que este debe llevar. Se pide solicitar que el equipo sea instalado junto con un "sintonizador de antena y antena de la misma marca del radio" ya que sin estos componentes criticos el equipo no podra ser utilizado o sera dañado en caso se utilice.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 34    **Literal:** 34    **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, luego del análisis ampliamos el requerimiento de la radio HF referido al sintonizador y antena.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

sintonizador de antena y antena de la misma marca del radio o compatible

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (1) AMBULANCIA RURAL TIPO II EQUIPADA CON EQUIPOS BIOMEDICOS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE HUAROCONDO RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA, DIRESA CUSCO DEL DISTRITO DE HUAROCONDO ANTA CUSCO

Ruc/código :	20603354321	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	HIALEAH RADIO S.A.C.	Hora de envío :	14:21:18

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

En la pagina 34 se solicita un equipo de radiocomunicaciones HF mas no se define el tipo de proteccion minima debe soportar el equipo. Se pide solicitar que el equipo cuente con una proteccion minima ante el polvo y agua "IP54". Solo de esta manera se puede asegurar que se estara entregando un equipo robusto para poder trabajar en las zonas rurales.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 34    **Literal:** 34    **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, luego del análisis ampliamos el requerimiento de la radio HF referido a la protección ante polvo y agua.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (1) AMBULANCIA RURAL TIPO II EQUIPADA CON EQUIPOS BIOMEDICOS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE HUAROCONDO RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA, DIRESA CUSCO DEL DISTRITO DE HUAROCONDO ANTA CUSCO

Ruc/código :	20603354321	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	HIALEAH RADIO S.A.C.	Hora de envío :	14:21:18

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

En la pagina 34 se solicita un equipo de radiocomunicaciones HF mas no se define el estandar de comunicacion. De acuerdo a la red de comunicaciones de MINSA y ESSALUD se pide solicitar que el equipo cuente con ALE 2G para que pueda ser interoperable con los equipos que se encuentran actualmente instalados en los diversos centros de salud, centros de seguridad y diversas unidades moviles.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 34    **Literal:** 34    **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, luego del análisis ampliamos el requerimiento de la radio HF referido al estándar de comunicación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

PARA COMUNICACIÓN RADIAL EN HF CON LA BASE DE OPERACIONES (EL EQUIPO DE MANERA OPCIONAL CUENTA CON ALE 2G).

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (1) AMBULANCIA RURAL TIPO II EQUIPADA CON EQUIPOS BIOMEDICOS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE HUAROCONDO RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA, DIRESA CUSCO DEL DISTRITO DE HUAROCONDO ANTA CUSCO

Ruc/código :	20603354321	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	HIALEAH RADIO S.A.C.	Hora de envío :	14:21:18

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la pagina 34 se solicita un equipo de radiocomunicaciones HF el cual se utiliza para comunicaciones a larga distancia. Ademas de este equipo, toda unidad medica rural en nuestro país debe venir equipada con un equipo de radiocomunicacion VHF para distancias menores en donde no opera el HF ademas de dos equipos portatiles para uso del personal de la unidad, por tanto se solicita incluir:

1) Equipo de radio comunicaciones VHF analogo  
Frecuencias de trabajo: 136-174mhz  
Canales: 200 minimo  
Proteccion minima: IP54  
Incluye microfono de mano, bracket y antena de 5/8 de onda.

2) Equipos VHF Portatiles (Handys) 2 unidades  
Frecuencias de trabajo: 136-174mhz  
Canales: 200 minimo  
Pantalla alfanumerica para ver la frecuencia/canal  
Proteccion minima: IP54  
Incluye microfono de pecho, cargador para vehiculo, bateria de repuesto con clip.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 34 Literal: 34 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, incluir otros equipos de radio comunicación adiciona VHF, generaría un costo adicional y desvirtúa el estudio de mercado que se realizo con un solo equipo de radio comunicación HF.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (1) AMBULANCIA RURAL TIPO II EQUIPADA CON EQUIPOS BIOMEDICOS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE HUAROCONDO RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA, DIRESA CUSCO DEL DISTRITO DE HUAROCONDO ANTA CUSCO

Ruc/código :	20603354321	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	HIALEAH RADIO S.A.C.	Hora de envío :	14:21:18

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a los equipos de radiocomunicaciones HF, VHF y VHF Portatiles, segun normativa del MTC se debe solicitar la presentacion de la homologacion del MTC de los equipos presentados.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 34    **Literal:** 34    **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, a la entrega de la unidad, el contratista deberá presentar el documento de homologación MTC del equipo de radio comunicación HF.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

B01 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA SER UTILIZADO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EQUIPO ITINERANTE (A LA ENTREGA DE LA UNIDAD, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR EL DOCUMENTO DE HOMOLOGACION MTC DEL EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN HF, ADJUNTAR DECLARACION JURADA)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (1) AMBULANCIA RURAL TIPO II EQUIPADA CON EQUIPOS BIOMEDICOS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE HUAROCONDO RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE, MICRORED ANTA, DIRESA CUSCO DEL DISTRITO DE HUAROCONDO ANTA CUSCO

Ruc/código :	20607536563	Fecha de envío :	17/12/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ICEMONT S.A.C.	Hora de envío :	23:25:30

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

INDICA COMO CAPACIDAD DE CARGA UTIL COMO MINIMO 600 KG, PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA CONSIDERAR COMO CAPACIDAD MINIMA DE 450 KG.

PROMOVIENDO EL LIBRE ACCESO A LOS PROVEEDORES

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** B19    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION, se acepta la capacidad de carga mínima de 400 kg de la ambulancia y se modifica la altura acorde al peso de la cabina medica y será reflejado en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

:

B18 ALTURA MINIMA AL SUELO: 200 MM.

B19 CAPACIDAD DE CARGA UTIL: MINIMO 400 KG

: