

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-CS/HRM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

Ruc/código : 20413183414

Fecha de envío : 20/07/2023

Nombre o Razón social : SERMED INGENIEROS EIRL

Hora de envío : 14:04:58

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Adjudicación simplificada N° 08-2023-CS/HRM, en el literal señalado indica " MEDICION DE LA TEMPERATURA / HUMEDAD / OXIGENO DE LA VIA AEREA" lo que podría llevar a confusión ya que no se indica si la temperatura es de ambiente o temperatura de vías aérea y por las características del equipo solicitado entendemos debería decir "TEMPERATURA DE VÍAS AÉREAS/HUMEDAD/MEDICIÓN DEL OXÍGENO" de acuerdo a lo antes expresado solicitamos al respetado comité de selección puedan confirmar si nuestra apreciación es correcta y sean contemplado en las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 5.1.1

Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.

De acuerdo al principio de transparencia se modifica en el punto:

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR:

5.1. Características y Condiciones

ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES:

[¿]
TEMPERATURA DE VÍAS AÉREAS / HUMEDAD / MEDICIÓN DEL OXÍGENO

[....]

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse: se modifca las especificaciones tecnicas en el punto:

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR:

5.1. Características y Condiciones

ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES:

[¿]
TEMPERATURA DE VÍAS AÉREAS / HUMEDAD / MEDICIÓN DEL OXÍGENO

[....]

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-CS/HRM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

Ruc/código :	20413183414	Fecha de envío :	20/07/2023
Nombre o Razón social :	SERMED INGENIEROS EIRL	Hora de envío :	14:04:58

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Adjudicación simplificada N° 08-2023-CS/HRM, en el literal señalado indica " PRESION MAXIMA DE ALTA PRESION APLICADA DE MAYOR A 12 BAR " teniendo en cuenta que el rango de presiones en un hospital, puede tener presiones negativas y positivas que generalmente están en el rango para máquina de anestesia y ventiladores entre 45 - 80 psi y que ninguna presión dentro del establecimiento supera los 10bar (7500 mmhg) es que solicitamos al respetable comité de selección puedan modificar la especificación del siguiente modo "ALTA PRESIÓN EN UN RANGO DE - 0,8 A 10BAR O MAYOR" aportando a la pluralidad de los postores, pedimos que nos confirme si nuestra apreciación es correcta y sean contemplado en las bases

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.

Se modifica debido a los rango de presiones que se tiene en los hospitales se acepta la modificacion de la especificacion tecnica en el punto:

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR:

5.1. Características y Condiciones

ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES:

[¿]
PRESION MAXIMA DE ALTA PRESION APLICADA EN UN RANGO DE -0,8 A 10 BAR O MAYOR.
[...]

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse: se modifca las especificaciones tecnicas en el punto:

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR:

5.1. Características y Condiciones

ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES:

[¿]
PRESION MAXIMA DE ALTA PRESION APLICADA EN UN RANGO DE -0,8 A 10 BAR O MAYOR.
[...]

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-CS/HRM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	20/07/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	18:58:26

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con el fin de fomentar mayor participación de postores, se solicita amablemente al comité que considere ampliar el plazo de entrega a 30 días calendarios, a fin de realizar la entrega de los bienes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.

Con la finalidad de una mayor participacion de proveedores el comite de seleccion decide aceptar la ampliacion en el plazo de entrega TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS para la entrega de los bienes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse: se modifca las especificaciones tecnicas en el punto: 5.3. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION:

5.3.2. PLAZO:

El plazo de ejecucion sera de TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS contados al dia siguiente de notificado la orden de compra.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-CS/HRM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

Ruc/código :	20544448006	Fecha de envío :	20/07/2023
Nombre o Razón social :	DROGUERIA JRS MEDDEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JRS MEDDEV S.A.C.	Hora de envío :	18:58:26

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con el fin de fomentar mayor participación de postores y debido a la naturaleza del objeto de la convocatoria se solicita amablemente al comité que tenga bien a considerar como bienes similares lo siguiente: ¿Equipos biomédicos y/o de laboratorio en general¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.

Lo solicitado por el recurrente no representa como bienes similares al objeto de la contratacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null