

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MÉDICO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA- FILTRO DE TRANSFUSIÓN DE GLÓBULOS ROJOS DESLEUCOCITADOS

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:21:45

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

COMITÉ DE SELECCIÓN SOLICITA:

J) CATALOGO O FOLLETERIA O MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO O INSERTO PARA SUSTENTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDAN ACEPTAR CARTA DEL FABRICANTE PARA PODER SUSTENTAR CARACTERÍSTICAS DANDO FE DE SU CUMPLIMIENTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. II Literal: 2.2.1.1 Página: 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°01 DEL POSTOR AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.: De acuerdo al análisis el OEC en coordinación con el área usuaria precisa que, el proveedor podrá presentar la carta del fabricante sustentando las características solicitadas por el área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EN ATENCION A LA OBSERVACION N°01 DEL POSTOR AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.: De acuerdo al análisis el OEC en coordinación con el área usuaria precisa que, el proveedor podrá presentar la carta del fabricante sustentando las características solicitadas por el área usuaria.

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MÉDICO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA- FILTRO DE TRANSFUSIÓN DE GLÓBULOS ROJOS DESLEUCOCITADOS

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:21:45

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

J)

EL COMITÉ DE SELECCIÓN SOLICITA QUE EL DOCUMENTO TÉCNICO SE PRESENTE EN IDIOMA ESPAÑOL.

CONSULTAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN SI ACEPTARÍA CATÁLOGOS O SUTENTENTOS EN IDIOMA ORIGINAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. II Literal: 2.2.1.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LA CONSULTA N°02 DEL POSTOR AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.: De acuerdo al análisis el OEC en coordinación con el área usuaria precisa que, no se acoge la consulta debido a que las especificaciones técnicas indican que en caso se presente en idioma distinto al español, se presente la traducción respectiva, realizada por el traductor público juramentado o traductor colegiado certificado; según corresponda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MÉDICO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA- FILTRO DE TRANSFUSIÓN DE GLÓBULOS ROJOS DESLEUCOCITADOS

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:21:45

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

EL COMITÉ DE SELECCIÓN SOLICITA QUE SE CONSIDEREN BIENES SIMILARES A LO SIGUIENTE:  
FILTRO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE EN GENERAL

SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACEPTEN TAMBIÉN FILTROS PARA PLAQUETAS TANTO DE CABECERA COMO PARA PREALMACENAMIENTO DE LABORATORIO PARA QUE HAYA MAYOR PLURALIDAD DE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.2 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCION A LA CONSULTA N°03 DEL POSTOR AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.: De acuerdo al análisis el OEC en coordinación con el área usuaria precisa que, se acoge la consulta se consideraran BIENES SIMILARES a lo siguiente:

- FILTRO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE EN GENERAL, y/o
- FILTROS PARA PLAQUETAS TANTO DE CABECERA COMO PARA PREALMACENAMIENTO DE LABORATORIO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EN ATENCION A LA CONSULTA N°03 DEL POSTOR AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.: De acuerdo al análisis el OEC en coordinación con el área usuaria precisa que, se acoge la consulta se consideraran BIENES SIMILARES a lo siguiente:

- FILTRO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE EN GENERAL, y/o
- FILTROS PARA PLAQUETAS TANTO DE CABECERA COMO PARA PREALMACENAMIENTO DE LABORATORIO

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MÉDICO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA- FILTRO DE TRANSFUSIÓN DE GLÓBULOS ROJOS DESLEUCOCITADOS

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	23:35:54

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Pag. 19 CAPITULO II, Numeral 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, literal h) Certificado de Buenas Practicas de Distribución y Transporte.

Teniendo en cuenta que, las BPDYT tienen por finalidad Regular la distribución y transporte de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y en especial para los productos sujetos a cadena de frio y/o congelados, solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria considerar OPCIONAL este requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: I      Literal: 2.2.1.1      Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LA CONSULTA N°04 DEL POSTOR SISTEMAS ANALITICOS SRL: De acuerdo al análisis el OEC en coordinación con el área usuaria precisa que, es conforme el certificado de BPDyT se considera como opcional, ya que el insumo médico no es un producto que requiere cadena de frío para su conservación, almacenamiento y/o transporte.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN ATENCION A LA CONSULTA N°04 DEL POSTOR SISTEMAS ANALITICOS SRL: De acuerdo al análisis el OEC en coordinación con el área usuaria precisa que, es conforme el certificado de BPDyT se considera como opcional, ya que el insumo médico no es un producto que requiere cadena de frío para su conservación, almacenamiento y/o transporte.

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MÉDICO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA- FILTRO DE TRANSFUSIÓN DE GLÓBULOS ROJOS DESLEUCOCITADOS

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	23:35:54

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Pag. 20 CAPITULO II, 2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, literal j) Catalogo o Folletería o Manual de Instrucciones de Uso o Inserto (Original o copia simple)

Considerando que no todo lo descrito en las características técnicas del bien a adquirir son propiamente una especificación técnica, en ese sentido solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria, sirva precisar que los postores deberán acreditar: CARATERISTICAS DEL FILTRO DE TRANSFUSION DE GLOBULOS ROJOS DESLECOCITADOS, para lo cual se debe adjuntar copia simple u original de Catálogo y/o Folletería y/o Manual de Instrucciones de Uso y/o Inserto y/o carta aclaratoria y/u otro documentos emitido por el fabricante legal y/o dueño de la marca y/o filial y/o distribuidor autorizado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 2.2.1.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LA CONSULTA N°05 DEL POSTOR SISTEMAS ANALITICOS SRL: De acuerdo al analisis el OEC en coordinacion con el area usuaria precisa que, se deberá acreditar las características del FILTRO DE TRANSFUSION DE GLOBULOS ROJOS DESLECOCITADOS, para lo cual se debe adjuntar copia simple u original de Catálogo y/o Folletería y/o Manual de Instrucciones de Uso y/o Inserto y/o carta aclaratoria y/u otro documentos emitido por el fabricante legal y/o dueño de la marca y/o filial y/o distribuidor autorizado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MÉDICO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA- FILTRO DE TRANSFUSIÓN DE GLÓBULOS ROJOS DESLEUCOCITADOS

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	23:35:54

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Pag. 26 CAPITULO III. 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, dentro de las características técnicas, solicitan:  
Material de filtro: Membrana de poliéster clínicamente aprobado.

Considerando que; en el mercado existen marcas con diferente característica y debidamente probadas bajo ciertos estándares internacionales de calidad que garantizan la Leucorreducción de un concentrado de glóbulos rojos, en aras de promover una mayor pluralidad y participación de postores solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria ACEPTARA también Material del Filtro Poliuretano microporoso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LA CONSULTA N°06 DEL POSTOR SISTEMAS ANALITICOS SRL: De acuerdo al analisis el OEC en coordinacion con el area usuaria precisa que, no se acoge la consulta debido a que la membrana de poliéster clínicamente aprobado es mucho más resistente que la de material del Filtro Poliuretano microporoso; ya que el primero permite que las micropartículas no traspasen facilmente; logrando así un mejor filtrado, en beneficio del paciente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MÉDICO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA- FILTRO DE TRANSFUSIÓN DE GLÓBULOS ROJOS DESLEUCOCITADOS

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	23:35:54

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Pag. 26 CAPITULO III. 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, dentro de las características técnicas, solicitan:

Material: Carcasa de filtro de material acrílico

Considerando que; en el mercado existen marcas con diferente característica y debidamente probadas bajo ciertos estándares internacionales de calidad que garantizan la Leucorreducción de un concentrado de glóbulos rojos, en aras de promover una mayor pluralidad y participación de postores solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria ACEPTARA también Material: Carcasa semitransparente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LA CONSULTA N°07 DEL POSTOR SISTEMAS ANALITICOS SRL: De acuerdo al analisis el OEC en coordinacion con el area usuaria precisa que, se acoge la consulta, se aceptara las siguientes características:

- Material: Carcasa de filtro de material acrílico, y/o
- Material: Carcasa semitransparente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN ATENCION A LA CONSULTA N°07 DEL POSTOR SISTEMAS ANALITICOS SRL: De acuerdo al analisis el OEC en coordinacion con el area usuaria precisa que, se acoge la consulta, se aceptara las siguientes características:

- Material: Carcasa de filtro de material acrílico, y/o
- Material: Carcasa semitransparente.

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MÉDICO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA- FILTRO DE TRANSFUSIÓN DE GLÓBULOS ROJOS DESLEUCOCITADOS

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	23:35:54

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Pag. 26 CAPITULO III. 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, dentro de las características técnicas, solicitan: Recuperación del hemocomponentes filtrado > 91%

En aras de promover una mayor pluralidad de postores, solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria, adecuar las especificaciones tecinas y ACEPTARA: Recuperación del hemocomponentes filtrado > 90 %

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LA CONSULTA N°08 DEL POSTOR SISTEMAS ANALITICOS SRL: De acuerdo al analisis el OEC en coordinacion con el area usuaria precisa que, se acoge la consulta, SE ACEPTARÁ RECUPERACION DE HEMOCOMPONENTES FILTRADO > 90 %

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN ATENCION A LA CONSULTA N°08 DEL POSTOR SISTEMAS ANALITICOS SRL: De acuerdo al analisis el OEC en coordinacion con el area usuaria precisa que, se acoge la consulta, SE ACEPTARÁ RECUPERACION DE HEMOCOMPONENTES FILTRADO > 90 %



Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MÉDICO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA- FILTRO DE TRANSFUSIÓN DE GLÓBULOS ROJOS DESLEUCOCITADOS

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	23:35:54

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

Pag. 26 CAPITULO III. 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, dentro de las características técnicas, solicitan: Bajo nivel de leucocitos residuales menor de 5 x 10<sup>5</sup>.

Solicitamos amablemente al comité en coordinación con el área usuaria aclare y precise que, en aras de promover una mayor participación de postores adecuará las especificaciones técnicas y ACEPTARA: Eliminación eficiente de leucocitos residuales menor de 5 x 10<sup>6</sup>.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCION A LA CONSULTA N°09 DEL POSTOR SISTEMAS ANALITICOS SRL: De acuerdo al analisis el OEC en coordinacion con el area usuaria precisa que, no se acoge la consulta debido a que:

LA MEDIA DE LEUCOCITOS RESIDUALES DEBE SER SISTEMÁTICAMENTE INFERIOR A 5 X 10<sup>5</sup>/UNIDAD CON HEMATÍES RICOS EN CAPA LEUCOCITARIA.

ESTO EQUIVALE A UNA REDUCCIÓN DE APROXIMADAMENTE 4 LOG LO QUE SIGNIFICA QUE LA CANTIDAD DE MICROORGANISMOS ES 10,000 VECES MENOR POR LO QUE ES MAS BENEFICIOSO SI EL VALOR ES MENOR A 5 X 10<sup>5</sup> GENERANDO SEGURIDAD DE BAJOS RESIDUALES DE LEUCOCITOS Y MICROAGREGADOS PERMITIENDO MAXIMA PROTECCION AL PACIENTE CONTRA COMPLICACIONES ASOCIADAS A LA TRANSFUSION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MÉDICO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA- FILTRO DE TRANSFUSIÓN DE GLÓBULOS ROJOS DESLEUCOCITADOS

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	23:35:54

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

Pag. 26 CAPITULO III. 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, dentro de las características técnicas, solicitan: ACCESORIOS: Incluye equipo de administración con cámara de auto purgado.

Considerando que el filtro leuconcorrector es un dispositivo medico que no requiere de un equipo adicional para su correcto funcionamiento, solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria sirva precisar que existe un error material y SUPRIMIR el párrafo: ACCESORIOS: Incluye equipo de administración con cámara de auto purgado.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EN ATENCION A LA CONSULTA N°10 DEL POSTOR SISTEMAS ANALITICOS SRL: De acuerdo al analisis el OEC en coordinacion con el area usuaria precisa que, se acoge la consulta, se suprimirá la característica solicitada: ACCESORIOS: Incluye equipo de administración con cámara de auto purgado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EN ATENCION A LA CONSULTA N°10 DEL POSTOR SISTEMAS ANALITICOS SRL: De acuerdo al analisis el OEC en coordinacion con el area usuaria precisa que, se acoge la consulta, se suprimirá la característica solicitada: ACCESORIOS: Incluye equipo de administración con cámara de auto purgado.

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MÉDICO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA- FILTRO DE TRANSFUSIÓN DE GLÓBULOS ROJOS DESLEUCOCITADOS

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	23:35:54

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Pag. 27 CAPITULO III, Numeral 5.8 GARANTIA COMERCIAL, mencionan: La garantía comercial deberá ser igual o mayor a 36 meses al momento de sus fechas de entrega en los almacenes de la entidad. Teniendo en cuenta que el objeto de la convocatoria es la contratación del suministro ADQUISICION DE DISPOSITIVO MEDIDO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES. Solicitamos amablemente al comité sirva aclarar que, la garantía comercial será por doce (12) meses.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.8 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LA CONSULTA N°11 DEL POSTOR SISTEMAS ANALITICOS SRL: De acuerdo al analisis el OEC en coordinacion con el area usuaria precisa que, se acoge la consulta parcialmente. Teniendo en cuenta que el consumo es de carácter variable y está sujeto a la cantidad de pacientes atendidos en el servicio de hospitalización, aceptaremos que la garantía comercial sea igual o mayor a 18 meses al momento de sus fechas de entrega en los almacenes de la entidad; además deberán presentar la carta de compromiso de canje correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN ATENCION A LA CONSULTA N°11 DEL POSTOR SISTEMAS ANALITICOS SRL: De acuerdo al analisis el OEC en coordinacion con el area usuaria precisa que, se acoge la consulta parcialmente. Teniendo en cuenta que el consumo es de carácter variable y está sujeto a la cantidad de pacientes atendidos en el servicio de hospitalización, aceptaremos que la garantía comercial sea igual o mayor a 18 meses al momento de sus fechas de entrega en los almacenes de la entidad; además deberán presentar la carta de compromiso de canje correspondiente.

Entidad convocante : HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-HNCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MÉDICO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA- FILTRO DE TRANSFUSIÓN DE GLÓBULOS ROJOS DESLEUCOCITADOS

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	23:35:54

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Pag. 27 CAPITULO III, Numeral 5.8 GARANTIA COMERCIAL, mencionan: La garantía comercial deberá ser igual o mayor a 36 meses al momento de sus fechas de entrega en los almacenes de la entidad. Cabe señalar que el periodo de vencimiento de 36 meses se aplica también para cada componente del ítem.

A efecto de no incurrir en interpretaciones erradas, solicitamos amablemente al comité en coordinación con el área usuaria aclarar y precise que en áreas de promover una mayor participación de potenciales proveedores ACEPTARA una vigencia mínima del bien a adquirir, de doce (12) meses acompañado de una carta de compromiso de canje en caso se requiera canje por vigencia corta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.8 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION A LA CONSULTA N°12 DEL POSTOR SISTEMAS ANALITICOS SRL: De acuerdo al analisis el OEC en coordinacion con el area usuaria precisa que, se acoge la consulta parcialmente. Teniendo en cuenta que el consumo es de carácter variable y está sujeto a la cantidad de pacientes atendidos en el servicio de hospitalización, aceptaremos que la garantía comercial sea igual o mayor a 18 meses (de todos los componentes) al momento de sus fechas de entrega en los almacenes de la entidad; además deberán presentar la carta de compromiso de canje correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN ATENCION A LA CONSULTA N°12 DEL POSTOR SISTEMAS ANALITICOS SRL: De acuerdo al analisis el OEC en coordinacion con el area usuaria precisa que, se acoge la consulta parcialmente. Teniendo en cuenta que el consumo es de carácter variable y está sujeto a la cantidad de pacientes atendidos en el servicio de hospitalización, aceptaremos que la garantía comercial sea igual o mayor a 18 meses (de todos los componentes) al momento de sus fechas de entrega en los almacenes de la entidad; además deberán presentar la carta de compromiso de canje correspondiente.