

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-56-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MEDICO CARRO TRANSPORTADOR, ESCALERA METALICA Y ESTANTE DE METAL

Ruc/código :	15605463115	Fecha de envío :	05/10/2024
Nombre o Razón social :	RIVERA BRIÑEZ EDNA ALEJANDRA	Hora de envío :	21:02:35

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Cordial Saludo,
Señores Comité de selección

Aparecen dos montos distintos en experiencia del postor dice: debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente S/. 325,960.44 (Trescientos veinticinco mil novecientos sesenta con 44/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia S/. 81,490.11 (Ochenta y un mil cuatrocientos noventa con 11/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria

-En la página 28 dice :
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente S/. 483,612.40

Cual de los dos montos se debe presentar ?
Gracias

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: III Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con respecto a la consulta efectuada, esta se acalara que la experiencia valida es la que corresponde a los requisitos de calificacion que son:
S/. 325,960.44
Mype S/.81,490.11"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-56-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MEDICO CARRO TRANSPORTADOR, ESCALERA METALICA Y ESTANTE DE METAL

Ruc/código :	10437787030	Fecha de envío :	05/10/2024
Nombre o Razón social :	DRAGO SEGURA CRISTINA ISABEL	Hora de envío :	21:12:56

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Señores comité de selección,
Es posible ampliar el tiempo de entrega de 10 días, ampliarlo a 20 días.

Gracias

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: | Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta se acepta parcialmente, ampliando el plazo a quince (15) días calendarios contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de entrega quince (15) días calendarios contabilizados desde del día siguiente de suscrito el contrato

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-56-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MEDICO CARRO TRANSPORTADOR, ESCALERA METALICA Y ESTANTE DE METAL

Ruc/código :	10052307401	Fecha de envío :	08/10/2024
Nombre o Razón social :	CHIRINOS LARIOS WUALTER	Hora de envío :	19:28:32

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

11. Descripción del bien - página 22

Estante de metal

12. descripción básica de las características del bien:

Características técnicas

¿ Ángulos ranurados: Medidas aproximadas: 2.2 m de alto x 1.15 m de largo x 0.40 de profundidad.

CONSULTA 1

En el mercado nacional existe pluralidad de fabricantes postores, de estantería metálica de ángulos ranurados, sin embargo, las medidas en su fabricación difieren por las matrices que poseen, en ese sentido solicitamos se considere parámetro a fin de permitir la libre participación de postores, en se sentido sugerimos considerar ej, los siguientes:

Ángulos ranurados: de 2.20 m a 2.40 de alto

Paneles: de 1.13 a 1.15 m.

Profundidad: 0.38 a 0.40 m

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: 12 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, quedando:

Alto 2.20 a 2.40 m

Largo 1.13 a 1.15 m

Profundidad 0.38 a 0.40 m"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Alto 2.20 a 2.40 m

Largo 1.13 a 1.15 m

Profundidad 0.38 a 0.40 m"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-56-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MEDICO CARRO TRANSPORTADOR, ESCALERA METALICA Y ESTANTE DE METAL

Ruc/código :	10052307401	Fecha de envío :	08/10/2024
Nombre o Razón social :	CHIRINOS LARIOS WUALTER	Hora de envío :	19:28:32

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

11. Descripción del bien - página 22

Estante de metal

12. descripción básica de las características del bien:

Características técnicas

¿ Esquineros metálicos para refuerzo de estante.

¿ Cinco (05) paneles metálicos

OBSERVACION 1

i) Solicitamos se precise cuantos esquineros metálicos para refuerzo debe instalarse por cada estante.

ii) Solicitamos se precise si el espesor de la plancha en los paneles es de 0.9 mm

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: 12 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE. ART. 16, RLCE. ART. 29

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con respecto a la observacion efectuada, se precisa que:

Cuatro esquineros en la parte superior y cuatro en la parte inferior

Espesor de la plancha de paneles es de 0.9mm "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Cuatro esquineros en la parte superior (Panel 5) y cuatro en la parte inferior (Panel 1)

Espesor de la plancha de paneles es de 0.8mm "

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-56-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MEDICO CARRO TRANSPORTADOR, ESCALERA METALICA Y ESTANTE DE METAL

Ruc/código :	10052307401	Fecha de envío :	08/10/2024
Nombre o Razón social :	CHIRINOS LARIOS WUALTER	Hora de envío :	19:28:32

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

17. Descripción del bien - página 23

Escalera metálica de 5 pasos.

18. descripción básica de las características del bien:

OBSERVACION 2

Solicitamos se precise el material de fabricación (fibra de vidrio, aluminio), si es tipo tijera, si el acceso es por una o ambas caras.

19. Descripción del bien - página 23

Escalera metálica de 3 pasos.

18. descripción básica de las características del bien:

OBSERVACION 3

Solicitamos se precise el material de fabricación (fibra de vidrio, aluminio), si es tipo tijera, si el acceso es por una o ambas caras.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 17 Literal: 18 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE. ART. 16, RLCE ART 29

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con respecto a la observacion 2 efectuada, se precisa que se agregara lo siguiente:

La escalera de 5 pasos es tipo tijera, plegable, estructura de fierro, peldaños antideslizantes, de acceso de una sola cara.

Con respecto a la observacion 3, se precisa que:

La escalera de 3 pasos es tipo tijera, plegable, estructura de fierro, peldaños antideslizantes, de acceso de una sola cara."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"La escalera de 5 pasos

Tipo tijera

Plegable

Estructura de fierro

Peldaños antideslizantes

Acceso de una sola cara.

La escalera de 3 pasos

Tipo tijera

Plegable

Estructura de fierro

Peldaños antideslizantes

Acceso de una sola cara."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-56-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MEDICO CARRO TRANSPORTADOR, ESCALERA METALICA Y ESTANTE DE METAL

Ruc/código :	10052307401	Fecha de envío :	08/10/2024
Nombre o Razón social :	CHIRINOS LARIOS WUALTER	Hora de envío :	19:28:32

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

19. Descripción del bien - página 23

Escalera metálica de 3 pasos.

18. descripción básica de las características del bien:

OBSERVACION 3

Solicitamos se precise el material de fabricación (fibra de vidrio, aluminio), si es tipo tijera, si el acceso es por una o ambas caras.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 19 Literal: 20 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE. ART 16, RLCE.ART 29

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con respecto a la observacion 3, se precisa que:
La escalera de 3 pasos es tipo tijera, plegable, estructura de fierro, peldaños antideslizantes, de acceso de una sola cara."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"La escalera de 3 pasos
Tipo tijera
Plegable
Estructura de fierro
Peldaños antideslizantes
Acceso de una sola cara."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-56-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MEDICO CARRO TRANSPORTADOR, ESCALERA METALICA Y ESTANTE DE METAL

Ruc/código :	10052307401	Fecha de envío :	08/10/2024
Nombre o Razón social :	CHIRINOS LARIOS WUALTER	Hora de envío :	19:28:32

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

21. Descripción del bien - página 24
Carro transportador.

22. descripción básica de las características del bien:
OBSERVACION 2

1) Solicitamos se precise cual es el material metálico en su fabricación

2) Para una mejor operatividad del coche, se acostumbra considerar 2 garruchas y/o llantas fijas y 2 considerar 2 garruchas y/o llantas giratorias 360°, solicitamos se precise.

3) A que se refieren las EE.TT., ¿material base: PVC reforzado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 21 **Literal:** 22 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE. ART. 16, RLCE. ART. 29

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con respecto a la observacion efectuada, se precisa y se agregara lo siguiente:
Material Hierro o acero inoxidable / plataforma base de PVC reforzado
Operatividad del coche, considerar 02 ruedas fijas y 02 ruedas giratorias 360°"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Material Hierro o acero inoxidable / plataforma base de PVC reforzado
"Material Hierro o acero inoxidable / plataforma base de PVC reforzado
Operatividad del coche, considerar 02 ruedas fijas y 02 ruedas giratorias 360°"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-56-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MEDICO CARRO TRANSPORTADOR, ESCALERA METALICA Y ESTANTE DE METAL

Ruc/código :	10052307401	Fecha de envío :	08/10/2024
Nombre o Razón social :	CHIRINOS LARIOS WUALTER	Hora de envío :	19:28:32

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

31. REQUISITOS DE CALIFICACION ¿ página 26

Experiencia del postor en la especialidad

OBSERVACION 4

Los montos señalados para la acreditación de la experiencia en la especialidad en general, así como en la condición de Micro y pequeña empresa, asimismo, los bienes señalados como similares, difieren de las señaladas en el numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION a folios 28.

Solicitamos se uniformice el criterio de dicho factor, a fin de inducir a error al postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 31 Literal: 0 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE. ART 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con respecto a la consulta efectuada, esta se acalara que la experiencia valida es la que corresponde a los requisitos de calificación que son:

S/. 325,960.44

Mype S/.81,490.11"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-56-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MEDICO CARRO TRANSPORTADOR, ESCALERA METALICA Y ESTANTE DE METAL

Ruc/código :	10052307401	Fecha de envío :	08/10/2024
Nombre o Razón social :	CHIRINOS LARIOS WUALTER	Hora de envío :	19:28:32

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

32. ASPECTOS ADICIONALES A SER CONSIDERADOS ¿ página 26

¿ En la proforma del contrato deberá incluirse una cláusula de compromiso canje y/o reposición por defectos o ante una no conformidad¿/.

OBSERVACION 5

Solicitamos se implemente lo señalado en la proforma de contrato de las bases.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 32 **Literal:** 0 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bases del proceso

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observacion efectuada, esta se aclara que existe la declaracion jurada de vicios ocultos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-56-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MEDICO CARRO TRANSPORTADOR, ESCALERA METALICA Y ESTANTE DE METAL

Ruc/código :	20601325153	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	15:13:13

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
PLAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS CALENDARIO. SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION CONSIDERAR AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 30 DIAS CALENDARIO.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta se acepta parcialmente, ampliando el plazo a quince (15) dias calendarios contabilizados desde el dia siguiente de suscrito el contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de entrega quince (15) dias calendarios contabilizados desde del dia siguiente de suscrito el contrato