

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura : AS-SM-38-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 23/09/2024

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 10:17:10

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En la página 17 en el CAPITULO II "PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN" En el literal 2.2.1.1 ITEM k) Documentos para la admisión de la oferta" solicitan

Copia a color o blanco y negro nítida y legible de los documentos técnicos sustentatorios de presentación del ítem al cual se presenta en el presente proceso, se adjuntarán catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos del fabricante o dueño de marca relativos del ítem convocado. En caso de una especificación técnica que no figure en los catálogos o manuales o folletos podrá especificarlo mediante un documento firmado por el fabricante o dueño de la marca. Deberán demostrar fehacientemente que los bienes ofertados, cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por el IRENSUR. En ese sentido solicitamos al Comité Especial señale que los requisitos mínimos a sustentar para REACTIVO ofertados sea PRESENTACIÓN, METODOLOGIA, MUESTRA BIOLOGICA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que las especificaciones técnicas a sustentar de los Reactivos son: Presentación, Metodología y muestra biológica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que las especificaciones técnicas a sustentar de los Reactivos son: Presentación, Metodología y Muestra biológica.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-38-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA DE LA
UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	23/09/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	10:17:10

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la página 17 en el CAPITULO II "PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN" En el literal 2.2.1.1 ITEM I) Documentos para la admisión de la oferta" solicitan

Copia a color o blanco y negro nítida y legible de los documentos técnicos sustentatorios de presentación del ítem al cual se presenta en el presente proceso, se adjuntarán catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos del fabricante o dueño de marca relativos del ítem convocado. En caso de una especificación técnica que no figure en los catálogos o manuales o folletos podrá especificarlo mediante un documento firmado por el fabricante o dueño de la marca. Deberán demostrar fehacientemente que los bienes ofertados, cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por el IRENSUR. En ese sentido solicitamos al Comité Especial señale que los requisitos mínimos a sustentar para el EQUIPO EN CESION DE USO sea PRESENTACIÓN, METODOLOGIA Y CARACTERISTICA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: I Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que las especificaciones tecnicas a sustentar para el Equipo en Cesión de uso son: Metodología, Performance, Característica y Muestra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que las especificaciones tecnicas a sustentar para el Equipo en Cesión de uso son: Metodología, Performance, Característica y Muestra.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR		
Nomenclatura :	AS-SM-38-2024-IRENSUR-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA DE LA UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR		

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	23/09/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	10:17:10

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la página 17 en el CAPITULO II "PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN" En el literal 2.2.1.1 ITEM I) Documentos para la admisión de la oferta" solicitan declaración jurada de que el equipo ofertado no debe ser de una antigüedad mayor a seis años. Considerando la normativa que se da en otras instituciones públicas de salud y mientras se asegure el correcto funcionamiento del equipo a través de diferentes controles que solicita el proceso en mención, se consulta al comité técnico en coordinación con el área usuaria aceptar como antigüedad un equipo no mayor de 07 años de fabricación

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2.1.1 I **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que también se aceptara equipo en cesión de uso con una antigüedad no mayor a 07 años de fabricación, con la finalidad de fomentar la participación de proveedores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colorara una nota aclaratoria donde indique que también se aceptara equipo en cesión de uso con una antigüedad no mayor a 07 años de fabricación

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-38-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA DE LA
UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	23/09/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	10:17:10

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANALIZADOR DE QUIMIOLUMINISCENCIA PARA BANCO DE SANGRE solicitan implementar el protocolo EP15 o similar. Considerando que el fabricante establece protocolos que se debe cumplir para la evaluación y conformidad de la correcta instalación y operatividad del equipo (Processing Module Verification). Es por ellos que solicitamos al comité especial en coordinación con el área usuaria aceptar el protocolo Processing Module Verification.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que también se aceptara protocolo de Processing Module Verification, con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que también se aceptara protocolo de Processing Module Verification.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR

Nomenclatura :AS-SM-38-2024-IRENSUR-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA DE LA
UPSS DE BANCO DE SANGRE DEL IREN SUR

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	23/09/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	10:17:10

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENE A CONTRATAR REACTIVO PARA EL PROCESAMIENTO Y TAMIZAJE SEROLOGICO CON EQUIPO EN CESION DE USO hacen mención en ACCESORIOS: controles dependientes (positivo y negativo), controles interlaboratoriales y controles externos.Considerando que el procesamiento del control interlaboratorial es de uso diario y Enfocado en la eliminación de errores preanalíticos que pueden ocurrir en los pasos manuales, situaciones descritas en artículos como el publicado por la AACC "The Modern way of Quality Control Procedures in Laboratory Medicine" en mayo del 2022, se solicita al comité especial en coordinación con el área usuaria que el control interlaboratorial sea líquido y listo para usar y sea sustentado con el inserto del fabricante del control en la presentación de la oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente la consulta y aclara que también se aceptara control interlaboratorial sea líquido y listo para usar y sea sustentado con el inserto del fabricante del control, con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección colocara una nota aclaratoria donde indique que también se aceptara control interlaboratorial sea líquido y listo para usar y sea sustentado con el inserto del fabricante del control