

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR QUIMIOLUMINICENCIA Y MICROSCOPIO PARA EL PROYECTO CUI N°2314835

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:33:12

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

ÍTEM 2: MICROSCOPIO ¿ Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 30 días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación

OBSERVACIÓN:

Se solicita al honorable Comité, considerar ampliar el plazo de entrega a 60 DÍAS CALENDARIOS, ya que los equipos solicitados requieren de un proceso de fabricación y otros controles previos; y teniendo en cuenta que son 6 equipos distintos, el plazo de entrega que se visualiza en las bases es muy corto y no está acorde con la realidad; a menos que algún proveedor en específico cuente con los productos en STOCK; por tanto, a fin de no dirigir el proceso y se permita la mayor participación de postores potenciales, se solicita muy amablemente, ampliar el plazo de entrega a 60 días calendario.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A ,B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, Se mantiene el plazo de entrega de 30 días calendario. Los equipos se requieren para trabajo de campo programado para el mes de Diciembre, por lo que es imposible ampliar la fecha de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR QUIMIOLUMINICENCIA Y MICROSCOPIO PARA EL PROYECTO CUI N°2314835

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:33:12

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

ITEM 2: MICROSCOPIO

03 unidades de Microscopios binoculares con luz LED

CONSULTA:

Se solicita al honorable comité indicar si podría aceptar un Microscopios trinoculares, ya que, en la marca que representamos, solo los que llevan esta configuración pueden ser conectados a la cámara.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se mantiene ítem de Microscopio Binocular para facilidad de trabajo y portabilidad para trabajo en campo u otras locaciones fuera de las instalaciones de la universidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS		
Nomenclatura :	AS-SM-21-2024-UNTRM/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR QUIMIOLUMINICENCIA Y MICROSCOPIO PARA EL PROYECTO CUI N°2314835		

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:33:12

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

ITEM 2: MICROSCOPIO

Superficies con tratamiento antimicrobiano a través de iones de plata. (certificada)

CONSULTA:

Se solicita al honorable comité que, con el objetivo de fomentar la pluralidad de postores, pueda aceptar diferentes formas de tratamiento antibacteriano e iones de distintos materiales. Al indicar específicamente ¿iones de plata¿ se está direccionando las especificaciones técnicas a una marca en particular.

Teniendo en cuenta lo antes dicho, proponemos que este parámetro quede de la siguiente manera: Superficies con tratamiento antimicrobiano a través de iones de plata (certificada) o iones de material de acuerdo al fabricante.

Acápite de las bases :	Sección: Especifico	Numeral: III	Literal: 3.1	Página: 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se considera superficies con tratamiento antimicrobiano certificado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Superficie con tratamiento antimicrobiano certificado. (pág. 20)

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS		
Nomenclatura :	AS-SM-21-2024-UNTRM/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR QUIMIOLUMINICENCIA Y MICROSCOPIO PARA EL PROYECTO CUI N°2314835		

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:33:12

Observación: Nro. 4
Consulta/Observación:
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: microscopio, estereoscópicos ópticos.

OBSERVACIÓN

Al solicitar "MICROSCOPIO, ESTEREOSCÓPICOS ÓPTICOS", solo se están detallando bienes iguales al objeto de convocatoria, y NO bienes similares, es por ello que, se solicita al honorable comité, muy amablemente detallar y ampliar los bienes similares a ¿EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL¿, ya que son equipos que corresponden a la misma rama de equipos relacionados, y pertenecen al rubro según el objeto de la convocatoria.

Asimismo, se permite una mayor participación de postores potenciales.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
LCE ART. 2 INCISO A, B ,C
Análisis respecto de la consulta u observación:
No se acoge, requerimos microscopios de alta calidad y para ello es importante contar con proveedores especialistas en la comercialización de estos equipos. Para el trabajo de campo se requiere un equipamiento de muy alto nivel para poder realizar investigación científica.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS		
Nomenclatura :	AS-SM-21-2024-UNTRM/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR QUIMIOLUMINICENCIA Y MICROSCOPIO PARA EL PROYECTO CUI N°2314835		

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:53:58

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SIRVASE A ACLARAR, A QUE ITEM CORRESPONDE EL ANALIZADOR QUIMIOLUMINICENCIA Y EL MICROSCOPIO BINOCULAR; YA QUE EN LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES, EN EL PLAZO DE ENTREGA SE PUEDE EVIDENCIAR QUE EL ITEM 01 ES ANALIZADOR QUIMIOLUMINICENCIA Y EL ITEM 02 MICROSCOPIO BINOCULAR Y EN EL LISTADO DE ITEM DEL PORTAL DEL SEACE SE VISUALIZA QUE EL ITEM 01 ES MICROSCOPIO BINOCULAR Y EL ITEM 02 ES ANALIZADOR QUIMIOLUMINICENCIA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, se corrige el orden de los ítems de acuerdo al portal del SEACE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pág. 15

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR QUIMIOLUMINICENCIA Y MICROSCOPIO PARA EL PROYECTO CUI N°2314835

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:53:58

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
SIRVASE A ACLARAR, A QUE ITEM CORRESPONDE EL ANALIZADOR QUIMIOLUMINICENCIA Y EL MICROSCOPIO BINOCULAR; YA QUE EN EL CAPITULO III REQUERIMIENTO DE LAS BASES, EN EL NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS SE PUEDE EVIDENCIAR QUE EL ITEM 01 ES ANALIZADOR QUIMIOLUMINICENCIA Y EL ITEM 02 MICROSCOPIO BINOCULAR Y EN EL LISTADO DE ITEM DEL PORTAL DEL SEACE SE VISUALIZA QUE EL ITEM 01 ES MICROSCOPIO BINOCULAR Y EL ITEM 02 ES ANALIZADOR

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara que, se corrige el orden de los ítems de acuerdo al portal del SEACE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Pág. 20

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS		
Nomenclatura :	AS-SM-21-2024-UNTRM/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR QUIMIOLUMINICENCIA Y MICROSCOPIO PARA EL PROYECTO CUI N°2314835		

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:53:58

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

SIRVASE A ACLARAR, A QUE ITEM CORRESPONDE EL ANALIZADOR QUIMIOLUMINICENCIA Y EL MICROSCOPIO BINOCULAR; YA QUE EN EL CAPITULO III REQUERIMIENTO DE LAS BASES, EN EL NUMERAL 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION - B. EXPERIENCIA DEL POSTOR SE PUEDE EVIDENCIAR QUE EL ITEM 01 ES ANALIZADOR QUIMIOLUMINICENCIA Y EL ITEM 02 MICROSCOPIO BINOCULAR Y EN EL LISTADO DE ITEM DEL PORTAL DEL SEACE SE VISUALIZA QUE EL ITEM 01 ES MICROSCOPIO BINOCULAR Y EL ITEM 02 ES ANALIZADOR QUIMIOLUMINICENCIA.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, se corrige el orden de los ítems de acuerdo al portal del SEACE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Pág. 23

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS		
Nomenclatura :	AS-SM-21-2024-UNTRM/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR QUIMIOLUMINICENCIA Y MICROSCOPIO PARA EL PROYECTO CUI N°2314835		

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	19:21:50

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

"ITEM 2 MICROSCOPIO
SE SOLICITA
MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR

Para la correcta instalacion de una camara de microscopia es recomendable que el cabezal del microscopio sea de tipo trinocular, el beneficio es poder emplear adaptadores de camara que capturen un mayor campo de observacion .

Por tanto en funcion de ventaja tecnologica, tendra a bien el area usuaria aceptar MICROSCOPIO COMPUESTO TRINOCULAR CON ADAPTADOR DE CAMARA "

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A **Página: 23**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se mantiene ítem de Microscopio Binocular para facilidad de trabajo y portabilidad para trabajo en campo u otras locaciones fuera de las instalaciones de la universidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS		
Nomenclatura :	AS-SM-21-2024-UNTRM/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR QUIMIOLUMINICENCIA Y MICROSCOPIO PARA EL PROYECTO CUI N°2314835		

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	19:21:50

Consulta: **Nro. 9**
Consulta/Observación:
"ITEM 2 MICROSCOPIO
SE SOLICITA
MECANISMO DE ENFOQUE AUTO AJUSTABLE
Considerando que el enfoque mas preciso del microscopio se ejcuta a traves del mando de enfoque micrometrico, tendra a bien el area usuara aceptar

MECANISMO DE ENFOQUE MICROMETRICO DE 2.5 UM O MENOR"

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A **Página:** 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge, se acepta el mecanismo de enfoque autoajustable o de enfoque micrométrico de 2.5uM o menor.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Mecanismo de enfoque autoajustable o de enfoque micrométrico de 2.5uM o menor. (pág. 20)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR QUIMIOLUMINICENCIA Y MICROSCOPIO PARA EL PROYECTO CUI N°2314835

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	19:21:50

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

"ITEM 2 MICROSCOPIO

SE SOLICITA

REVOLVER ENFOCABLE CUADRUPLE CON RECUBRIMIENTO DE GOMA

No se ha precisado los objetivos para el microscopio solicitado, en ese sentido tendra a bien el area usuaria confirmar que aceptara:

Objetivos plan acromatico al infinito

- 4X N.A. 0.10

- 10X N.A. 0.25

- 40X N.A. 0.65

- 100X N.A. 1.25"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se precisan objetivos planacromáticos 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65 y 100X/1.25 oil

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Objetivos planacromáticos 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65 y 100X/1.25 oil (pág. 21)

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS		
Nomenclatura :	AS-SM-21-2024-UNTRM/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR QUIMIOLUMINICENCIA Y MICROSCOPIO PARA EL PROYECTO CUI N°2314835		

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	19:21:50

Consulta: **Nro.** 11
Consulta/Observación:
"ITEM 2 MICROSCOPIO
SE SOLICITA
SUPERFICIE DE TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO A TRAVES DE IONES DE PLATA

El tratamiento antimicrobiano por iones de plata es una característica patentada por la marca Leica, por lo que con la finalidad de evitar el direccionamiento de la licitación, solicitamos eliminar dicho requerimiento o considerarlo como opcional "

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A **Página:** 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge, superficies con tratamiento antimicrobiano certificado.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Superficie con tratamiento antimicrobiano certificado. (pág. 20)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR QUIMIOLUMINICENCIA Y MICROSCOPIO PARA EL PROYECTO CUI N°2314835

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	19:21:50

Consulta: Nro. 12
Consulta/Observación:
"ITEM 2 MICROSCOPIO
SE SOLICITA
ASA DE TRANSPORTE FRONTAL Y POSTERIOR

Con la finalidad de transportar el microscopio en un punto de apoyo firme, tendra a bien el area usuaria aceptar ASA de Transporte en la parte superior del estativo"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 23

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge, se considera Asa de transporte.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Asa de transporte. (pág. 20)

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS		
Nomenclatura :	AS-SM-21-2024-UNTRM/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR QUIMIOLUMINICENCIA Y MICROSCOPIO PARA EL PROYECTO CUI N°2314835		

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	19:21:50

Consulta: Nro. 13
Consulta/Observación:
"ITEM 2 MICROSCOPIO
SE SOLICITA
PUERTO CONECTOR DE ALIMENTACION USB DE 5V / 1.5A

Para mayor seguridad las camaras de microscopia se alimentar a traves de cables de conexión USB 2.0/3.0 los cuales van conectados a los sistemas de computo mas no al microscopio, esto debido a que el voltaje electrico de entrada a la camara es minimo con lo cual se asegura la integridad electronica de la camara, caso contrario una conexion directa a los toma corrientes podria ser un peligro para las camaras en caso de descarga electrica.

Por tanto, tendria a bien el area usuaria aceptar PUERTO CONECTOR DE ALIMENTACION USB 3.0 EN LA CAMARA DE MICROSCOPIA"

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A **Página:** 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge, se considera puerto conector de alimentación USB 3.0
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Puerto conector de alimentación USB de 5 V/1.5 A o puerto conector de alimentación USB 3.0 en parte trasera de los estativos - para conexión de cámara o periféricos. (pág. 20)

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS		
Nomenclatura :	AS-SM-21-2024-UNTRM/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR QUIMIOLUMINICENCIA Y MICROSCOPIO PARA EL PROYECTO CUI N°2314835		

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	19:21:50

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

"ITEM 2 MICROSCOPIO
SE SOLICITA
PLATINA PORTA OBJETOS DE 150 X 140 MM

Las dimensiones de la platina del microscopio son propias de cada fabricante por lo que resultaria imposible que todos los postores cumplan con dimensiones y pesos determinados resultando finalmente en una característica restrictiva para una libre participacion toda vez que dimensiones y/o pesos no brindan un beneficio para el usuario final.

Por lo expuesto, tendr a abien el area usuaria Considerar dimensiones y pesos propios de cada fabricante"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 23

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se considera solo Platina Porta Objetos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Platina portaobjetos mecánica (pág. 20)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-21-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR QUIMIOLUMINICENCIA Y MICROSCOPIO PARA EL PROYECTO CUI N°2314835

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	19:21:50

Consulta: Nro. 15
Consulta/Observación:
"ITEM 2 MICROSCOPIO
SE SOLICITA
CAMARA DE MICROSCOPIA FLEXACAM I6

El modelo de camara FLEXACAM corresponde a la marca Leica, por lo que considerarndo que dicha marca cuenta con un unico distribuidor exclsuivo en Perú, resutaria restrictivo para los postores poder ofertar una camara de microscopia con un modelo de distribucion exclusiva.

Por tanto con la finalidad de permitir una libre participacion, tendra abien el area usuaria aceptar:

Camara de microscopia de la misma marca del microscopio
Resolucion 1920 x 1080 pixeles (FULL HD)
Conexion de alta velocidad USB 3.0
Color real por 10 Bits
Software y laptop incluido"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acoge parcialmente, se considera una Resolución mínima de 3840 x 2160 pixeles FULL HD.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
01 Cámara de microscopía con resolución mínima de 3840 x 2160 pixeles FULL HD (pág. 21)

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS		
Nomenclatura :	AS-SM-21-2024-UNTRM/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR QUIMIOLUMINICENCIA Y MICROSCOPIO PARA EL PROYECTO CUI N°2314835		

Ruc/código :	20604404291	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:40:05

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Miembros del comité solicito respetuosamente respecto a la relación con el ítem 2 de la presente licitación, solicitamos respetuosamente que se considere la inclusión de otros equipos de laboratorio y biomédicos como bienes similares a los requeridos, dado que actualmente la experiencia del postor se limita a microscopios y estereoscópicos ópticos. Esta ampliación es crucial, ya que muchas MYPES y pequeñas empresas podrían tener dificultades para alcanzar el monto exigido de S/ 67,000 solo con los equipos mencionados, lo que limitaría su participación en el proceso. Al incluir una gama más amplia de equipos, se fomentaría una mayor competencia y se permitiría la participación de proveedores calificados, asegurando así que se seleccionen tecnologías de alta calidad y estándares en el sector salud.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, requerimos microscopios de alta calidad y para ello es importante contar con proveedores especialistas en la comercialización de estos equipos. Para el trabajo de campo se requiere un equipamiento de muy alto nivel para poder realizar investigación científica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS		
Nomenclatura :	AS-SM-21-2024-UNTRM/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR QUIMIOLUMINICENCIA Y MICROSCOPIO PARA EL PROYECTO CUI N°2314835		

Ruc/código :	20604404291	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:40:05

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Estimado miembro del comité. Tras revisar el presente proceso sobre microscopio, he notado que no se menciona al personal clave dentro de los requisitos de calificación, un aspecto esencial en este tipo de adquisiciones. Considero que es necesario definir un perfil técnico adecuado para el profesional responsable de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos. Sugiero que se requiera un ingeniero electrónico o afín, con al menos dos años de experiencia en instalación, mantenimiento y reparación de equipos médicos o de laboratorio, y con capacitación en tecnologías similares a las ofertadas. La omisión de este criterio podría generar observaciones y potenciales riesgos que afecten el desarrollo del proceso.

PRINCIPIO O NORMATIVA: Principio de Transparencia, Principio de Igualdad de Trato y Principio de Competencia.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se considera Instalación: a cargo de un Ing. Electrónico de la empresa proveedora, con calificación de aptitud por el fabricante. Asimismo, la capacitación debe estar a cargo por un Ing. Electronico calificado y Certificado por el fabricante para realizar una capacitación de mínimo 6 horas donde se pueda visualizar las funciones del equipo, así como su mantenimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considera perfil del profesional en requisitos de calificación (pág. 29)