

FORMATO N° 11  
ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:

1	NÚMERO DE ACTA	001-2024-CS- AS N°047-2023-GERESA/LL
---	----------------	--------------------------------------

2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> En, las instalaciones de la oficina de UTF -ABASTECIMIENTO, a los diecisiete (17) días del mes de abril del año 2024, en el local del Gerencia Regional de Salud de la Libertad , a las 11:10 am horas, se reunieron los integrantes del comité designados mediante formato N° 004 AS- N° 047-2023 GERESA/LL-SEGUNDA CONVOCATORIA, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección AS N° 047-2023 GERESA/LL-SEGUNDA CONVOCATORIA, cuyo objeto de convocatoria es "IOARR 2526744 ADQUISICIÓN DE EXTRACTOR SEMIAUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS PARA LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE SALUD PÚBLICA DISTRITO DE TRUJILLO" a fin de efectuar la APERTURA DE LAS OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.
---	--

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)					
	El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
	Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular	X	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO
			Suplente			
	Primer Miembro	ING. DAVID LUNA GRANDEZ	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
			Suplente			
	Segundo Miembro	ING. CARLOS RICARDO VARGAS CARRERA	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
Suplente						

4

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES		
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:		
N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	GUEVARA SAMANAMUD JULIO MICHAEL	10416420501
2	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	20100162238
3	INMUNOCHEM SAC	20107914995
4	SISTEMAS ANALITICOS SRL	20155695901
5	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	20438551825
6	ALQUIMIA LABORATORIO CENTRAL S.A.C.	20486591529
7	SIMED PERU S.A.C.	20553853355
8	YABEJIRE CONTRATISTAS GENERALES S.A.	20562895699
9	ASECO PERU S.A.C.	20565911920
10	ALLENDE CONTRATISTAS E.I.R.L.	20611172461

5	<b>DETALLE DE LOS POSTORES</b>			
	En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas en la plataforma digital del SEACE :			
	Nº	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
	1	SIMED PERU SAC	11/04/2024	20:58:42
	2	ASECO PERU SAC	11/04/2024	18:41:47
	3	CORPORACION CIENTIFICA SRL	11/04/2024	18:59:02

6	Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.
---	---

7

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS		
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:		
Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	ASECO PERU S.A.C.	<p>NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL PUNTO 1.03 Y 2.05, SEGÚN INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DE LOS INGENIEROS ESPECIALISTAS.</p> <p>SEGÚN LO SEÑALADO EN RES. N° 00278-2024-TCE-S2 : "(...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS, CONGRUENTES Y COMPLETAS, EN FUNCIÓN A LO ESTRICTAMENTE ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS (...) "</p>
2	CORPORACON CIENTIFICA SRL	<p>NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL PUNTO 1.03, 1.04, 1.05, 1.10, 2.02, 2.04 Y 2.05, SEGÚN INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DE LOS INGENIEROS ESPECIALISTAS.</p> <p>SEGÚN LO SEÑALADO EN RES. N° 00278-2024-TCE-S2 : "(...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS, CONGRUENTES Y COMPLETAS, EN FUNCIÓN A LO ESTRICTAMENTE ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS (...) "</p>



8	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN</b>		
	De acuerdo con la revisión efectuada por el comité, así como el cumplimiento de las especificaciones del ingeniero equipador parte de este colegiado y validando su cumplimiento, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:		
	N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
	1	SIMED PERU SAC	ITEM UNICO

9	<b>EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS</b>			
	9.1	<b>DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA</b>		
	N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
	1	SIMED PERU SAC	S/ 82,677.00	37.98%
		La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.		


10	<b>PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES</b>			
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR			
	10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	SIMED PERU SAC	
		FACTORES		PUNTAJES
		PRECIO		100.00
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 PUNTOS

11	<b>RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN</b>		
	De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:		
	N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
	1	SIMED PERU SAC	100 PUNTOS
	Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.		

12	<b>CALIFICACIÓN</b>			
	Luego de culminada la evaluación, el Comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según los requisitos de calificación detallados en las bases:			
	11.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	SIMED PERU SAC	
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
		A EXPERIENCIA DEL POSTOR	X	
		RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CUMPLE	

13	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN		
	De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo la buena pro, cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases:		
	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR	
	1	SIMED PERU SAC	
	DE SER EL CASO INCLUIR:		
	Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:		
Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN	
1	xxxxxx	xxxxxxxx	

14	<b>ACUERDO ADOPTADO</b>		
	Los integrantes del comité de selección por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.		

15			
	Econ, Angel Daniel Tejada Nuñez Presidente Titular	ING. DAVID LUNA GRANDEZ Primer Miembro	ING. CARLOS RICARDO VARGAS CARRERA Segundo Miembro
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES		

IOARR 2526744 ADQUISICIÓN DE  
EXTRACTOR SEMIAUTOMATIZADO DE  
ACIDOS NUCLEICOS PARA  
LABORATORIO DE REFERENCIA  
REGIONAL DE SALUD PÚBLICA  
DISTRITO DE TRUJILLO

01 UNIDAD

MONTO DISPONIBLE

S/ 217666.67 Soles

POSTORES		<b>SIMED PERU SAC</b>	<b>ASECO PERU S.A.C.</b>	<b>CORPORACION CIENTIFICA SRL</b>
RUC		20553853355	20565911920	20438551825
DOCUMENTOS PARA ADMISION DE OFERTAS ITEM 01				
DOCUMENTOS PARA ADMISION DE OFERTAS				
DECLARACION JURADA DEL POSTOR ANEXO 01	A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
COPIA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL COPIA DE DNI	B	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION JURADA ANEXO 2	C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (ANEXO 3)	D	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ACREDITACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS	E	CUMPLE	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL PUNTO 1.03 Y 2.05, SEGÚN INFORME DE EVALUACIÓN TECNICA POR PARTE DE LOS INGENIEROS ESPECIALISTAS	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL PUNTO 1.03, 1.04, 1.05, 1.10, 2.02, 2.04 Y 2.05, SEGÚN INFORME DE EVALUACIÓN TECNICA POR PARTE DE LOS INGENIEROS ESPECIALISTAS
REGISTRO SANITARIO	F	CUMPLE (ANEXO 11)	CUMPLE (ANEXO 11)	CUMPLE (ANEXO 11)
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE ENTREGA ANEXO 4	G	CUMPLE-65 DÍAS CALENDARIO	CUMPLE-65 DIAS CALENDARIO	CUMPLE-65 DÍAS CALENDARIO
PROMESA DE CONSORCIO	H	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES ANEXO 06	I	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACULTATIVA				
BONIFICACION DE MYPE	5%	NO CORRESPONDE	CUMPLE	CUMPLE
PUNTAJES				
VALOR OFERTA		S/ 82,677.00	S/ 125,000.00	S/ 40,449.00
% DEL VALOR DE OFERTA		37.98%	57.42%	18.58%
PUNTAJE DE LA OFERTA		100		
PUNTAJE				
BONIFICACIÓN MYPE				
PUNTAJE TOTAL		100		

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR REQUISITOS DE CALIFICACION			
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE		



**CUADRO N° 01: RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS DE LA AS-47-2023-GERESA/LL - SEGUNDA CONVOCATORIA**

**OBJETO DE LA CONVOCATORIA:** IOARR 2526744 "ADQUISICIÓN DE EXTRACTOR SEMI AUTOMATIZADO DE ÁCIDOS NUCLEICOS PARA EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE SALUD PÚBLICA DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		POSTORES:		
		SIMED PERÚ SAC	ASECO PERÚ SAC	CORPORACIÓN CIENTIFICA SRL
EQUIPO MEDICO		MARCA: TAN BEAD	MARCA: FOURE'S SCIENTIFIC	MARCA: BIOBASE
EXTRACTOR SEMI AUTOMATIZADO DE ÁCIDOS NUCLEICOS		MODELO: MAELSTROM 4810	MODELO: MULTIEX 032	MODELO: BNP-32
DEFINICIÓN FUNCIONAL: SISTEMA QUE PERMITE AISLAR DE FORMA SEMIAUTOMATIZADA EL ADN, ARN Y PROTEÍNAS DE UNA GRAN VARIEDAD DE MUESTRAS BIOLÓGICAS.		AÑO DE FABRICACIÓN: 2024	AÑO DE FABRICACIÓN: 2024	AÑO DE FABRICACIÓN: 2024
		PROCEDENCIA: TAIWAN	PROCEDENCIA: CHINA	PROCEDENCIA: CHINA
1.00	CARACTERÍSTICAS GENERALES:	OFERTA 1	OFERTA 2	OFERTA 3
1.01	EQUIPO SEMI AUTOMATIZADO DE SOBREMESA. CON PLATAFORMA DE TRABAJO TIPO CABINA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.02	SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA MUESTRA, MEDIANTE TECNOLOGÍA DE PERLAS MAGNÉTICAS.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.03	EQUIPO QUE PERMITA TRABAJAR CON MUESTRAS BIOLÓGICAS, TALES COMO: SUERO, PLASMA, ORINA, FLUIDO TISULAR, HISOPADOS, SECRECIONES, CULTIVOS CELULARES, ESPUTO, DERRAME PLEURAL Y HECES.	CUMPLE	NO CUMPLE, NO ESPESIFICA CUMPLIMIENTO COMPLETO DE MUESTRAS BIOLOGICAS	NO CUMPLE, NO ESPESIFICA CUMPLIMIENTO COMPLETO DE MUESTRAS BIOLOGICAS
1.04	PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TÁCTIL EN ALTA DEFINICIÓN (HD) DE 7.0 PULGADAS O MAYOR TAMAÑO.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.05	SISTEMA DE ALARMA AUDIO Y/O VISUAL, QUE PERMITA DETECTAR FALLAS O ANORMALIDADES.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE, NO SUSTENTA CON INFORMACIÓN DEL FABRICANTE EL SISTEMA DE ALARMAS.
1.06	EQUIPO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 100 PROGRAMAS O MÁS.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.07	SISTEMA DE EXTRACCIÓN A PRESIÓN NEGATIVA (OPCIONAL).[1]			
1.08	SISTEMA DE FILTRACIÓN HEPA QUE U OTRO SISTEMA, QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DEL OPERADOR.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.09	SISTEMA DE DESCONTAMINACIÓN, MEDIANTE LUZ ULTRA VIOLETA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.10	(INTERFAZ DE ORDENADOR USB) O (CON INTERFAZ DE USUARIO INCLUIDO EN EL EQUIPO, MEDIANTE PANTALLA TÁCTIL Y SOFTWARE)[2].	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE, NO SUSTENTA ESTA CARACTERÍSTICA TÉCNICA CON INFORMACIÓN DEL FABRICANTE.
1.11	DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO INTERNACIONAL.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2.00	PARÁMETROS TÉCNICOS:			
2.01	CAPACIDAD: QUE PERMITA ALOJAR DE 01 A 32 O MAS MUESTRAS.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2.02	VOLUMEN DE REACCIÓN: 50 µL -1000 µL O RANGO MAS AMPLIO.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE CON SUSTENTAR CORRECTAMENTE ESTE NUMERAL. EN EL FOLIO 12 DE SU PROPUESTA, CON INFORMACIÓN DE FABRICANTE, SUSTENTA UN VOLUMEN DE REACCIÓN DE 60 µL A 1000 µL, EL CUAL SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO SOLICITADO. ASIMISMO, ES CONTRADICTORIO CON EL SUSTENTO DEL FOLIO 11 EN EL MISMO NUMERAL.
2.03	TASA DE RECUPERACION: 80 % O MAYOR[3]	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2.04	TEMPERATURA DE LISIS/ELUCION O DE CALENTAMIENTO: RT ~ 60 °C O MAYOR.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE, NO SUSTENTA CON INFORMACIÓN DEL FABRICANTE LA TEMPERATURA O RANGO DE TEMPERATURA SOLICITADO.
2.05	PRECISIÓN DE LA TEMPERATURA: ± 2 °C O MÁS PRECISO[4].	CUMPLE	NO CUMPLE, NO SUSTENTA LA PRECISIÓN SOLICITADA, SOLO CUENTA CON VALOR DE 1.5 °C POR ENCIMA DEL VALOR, PERO NO POR DEBAJO (-)	NO CUMPLE, NO SUSTENTA CON INFORMACION DEL FABRICANTE LA PRECISIÓN SOLICITADA.


  
**Carlos Ricardo Vargas Carrara**  
 ING. MECÁNICO ELECTRICISTA

  
**David Lina Córdova**  
 ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO  
 HOSPITALARIO



2.06	COEFICIENTE DE VARIACION EN LA EXTRACION ADN/ARN: MENOR DEL 5%.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3.00	ACCESORIOS:			
3.01	UN (01) KIT DE CONSUMIBLES Y REACTIVOS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS DE USO.	DECLARACION JURADA (ANEXO 3)	DECLARACION JURADA (ANEXO 3)	DECLARACION JURADA (ANEXO 3)
3.02	UN (01) CABLE DE INTERFACE PARA PC EXTERNA.	DECLARACION JURADA (ANEXO 3)	DECLARACION JURADA (ANEXO 3)	DECLARACION JURADA (ANEXO 3)
3.03	UNA (01) MESA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON DIMENSIONES ACORDE, PARA ALOJAR AL EQUIPO Y PERIFÉRICOS EN UN COMPARTIMIENTO INFERIOR.	DECLARACION JURADA (ANEXO 3)	DECLARACION JURADA (ANEXO 3)	DECLARACION JURADA (ANEXO 3)
3.04	UNA (01) FUNDA O CAPUCHA PROTECTORA DE POLVO.	DECLARACION JURADA (ANEXO 3)	DECLARACION JURADA (ANEXO 3)	DECLARACION JURADA (ANEXO 3)
3.05	UN (01) UPS ON LINE DE DOBLE CONVERSIÓN DE 220 V/AC, DE 1.0 kVA, CON CABLE VULCANIZADO CON PUESTA A TIERRA, PARA ENERGIZAR EL EQUIPO Y PERIFÉRICOS.	DECLARACION JURADA (ANEXO 3)	DECLARACION JURADA (ANEXO 3)	DECLARACION JURADA (ANEXO 3)
3.06	UN (01) TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 1.5 kVA.	DECLARACION JURADA (ANEXO 3)	DECLARACION JURADA (ANEXO 3)	DECLARACION JURADA (ANEXO 3)
4.00	REQUERIMIENTO ELÉCTRICO:			
4.01	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 220V/AC Ó RANGO QUE CONTENGA ESTE VALOR. FRECUENCIA 60/50 HZ.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4.02	EL EQUIPO Y PERIFÉRICOS SE ENERGIZARÁN DESDE UN TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, LUEGO EN SERIE CON UN UPS ON LINE DE DOBLE CONVERSIÓN, QUE GARANTICE UN BUEN	DECLARACION JURADA (ANEXO 3)	DECLARACION JURADA (ANEXO 3)	DECLARACION JURADA (ANEXO 3)
4.03	ENCHUFE Y CABLE DE PODER VULCANIZADO CON PUESTA A TIERRA, DEBIENDO QUEDAR COMPATIBLE CON EL TOMA CORRIENTE ENCONTRADO SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD.	DECLARACION JURADA (ANEXO 3)	DECLARACION JURADA (ANEXO 3)	DECLARACION JURADA (ANEXO 3)
5.00	PROTOCOLO DE PRUEBAS Y VERIFICACIÓN OPERACIONAL:			
5.01	EL CONTRATISTA INSTALARA EL EQUIPO PARA SU VERIFICACIÓN OPERACIONAL EN EL ÁREA DE USO.	DECLARACION JURADA	DECLARACION JURADA	DECLARACION JURADA
5.02	PROTOCOLO DE PRUEBAS DE INGENIERÍA APLICADO AL EQUIPO, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, FIRMADO POR UN INGENIERO COLEGIADO HÁBIL, CAPACITADO EN MANTENIMIENTO Y/O INSTALACIÓN DEL EQUIPO OBJETO DE CONTRATACIÓN.	DECLARACION JURADA	DECLARACION JURADA	DECLARACION JURADA
5.03	APLICACIÓN DE PRUEBAS RESPECTIVAS QUE GARANTICEN LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO, EL COSTO DE CONSUMIBLES Y REACTIVOS UTILIZADOS EN ESTA ETAPA, SERÁN ASUMIDOS POR EL	DECLARACION JURADA	DECLARACION JURADA	DECLARACION JURADA
6.00	GARANTÍA Y MANTENIMIENTO:			
6.01	DOS (02) AÑOS DE GARANTÍA COMO MÍNIMO. CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O FALLAS NO ATRIBUIBLE AL NORMAL USO DEL EQUIPO.	DECLARACION JURADA	DECLARACION JURADA	DECLARACION JURADA
6.02	PROGRAMA Y EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CON FRECUENCIA SEMESTRAL, EN EL PERIODO MÍNIMO DE GARANTÍA.	DECLARACION JURADA	DECLARACION JURADA	DECLARACION JURADA
7.00	CAPACITACIÓN, MANUALES Y OTROS:			
7.01	CAPACITACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA DE OCHO (08) HORAS AL PERSONAL USUARIO Y TRES (03) HORAS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y/O EQUIPAMIENTO DE LA GERESA-LL, ESTAS	DECLARACION JURADA	DECLARACION JURADA	DECLARACION JURADA
7.02	ENTREGA DE CERTIFICADOS AL PERSONAL PARTICIPANTE.	DECLARACION JURADA	DECLARACION JURADA	DECLARACION JURADA
7.03	ENTREGA DE MANUAL DE USUARIO Y DE SERVICIO TÉCNICO RESPECTIVAMENTE, ESTOS MANUALES SE ENTREGARAN CONJUNTAMENTE CON EL EQUIPO EN MEDIO DIGITAL (CD) Y FÍSICO, SI LOS MANUALES SE ENCONTRARAN EN IDIOMA EXTRANJERO, ADICIONALMENTE EL CONTRATISTA ENTREGARA LA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL ELABORADA POR UN TRADUCTOR COLEGIADO.	DECLARACION JURADA	DECLARACION JURADA	DECLARACION JURADA
7.04	COLOCACIÓN DE IDENTIFICACIÓN GRABADA EN PLACA METÁLICA, CONSIGNANDO LOS DATOS DE LA EMPRESA, PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN U ORDEN DE COMPRA, FECHA DE INSTALACIÓN Y PERIODO DE GARANTÍA.	DECLARACION JURADA	DECLARACION JURADA	DECLARACION JURADA

  
 Carlos Ricardo Vargas Carrera  
 NG. MECÁNICO ELECTRICISTA  
 R. CIP. N° 131592

  
 Dayana Luna Grández  
 ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO  
 HOSPITALARIO  
 CIP: 112314