

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-22-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO VIDEO CISTORESECTOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD.

Ruc/código :	20515949241	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	09:51:09

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CONSULTA N°1 (B18):

B18. CAPACIDAD DE TRABAJO EN CONJUNTO CON QUIROFANO INTEGRADO (SISTEMA O INTERFACE DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE IMÁGENES).

Actualmente, existe video procesadores que realizan la transmisión de datos e imágenes mediante un videograbador grado médico, garantizando la funcionabilidad de la Torre de Video Cistoresectoscopio en procedimientos médicos quirúrgicos.

¿Por lo antes mencionado, solicitamos encarecidamente al comité, si consideraría Transmisión de datos e imágenes mediante un videograbador grado médico o en su defecto considerar dicha característica como opcional?

Para así contar con la participación de más postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Se aclara, que lo solicitado en el literal B18 hace referencia a la capacidad de la UNIDAD DE CONTROL de procesar las señales y trabajar en conjunto con el quirófano integrado. En ese sentido, se requiere que sea la UNIDAD DE CONTROL que deba contar con esa capacidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : LP-SM-22-2023-ESSALUD/CEABE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION POR REPOSICION DE EQUIPO BIOMEDICO VIDEO CISTORESECTOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD.

Ruc/código :	20515949241	Fecha de envío :	27/06/2023
Nombre o Razón social :	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	09:51:09

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CONSULTA N°2 (B26):
GRABADOR DE VIDEO DE GRADO MEDICO
B26. GRABADOR / LECTOR DE DISCOS FORMATO DVD.
Actualmente, la trasmisión de grabación o lectura de video se realiza mediante memorias externas conservando en perfecto estado la grabación y la recuperación de datos.
¿Por lo antes mencionado, solicitamos encarecidamente al comité, si consideraría el lector/grabador de discos formato DVD como opcional dicha característica?
Para así contar con la participación de más postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE
Al respecto se ha determinado "GRABADOR / LECTOR DE DISCOS FORMATO DVD" en la ficha técnica de acuerdo a las necesidades de las áreas usuarias en los lugares de destino.

Asimismo, se ha determinado que existe pluralidad de proveedores en el mercado que cumplen con la exigencia de esta característica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null