

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HVRG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO DE CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL "VICTOR RAMOS GUARDIA" NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	10:41:51

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CAPÍTULO I GENERALIDADES, NUMERAL 1.9 PLAZO DE ENTREGA ¿ página 13

Se indica en el mencionado ítem que el plazo de entrega es de 05 días calendarios de la firma de contrato. En razón de que el presente proceso cuenta con un cronograma de varias entregas, solicitamos al comité de selección brinde las pautas a tomar para la segunda, tercera y cuarta entrega.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección precisa que las entregas serán como sigue:

primera entrega: a los 5 días de la firma del contrato

segunda entrega: el 05 de agosto del 2025

tercera entrega: el 07 de octubre del 2025

cuarta entrega: el 02 diciembre del 2025

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA
Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HVRG-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO DE CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL "VICTOR RAMOS GUARDIA" NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	10:41:51

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CAPÍTULO II, NUMERAL 2.2 CONTENIDO DE OFERTAS, SUBNUMERAL 2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA ¿ página 15

En el literal D se expresa ¿Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (ANEXO 3)¿.

Sin embargo, no se precisa cuales exactamente deben de ser acreditadas en la etapa de presentación de oferta. Basándonos en los procesos públicos que se dan en diversas instituciones, nuestra apreciación es que las características a acreditar son:

PARA RECTIVOS: PRESENTACIÓN, METODOLOGÍA Y MUESTRA BIOLÓGICA, con acreditación a través de insertos de fabricante y solo para la información no contemplada en los mismos, declaraciones juradas y/o documentos emitidos por fabricante y/o fabricante legal.

PARA EQUIPO EN CESIÓN DE USO: METODOLOGÍA, PERFORMANCE Y CARACTERÍSTICAS, con sustentación a través de manuales, brochures, catálogos y/o folletos.

Se consulta amablemente al comité de selección si nuestra apreciación es correcta.

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** 2 **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comite acoge en revision con el area usuaria se considera lo siguiente:

PARA RECTIVOS: PRESENTACIÓN, METODOLOGÍA Y MUESTRA BIOLÓGICA, con acreditación a través de insertos de fabricante y solo para la información no contemplada en los mismos, declaraciones juradas y/o documentos emitidos por fabricante y/o fabricante legal.

PARA EQUIPO EN CESIÓN DE USO: METODOLOGÍA, PERFORMANCE Y CARACTERÍSTICAS, con sustentación a través de manuales, brochures, catálogos y/o folletos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA
Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HVRG-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO DE CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL "VICTOR RAMOS GUARDIA" NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	10:41:51

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO, NUMERAL 9. PLAZO DE ENTREGA ¿ página 25

Se solicita como plazo de entrega 05 días calendarios de la firma de contrato. En razón de que el presente proceso cuenta con un cronograma de entregas, solicitamos al comité de selección brinde las pautas a tomar para la segunda, tercera y cuarta entrega.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 9 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se precisa que fue absuelta en la primera consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA
Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HVRG-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO DE CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL "VICTOR RAMOS GUARDIA" NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	10:41:51

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REACTIVOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA ¿ página 21 a la 22

Para el paquete de reactivos de quioluminiscencia, en la sección de PRESENTACIÓN de cada reactivo menciona, entre otras ideas, el término ¿última generación¿. Este término es de concepto bastante amplio, sin embargo, nuestra apreciación es que hace referencia al cumplimiento de las características especificadas en METODOLOGÍA. Consultamos amablemente al comité de selección confirme si nuestro entender es correcto.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comite de selección detalla que su apreciación es correcta y que el termino "ultima generación" es el cumplimiento de las características descritas para el bien solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA
Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HVRG-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO DE CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL "VICTOR RAMOS GUARDIA" NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	10:41:51

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REACTIVOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA ¿
página 21 a la 22

Para el paquete de reactivos de quioluminiscencia, en la sección PRESENTACIÓN de cada reactivo se solicita como tiempo de expira no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. Considerando la naturaleza biológica de los materiales de fabricación de los reactivos objeto de la convocatoria, así como además que el proceso consta de entregas periódicas, se solicita amablemente al comité técnico indique como tiempo de expira no menor de 4 meses a partir de la fecha de entrega con la presentación de carta de compromiso de canje por fecha de vencimiento, y así no existir perjuicio del área usuaria.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección no acoge su consulta, debido a que el producto no puede tener menos de 6 meses para evitar vencimientos, salvo en que el caso de los productos entre la fecha de fabricación y la fecha de vencimiento sea menor a 12 meses se podría aceptar con carta de compromiso de canje por vencimiento. debiendo presentar documento donde señale la fecha de fabricación en caso de no figurere en el empaque mediato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA
Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HVRG-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO DE CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL "VICTOR RAMOS GUARDIA" NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	10:41:51

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO QUIMIOLUMINISCENCIA PARA BANCO DE SANGRE ¿ página 23

En la sección Especificaciones técnicas de equipo quimioluminiscencia para Banco de Sangre se solicita una antigüedad de no mayor a 5 años. Se consulta amablemente al comité técnico especifique si este requerimiento es a la firma de contrato.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección precisa que la antigüedad no mayor a 5 años, es al momento del ingreso del bien al almacen de la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA
Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HVRG-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO DE CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL "VICTOR RAMOS GUARDIA" NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	10:41:51

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO QUIMIOLUMINISCENCIA PARA BANCO DE SANGRE, CONTROL DE CALIDAD EXTERNO ¿ página 24

En la sección CONTROLES DE CALIDAD EXTERNO, se detalla como grupo par aquel grupo de comparación formado por participantes de la misma metodología y equipo ofertado, sin embargo, acotamos que, para algunos reportes de evaluación, este grupo está conformado (también) por misma metodología y marca de reactivo ofertado. Consultamos amablemente al comité acepte como grupo par aquel formado por misma metodología y equipo ofertado, o, misma metodología y marca de reactivo ofertado

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria, rigiéndose a los conceptos de control de calidad y al concepto de trazabilidad metrológica, acepta consulta y detalla que grupo par es aquel formado por misma metodología y equipo ofertado, o, misma metodología y marca de reactivo ofertado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA
Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HVRG-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO DE CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL "VICTOR RAMOS GUARDIA" NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	18:43:08

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de los reactivos de Quimioluminiscencia, para ANTICUERPO ANTI HIV 1-2 y Antígeno, solicitan en la Presentación: Reactivo de 4ta Generación o combo para la detección simultánea de Anticuerpos totales contra VIH 1,2 y Grupo O y de antígeno VIH p24 en empaque de 100 pruebas; de última generación. Tiempo de expira no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. Reactivos, controles dependientes (positivo para HIV 2, positivo para HIV p24, negativo) y calibradores líquidos y listos para uso.

Sin embargo, en aras de fomentar la pluralidad de postores sin limitar la participación de los mismos, SOLICITAMOS gentilmente al comité de selección que los CALIBRADORES sean líquidos y/o liofilizados, puesto que el analizador automatizado a ofertar, disuelve automáticamente el calibrador (liofilizado), sin intervención externa del área y que los CONTROLES puedan ser también positivo y negativo para anticuerpos del VIH y antígeno p24.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria no coge su observación ya que algunos antigenos especialmente proteinas complejas o glico proteinas pueden perder su estructura tridimensional al ser liofilizados esto afecta su capacidad para ser detectados en las pruebas de tamizaje.

al reconstituir un control liofilizado puede no quedar exactamente igual en concetración o actividad al producto original lo cual induce a errores en los controles de calidad que necesitan maxima extabilidad y exactitud para la validacion de resultados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA
Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HVRG-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO DE CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL "VICTOR RAMOS GUARDIA" NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	18:43:08

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de los reactivos de Quimioluminiscencia, para HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE, solicitan en la Presentación: Reactivo de última generación para la detección cualitativa de Antígeno de superficie de Hepatitis B en empaque de 100 pruebas. Tiempo de expira no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. Reactivos, controles (positivo y negativo) y calibradores líquidos y listos para uso.

Sin embargo, en aras de fomentar la pluralidad de postores sin limitar la participación de los mismos, SOLICITAMOS gentilmente al comité de selección que los CALIBRADORES sean líquidos y/o liofilizados, puesto que el analizador automatizado a ofertar, disuelve automáticamente el calibrador (liofilizado), sin intervención externa del área.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria determina no acoger la observación pues el material de calibrador tiene un papel crítico en la obtención de resultados de nuestros donantes, por lo que en aras de la seguridad de los procesos, se solicita que tanto reactivo, calibradores y controles sean líquidos y listos para usar y eliminar todo riesgo de una reconstitución incorrecta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HVRG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO DE CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL "VICTOR RAMOS GUARDIA" NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código : 20481492433

Fecha de envío : 23/04/2025

Nombre o Razón social : UNILAP SAC

Hora de envío : 18:43:08

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de los reactivos de Quimioluminiscencia, para HEPATITIS B ANTICUERPO ANTICORE TOTAL (IgG-IgM), solicitan en la Presentación: Reactivo de última generación para la detección de anticuerpos IgG e IgM contra antígeno Core de Hepatitis B en empaque de 100 pruebas. Tiempo de expira no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. Reactivos, controles (positivo y negativo) y calibradores líquidos y listos para uso.

Sin embargo, en aras de fomentar la pluralidad de postores sin limitar la participación de los mismos, SOLICITAMOS gentilmente al comité de selección que los CALIBRADORES sean líquidos y/o liofilizados, puesto que el analizador automatizado a ofertar, disuelve automáticamente el calibrador (liofilizado), sin intervención externa del área usuaria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria no coge su observación ya que algunos antigenos especialmente proteinas complejas o glico proteinas pueden perder su estructura tridimensional al ser liofilizados esto afecta su capacidad para ser detectados en las pruebas de tamizaje.

al reconstituir un control liofilizado puede no quedar exactamente igual en concetración o actividad al producto original lo cual induce a errores en los controles de calidad que necesitan maxima extabilidad y exactitud para la validacion de resultados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HVRG-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO DE CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL "VICTOR RAMOS GUARDIA" NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código : 20481492433

Nombre o Razón social : UNILAP SAC

Fecha de envío : 23/04/2025

Hora de envío : 18:43:08

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de los reactivos de Quimioluminiscencia, para HEPATITIS C ANTICUERPO, solicitan en la Presentación: Reactivo para la detección de anticuerpos del virus de la Hepatitis C en empaque de 100 pruebas. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. Reactivos, controles (positivo y negativo) y calibradores líquidos y listos para uso.

Sin embargo, en aras de fomentar la pluralidad de postores sin limitar la participación de los mismos, SOLICITAMOS gentilmente al comité de selección que los CALIBRADORES sean líquidos y/o liofilizados, puesto que el analizador automatizado a ofertar, disuelve automáticamente el calibrador (liofilizado), sin intervención externa del área usuaria.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria no coge su observación ya que algunos antígenos especialmente proteínas complejas o glicoproteínas pueden perder su estructura tridimensional al ser liofilizados esto afecta su capacidad para ser detectados en las pruebas de tamizaje.

al reconstituir un control liofilizado puede no quedar exactamente igual en concentración o actividad al producto original lo cual induce a errores en los controles de calidad que necesitan máxima estabilidad y exactitud para la validación de resultados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA
Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HVRG-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO DE CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL "VICTOR RAMOS GUARDIA" NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	18:43:08

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas de los reactivos de Quimioluminiscencia, para ANTICUERPO ANTI HIV 1-2 y Antígeno, solicitan en Metodología: Quimioluminiscencia convencional de micropartículas, con antígeno recombinante o péptidos sintéticos del HIV 1,2 y anticuerpos monoclonales para la detección del Antígeno p24 con límite de detección para el Antígeno p24 menor a 20 pg/ml según el panel HIV-Ag 2003 AFSSAPS o Pasteur.

Sin embargo, se observa claramente una inclinación hacia la empresa que ofrece esa característica, puesto que limita la pluralidad de postores y la participación justa.

En este sentido, solicitamos gentilmente al área usuaria considerar como Metodología para el ANTICUERPO ANTI HIV 1-2 y Antígeno; lo siguiente: Quimioluminiscencia convencional de micropartículas, con antígeno recombinante o péptidos sintéticos del HIV 1,2 y anticuerpos monoclonales para la detección del Antígeno p24.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria no acoge, determina que el proposito de tamizaje en banco de sangre es detectar la presencia de infecciones en el periodo de ventana de manera mas temprana posible minimizando el riesgo residual de transmisión a los receptores una mayor sensibilidad analitica (limite de detección mas bajo) aumenta la capacidad de identificar infecciones recientes lo que es fundamente en la estrategia de seguridad transfuncional.

no se debe comprometer los estandares tecnicos exigidos para garantizar la seguridad de los componewntes sanguineos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA
Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HVRG-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO DE CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL "VICTOR RAMOS GUARDIA" NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20481492433	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	UNILAP SAC	Hora de envío :	18:43:08

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

En aras de generar un beneficio tecnológico a la entidad HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA-HUARAZ y respaldados por el Artículo 2 de la ley de contrataciones del estado, donde indica que los procesos de contratación deben incluir disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa en aras de satisfacer el interés público, SOLICITAMOS amablemente al comité de selección lo siguiente:

Considerar dentro de las especificaciones técnicas del Analizador de Quimioluminiscencia automatizado a ofertar, EL MONITOREO DE LA VIDA ÚTIL DE LOS CONTROLES (POSITIVO Y NEGATIVO) Y CALIBRADORES, puesto que permite mantener un control efectivo cuando se van a generar factores de análisis durante la Calibración y al realizarse las curvas de control de calidad, minimizando el tiempo de análisis y dando resultados óptimos y fehacientes a los pacientes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Inciso f y g del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

el area usuaria acoge su observacion y es como sigue: EL MONITOREO DE LA VIDA ÚTIL DE LOS CONTROLES (POSITIVO Y NEGATIVO) Y CALIBRADORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA
Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HVRG-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO DE CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL "VICTOR RAMOS GUARDIA" NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20472172701	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	UNIVERSAL SD S.A.C.	Hora de envío :	19:19:06

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

NUMERAL 5 CARACTERISTICAS TECNICAS pag. 21
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REACTIVOS DE QUIMIOLUMINISCENCIA

En su requerimiento solicitan:

METODOLOGIA:

Límite de detección para el antígeno p24 menor a 20 pg/ml según el panel HIV-Ag 2003 AFSSAPS o Pasteur

De acuerdo a la fabricación de los reactivos de las distintas casas matrices, otorgan diferente sensibilidad analítica para este reactivo, de esta manera la sensibilidad <20 pg/ml estaría siendo exclusivo de una sola marca y por ende dirigiendo el proceso a una sola casa comercial. Además la sensibilidad analítica (o límite de detección) es solicitado de manera obligatoria para pruebas de diagnóstico que no se realizan en Banco de Sangre (las pruebas que se realizan son de tamizaje).

Por lo que solicitamos AMPLIAR el Límite de detección para el antígeno p24 30 pg/ml O MENOR y permitir la pluralidad de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: CAP III Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria no acoge, determina que el proposito de tamizaje en banco de sangre es detectar la presencia de infecciones en el periodo de ventana de manera mas temprana posible minimizando el riesgo residual de transmisión a los receptores una mayor sensibilidad analitica (limite de detección mas bajo) aumenta la capacidad de identificar infecciones recientes lo que es fundamente en la estrategia de seguridad transfuncional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA
Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HVRG-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO DE CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL "VICTOR RAMOS GUARDIA" NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20472172701	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	UNIVERSAL SD S.A.C.	Hora de envío :	19:19:06

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

NUMERAL 5 CARACTERISTICAS TECNICAS pag. 23
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS EN CESION EN USO

En su requerimiento solicitan:

4.- Características:

¿ Lectores de códigos de barras para tubos primarios y reactivos, lector incorporado en el interior del equipo para la detección de cualquier error al momento de ser colocados

En las especificaciones técnicas solicitan para el equipo "lector de código de barra para tubos primarios y reactivos".

Al respecto manifestamos que nuestro equipo tiene un lector de RADIOFRECUENCIA (RFID) siendo esto un chip que permite almacenar mucha más información y codificación de los productos sin ningún tipo de error.

Observamos las bases en este punto, debido a que mientras el lector de código de barras convencional solicitado en las bases, sirve para la identificación de reactivos a bordo; el lector de radiofrecuencia RFID, además de identificar los reactivos, almacena las curvas de calibración, curvas de trabajo y nos proporciona toda la trazabilidad completa del reactivo, así como las estadísticas de consumo, identificando la cantidad utilizada de test y los que quedan por utilizar. Siendo esto, por lo expresado arriba, una mejora a las características, solicitamos al comité de selección amplíe las características del equipo, con lector de código de barra para tubos primarios y reactivos y/o lector de radiofrecuencia RFID, PARA PERMITIR LA MAYOR PARTICIPACIÓN Y PLURALIDAD DE POSTORES

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: CAP III Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2.- Principios que rigen las contrataciones, literal b)

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria acoge su consulta y es como sigue: lector de código de barra para tubos primarios y reactivos y/o lector de radiofrecuencia RFID,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA
Nomenclatura : LP-SM-1-2025-HVRG-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS INMUNOSEROLOGIA CON EQUIPO DE CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL "VICTOR RAMOS GUARDIA" NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20472172701	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	UNIVERSAL SD S.A.C.	Hora de envío :	19:19:06

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

NUMERAL 5 CARACTERISTICAS TECNICAS pag. 23
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS EN CESION EN USO

En su requerimiento solicitan:

3.Performance

Obtención de resultados en un tiempo no mayor a 40 minutos para una muestra que contenga los 7 marcadores solicitados (reactivos)

Con nuestro analizador se obtiene los resultados en un tiempo no mayor a 90 minutos. Solicitamos al comité de selección Ampliar esta característica y considerar lo siguiente:

Obtención de resultados en un tiempo no mayor a 90 minutos para una muestra que contenga los 7 marcadores solicitados (reactivos) y así permitir la mayor participación de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** CAP III **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria no acoge, considerando lo crítico que es el factor tiempo en casos de emergencias en los servicios brindados por el banco de sangre, no acoge consulta pues el ampliar el tiempo de obtención de resultados afecta directamente a los tiempos y flujos de atención brindados por la institución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null