

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-45-2023-ESSALUD/RAAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABEZALES PARA EQUIPO BIOMÉDICO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y RAYOS X PARA LA RED ASISTENCIAL DE AREQUIPA

Ruc/código :	20601140960	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES DIACOSAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:23:25

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

ITEM 1

Características técnicas

De tipo 0.6/1.2 P18DE-85 de 150 kV o equivalente.

Cabe precisar que el enunciado: 0.6/1.2 P18DE-85, es el modelo del tubo de rayos x, a la vez indican que el repuesto solicitado sea equivalente.

Para una mayor aclaración y participación de postores solicitamos al Comité de Selección indicar textualmente que el repuesto sea equivalente y/o compatible con el equipo. Siempre y cuando lo ofertado cumpla o supere las especificaciones técnicas mínimas solicitadas

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 5.1    **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, precisa que el término equivalente se refiere a que el tubo de rayos x sea compatible.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

La precisión no modifica el contenido de las bases.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-45-2023-ESSALUD/RAAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABEZALES PARA EQUIPO BIOMÉDICO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y RAYOS X PARA LA RED ASISTENCIAL DE AREQUIPA

Ruc/código :	20601140960	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES DIACOSAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:23:25

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

ITEM 1

Características técnicas

Fit 1.5 mmAl en 70kV.

Nuestra representada comercializa repuestos dedicados a diagnostico por imágenes, de alta calidad y cumpliendo los estándares de calidad a nivel mundial, dentro de estos repuestos están los tubos de rayos x. El tubo de rayos x a ofertar para este ítem es compatible e incluso supera algunos puntos técnicos solicitados.

Para una mayor participación de postores solicitamos al Comité de Selección aceptar un mayor rango de kV, quedando en el siguiente enunciado:

Fit 1.5 mmAl en 70kV o 75kV

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 5.1      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección contando con la opinión del área usuaria, indican que se aceptará la presentación del tubo que tenga hasta 75 kV.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-45-2023-ESSALUD/RAAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABEZALES PARA EQUIPO BIOMÉDICO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y RAYOS X PARA LA RED ASISTENCIAL DE AREQUIPA

Ruc/código :	20601140960	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES DIACOSAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:23:25

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

ITEM 1  
Características técnicas

De tipo 0.6/1.2 P18DE-85 de 150 kV o equivalente.

El modelo de tubo de rayos x solicitado tiene como una de las características principales que el ánodo es de capacidad calorífica de 200 KHU  
El repuesto que propone nuestra representada, cuenta con capacidad calorífica del ánodo de 300 KHU, esto permite que el tubo de rayos x soporte mayor calor frente al incremento de disparos al uso usual que se realicen los operadores del equipo de rayos x.

Solicitamos al Comité de selección también aceptar repuestos con las características indicadas y que cuenten con ánodo de 200 KHU a mas

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3    Literal: 5.1    Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección contando con la opinión del área usuaria, indican que se aceptará la presentación del tubo que cuente con ánodo de 200 KHU a más.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-45-2023-ESSALUD/RAAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABEZALES PARA EQUIPO BIOMÉDICO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y RAYOS X PARA LA RED ASISTENCIAL DE AREQUIPA

Ruc/código :	20601140960	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES DIACOSAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:23:25

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

ITEM 2

Características técnicas

0.6/1.2 P324DK-85 de 150 kV o equivalente

Cabe precisar que el enunciado: 0.6/1.2 P324DK-85 de 150 kV, es el modelo del tubo de rayos x, a la vez indican que el repuesto solicitado sea equivalente.

Para una mayor aclaración y participación de postores solicitamos al comité de selección indicar textualmente que el repuesto sea equivalente y/o compatible con el equipo. Siempre y cuando lo ofertado cumpla o supere las especificaciones técnicas mínimas solicitadas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, precisa que el término equivalente se refiere a que el tubo de rayos x sea compatible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La precisión no modifica el contenido de las bases.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-45-2023-ESSALUD/RAAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABEZALES PARA EQUIPO BIOMÉDICO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y RAYOS X PARA LA RED ASISTENCIAL DE AREQUIPA

Ruc/código :	20601140960	Fecha de envío :	20/12/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES DIACOSAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:23:25

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

ITEM 2

Características técnicas

Fit 1.5 mmAl en 70kV.

Nuestra representada comercializa repuestos dedicados a diagnostico por imágenes, de alta calidad y cumpliendo los estándares de calidad a nivel mundial, dentro de estos repuestos están los tubos de rayos x. El tubo de rayos x a ofertar para este ítem es compatible e incluso supera algunos puntos técnicos solicitados.

Para una mayor participación de postores solicitamos al Comité de Selección aceptar un mayor rango de kV, quedando en el siguiente enunciado:

Fit 1.5 mmAl en 70kV o 75kV

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección contando con la opinión del área usuaria, indican que se aceptará la presentación del tubo que tenga hasta 75 kV.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null