

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-27-2024-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE COMPATIBILIDAD PARA SERVICIO DE BANCO DE SANGRE

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:23:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

ITEM: KIT PARA LA TIPIFICACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO GLOBULAR Y SÉRICO

PRESENTACIÓN: Tarjeta sellada equivalente a una prueba, para identificación de Grupos Sanguíneo A, B, D, control y prueba inversa. (¿)

Al respecto debemos mencionar que, el antisuero anti AB tiene la capacidad detectar subtipos A como el A2, A3 y el Ax, los cuales pueden reaccionar positivamente mejor con el antisuero anti AB en comparación con anti A y lo mismo para los subtipos B, garantizando una correcta tipificación del grupo sanguíneo de los donantes y pacientes.

Por lo expuesto solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria aclare y precise que; incluirá en su requerimiento de incluir como obligatorio el antisuero anti AB para la determinación del grupo sanguíneo globular ABO-Rh y sérico, quedando el requerimiento según detalle:

Tarjeta sellada equivalente a una prueba para identificación de Grupos Sanguíneos debe incluir antisueros monoclonales Anti A, Anti B, Anti AB, Anti D con capacidad de detectar el fenotipo DVI +, Control y prueba inversa que incluya la detección de A1 y B, en empaque adecuado. Tiempo de Expiración No menor a 04 meses para las tarjetas y No menor a 21 días para las células A1 y células B, a partir de la fecha de entrega.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El OEC indica que, de acuerdo a lo manifestado por el Área Usuaria, se ACLARA y precisa que se incluirá en las bases integradas las siguientes características: Grupo Sanguíneo ABD RH Globular y Sérico: Tarjeta sellada equivalente a una prueba para identificación de Grupos Sanguíneos debe incluir Anti A, Anti B, Anti AB, Anti D con capacidad de detectar el fenotipo DVI+, Control y prueba inversa que incluya la detección de A1 y B, en empaque adecuado. Tiempo de Expiración No menor a 04 meses para las tarjetas y No menor a 21 días para las células A1 y células B, a partir de la fecha de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Grupo Sanguíneo ABD RH Globular y Sérico: Tarjeta sellada equivalente a una prueba para identificación de Grupos Sanguíneos debe incluir Anti A, Anti B, Anti AB, Anti D con capacidad de detectar el fenotipo DVI+, Control y prueba inversa que incluya la detección de A1 y B, en empaque adecuado. Tiempo de Expiración No menor a 04 meses para las tarjetas y No menor a 21 días para las células A1 y células B, a partir de la fecha de entrega.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA		
Nomenclatura :	AS-SM-27-2024-OEC-HRI-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE REACTIVOS DE COMPATIBILIDAD PARA SERVICIO DE BANCO DE SANGRE		

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:23:11

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

ITEM: GRUPO SANGUINEO FENOTIPO RH- KELL
PRESENTACIÓN: tarjeta sellada equivalente a una prueba para identificación de Fenotipo Rh: C, c, E, e mas Kell y control (¿)
Considerando que el antígeno Cw tiene una importancia significativa en el ámbito de la medicina transfusional y la obstetricia en Perú, y su detección y manejo adecuado son esenciales para la seguridad y el bienestar de los pacientes. Por lo expuesto solicitamos amablemente al comité en coordinación con el área usuaria aclare y precise que incluirá, Tarjeta sellada equivalente a una prueba para identificación de Fenotipo Rh: C, c, E, e, Cw más Kell y control en empaque adecuado.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El OEC indica que, de acuerdo a lo manifestado por el Área Usuaría, se ACLARA y precisa que, se acepta la tarjeta sellada equivalente a una prueba para identificación de Fenotipo Rh: C, c, E, e, Cw más Kell y control en empaque adecuado.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA		
Nomenclatura :	AS-SM-27-2024-OEC-HRI-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE REACTIVOS DE COMPATIBILIDAD PARA SERVICIO DE BANCO DE SANGRE		

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:23:11

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Literal d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del capítulo III de la presente sección. (Anexo N°3)

En aras de no incurrir en interpretaciones erradas solicitamos al comité en coordinación con el area usuaria aclarar y precise que el cumplimiento de las especificaciones técnicas serán acreditados según se detalla:

Reactivos: Presentación, Metodología y Muestra.

Las demás características se entenderán acreditadas con la declaración jurada Anexo 3.¿

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: d Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El OEC indica que, de acuerdo a lo manifestado por el Área Usuaria, se ACLARA y precisa que las especificaciones técnicas deberán ser acreditadas para el reactivo, considerando la presentación metodología y muestra; y las demás características podrán ser acreditadas con declaración jurada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura :AS-SM-27-2024-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS DE COMPATIBILIDAD PARA SERVICIO DE BANCO DE SANGRE

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:23:11

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones de los ítems solicitado indican Certificado de Aseguramiento de control de calidad, en aras de no incurrir en interpretaciones erradas, solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria suprimir este texto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El OEC indica que, de acuerdo a lo manifestado por el Área Usuaría, que se suprimirá el texto con la finalidad que no exista interpretaciones erróneas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA		
Nomenclatura :	AS-SM-27-2024-OEC-HRI-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE REACTIVOS DE COMPATIBILIDAD PARA SERVICIO DE BANCO DE SANGRE		

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:23:11

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CARACTERÍSTICAS

Solicitan: Equipo Totalmente Automatizado de Acceso continuo
Solicitamos amablemente al comité en coordinación con el área usuaria, adecue las especificaciones técnicas y aceptará Equipo totalmente automatizado de acceso continuo y/o por tandas de trabajo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El OEC indica que, de acuerdo con lo manifestado por el Área Usuaria, se ACLARA y precisa que se aceptara el Equipo totalmente automatizado de acceso continuo y/o por tandas de trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA		
Nomenclatura :	AS-SM-27-2024-OEC-HRI-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE REACTIVOS DE COMPATIBILIDAD PARA SERVICIO DE BANCO DE SANGRE		

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:23:11

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CARACTERÍSTICAS

Solicitan: Capacidad de procesamiento de muestras de urgencia en forma prioritaria.

Solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria, adecue las especificaciones técnicas y aceptará OPCIONAL, Capacidad de procesamiento de muestras de urgencia en forma prioritaria.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El OEC indica que, de acuerdo a lo manifestado por el Área usuaria, se ACLARA y precisa que se aceptará como opcional la capacidad de procesamiento de muestras de urgencia en forma prioritaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-27-2024-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS DE COMPATIBILIDAD PARA SERVICIO DE BANCO DE SANGRE

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:23:11

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitan: Backup - Centrifuga e incubadora con antigüedad menor a 4 años
Solicitamos al comité en coordinación con el área usuaria, adecue las especificaciones técnicas y aceptará Equipo back up con una antigüedad mayor o igual a 04 años, en caso de ser mayor deberá presentar una declaración jurada de operatividad del equipo con mantenimiento preventivo cada 6 meses a todo costo por el proveedor.¿

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El OEC indica que, de acuerdo a lo manifestado por el Área Usuaría se ACLARA y precisa que se aceptará el equipo de Back Up con una antigüedad mayor a 4 años, pero con declaración jurada de operatividad del equipo, con mantenimiento preventivo cada 6 meses, cuyo costo será asumidos por el proveedor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA		
Nomenclatura :	AS-SM-27-2024-OEC-HRI-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE REACTIVOS DE COMPATIBILIDAD PARA SERVICIO DE BANCO DE SANGRE		

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	20:23:11

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

TARJETAS LISS COOMBS X 6 DETERMINACIONES, en aras de no incurrir en interpretaciones erradas, solicitamos al comité ampliar las especificaciones a: TARJETAS LISS COOMBS x 6 A MÁS DETERMINACIONES.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El OEC indica que, de acuerdo a lo manifestado por el Área Usuaria se ACLARA y precisa que no tiene inconveniente en aceptar presentaciones de TARJETAS LISS COOMBS DE 6 A MAS DETERMINACIONES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null