

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MARCADORES CARDÍACOS CON EQUIPOS

Ruc/código : 20110200201

Nombre o Razón social : QUINTIA S.A.

Fecha de envío : 06/06/2023

Hora de envío : 18:47:54

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

De la revisión de las EETT vemos que el contenido es ilegible, no permitiendo así la revisión de los diferentes postor del mercado e impidiendo que dichas especificaciones estén sujetas a consultas u observaciones del ser el caso, dicho esto, resulta imprescindible que un procedimiento de selección indique de manera clara y precisa cual es su requerimiento de tal manera que las diversas empresas del medio podamos revisarlas y evaluar una posible presentación de oferta, lo cual es imposible en el presente caso pues no es posible determinar con exactitud cual es el requerimiento de la entidad. En ese sentido, observamos la presente sección de las bases y solicitamos adjuntar las especificaciones técnicas legibles de su requerimiento con la finalidad de evaluar una posible participación como postor.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de concurrencia.

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ORGANO ENCARGADO DE LA CONTRATACIONES ACLARA QUE SE ADJUNTA LAS EE.TT LO MAS LEGIBLE POSIBLE, A FIN QUE SE PUEDA LEER Y EVITAR CONFUSIONES POSTERIORES.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MARCADORES CARDÍACOS CON EQUIPOS

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	21:51:59

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité que las características a acreditar con folletería, brochures, insertos y/o documentos emitidos por el fabricante sean:

REACTIVO: Presentación, Metodología y muestra biológica.

EQUIPO: Tipo, metodología, rendimiento, características específicas y muestra.

Las demás características pueden ser acreditadas con declaración jurada emitida por el postor o con el Anexo N° 3 de Cumplimiento de Especificaciones técnicas.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General        **Numeral:** III                    **Literal:** 3.1                    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE SU CONSULTA, DEBIENDOSE CEÑIRTE A LO SOLICITADO EN LAS BASES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MARCADORES CARDÍACOS CON EQUIPOS

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:41:26

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

Debemos indicar que las especificaciones técnicas no se visualizan correctamente, solicitamos que publiquen las especificaciones técnicas mas claras, con la finalidad de evitar confusiones al momento de presentar las ofertas.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** se      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL ORGANO ENCARGADO DE LA CONTRATACIONES ACLARA QUE SE ADJUNTA LAS EE.TT LO MAS LEGIBLE POSIBLE, A FIN QUE SE PUEDA LEER Y EVITAR CONFUSIONES POSTERIORES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS - JOSÉ CASIMIRO ULLOA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-HEJCU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE MARCADORES CARDÍACOS CON EQUIPOS

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	06/06/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:41:26

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

CARACTERISTICAS:

Sin drenaje para el desecho...

En virtud al principio de libertad de concurrencia solicitamos que acepten un analizador con las siguientes característica:

Sin drenaje para el desecho... o de acuerdo a cada fabricante

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** SE      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU CONSULTA, EL DRENAJE PARA EL DESECHO TAMBIEN SERA DECUERDO A CADA FABRICANTE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

CAPITULO III - REQUERIMIENTO

3.1 ESPEFICICACIONES TECNICAS

XIV. FICHA TECNICA DEL EQUIPO EN CESION DE USO

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS: SIN DRENAJE PARA EL DESECHO... O DEACUERDO A CADA FABRICANTE