

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD
Nomenclatura :	AS-SM-13-2023-DSP I-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE 20 KIT DE PCR TIEMPO REAL, PÁRA DETECCION DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA X 96 DETERMINACIONES, A FIN DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRE

Ruc/código : 20107914995
Nombre o Razón social : INMUNOCHEM SAC

Fecha de envío : 19/06/2023
Hora de envío : 22:12:03

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

De acuerdo al RLCE Artículo 143.- Cómputo de plazos

Durante la ejecución contractual los plazos se computan en días calendarios, excepto en los casos en que el presente Reglamento indique lo contrario, aplicándose supletoriamente lo dispuesto por los artículos 183 y 184 del Código Civil.

Artículo 183 (Código Civil). - Reglas para cómputo del plazo

El plazo se computa de acuerdo al calendario gregoriano, conforme a las siguientes reglas:

- 1.- El plazo señalado por días se computa por días naturales, salvo que la ley o el acto jurídico establezcan que se haga por días hábiles.
- 2.- El plazo señalado por meses se cumple en el mes del vencimiento y en el día de éste correspondiente a la fecha del mes inicial. Si en el mes de vencimiento falta tal día, el plazo se cumple el último día de dicho mes.
- 3.- El plazo señalado por años se rige por las reglas que establece el inciso 2.
- 4.- El plazo excluye el día inicial e incluye el día del vencimiento.
- 5.- El plazo cuyo último día sea inhábil, vence el primer día hábil siguiente.

Observación

Observamos este extremo de las bases y solicitamos al comité de selección aclarar que el plazo cuyo último día sea inhábil, vence el primer día hábil siguiente

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: . Página: 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El OEC en coordinación con el área usuaria, ACOGEN EN PARTE la observación teniendo como base el D.S. N° 344-2018-EF decreto que aprueba el Reglamento de la Ley de las Contrataciones del Estado, en el Art. 29, numeral 29.8 manifiesta que: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Sobre lo requerido se hace conocer que lo planteado por el participante no es una observación si no una consulta, aclarando que efectivamente tal como lo menciona la OPINIÓN N° 183-2018/DTN, en la primera conclusión indica que " Cuando el plazo con el que cuenta un contratista para ejecutar la prestación a favor de la Entidad venza en día inhábil, se entenderá que dicho plazo vence el primer día hábil siguiente; por consiguiente se tendrá en cuenta dicha opinión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-DSP I-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 KIT DE PCR TIEMPO REAL, PÁRA DETECCION DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA X 96 DETERMINACIONES, A FIN DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRE

Ruc/código : 20107914995

Nombre o Razón social : INMUNOCHEM SAC

Fecha de envío : 19/06/2023

Hora de envío : 22:12:03

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CONSULTA

En las características indica:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

"...Kit para amplificación para RT-PCR en tiempo real de ARN blancos en formato multiplex..."

Al respecto cabe señalar que no queda claro cuando se refiere la denominación de ARN blancos en formato multiplex.

La denominación Kit de amplificación para RT-PCR en tiempo real de ARN blancos en formato multiplex, se ha venido utilizando para definir a aquellos kits que no son IVD y que son la consitución de varios componentes como son los primers, sondas, enzimas de amplificación, etc. de diferenctes marcas. A estos kits de ARN blancos en formato multiplex, también se le denomina in house, pues no son kits IVD completos; los cuales se contradicen con el objeto de la convocatoria y Capitulo III Especificaciones Técnicas - Características Técnicas, en los cuales se requieren KIT DE PCR TIEMPO REAL, PARA DETECCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA X 96 DETERMINACIONES que deba tener categoría IVD.

CONSULTA

En ese sentido, se solicita cortésmente al comité, en coordinación con el área usuaria, corregir la denominación de Kit para amplificación para RT-PCR en tiempo real de ARN blancos en formato multiplex, por la del objeto de la convocatoria, es decir: KIT DE PCR TIEMPO REAL, PARA DETECCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA X 96 DETERMINACIONES el cual debe tener categoría IVD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El responsable del OEC en coordinación con el área usuaria, aclaran la consulta al participante que efectivamente la denominación Kit de amplificación para RT-PCR en tiempo real de ARN blancos en formato multiplex, se ha venido utilizando para definir a aquellos kits que no son IVD y que son la constitución de varios componentes como son los primeras, sondas, enzimas de amplificación, otros; por consiguiente, atendiendo lo requerido la entidad acepta lo sugerido, siendo que en las bases integradas se incorpora lo siguiente:

KIT DE PCR TIEMPO REAL, PARA DETECCION DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA X 96 DETERMINACION el cual debe tener categoría IVD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

KIT DE PCR TIEMPO REAL, PARA DETECCION DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA X 96 DETERMINACION el cual debe tener categoría IVD

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-DSP I-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 KIT DE PCR TIEMPO REAL, PÁRA DETECCION DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA X 96 DETERMINACIONES, A FIN DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRE

Ruc/código : 20107914995

Nombre o Razón social : INMUNOCHEM SAC

Fecha de envío : 19/06/2023

Hora de envío : 22:12:03

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CONSULTA

En las características indica:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

"...el kit debe incluir con kit de extracción de ARN..." (pag. 21)

"...Tener categoría IVD..." (pag. 22)

Al respecto se debe precisar que el objeto de la convocatoria es KIT DE PCR TIEMPO REAL, PARA DETECCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA X 96 DETERMINACIONES, y en las características técnicas se solicita que el kit debe incluir kit de extracción de ARN y además que se deba tener categoría IVD. Dado que la composición del objeto de la convocatoria incluye a los kits de detección molecular de dengue zika y chikungunya y a los kits de extracción, se debe entender que ambos kits deben tener categoría IVD.

CONSULTA

En ese sentido, se solicita cortésmente al comité, en coordinación con el área usuaria, señalar que nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El responsable del OEC en coordinación con el área usuaria, aclaran la consulta al participante que en efecto la convocatoria es KIT DE PCR TIEMPO REAL, PARA DETECCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA X 96 DETERMINACIONES, y en las características técnicas se solicita que el kit debe incluir kit de extracción de ARN y además que se deba tener categoría IVD. Dado que la composición del objeto de la convocatoria incluye a los kits de detección molecular de dengue zika y chikungunya y a los kits de extracción, se debe entender que ambos kits deben tener categoría IVD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-DSP I-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 KIT DE PCR TIEMPO REAL, PÁRA DETECCION DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA X 96 DETERMINACIONES, A FIN DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRE

Ruc/código : 20107914995

Nombre o Razón social : INMUNOCHEM SAC

Fecha de envío : 19/06/2023

Hora de envío : 22:12:03

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CONSULTA

En las características indica:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

"...el kit debe incluir con kit de extracción de ARN..."

Al respecto debería de precisarse que al mencionarse kit de extracción de ARN, se refiere a un formato de uso rápido y rutinario como son los kits IVD de extracción de ARN basado en columnas de sílica-gel.

CONSULTA

En ese sentido, se solicita cortésmente al comité, en coordinación con el área usuaria, precisar si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El responsable del OEC en coordinación con el área usuaria, aclaran la consulta al participante que en efecto se precisa que al mencionarse kit de extracción de ARN, se refiere a un formato de uso rápido y rutinario como son los kits IVD de extracción de ARN basado en columnas de sílica-gel.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-DSP I-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 KIT DE PCR TIEMPO REAL, PÁRA DETECCION DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA X 96 DETERMINACIONES, A FIN DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRE

Ruc/código : 20107914995

Nombre o Razón social : INMUNOCHEM SAC

Fecha de envío : 19/06/2023

Hora de envío : 22:12:03

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CONSULTA

En las características indica:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

"...el kit debe incluir con kit de extracción de ARN..."

Al respecto se debe mencionar que existen en el mercado kits que como mejora tecnológica permiten realizar la extracción de ARN y también ADN de modo simultáneo, toda vez que la variedad de los ácidos nucleicos extraídos y la integridad de los mismos mejora con esta elución del ARN y también del ADN. Esto permite que estos kits tengan la cualidad de extraer ácidos nucleicos de una amplia variedad de patógenos, incluyendo virus.

CONSULTA

En ese sentido, se solicita cortésmente al comité, en coordinación con el área usuaria, permitir aceptar la mejora tecnológica de kits que permitan la extracción de ARN y también de ADN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El responsable del OEC en coordinación con el área usuaria, aclaran la consulta al participante que existen en el mercado kits que como mejora tecnológica permiten realizar la extracción de ARN y también ADN de modo simultáneo, toda vez que la variedad de los ácidos nucleicos extraídos y la integridad de los mismos mejora con esta elución del ARN y también del ADN. Esto permite que estos kits tengan la cualidad de extraer ácidos nucleicos de una amplia variedad de patógenos, incluyendo virus.

Por consiguiente se acepta lo requerido, quedando incorporado lo siguiente: "... KITS permitan la extracción de ARN y también ADN¿"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"... KITS permitan la extracción de ARN y también ADN¿"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-DSP I-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 KIT DE PCR TIEMPO REAL, PÁRA DETECCION DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA X 96 DETERMINACIONES, A FIN DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRE

Ruc/código : 20107914995

Nombre o Razón social : INMUNOCHEM SAC

Fecha de envío : 19/06/2023

Hora de envío : 22:12:03

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CONSULTA

En las características indica:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

"...el kit debe ser compatible para su uso con cualquier sonda y termociclador..."

Al respecto no queda clara esta definición, pues las sondas ya vienen diseñadas desde fábrica,. Así, en los insertos de cada marca se definen los canales de detección en los que se deben leer estas sondas; por lo que el único requerimiento sería que los termocicladores en tiempo real cumplan con los canales de lectura para cada kit.

CONSULTA

En ese sentido, se solicita cortésmente al comité, en coordinación con el área usuaria, eliminar que el kit deba ser compatible con cualquier sonda y que quede como definición que el kit debe ser compatible con cualquier termociclador toda vez que permita la detección multiplex de los virus de dengue, zika y chikungunya.

Acápito de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1.

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El responsable del OEC en coordinación con el área usuaria, aclaran la consulta al participante que se acepta lo requerido puesto que las sondas ya vienen diseñadas desde fábrica. Así, en los insertos de cada marca se definen los canales de detección en los que se deben leer estas sondas; por lo que el único requerimiento sería que los termocicladores en tiempo real cumplan con los canales de lectura para cada kit, por consiguiente en las bases se incorpora lo siguiente: Se suprime: "el kit debe ser compatible con cualquier sonda y termociclador", incorporándose la siguiente definición:

"... el kit debe ser compatible con cualquier termociclador toda vez que permita la detección multiplex de los virus de dengue, zika y chikungunya.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprime: "el kit debe ser compatible con cualquier sonda y termociclador" incorporándose la siguiente definición:

"... el kit debe ser compatible con cualquier termociclador toda vez que permita la detección multiplex de los virus de dengue, zika y chikungunya.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-DSP I-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 KIT DE PCR TIEMPO REAL, PÁRA DETECCION DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA X 96 DETERMINACIONES, A FIN DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRE

Ruc/código : 20107914995

Nombre o Razón social : INMUNOCHEM SAC

Fecha de envío : 19/06/2023

Hora de envío : 22:12:03

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CONSULTA

En las características indica:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

"...el kit debe ser compatible para su uso con cualquier sonda y termociclador..."

al respecto, para poder cumplir con el requerimiento que el kit debe ser compatible con cualquier...termociclador, es importante que el laboratorio o el área usuaria, señale los termocicladores disponibles, así como sus respectivos canales de detección con los que cuentan, debiendo contar estos con por lo menos 5 canales de detección.

CONSULTA

En ese sentido, se solicita cortésmente al comité, en coordinación con el área usuaria, definir los termocicladores a usarse, así como los canales de detección disponibles de estos, debiendo contar con por lo menos 05 canales de detección, para de esa manera sustentar el cumplimiento con una declaración jurada emitida por el postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El responsable del OEC en coordinación con el área usuaria, aclaran la consulta al participante que el Laboratorio Referencial de Salud Piura cuenta con los siguientes termocicladores:

ROTOR GENE Q DE LA MARCA QIAGEN que trabaja con los siguientes canales:
GREEN, YELLOW, ORANGE, RED, CRIMSON, HRM.

TERMOCICLADOR BIOER PELTIER: que trabaja con los siguientes canales: FAM, HEX o JOE, TAMRA, ROX, CY5 y finalmente contamos con el TERMOCICLADOR qTOWER 3 DE ANALYTIC JENA que trabaja con los siguientes canales: FAM, JOE o VIC, TAMRA, ROX, CY5, CY5.5.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El laboratorio referencial de salud Piura cuenta con los siguientes termocicladores: ROTOR GENE Q DE LA MARCA QIAGEN que trabaja con los siguientes canales : GREEN, YELLOW, ORANGE, RED, CRIMSON, HRM.

TERMOCICLADOR BIOER PELTIER: que trabaja con los siguientes canales: FAM, HEX o JOE, TAMRA, ROX, CY5 y finalmente contamos con el TERMOCICLADOR qTOWER 3 DE ANALYTIC JENA que trabaja con los siguientes canales: FAM, JOE o VIC, TAMRA, ROX, CY5, CY5.5

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-DSP I-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 KIT DE PCR TIEMPO REAL, PÁRA DETECCION DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA X 96 DETERMINACIONES, A FIN DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRE

Ruc/código : 20107914995

Nombre o Razón social : INMUNOCHEM SAC

Fecha de envío : 19/06/2023

Hora de envío : 22:12:03

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

CONSULTA

En las características indica:

Otros certificados:

"...Documentos de las características técnicas (brochure) de el/los equipo/s en cesión en uso..."

CONSULTA

Al respecto, dado que en este proceso de selección no existe especificaciones técnicas ni requerimiento de equipos en cesión de uso, se solicita cortésmente al comité, en coordinación con el área usuaria, corregir este requerimiento.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1. **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El responsable del OEC en coordinación con el área usuaria, aclaran la consulta al participante que en efecto ha existido un error de tipeo al considerar equipo/s en cesión de uso", por cuanto no se emplearan; por consiguiente en las bases integradas suprime lo siguiente: "de el/los equipo/s en cesión en uso"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprime: de el/los equipo/s en cesión en uso.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-DSP I-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 KIT DE PCR TIEMPO REAL, PÁRA DETECCION DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA X 96 DETERMINACIONES, A FIN DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRE

Ruc/código : 20107914995

Nombre o Razón social : INMUNOCHEM SAC

Fecha de envío : 19/06/2023

Hora de envío : 22:12:03

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

CONSULTA

En las características indica:

PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL (Para el caso de los equipos)

Mantenimiento Preventivo

soporte técnico

capacitación y/o entrenamiento

CONSULTA

Al respecto, dado que en este proceso de selección no existe especificaciones técnicas ni requerimiento de equipos en cesión de uso, se solicita cortésmente al comité, en coordinación con el área usuaria, eliminar este requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 3.1.

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El responsable del OEC en coordinación con el área usuaria, aclaran la consulta al participante que por la naturaleza de los insumos y no existir especificaciones técnicas de bienes complejos en las bases integradas se suprime lo siguiente:

PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL (Para el caso de equipos)

Mantenimiento Preventivo

soporte técnico

capacitación y/o entrenamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprime:

PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL (Para el caso de equipos)

Mantenimiento Preventivo.

soporte técnico.

capacitación y/o entrenamiento.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-DSP I-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 KIT DE PCR TIEMPO REAL, PÁRA DETECCION DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA X 96 DETERMINACIONES, A FIN DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRE

Ruc/código : 20107914995

Nombre o Razón social : INMUNOCHEM SAC

Fecha de envío : 19/06/2023

Hora de envío : 22:12:03

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

CONSULTA

En las caracteísticas Técnicas indica:

"...el kit debe incluir con kit de extracción de ARN (soluciones para extracción de ácidos nucleicos virales en cantidades necesarias de acuerdo al número de determinaciones efectivas)

Al respecto se debe precisar que los diversos kits de extracción disponibles en el mercado tiene una presentación distinta a la del kit de detección, motivo por el cual, al momento de hacer la entrega, esta se realizará en proporción al número de determinaciones efectivas que generan los 20 kits de detección x 96 determinaciones el cual es el motivo de la presente contratación.

CONSULTA

En ese sentido, se solicita al comité de selección en coordinación con el parea usuaria, aceptar kit de extracción con presentación distinta al kit de detección en cantidad cuya cantidad total será igual o mayor al número de determinaciones efectivas que generan los 20 kits de detección x 96 determinaciones el cual es el motivo de la presente contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1.

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El responsable del OEC en coordinación con el área usuaria, aclaran la consulta al participante en relación a las características técnicas que indica " "...el kit debe incluir con kit de extracción de ARN (soluciones para extracción de ácidos nucleicos virales en cantidades necesarias de acuerdo al número de determinaciones efectivas).

Se precisa que los diversos kits de extracción disponibles en el mercado tiene una presentación distinta a la del kit de detección, motivo por el cual, al momento de hacer la entrega, esta se realizará en proporción al número de determinaciones efectivas que generan los 20 kits de detección x 96 determinaciones el cual es el motivo de la presente contratación.

Por cuanto en las bases integradas se incorpora lo siguiente: "... kit de extracción cuya cantidad total será igual al numero de determinaciones efectivas que generan los 20 kits de detección x 96 determinaciones...".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"... kit de extracción cuya cantidad total será igual al numero de determinaciones efectivas que generan los 20 kits de detección x 96 determinaciones...".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-DSP I-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 KIT DE PCR TIEMPO REAL, PÁRA DETECCION DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA X 96 DETERMINACIONES, A FIN DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRE

Ruc/código : 20107914995

Nombre o Razón social : INMUNOCHEM SAC

Fecha de envío : 19/06/2023

Hora de envío : 22:12:03

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

CONSULTA:

DICE:

d.2. CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Cada fabricante maneja su propio formato para la emisión de los certificados de análisis o protocolo de análisis, no pudiendo exigirles que los mismos tengan determinada información toda vez que los certificados de análisis o protocolos de análisis son emitidos para todos sus distribuidores a nivel mundial.

Consulta,

Solicitamos al área usuaria y/o OEC aceptar los certificados de análisis o protocolo de análisis de acuerdo al formato emitido de cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: II

Literal: D

Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El responsable del OEC en coordinación con el área usuaria, aclaran la consulta al participante que en relación al requisito obligatorio para la admisibilidad d.2) CERTIFICADO DE ANÁLISIS, en efecto se precisar que cada fabricante maneja su propio formato para la emisión de los certificados de análisis o protocolo de análisis, no pudiendo exigirles que los mismos tengan determinada información toda vez que los certificados de análisis o protocolos de análisis son emitidos para todos sus distribuidores a nivel mundial, siendo que en las bases integradas se incorpora lo siguiente:

Certificados de análisis de acuerdo al formato emitido de cada fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Certificados de análisis de acuerdo al formato emitido de cada fabricante

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-DSP I-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 KIT DE PCR TIEMPO REAL, PÁRA DETECCION DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA X 96 DETERMINACIONES, A FIN DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRE

Ruc/código : 20107914995

Fecha de envío : 19/06/2023

Nombre o Razón social : INMUNOCHEM SAC

Hora de envío : 22:12:03

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

CONSULTA

En las caracteísticas indica:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

"¿así como componentes que mejoren la eficiencia y especificidad en reacciones de amplificaion múltiple¿"

Al respecto cabe precisar que todos los kits de amplificación de PCR en tiempo real, tienen los buffer y componentes químicos y/o biológicos adecuados para la realización del PCR en Tiempo Real con eficiencia y especificidad, entre ellos los dNTP's, Cloruro de Magnesio, enzimas de retrotranscripción, Taq Polimerasa, entre otros. Por lo que no está definido claramente a qué tipo de componente específico adicional se refiere que permita mejorar la eficacia y especificidad del PCR en tiempo real.

Consulta

Dado que no está definido específicamente el componente que mejore la eficiencia y especificidad solicitamos gentilmente al área usuaria que este requisito sea considerado como opcional o ser retirada de las EETT.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** B **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El responsable del OEC en coordinación con el área usuaria, aclaran la consulta al participante en relación a las características técnicas "así como componentes que mejoren la eficiencia y especificidad en reacciones de amplificación múltiple", es de indicar que si bien es cierto que los kits de amplificación de PCR en tiempo real, tienen los buffer y componentes químicos y/o biológicos adecuados para la realización del PCR en Tiempo Real con eficiencia y especificidad, entre ellos los dNTP's, Cloruro de Magnesio, enzimas de retro transcripción, Taq Polimerasa, entre otros.

Por lo que en atención del área usuaria y este colegiado lo considera su presentación como opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Así como componentes que mejoren la eficiencia y especificidad en reacciones de amplificación múltiple" (presentación opcional)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-DSP I-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 KIT DE PCR TIEMPO REAL, PÁRA DETECCION DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA X 96 DETERMINACIONES, A FIN DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRE

Ruc/código : 20107914995

Nombre o Razón social : INMUNOCHEM SAC

Fecha de envío : 19/06/2023

Hora de envío : 22:12:03

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

GARANTIA COMERCIAL

Garantía mínima de dos (02) años a partir de la fecha en la que se otorgó contados a partir de la fecha en que se otorgo la conformidad del bien por el area usuaria (...)

Teniendo en cuenta que es una sola entrega y solicitan un vencimiento no menor de 12 meses, resulta excesivo solicitar una garantía comercial de dos (02) años.

Consulta,

Solicitamos amablemente al comite de selección u OEC aceptar una garantía comercial minima de 18 meses contados a partir de la fecha en la que se dio la conformidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.

Literal: .

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El responsable del OEC en coordinación con el área usuaria, aclaran la consulta al participante en cuanto a lo requerido y teniendo en cuenta la finalidad pública para la adquisición y el uso del bien, es coherente considerar una garantía menor al tiempo estimado, siendo que en las bases integradas se incorpora el siguiente texto: Garantía comercial mínima de 18 meses contados a partir de la fecha en la que se dio la conformidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Garantía comercial mínima de 18 meses contados a partir de la fecha en la que se dio la conformidad.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-DSP I-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 20 KIT DE PCR TIEMPO REAL, PÁRA DETECCION DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA X 96 DETERMINACIONES, A FIN DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRE

Ruc/código : 20603455500

Nombre o Razón social : LIFE DIAGNOSTICS S.A.C.

Fecha de envío : 19/06/2023

Hora de envío : 23:38:20

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA PAGINA 22 DE LAS BASES SE SEÑALA: PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRINCIPAL (PARA EL CASO DE EQUIPOS) SOPORTE TECNICO CAPACITACION Y/O ENTRENAMIENTO

QUE SE CONSULTA QUE DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE SEÑALA ESTA CONDICION; PERO NO SE HA INDICADO QUE EL BIEN REQUERIDO INCLUYA EQUIPOS; ASIMISMO DE SER QUE LO INCLUYA DEBERÁ ESTABLECERSE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ASÍ COMO INDICAR LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE CAPACITACIÓN PARA EL USO DEL EQUIPO SOLICITADO, COMO LUGAR, NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR, TIEMPO DE LA CAPACITACIÓN, ALCANCE DE LA CAPACITACIÓN O ALGÚN OTRO QUE CONSIDERE NECESARIO AL RESPECTO, ASÍ COMO TAMBIÉN EL PROCEDIMIENTO ARA ATENCIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: S/L

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 del T.U.O. de la Ley Artículo 16 del T.U.O. de la Ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

El OEC en coordinación con el área usuaria, ACOGEN EN PARTE la observación teniendo como base el D.S. N° 344-2018-EF decreto que aprueba el Reglamento de la Ley de las Contrataciones del Estado, en el Art. 29, numeral 29.8 manifiesta que: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Al respecto es de indicar que el Laboratorio Referencial de Salud Piura, al no contar con los equipos de cesión en uso, pero si con la entrada del nuevo kits que se adquiriera, Se incorpora en accesorios: capacitación del uso del mismo, la cual deberá darse en el Laboratorio de virología y Biología molecular - Piura a espaldas del hospital José Cayetano Heredia (al lado de la morgue) a un total de 06 profesionales BIOLOGOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpora en accesorios: Capacitación del uso del mismo, la cual deberá darse en el Laboratorio de virología y Biología molecular - Piura a espaldas del hospital José Cayetano Heredia (al lado de la morgue) a un total de 06 profesionales BIOLOGOS.