

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:59:24

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Consultamos muy respetuosamente al área usuaria que nos aclare el tiempo de duración de la contratación.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, conforme el CAPITULO I GENERALIDADES 1.9 PLAZO DE ENTREGA y el CAPITULO III REQUERIMIENTO 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS numeral 10: 05 días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:59:24

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Consultamos amablemente al comité que nos aclare cuáles formatos y/o anexos se sustentarán para la presentación de ofertas y cuales al momento de la entrega de los bienes. (Anexos del 1 al 11).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, los documentos para la presentación de la oferta se encuentra en el CAPITULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, 2.2.1 Documentación de presentación obligatoria y ANEXOS de la pagina 30 al 45 de la Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-7-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:59:24

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
En las características técnicas del equipo en cesión de uso indican: Mezcla por inversión. Con el fin de dar paso a la pluralidad de postores, consultamos amablemente si aceptarían: Mezcla por inversión o rotación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité y el area usuaria no aceptan la consulta, es necesario asegurar la adecuada homogenización de la mezcla de la muestra al momento de ser procesado, por lo cual debe ser invertido de manera automática

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:59:24

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la metodología del equipo en cesión de uso indican: Impedancia y/o Citometría de flujo por láser y/o colorimetría y/o fluorescencia. Consultamos amablemente si aceptarían modificar a: Impedancia y/o Citometría de flujo por láser y/o Citometría de flujo y/o colorimetría y/o fluorescencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: - Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité y el área usuaria no aceptan la consulta, se están solicitando 2 metodologías como mínimo, ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-7-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:59:24

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:
En las características técnicas del equipo se solicita: "No mayor de 80 ul". Con el fin de dar paso a mayor pluralidad de postores solicitamos muy respetuosamente que consideren realizar la siguiente modificación: "No mayor de 88 ul para panel completo (CBC+DIFF)".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: - Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité y el área usuaria no aceptan la consulta, en el mercado existen muchos analizadores que cuentan con volúmenes menores, lo cual permite cuidar la muestra para otros procesos clínicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:59:24

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las características técnicas del equipo solicitan: Procesamiento de hemogramas con 5 estirpes leucocitarias, incluyendo normoblastos. Solicitamos muy amablemente que consideren lo siguiente: ¿Procesamiento de hemogramas con 5 estirpes leucocitarias, incluyendo opcionalmente normoblastos¿, con el fin de fomentar la pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité y el área usuaria no aceptan la consulta, este parámetro es importante y permite identificar algún cuadro clínico para que el paciente sea derivado a otra área.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-7-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:59:24

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las características técnicas del equipo solicitan: Capacidad de procesar y reportar Velocidad de Sedimentación Globular (VSG). Solicitamos muy respetuosamente consideren esta característica como opcional, con el fin de fomentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité y el área usuaria no aceptan la consulta, este parámetro es importante y permite identificar algún cuadro clínico para que el paciente sea derivado a otra área.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:59:24

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las características técnicas del equipo solicitan: ¿Capacidad de almacenamiento: 100,000 resultados incluyendo información gráfica y numérica¿. Solicitamos muy respetuosamente consideren lo siguiente: ¿Capacidad de almacenamiento: 10,000 resultados incluyendo información gráfica y numérica¿, dado que es suficiente capacidad para almacenar las 6,000 pruebas solicitadas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** - **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité y el área aceptan parcialmente su consulta y se aceptara una capacidad de almacenamiento : 50,000 resultados incluyendo información grafica y numérica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

aceptara una capacidad de almacenamiento : 50,000 resultados incluyendo información grafica y numérica.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-7-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:59:24

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las características técnicas del equipo solicitan: Procesamiento de líquidos corporales. Solicitamos muy respetuosamente consideren esta característica como opcional, con el fin de fomentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: - Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité y el área usuaria no aceptan la consulta, ceñirse a la bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-7-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:59:24

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las características técnicas del equipo solicitan: Corrección automática de leucocitos en presencia de normoblastos. Solicitamos muy respetuosamente consideren: Alarma y/o corrección automática de leucocitos en presencia de normoblastos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: - Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité y el área usuaria no aceptan la consulta, es necesario asegurar el adecuado resultado del paciente ante células sanguíneas que puedan afectar el resultado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-7-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:59:24

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
En las características técnicas del equipo solicitan: No interferencias por: partículas lipídicas y cúmulos de plaquetas. Solicitamos muy respetuosamente consideren: No interferencias o alarmas por: partículas lipídicas y/o cúmulos de plaquetas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: - Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité y el área usuaria no aceptan la consulta, es necesario asegurar el adecuado resultado del paciente ante células sanguíneas que puedan afectar el resultado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:59:24

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En las características técnicas del equipo solicitan 80 o más hemogramas por hora. De tratarse de una contratación anual, el procesamiento promedio es de 17 pruebas al día, consultamos respetuosamente al comité evaluador si aceptarían equipos con 60 o más hemogramas por hora, con el fin de fomentar la pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: - Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité y el área usuaria no aceptan la consulta, ceñirse a la bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:59:24

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:
En la Linealidad de leucocitos solicitan: No menor de 480 x 109/L. Solicitamos muy respetuosamente consideren: No menor de 120 x 109/L

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** - **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité y el área usuaria no aceptan la consulta, ceñirse a la bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:59:24

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En la Linealidad de hemoglobina solicitan: No menor de 260g/L. Solicitamos muy respetuosamente consideren: No menor de 240g/L

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: - Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité y el área usuaria aceptan parcialmente la consulta. En la linealidad de hemoglobina: No menor de 250 g/L

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:59:24

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En la Linealidad de hemoglobina solicitan: No menor de 5000 x 109/L. Solicitamos muy respetuosamente consideren: No menor de 2800 x 109/L

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: - Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité y el área usuaria no aceptan la consulta. En la Linealidad de hemoglobina: No menor de 250 g/L

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:59:24

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

La detección temprana de malaria es esencial para un manejo adecuado, ya que puede presentar síntomas similares a otras patologías y su diagnóstico rápido reduce el riesgo de complicaciones graves. Se estima que el diagnóstico temprano de malaria reduce la mortalidad en un 20-40%, mejorando los resultados clínicos. En el mercado peruano hay múltiples marcas que realizan screening de malaria. Por lo tanto, sugerimos amablemente al área usuaria que considere como requerimiento la capacidad de realizar screening de malaria en el equipo hematológico solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité y el área usuaria acogen parcialmente la consulta y se aceptara la capacidad de realizar screening de malaria OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

aceptara la capacidad de realizar screening de malaria OPCIONAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código : 20518745876

Nombre o Razón social : LABSYSTEMS S.A.C

Fecha de envío : 23/04/2025

Hora de envío : 17:04:36

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Con relación al literal B del numeral 3.2 Requisitos de Calificación - ¿Experiencia del Postor en la especialidad del capítulo III?

Es oportuno señalar que, dentro de los bienes similares para la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, la entidad ha previsto que esta será; VENTA DE REACTIVOS DE HEMATOLOGIA, dado que esta categoría resulta de mayor generalidad, colocando en grave riesgo la especialidad del posible contratista; pudiendo traer perjuicio a la entidad convocante en la ejecución contractual.

Por lo expuesto, y en virtud al principio de valor por dinero establecido en el artículo 5 de Ley de Contrataciones del Estado, lo cual implica que se contrate a quien asegure el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación, considerando la calidad, CONSULTAMOS al comité de selección ACLARAR que la experiencia de ventas será: VENTA DE REACTIVOS DE HEMATOLOGIA AUTOMATIZADA DE 5 ESTIRPES, siendo este el objeto de la convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: S/L Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcta su apreciación se considera bienes similares a reactivos de hematología de 5 o 3 estirpes con equipo en cesión en uso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

e considera bienes similares a reactivos de hematología de 5 o 3 estirpes con equipo en cesión en uso

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código : 20518745876

Nombre o Razón social : LABSYSTEMS S.A.C

Fecha de envío : 23/04/2025

Hora de envío : 17:04:36

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas del hemograma automatizado, solicitan dentro de las CARACTERÍSTICAS *Capacidad de procesar y reportar Velocidad de sedimentación globular. Tomando en consideración que esta característica es propia de un tipo de analizador en particular y de una casa comercial, consultamos amablemente que esta característica sea OPCIONAL a fin de permitir nuestra participación en el proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** S/L **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité y el área usuaria no aceptan la consulta, este parámetro es importante y permite identificar algún cuadro clínico para que el paciente sea derivado a otra área.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-7-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:31:41

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Garantía Comercial: La garantía comercial no aplica en el producto requerido; sin embargo el postor deberá adjuntar CARTA DE CANJE DE PRODUCTO, cuando la fecha de vencimiento sea menor o igual a 18 meses

Considerando su producción el requerimiento es para menor o igual a un año, por lo que solicitamos que la carta de canje de producto sea cuando la fecha de vencimiento sea menor a 12 meses. Solicitamos acepte la consulta para nuestra participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: SE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el area usuaria, aclara a su consulta que se requiere Catalogos manuales, folletería, brochure y/o insertos y/o cartas emitidas por el fabricante u otros documentos emitidos por el fabricante que indique las características para acreditar.

REACTIVO: METODOLOGIA

EQUIPOS: METODOLOGIA, RENDIMIENTO Y MUESTRA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:31:41

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Solicitan,
Catalogos manuales, folletería, brochure y/ o insertos y/o cartas emitidas por el fabricante u otros documentos emitidos por el fabricante que indique la marca y características para acreditar.
REACTIVO: METODOLOGIA
EQUIPOS: METODOLOGIA, RENDIMIENTO Y MUESTRA

Entendemos que las otras características deberán acreditarse con el anexo N°3, solicitamos ACLARAR si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 2 **Literal:** 2.1 **Página:** SE
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité y el área usuaria precisan que su entender es correcto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-7-2025-HRA/OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DE 5 ESTIRPES CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:31:41

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Solicitan,

Características: Procesamiento de hemogramas con 5 estirpes leucocitarias, incluyendo normoblastos.

Entendemos que los normoblastos son importantes como ayuda en el diagnóstico clínico, y así mismo pueden afectar al recuento los leucocitos y brindar una falsa leucocitosis, por lo cual solicitamos ACLARAR si los normoblastos deben estar como parámetros reportables (NRBC#, NRBC%)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** SE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité y el área usuaria precisan que los neuroblastos deben ser parámetros reportables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null