

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20509797847	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	PROFESSIONAL SERVICE SUPPORT S.A.C.	Hora de envío :	10:31:21

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Buenos días Srs. de la Dirección Ejecutiva De Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia

De acuerdo al Capítulo 1 (Generalidades)

El numeral 1.9 indica un plazo de entrega de 30 días calendarios para las Balanzas. Se solicita una ampliación a 60 días calendarios de plazo de entrega para estos equipos. Esta solicitud se debe a que los equipos son en su totalidad de origen extranjero; y, por tiempos de fabricación e importación se requiere un mayor numero de días como plazo de entrega.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 1.9      Literal: 1      Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, puesto que la necesidad de dicho bien es de suma urgencia; asimismo se ha evidenciado que durante la indagacion de mercado existe pluralidad de postores con la capacidad de cumplir con el plazo de entrega requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:22:45

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

SOLICITAN: e) Al momento de la presentación de ofertas, los postores deberán presentar folletos, fichas técnicas, manuales, catálogos u otros documentos técnicos similares, en los cuales se describan las características técnicas de cada producto ofertado, con la finalidad de sustentar el cumplimiento de los requerimientos mínimos exigidos.

Se consulta al cliente si podrán aceptar adicionalmente carta del fabricante debido a que en los catálogos y manuales no se encuentran todas las especificaciones de manera literal.

Por lo expuesto, recomendamos al área usuaria precisar esta especificación de la siguiente manera:

e) Al momento de la presentación de ofertas, los postores deberán presentar folletos, fichas técnicas, manuales, catálogos, carta de fabricante u otros documentos técnicos similares, en los cuales se describan las características técnicas de cada producto ofertado, con la finalidad de sustentar el cumplimiento de los requerimientos mínimos exigidos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, lo planteado por el participante, por pluralidad de postores debiendo quedar como: "presentar folletos, fichas técnicas, manuales, catálogos, carta de fabricante u otros documentos técnicos similares, en los cuales se describan las características técnicas de cada producto ofertado"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE, lo planteado por el participante, por pluralidad de postores debiendo quedar como: "presentar folletos, fichas técnicas, manuales, catálogos, carta de fabricante u otros documentos técnicos similares, en los cuales se describan las características técnicas de cada producto ofertado"

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:22:45

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CAMPANA EXTRACTORA DE GASES TOXICOS

Se solicita:

- Sistema deflector de última tecnología, proporciona máxima contención asegurando uniformidad del flujo en toda la cámara principal.

Respecto a esa especificación, nuestra propuesta incluye el revestimiento interno y el sistema deflector están hechos de laminados de resina fenólica para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.

Se solicita a la entidad aceptar también la especificación técnica de la siguiente manera: Sistema deflector de última tecnología, proporciona máxima contención asegurando uniformidad del flujo en toda la cámara principal ó sistema deflector hechos de laminados de resina fenólica para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE, lo planteado por el participante, por pluralidad de postores debiendo quedar como: "Sistema deflector de última tecnología, proporciona máxima contención asegurando uniformidad del flujo en toda la cámara principal, hechos de material de alta durabilidad y resistencia a la corrosión"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE PARCIALMENTE, lo planteado por el participante, por pluralidad de postores debiendo quedar como: "Sistema deflector de última tecnología, proporciona máxima contención asegurando uniformidad del flujo en toda la cámara principal, hechos de material de alta durabilidad y resistencia a la corrosión"

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	16:22:45

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CAMPANA EXTRACTORA DE GASES TOXICOS

Se solicita:

- Ventana de vidrio seguro o policarbonato, con deslizamiento vertical contrabalanceado o de acuerdo al fabricante que garantice máxima seguridad al usuario.

Respecto a esa especificación, nuestro equipo incluye una ventana con vidrio templado de seguridad con deslizamiento vertical contrabalanceado que garantiza máxima seguridad al usuario.

Se solicita a la entidad aceptar también la especificación técnica de la siguiente manera: Ventana de vidrio seguro o policarbonato o ventana con vidrio templado de seguridad, con deslizamiento vertical contrabalanceado o de acuerdo al fabricante que garantice máxima seguridad al usuario.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE, lo planteado por el participante, por pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Ventana de vidrio seguro o policarbonato o vidrio templado de seguridad, con deslizamiento vertical contrabalanceado o de acuerdo al fabricante que garantice máxima seguridad al usuario."

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE, lo planteado por el participante, por pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Ventana de vidrio seguro o policarbonato o vidrio templado de seguridad, con deslizamiento vertical contrabalanceado o de acuerdo al fabricante que garantice máxima seguridad al usuario."

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	17:30:48

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

ITEM 01 - BALANZA DE PLATAFORMA

Solicitan:

Preparados para la certificacion ISO17025

Para mayor aclaración, tener en cuenta que debemos entender que las balanzas cumplen directivas de fabricacion de equipos de laboratorio. Por lo que en balanza se requiere pantalla , plataforma y calibracion externa para que cumpla las condiciones de calibracion segun al ISO17025.

solicitamos que el requerimiento en cuestión sea modificado y que quede como sigue: Preparados para la certificacion ISO17025 o con pantalla , plataforma y calibracion externa.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, lo planteado por el participante por pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Preparados para la certificacion ISO17025 o con pantalla , plataforma y calibracion externa."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE, lo planteado por el participante por pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Preparados para la certificacion ISO17025 o con pantalla , plataforma y calibracion externa."

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	17:30:48

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

ITEM 01 - BALANZA DE PLATAFORMA

Solicitan:

Facil limpieza

Para mayor aclaración, tener en cuenta que este enunciado no es una especificacion ya que al tener la plataforma de acero inoxidable , es posible realizar su limpieza de manera sencilla sin preocuparse de agentes para su limpieza. solicitamos que el requerimiento en cuestión sea modificado y que quede como sigue: Facil limpieza (opcional)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, con respecto a su consulta formulada y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Facil limpieza (opcional)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA, con respecto a su consulta formulada y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Facil limpieza (opcional)"

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	17:30:48

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

ITEM 01 - BALANZA DE PLATAFORMA

Solicitan:

Cubierta de pantalla

Para mayor aclaración, tener en cuenta que la cubierta es sinonim ode capota protectora de pantalla. solicitamos que el requerimiento en cuestión sea modificado y que quede como sigue: Cubierta o capota protectora de pantalla

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Cubierta o capota protectora de pantalla"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Cubierta o capota protectora de pantalla"

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	17:30:48

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

ITEM 01 - BALANZA DE PLATAFORMA

Solicitan:

Incluye calibracion semestral, con su respectivo certificado, por DOS(02) años.

Para mayor aclaración, tener en cuenta que la calibracion es posterior a un mantenimiento, por lo que se requiere que se realice un mantto preventivo previo que debe estar considerado previa calibracion.  
solicitamos que el requerimiento en cuestión sea modificado y que quede como sigue: Incluye mantenimiento preventivo y calibración semestral, con su respectivo certificado, por DOS(02) años.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, lo planteado por el participante, debiendo quedar como: "Incluye mantenimiento preventivo y calibración semestral, con su respectivo certificado, por DOS (02) años"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE, lo planteado por el participante, debiendo quedar como: "Incluye mantenimiento preventivo y calibración semestral, con su respectivo certificado, por DOS (02) años"



Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	17:30:48

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

ITEM 01 - BALANZA ANALITICA DIGITAL

Solicitan:

Certificado de calidad de acuerdo al fabricante que asegure un equipo de larga duración, robusto y de alta calidad.

Para mayor aclaración, tener en cuenta que los fabricantes cumplen estándares de calidad ISO9001 y CE, por lo que no emiten certificado por equipo, si embargo si podría ser como requisito que se realice una revision por el proveedor para confirmar a travez de un informe tecnico que el equipo esta conforme.

solicitamos que el requerimiento en cuestión sea modificado y que quede como sigue: Certificado de calidad de acuerdo al fabricante o informe técnico que asegure un equipo de larga duración, robusto y de alta calidad

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 4      **Literal:** 2      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Certificado de calidad de acuerdo al fabricante o informe técnico que asegure un equipo de larga duración, robusto y de alta calidad"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Certificado de calidad de acuerdo al fabricante o informe técnico que asegure un equipo de larga duración, robusto y de alta calidad"

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	17:30:48

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

ITEM 01 - BALANZA ANALITICA DIGITAL

Solicitan:

Cubierta de pantalla

Para mayor aclaración, tener en cuenta que los fabricantes tiene diferentes tipos de accesorio similares por lo que se tendria que aclarar si es una pelicula protectora de pantalla o una funda protectora de la balanza. La pelicula protectora es una mica que se adhiere a la pantalla tactil para protegerla de rayaduras.

solicitamos que el requerimiento en cuestión sea modificado y que quede como sigue: Cubierta de pantalla o pelicula protectora de pantalla

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, con relacion a la consulta formulada por el participante, y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Cubierta de pantalla o pelicula protectora de pantalla"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA, con relacion a la consulta formulada por el participante, y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Cubierta de pantalla o pelicula protectora de pantalla"

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	17:30:48

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

ITEM 01 - BALANZA ANALITICA DIGITAL

Solicitan:

Mesa antivibratoria con, espacio suficiente para el equipo, impresora de balanza y/o material complementario para el funcionamiento del equipo.

Para mayor aclaración, tener en cuenta que los fabricantes tienen mesa antivibratoria para las medidas de sus equipos por lo que presento la medida del nuestro :800mm ancho x 650mm profundidad x 950mm altura aproximado .

solicitamos que el requerimiento en cuestión sea modificado y que quede como sigue: Mesa antivibratoria con, espacio suficiente para el equipo, impresora de balanza y/o material complementario para el funcionamiento del equipo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, con relacion a la consulta del participante: El proveedor debe garantizar, que la mesa antivibratoria tenga el espacio suficiente para comodidad y adecuado funcionamiento del equipo con su respectiva impresora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	17:30:48

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

ITEM 01 - BALANZA ANALITICA DIGITAL

Solicitan:

Incluye calibración semestral, con su respectivo certificado, por DOS(02) años.

Para mayor aclaración, tener en cuenta que la calibracion es posterior a un mantenimiento, por lo que se requiere que se realice un mantto preventivo previo que debe estar considerado previa calibración.

solicitamos que el requerimiento en cuestión sea modificado y que quede como sigue: Incluye mantenimiento preventivo y calibración semestral, con su respectivo certificado, por DOS(02) años.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4    **Literal:** 2    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA, con relacion a la consulta formulada por el participante, debiendo quedar como: "Incluye mantenimiento preventivo y calibración semestral, con su respectivo certificado, por DOS (02) años"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACLARA, con relacion a la consulta formulada por el participante, debiendo quedar como: "Incluye mantenimiento preventivo y calibración semestral, con su respectivo certificado, por DOS (02) años"

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	17:30:48

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

ITEM 01 - BALANZA DE HUMEDAD

Solicitan:

Indicador digital de secado: que reporte %humedad, pérdida de peso, %masa seca, fecha y hora  
Para mayor aclaración, tener en cuenta que los fabricantes tienen en su mayoría %humedad y % masa seca solicitamos que el requerimiento en cuestión sea modificado y que quede como sigue: Indicador digital de secado: que reporte %humedad, pérdida de peso (opcional) , %masa seca, fecha y hora.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Indicador digital de secado: que reporte %humedad, pérdida de peso (opcional) , %masa seca, fecha y hora"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Indicador digital de secado: que reporte %humedad, pérdida de peso (opcional) , %masa seca, fecha y hora"

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	17:30:48

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

ITEM 01 - BALANZA DE HUMEDAD

Solicitan:

Intervalo de temperatura: Hasta 200°C o mejor

Para mayor aclaración, tener en cuenta que los fabricantes tienen hasta 199°C y 200°C, normalmente se trabaja en 105°C para no afectar la quema de muestra. Por ello esto no afectaría el trabajo del analista.

solicitamos que el requerimiento en cuestión sea modificado y que quede como sigue: Intervalo de temperatura: Hasta 199°C o mejor

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4    **Literal:** 2    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Hasta 199°C o mejor"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Hasta 199°C o mejor"

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	17:30:48

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

ITEM 01 - BALANZA DE HUMEDAD

Solicitan:

Incluye calibracion semestral, con su respectivo certificado, por DOS(02) años.

Para mayor aclaración, tener en cuenta que la calibracion es posterior a un mantenimiento, por lo que se requiere que se realice un mantto preventivo previo que debe estar considerado previa calibracion.  
solicitamos que el requerimiento en cuestión sea modificado y que quede como sigue: Incluye mantenimiento preventivo y calibracion semestral, con su respectivo certificado, por DOS(02) años.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA A LA CONSULTA formulada por el participante; debiendo quedar como: "Incluye mantenimiento preventivo y calibración semestral, con su respectivo certificado, por DOS (02) años"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA A LA CONSULTA formulada por el participante; debiendo quedar como: "Incluye mantenimiento preventivo y calibración semestral, con su respectivo certificado, por DOS (02) años"

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	17:30:48

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

"ITEM 01 - BALANZA DE PRECISION

Solicitan:

Repetibilidad: 0.1g o mejor

Para mayor aclaración, tener en cuenta que los fabricantes tienen especificaciones en su mayoría de 0.2 o mejor. estamos revisando un equipo de clase II. por lo que fuese 0.1 o 0.2 g tiene que cumplir los E.M.Ps de su clase segun Iso17025 que seria lo que define el performance del equipo.

solicitamos que el requerimiento en cuestión sea modificado y que quede como sigue: Repetibilidad: 0.2g o mejor"

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4    **Literal:** 2    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Repetibilidad: 0.2g o mejor"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Repetibilidad: 0.2g o mejor"



Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	17:30:48

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

ITEM 01 - BALANZA DE PRECISION

Solicitan:

Carcasa de alta calidad resistente a sustancias quimicas

Para mayor aclaración, tener en cuenta que los fabricantes tienen carcasa de acero inoxidable lo que es resistente a productos quimicos.

solicitamos que el requerimiento en cuestión sea modificado y que quede como sigue: Carcasa de alta calidad resistente a sustancias quimicas o carcasa de acero inoxidable.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4    **Literal:** 2    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Carcasa de alta calidad resistente a sustancias quimicas o carcasa de acero inoxidable"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Carcasa de alta calidad resistente a sustancias quimicas o carcasa de acero inoxidable"

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	17:30:48

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

ITEM 01 - BALANZA DE PRECISION

Solicitan:

Certificado de calidad de acuerdo al fabricante que asegure un equipo de larga duracion, robusto y de alta calidad.

Para mayor aclaración, tener en cuenta que los fabricantes cumplen estandares de calidad ISO9001 y CE, por lo que no emiten certificado por equipo, si embargo si podria ser como requisito que se realice una revision por el proveedor para confirmar a travez de un informe tecnico que el equipo esta conforme.

solicitamos que el requerimiento en cuestión sea modificado y que quede como sigue: Certificado de calidad de acuerdo al fabricante o informe tecnico que asegure un equipo de larga duracion, robusto y de alta calidad

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 4      **Literal:** 2      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Certificado de calidad de acuerdo al fabricante o informe técnico que asegure un equipo de larga duración, robusto y de alta calidad"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Certificado de calidad de acuerdo al fabricante o informe técnico que asegure un equipo de larga duración, robusto y de alta calidad"

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	17:30:48

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

ITEM 01 - BALANZA DE PRECISION

Solicitan:

Cubierta de pantalla

Para mayor aclaración, tener en cuenta que los fabricantes tiene diferentes tipos de accesorio similares por lo que se tendria que aclarar si es una pelicula protectora de pantalla o una funda protectora de la balanza. La pelicula protectora es una mica que se adhiere a la pantalla tactil para protegerla de rayaduras.

solicitamos que el requerimiento en cuestión sea modificado y que quede como sigue: Cubierta de pantalla o funda protectora de pantalla

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, con relación a la consulta formulada por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Cubierta de pantalla o funda protectora de pantalla"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA, con relación a la consulta formulada por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Cubierta de pantalla o funda protectora de pantalla"

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	17:30:48

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

ITEM 01 - BALANZA DE PRECISION

Solicitan:

Incluye calibracion semestral, con su respectivo certificado, por DOS(02) años.

Para mayor aclaración, tener en cuenta que la calibracion es posterior a un mantenimiento, por lo que se requiere que se realice un mantto preventivo previo que debe estar considerado previa calibracion.

solicitamos que el requerimiento en cuestión sea modificado y que quede como sigue: Incluye mantenimiento preventivo y calibracion semestral, con su respectivo certificado, por DOS(02) años.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA A LA CONSULTA formulada por el participante; debiendo quedar como: "Incluye mantenimiento preventivo y calibración semestral, con su respectivo certificado, por DOS (02) años"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA A LA CONSULTA formulada por el participante; debiendo quedar como: "Incluye mantenimiento preventivo y calibración semestral, con su respectivo certificado, por DOS (02) años"

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	17:30:48

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

ITEM 01 - Plazo de entrega

Solicitan:

TREINTA (30) días calendarios

Para mayor aclaración, tener en cuenta que la fabricación de equipos europeos y transporte es mayor a ltiempo solicitado. Estos pasan por un control de calidad y estan fanbricados al año, no deben tener equipos en stock de varios años de antigüedad, lo cual hace menos vigente los repuestos y antigüedad del mismo.

solicitamos que el requerimiento en cuestión sea modificado y que quede como sigue: SESENTA (60) días calendarios

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, puesto que la necesidad de dicho bien es de suma urgencia; asímismo se ha evidenciado que durante la indagacion de mercado existe pluralidad de postores con la capacidad de cumplir con el plazo de entrega requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:00:27

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

BALANZA DE PLATAFORMA

Legibilidad: menor 10g

Solicitamos se sirvan aceptar también un equipo con legibilidad de 20g o menor con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; debido a que cada fabricante tienen sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: III Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE lo planteado por el participante. Es necesario un equipo con las características solicitadas para el trabajo del DEPTQTF

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:00:27

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

BALANZA DE PLATAFORMA

Protección frente a sobrecargas

Teniendo en consideración que, cada fabricante tiene sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales, Se SOLICITA se sirvan considerar como OPCIONAL o se sirvan ACEPTAR un equipo con protección frente a sobrecargas según lo propuesto por cada marca/fabricante. Con el fin de promover y fomentar la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación; con la finalidad de que se obtenga el mejor equipo, a menor precio y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: III Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta: El proveedor debe garantizar que el equipo cuenta con protección frente a sobrecargas eléctricas o implementar un dispositivo (estabilizador) que cumpla con esta función.; por lo que, con motivo de integración de bases, quedará de la siguiente manera: "Protección frente a sobrecargas o tecnologia equivalente segun fabricante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara la consulta: El proveedor debe garantizar que el equipo cuenta con protección frente a sobrecargas eléctricas o implementar un dispositivo (estabilizador) que cumpla con esta función.; por lo que, con motivo de integración de bases, quedará de la siguiente manera: "Protección frente a sobrecargas o tecnologia equivalente segun fabricante."

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:00:27

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

BALANZA DE PLATAFORMA

Preparados para la certificación ISO 17025

Solicitamos se sirvan considerar como OPCIONAL preparados para la certificación ISO 17025 o acepten la ISO de calidad del fabricante; ya que, de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: III Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE lo planteado por el participante, el area usuaria precisa certificacion ISO17025 o con pantalla, plataforma y calibracion externa."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:00:27

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

BALANZA ANALITICA DIGITAL

Tiempo de estabilización: 3seg o menor

Solicitamos se sirvan aceptar también un equipo con tiempo de estabilización: 4seg o menor, ya que no se estaría modificando la funcionalidad del equipo; y se estaría fomentando la mayor participación de postores con la finalidad de que se obtenga el mejor equipo, a menor precio y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: III Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: Tiempo de estabilización: 4seg o menor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: Tiempo de estabilización: 4seg o menor

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:00:27

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

BALANZA ANALITICA DIGITAL

Protección frente a sobrecargas

Teniendo en consideración que, cada fabricante tiene sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales, Se SOLICITA se sirvan considerar como OPCIONAL o se sirvan ACEPTAR un equipo con protección frente a sobrecargas según lo propuesto por cada marca/fabricante. Con el fin de promover y fomentar la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación; con la finalidad de que se obtenga el mejor equipo, a menor precio y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 4.2 Literal: III Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta: El proveedor debe garantizar que el equipo cuenta con protección frente a sobrecargas eléctricas o implementar un dispositivo (estabilizador) que cumpla con esta función.; por lo que, con motivo de integración de bases, quedará de la siguiente manera: "Protección frente a sobrecargas o tecnologia equivalente segun fabricante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara la consulta: El proveedor debe garantizar que el equipo cuenta con protección frente a sobrecargas eléctricas o implementar un dispositivo (estabilizador) que cumpla con esta función.; por lo que, con motivo de integración de bases, quedará de la siguiente manera: "Protección frente a sobrecargas o tecnologia equivalente segun fabricante."

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:00:27

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

BALANZA ANALITICA DIGITAL

Fabricada con material resistente a productos químicos y con plataforma de pesada de acero inoxidable

Solicitamos se sirvan aceptar también un equipo con carcasa de plástico ABS y con plataforma de pesada de acero inoxidable con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; debido a que cada fabricante tienen sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: III Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta: El proveedor debera garantizar que el material de la balanza ofertada debe ser resistente a sustancias quimicas (ácidos, álcalis, solventes orgánicos, entre otros), debido a que las muestras que se pesan o analizan son de esta naturaleza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:00:27

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

BALANZA DE HUMEDAD

Todos los componentes resistentes a la humedad, solventes orgánicos, reactivos corrosivos, ácidos y bases

Teniendo en consideración que, cada fabricante tiene sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales, Se SOLICITA se sirvan aceptar un equipo resistente a la humedad o según lo propuesto por cada marca/modelo/fabricante. Con el fin de promover y fomentar la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación; con la finalidad de que se obtenga el mejor equipo, a menor precio y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: III Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE, lo planteado por el participante; debiendo quedar: "Todos los componentes resistentes a la humedad, a la corrosión y químicos según fabricante"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE PARCIALMENTE, lo planteado por el participante; debiendo quedar: "Todos los componentes resistentes a la humedad, a la corrosión y químicos según fabricante"

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:00:27

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

BALANZA DE PRECISION

Repetibilidad:0.1 g o mejor

Solicitamos se sirvan aceptar también un equipo con Repetibilidad : 0.2gr o mejor con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; debido a que cada fabricante tienen sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: III Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Repetibilidad: 0.2g o mejor"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Repetibilidad: 0.2g o mejor"

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:00:27

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

BALANZA DE PRECISION  
linealidad:0.3 g o mejor

Solicitamos se sirvan aceptar también un equipo con linealidad:0.4 gr o mejor con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; debido a que cada fabricante tienen sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: III Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Linealidad: 0.4g o mejor"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Linealidad: 0.4g o mejor"

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:00:27

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

BALANZA DE PRECISION

Carcasa de alta calidad resistente a sustancias químicas

Solicitamos se sirvan aceptar también un equipo con carcasa metálica robusta protege los componentes internos en ambientes hostiles con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; debido a que cada fabricante tienen sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: III Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta: El proveedor debera garantizar que el material de la balanza ofertada debe ser resistente a sustancias quimicas (ácidos, álcalis, solventes orgánicos, entre otros), debido a que las muestras que se pesan o analizan son de esta naturaleza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:00:27

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

BALANZA DE PRECISION

Protección frente a sobrecargas

Teniendo en consideración que, cada fabricante tiene sus propias tecnologías y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado, sin tener especificaciones técnicas exactamente iguales, Se SOLICITA se sirvan considerar como OPCIONAL o se sirvan ACEPTAR un equipo con protección frente a sobrecargas según lo propuesto por cada marca/fabricante. Con el fin de promover y fomentar la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación; con la finalidad de que se obtenga el mejor equipo, a menor precio y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 4.2 Literal: III Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta: El proveedor debe garantizar que el equipo cuenta con protección frente a sobrecargas eléctricas o implementar un dispositivo (estabilizador) que cumpla con esta función.; por lo que, con motivo de integración de bases, quedará de la siguiente manera: "Protección frente a sobrecargas o tecnologia equivalente segun fabricante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara la consulta: El proveedor debe garantizar que el equipo cuenta con protección frente a sobrecargas eléctricas o implementar un dispositivo (estabilizador) que cumpla con esta función.; por lo que, con motivo de integración de bases, quedará de la siguiente manera: "Protección frente a sobrecargas o tecnologia equivalente segun fabricante."



Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:52:53

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Tiempo de Capacitación : mínimo diez(10) horas académicas como mínimo.

Teniendo en consideración que las Balanzas son equipos de medición/laboratorio básicos solicitamos que el tiempo de capacitación sean por cada tipo de balanzas mínimo 03 horas, con la finalidad de que nuestra oferta sea la adecuada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: III Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE, lo planteado por el participante; debiendo quedar: Tiempo de capacitación: ITEM (01): Tres (03) horas académicas como mínimo.

ITEM (02): Siete (07) horas académicas como mínimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE PARCIALMENTE, lo planteado por el participante; debiendo quedar: Tiempo de capacitación: ITEM (01): Tres (03) horas académicas como mínimo.

ITEM (02): Siete (07) horas académicas como mínimo

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:52:53

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

Generalidades

Los postores deben especificar la procedencia(país de fabricación), marca , modelo ¿

Teniendo en consideración que, el reglamento de la Ley de contrataciones es de obligatorio cumplimiento; se realiza la siguiente OBSERVACIÓN A LAS BASES ya que están solicitando: país de fabricación y/o procedencia de los equipos, lo que esta prohibido y contraviene el numeral 29.4 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones; siendo una EXIGENCIA INNECESARIA QUE LIMITA Y AFECTA LA LIBRE CONCURRENCIA DE PROVEEDORES, por lo que se solicita se elimine dicha especificación técnica.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.3 Literal: III Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

numeral 29.4 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta: la generalidad indicada esta como OPCIONAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:52:53

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Generalidades

Los postores deben adjuntar certificado de garantía del equipo por parte del fabricante exclusivamente

Teniendo en consideración que, las especificaciones técnicas deben formularse de forma objetiva-precisa ; y deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de IGUALDAD, SIN OBSTÁCULOS NI DIRECCIONAMIENTOS que perjudiquen la competencia, debiendo evitarse exigencias innecesarias y/o prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores; motivo por el cual solicitamos se sirvan aceptar que el certificado de garantía del equipo sea emitido por el contratista, ya que es quien responderá por las obligaciones contractuales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.3 Literal: III Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores; debiendo quedar como: "Los postores deben adjuntar certificado de garantía del equipo emitido por parte del fabricante y/o del contratista."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE PARCIALMENTE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores; debiendo quedar como: "Los postores deben adjuntar certificado de garantía del equipo emitido por parte del fabricante y/o del contratista."

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20516809524	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED REPRESENTACIONES S.A.C	Hora de envío :	18:52:53

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

ITEM 01

Plazo de entrega y la correcta instalación del bien será en un plazo no mayor de 30 días

SOLICITAMOS se sirvan AMPLIAR el plazo de entrega a 45 días calendarios, teniendo en consideración que el plazo de producción y de disponibilidad por parte de los fabricantes actualmente son mayores a lo habitual; aunado a ello los plazos de importación/desaduanaje de los equipos de microscopia; y, con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.13.2 Literal: III Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, puesto que la necesidad de dicho bien es de suma urgencia; asimismo se ha evidenciado que durante la indagacion de mercado existe pluralidad de postores con la capacidad de cumplir con el plazo de entrega requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	21:59:47

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

ITEM 1. BALANZA DE PLATAFORMA.

Solicitan: Legibilidad: menor de 10 g

En aras de evitar ambigüedades y confusiones, CONSULTAMOS al comité poder aceptar la palabra equivalente LECTURA MINIMA la cual tiene el mismo significado, quedando de la siguiente manera: Legibilidad / lectura minima: menor o igual a 10g.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Legibilidad / lectura minima: menor o igual a 10g."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Legibilidad / lectura minima: menor o igual a 10g."

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	21:59:47

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

ITEM 1. BALANZA DE PLATAFORMA.

Solicitan: Protección frente a sobrecarga.

Siendo que cada fabricante puede incluir distintas formas de protección segun su tecnologia, CONSULTAMOS al comité, en pro de una mayor participación de postores, poder ampliar el alcance este requerimiento quedando de la siguiente manera: Protección frente a sobrecargas o tecnologia equivalente segun fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Protección frente a sobrecargas o tecnologia equivalente segun fabricante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Protección frente a sobrecargas o tecnologia equivalente segun fabricante."

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	21:59:47

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

ITEM 1. BALANZA ANALITICA DIGITAL.

Solicitan: Legibilidad: 0.1mg o mejor

En aras de evitar ambigüedades y confusiones, CONSULTAMOS al comité poder aceptar la palabra equivalente LECTURA MINIMA la cual tiene el mismo significado, quedando de la siguiente manera: Legibilidad / lectura minima: 0.1mg o mejor

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Legibilidad / lectura minima: 0.1mg o mejor."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Legibilidad / lectura minima: 0.1mg o mejor."

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	21:59:47

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

ITEM 1. BALANZA ANALITICA DIGITAL.  
Solicitan: Protección frente a sobrecarga.

Siendo que cada fabricante puede incluir distintas formas de protección segun su tecnologia, CONSULTAMOS al comité, en pro de una mayor participación de postores, poder ampliar el alcance este requerimiento quedando de la siguiente manera: Protección frente a sobrecargas o tecnologia equivalente segun fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Protección frente a sobrecargas o tecnologia equivalente segun fabricante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Protección frente a sobrecargas o tecnologia equivalente segun fabricante."



Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	21:59:47

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

ITEM 1. BALANZA DE HUMEDAD.

Legibilidad de balanza: 1 mg o mejor; Legilidad de proporción de humedad 0.01% o mejor.

En aras de evitar ambigüedades y confusiones, CONSULTAMOS al comité poder aceptar la palabra equivalente LECTURA MINIMA la cual tiene el mismo significado, quedando de la siguiente manera: Legibilidad / lectura minima: 1 mg o mejor ; Legibilidad / lectura minima: 0.01% o mejor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Legibilidad / lectura minima: 1 mg o mejor ; Legibilidad / lectura minima: 0.01% o mejor."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Legibilidad / lectura minima: 1 mg o mejor ; Legibilidad / lectura minima: 0.01% o mejor."

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	21:59:47

**Consulta:** Nro. 42

**Consulta/Observación:**

ITEM1. BALANZA DE HUMEDAD.

Solicitan: Todos los componentes resistentes a la humedad, solventes orgánicos, reactivos corrosivos, ácidos y bases

Al respecto, este requerimiento es muy especifico y perjudica la amplia participación de postores. Existen en el mercado distitan tecnologias y formas segun cada fabricante que pueden ofrecer una amplia protección contra factores externos. Por ello, CONSULTAMOS al comite, en beneficio de una amplia participación de postores, poder ampliar el alcance de este requerimiento quedando de la siguiente manera: Balanza resistente a la humedad, a la corrosión y quimicos segun fabricante.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 4.2      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE, lo planteado por el participante; debiendo quedar: "Todos los componentes resistentes a la humedad, a la corrosión y químicos según fabricante"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE PARCIALMENTE, lo planteado por el participante; debiendo quedar: "Todos los componentes resistentes a la humedad, a la corrosión y químicos según fabricante"

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	21:59:47

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

ITEM 1. BALANZA DE PRECISIÓN.

Solicitan: Protección frente a sobrecarga

Siendo que cada fabricante puede incluir distintas formas de protección segun su tecnologia, CONSULTAMOS al comité, en pro de una mayor participación de postores, poder ampliar el alcance este requerimiento quedando de la siguiente manera: Protección frente a sobrecargas o tecnologia equivalente segun fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Protección frente a sobrecargas o tecnologia equivalente segun fabricante."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE, lo planteado por el participante y para mayor pluralidad de postores, debiendo quedar como: "Protección frente a sobrecargas o tecnologia equivalente segun fabricante."

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	21:59:47

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:

ITEM 2. CAMPANA EXTRACTORA DE GASES TOXICOS.

Solicitan: Base de soporte con pies de nivelación (SAL), que incluye gabinetes con divisiones y puertas con llave, de material resistente a sustancias químicas acidas y bases corrosivas.

Una cabina extractora no requiere que tenga base de soporte con pies de nivelación (variación de altura de la cabina), ya que la misma va conectada (con acoples sellados) a un ducto de extracción; por lo cual se necesita que la misma tenga una posición fija; en este caso solo para colocar la base compuesta por el gabinete para almacenaje de reactivos. Por lo tanto; OBSERVAMOS este requerimiento y solicitamos amablemente al área usuaria si; como alternativa, pudiese modificar esta especificación con lo siguiente: Base de la cabina con gabinete con divisiones y puertas con llave para almacenamiento de reactivos ácidos y bases corrosivas. Exterior en lámina galvanizada con pintura epoxica, interior en fibra de vidrio reforzada con resina (FRP) de una sola pieza.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE, lo planteado por el participante; debiendo quedar: "Base de soporte fija o con pies de nivelación (SAL), que incluye gabinetes con divisiones y puertas con llave, de material resistente a sustancias químicas acidas y bases corrosivas"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE PARCIALMENTE, lo planteado por el participante; debiendo quedar: "Base de soporte fija o con pies de nivelación (SAL), que incluye gabinetes con divisiones y puertas con llave, de material resistente a sustancias químicas acidas y bases corrosivas"

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	21:59:47

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

ITEM 2. CAMPANA EXTRACTORA DE GASES TOXICOS.

Solicitan: Cumple con estándar ANSI, ASHRAE, BS, ANFOR, ETRAF ó COSHH.

CONSULTAMOS al comité si por cumplir con lo solicitado y por ser una denominación equivalente aceptará lo siguiente:  
Normativas y Cumplimientos: Cumplen y exceden las normas de seguridad OSHA, SEFA, ASHRAE 110, y AMCA, y sus equivalentes Europeas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: Se solicita que los equipo cumplan con alguna de los estandares internaciones, por lo que para mayor claridad debe quedar: "Cumple con alguno de los siguientes estándares: ANSI, ASHRAE, BS, ANFOR, ETRAF ó COSHH".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA LA CONSULTA: Se solicita que los equipo cumplan con alguna de los estandares internaciones, por lo que para mayor claridad debe quedar: "Cumple con alguno de los siguientes estándares: ANSI, ASHRAE, BS, ANFOR, ETRAF ó COSHH".

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-DIREICAJ-PNP-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BALANZAS Y CAMPANAS EXTRACTORAS PARA LA SECCION DE BROMATOLOGÍA, ANALISIS ESPECIALES Y SECCIÓN DE TOXICOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO QUÍMICA Y TOXICOLOGIA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE CRIMINALISTICA PNP

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	21:59:47

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

ITEM 2. CAMPANA EXTRACTORA DE GASES TOXICOS.  
Solicitan: Paredes laterales externas y Panel Frontal construido con acero electro galvanizado ó cubierto de pintura epoxi-poliéster secada al horno.

Los fabricantes escogen materiales para el recubrimiento de la cabina de modo que estos sean robustos, anti-corrosivos, y resistentes a las condiciones climáticas, por ello, diversos materiales son usados como: acero galvanizado, acero inoxidable, acero estirado en frío, con revestimiento antibacterial, secado al horno, epóxico, etc., etc. por ello, y para no restringir la participación de postores que cumplen con materiales resistentes para una cabina extractora, CONSULTAMOS al comité si aceptará: Construcción exterior en lámina de acero galvanizado con recubrimiento epóxico electrostático.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, lo planteado por el participante.  
Las características específicas del equipo se ha solicitado conforme al trabajo, al tipo materiales y reactivos utilizados por el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null