

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-344-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBISTURI MONOPÓLAR / BIPOLAR DIGITAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código : 20465722119

Nombre o Razón social : GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 13:18:32

Observación: Nro. 1
Consulta/Observación:

" 5 ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A ADQUIRIR
5.1 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN
ELECTROBISTURI MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL
A GENERALES

A01 PANEL DE CONTROL CON PANTALLA LCD (TFT) A COLOR, CON TRES INDICADORES DIGITALES DE POTENCIA COMO MINIMO: CORTE MONOPOLAR, COAGULACIÓN MONOPOLAR Y MODO BIPOLAR

Teniendo en cuenta que cada fabricante cuenta con diferentes características, y con la finalidad de contar con pluralidad de postores, se solicita considerar pantalla LCD o LCD (TFT), puesto que esta última es un tipo de LCD, y esta es la más utilizada en equipos Biomédicos con tecnología avanzada, la misma no altera la funcionalidad del producto.

"

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2 incisos c)

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

El área usuaria ACOGE la observación del participante; con la finalidad de favorecer la mayor pluralidad de postores y en beneficio de la vigencia tecnológica se modificara dicha especificación; "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Literal: 5.1

Página: 21

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-344-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBISTURI MONOPÓLAR / BIPOLAR DIGITAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20465722119	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	13:18:32

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

"5 ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A ADQUIRIR

5.1 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN

ELECTROBISTURI MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL

B COMPONENTES

POTENCIA MAXIMA DE LOS MODOS DE EXPLORACION

B06 MODO MONOPOLAR COAGULACIÓN POR CONTACTO (SUAVE, FORZADA, DESECACIÓN, ESTANDAR, ETC):

200W Ó MAYOR (AL MENOS TRES MODOS DE COAGULACIÓN)

Considerando que los equipos con tecnología avanzada, cuentan con una tecnología de dosificación automática de la potencia de acuerdo con las impedancias del tejido, no es necesario manejar una potencia muy alta para conseguir el efecto clínico deseado, disminuyendo así el riesgo de daño de estructuras aledañas, la recuperación más rápida del tejido trabajado, y por ende la recuperación más rápida del paciente, por este motivo solicitamos ampliar a MODO MONOPOLAR COAGULACIÓN POR CONTACTO (SUAVE, FORZADA, DESECACIÓN, ESTANDAR, ETC.) 120 W O MAYOR (AL MENOS 3 MODOS DE COAGULACIÓN)"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a), b), c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

El area usuaria ACOGE la observación del participante; con la finalidad de favorecer la mayor pluralidad de postores y en beneficio de la vigencia tecnologica se modificara dicha especificación; "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-344-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBISTURI MONOPÓLAR / BIPOLAR DIGITAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código : 20465722119

Fecha de envío : 30/11/2023

Nombre o Razón social : GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 13:18:32

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

"5 ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A ADQUIRIR

5.1 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN

ELECTROBISTURI MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL

B COMPONENTES

B08 MODO BIPOLAR COAGULACIÓN Ó BIPOLAR ESTANDAR: 100W Ó MAYOR

Considerando que los equipos con tecnología avanzada, cuentan con una tecnología de dosificación automática de la potencia de acuerdo con las impedancias del tejido, no es necesario manejar una potencia muy alta para conseguir el efecto clínico deseado, disminuyendo así el riesgo de daño de estructuras aledañas, la recuperación más rápida del tejido trabajado, y por ende la recuperación más rápida del paciente, por este motivo solicitamos ampliar a MODO BIPOLAR COAGULACIÓN O BIPOLAR ESTANDAR: 70W O MAYOR

"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 5.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a), b), c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

El area usuaria NO ACOGE la observacion del participante; esto porque las características a requerir del equipo son minimas; para este caso la potencia indicada en este ítem es la mínima solicitada, por consiguiente nose cambiara las especificaciones."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-344-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBISTURI MONOPÓLAR / BIPOLAR DIGITAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código : 20465722119

Nombre o Razón social : GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 13:18:32

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

"5 ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A ADQUIRIR

5.1 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN

ELECTROBISTURI MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL

B COMPONENTES

B09: MODO BIPOLAR CORTE: 50W O MAYOR

Considerando que los equipos con tecnología avanzada, cuentan con una tecnología de dosificación automática de la potencia de acuerdo con las impedancias del tejido, no es necesario manejar una potencia muy alta para conseguir el efecto clínico deseado, disminuyendo así el riesgo de daño de estructuras aledañas, la recuperación más rápida del tejido trabajado, y por ende la recuperación más rápida del paciente, al mismo tiempo considerando que la energía bipolar aplica corriente, la cual fluye entre dos electrodos colocados en el área de aplicación, para lograr coagular el tejido u órgano sostenido entre ambas, se solicita ampliar a MODO BIPOLAR COAGULACIÓN: 50 W O MAYOR CON TRES MODOS A MÁS. Puesto que el objetivo primordial de esta energía es conseguir la hemostasia de vasos o tejidos."

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 5.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a), b), c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

El area usuaria NO ACOGE la observacion del participante; esto porque las características a requerir del equipo son mínimas; además si su equipo a ofertar es superior a las especificaciones mínimas a requerir esto no le impide participar del siguiente proceso, por consiguiente no se cambiara las especificaciones técnicas"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-344-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBISTURI MONOPÓLAR / BIPOLAR DIGITAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20465722119	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	13:18:32

Observación: Nro. 5
Consulta/Observación:

"5 ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A ADQUIRIR
5.1 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN
ELECTROBISTURI MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITAL
E ACCESORIOS FUNGIBLES

E02 ELECTRODOS NEUTROS TAMAÑO PEDIATRICO DE DOBLE CAMPO (DE CAUCHO, SILICONA, GOMA CONDUCTORA o EQUIVALENTE FLEXIBLE): 05 ELECTRODOS REUSABLES CON ACCESORIOS SUJETADORES O 100 ELECTRODOS DESCATABLES, CON DOS CABLE-CONECTOR AL EQUIPO COMO MINIMO

Las placas de retorno se utilizan en contacto con el paciente, cerca al campo operatorio, por ende, tanto la placa y el cable conector están en constante contacto con tejidos y fluidos orgánicos. Es por esto que la presentación de cada placa viene con su propio cable conector descartable, para así evitar contaminaciones cruzadas; y con la finalidad de trabajar con la mayor seguridad posible y para evitar accidentes por desconexión del electrodo de retorno con su cable conector al equipo, se solicita considerar: 100 ELECTRODOS NEUTROS TAMAÑO ADULTO DE DOBLE CAMPO (DE CAUCHO, SILICONA, GOMA CONDUCTORA o EQUIVALENTE FLEXIBLE) DESCARTABLE CON SU PROPIO CONECTOR AL EQUIPO. "

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a), b), c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

El area usuaria NO ACOGE la observacion del participante; esto porque las características a requerir del equipo son mínimas; además si su equipo a ofertar es superior a los especificaciones mínimas a requerir esto no le impide participar del siguiente proceso, por consiguiente nose cambiara las especificaciones técnicas."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-344-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBISTURI MONOPÓLAR / BIPOLAR DIGITAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código : 20465722119

Nombre o Razón social : GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 13:18:32

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

"5 ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A ADQUIRIR

5.1 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN

ELECTROBISTURI MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITA

E ACCESORIOS FUNGIBLES

E01 ELECTRODOS NEUTROS TAMAÑO ADULTO DE DOBLE CAMPO (DE CAUCHO, SILICONA, GOMA CONDUCTORA o EQUIVALENTE FLEXIBLE): 05 ELECTRODOS REUSABLES CON ACCESORIOS SUJETADORES O 100 ELECTRODOS DESCATABLES, CON DOS CABLE-CONECTOR AL EQUIPO COMO MINIMO

Las placas de retorno se utilizan en contacto con el paciente, cerca al campo operatorio, por ende, tanto la placa y el cable conector están en constante contacto con tejidos y fluidos orgánicos. Es por esto que la presentación de cada placa viene con su propio cable conector descartable, para así evitar contaminaciones cruzadas; y con la finalidad de trabajar con la mayor seguridad posible y para evitar accidentes por desconexión del electrodo de retorno con su cable conector al equipo, se solicita considerar: 100 ELECTRODOS NEUTROS TAMAÑO ADULTO DE DOBLE CAMPO (DE CAUCHO, SILICONA, GOMA CONDUCTORA o EQUIVALENTE FLEXIBLE) DESCARTABLE CON SU PROPIO CONECTOR AL EQUIPO."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 5.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2 incisos a), b), c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

El área usuaria NO ACOGE la observación del participante; esto porque las características a requerir del equipo son mínimas; además si su equipo a ofertar es superior a los especificaciones mínimas a requerir esto no le impide participar del siguiente proceso, por consiguiente no se cambiara las especificaciones técnicas."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-344-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBISTURI MONOPÓLAR / BIPOLAR DIGITAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20465722119	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	13:18:32

Observación: Nro. 7
Consulta/Observación:

"5 ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A ADQUIRIR
5.1 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN
ELECTROBISTURI MONOPOLAR/BIPOLAR DIGITA
E ACCESORIOS FUNGIBLES
E08 UN (01) ELECTRODO BIPOLAR TIPO TIJERA

Con la finalidad de trabajar con mayor seguridad, teniendo en cuenta que la tecnología selladora de vasos permite la hemostasia en vasos de mayor calibre, se solicita consideras UN (01) PINZA BIPOLAR AVANZADO TIPO TIJERA PARA SELLADO DE VASOS
"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a), b), c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

"
El area usuaria NO ACOGE la observacion del participante; esto con el fin de dar mayor pluralidad a los postores y marcas; ademas si su equipo a ofertar es superior a los especificaciones minimas a requerir esto no le impide participar del siguiente proceso, por consiguiente nose cambiara las especificaciones ."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-344-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBISTURI MONOPÓLAR / BIPOLAR DIGITAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20465722119	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	13:18:32

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

B EXPERIENCIA DE POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 550,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria (¿)

Se considera bienes similares a los siguientes: "LAPIZ ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR Y BIPOLAR"

Por lo antes expuesto, solicitamos al Comité de Selección se sirva considerar la presentación de experiencia en la venta y comercialización de equipos de ELECTROBISTURI, ELECTROCAUTERIO, más aún si tenemos en consideración que ello constituye el objeto de la convocatoria del presente procedimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 22 Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo2 incisos a), b), c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

El area usuaria se ACOGE a la observación del paicipante, con la finalidad de favorecer la mayor pluralidad de postores se modificara dicha especificación."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-344-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBISTURI MONOPÓLAR / BIPOLAR DIGITAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	17:26:52

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

Se solicita cordialmente indicar un plazo de entrega mayor, dado que 45 días resultan insuficientes teniendo en cuenta el tiempo de fabricación, transporte, desaduanaje, almacenaje y distribución. Por ello, indicar: 90 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 8 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"
El area usuaria ACLARA su consulta del participante; para dar una mayor pluralidad a los postores los equipos deben ser entregados dentro de los plazos establecidos para este caso 45 días por tal motivo no se cambiara los plazos de entrega ; los equipos se necesitan con urgencia para atender las demandas de los pacientes."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-344-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBISTURI MONOPÓLAR / BIPOLAR DIGITAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código : 20501645517

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 17:26:52

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En base a la experiencia del Postor en la especialidad, se consideran bienes similares a LAPIZ ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR Y BIPOLAR a fin de tener pluralidad de postores solicitamos amablemente al comité poder considerar:

ADQUISICION DE LAPIZ ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR Y BIPOLAR Y/O EQUIPOS MÉDICOS EN GENERAL

Acápito de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.2

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

El area usuaria ACLARA la consulta realizada del participante la experiencia se podrá demostrar con la venta de equipos iguales u similares como ELECTROBISTURI, ELECTROCAUTERIO incluyendo sus accesorios por corresponder a la especialidad del postor. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-344-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBISTURI MONOPÓLAR / BIPOLAR DIGITAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	17:26:52

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

E10. Dos (02) pinzas laparoscópicas para sellado de vasos de 5y 10 mm (+/-10%)

Se solicita al comité de selección considere como opcional, dado que hay muchas empresas como la nuestra que no comercializan material de laparoscopia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

El area usuaria toma su consulta como observacion por lo tanto se ACOGE, para tener mayor pluralidad de postores. Y dicha observacion se tomara como opcional."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-344-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBISTURI MONOPÓLAR / BIPOLAR DIGITAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	17:26:52

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

E11. Una (01) pinza para sellado de vasos y energía monopolar para cirugía laparoscópica.

Se solicita al comité de selección considere como opcional, dado que hay muchas empresas como la nuestra que no comercializan material de laparoscopia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

El area usuaria toma su consulta como observacion por lo tanto se ACOGE, para tener mayor pluralidad de postores. Y dicha observacion se tomara como opcional"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-344-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBISTURI MONOPÓLAR / BIPOLAR DIGITAL SEGUN ESPECIFICACIOBNES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	19:58:13

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

A06. SISTEMA DE PROTECCION CON DESECTAVACIÓN AUTOMÁTICA EN CASO DE FALLA.
Un sistema de protección con desactivación automática en caso de falla constituye un mecanismo diseñado para salvaguardar la seguridad y la integridad de un sistema o equipo ante situaciones de emergencia o mal funcionamiento. En este contexto, dado que 'mal funcionamiento' es sinónimo de 'disfunción', proponemos respetuosamente al comité para mayor participación y pluralidad de postores, considerar como sustento para el cumplimiento de este requisito: impedimento de activaciones durante 10 segundos por difusiones del equipo. Esta interpretación es diferente, pero cumple la función solicitada por el usuario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"
El area usuaria ACLARA la consulta del participante; que para dar una mayor pluralidad a los postores. Se mantiene tal característica sin cambio alguno; especificaciones tecnicas a requerir son minimas, si su equipo tiene alguna mejora superior esto no le impide participar del proceso."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-344-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBISTURI MONOPÓLAR / BIPOLAR DIGITAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	19:58:13

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

B02 01 SALIDA BIPOLAR. En la solicitud de accesorios, se destaca la necesidad de sellador de vasos y tijeras bipolares. Por lo que una salida bipolar limita al cirujano a la utilización simultánea de ambas pinzas en un solo procedimiento y causa molestias al personal circulante al tener que desconectar y volver a conectar una de las pinzas en uso. La incorporación de múltiples salidas bipolares ofrecería una mayor versatilidad en los procedimientos quirúrgicos, permitiendo al cirujano poder conectar de dos a tres pinzas bipolares para un mismo procedimiento y accionamiento bipolar simultáneo que optimiza la operatividad y facilita la labor del personal médico. Por ello solicitamos al comité muy respetuosamente evaluar y considerar: 03 (TRES) SALIDAS BIPOLAR CON ACCIONAMIENTO SIMULTANEO EN DOS DE ELLOS COMO MINIMO

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

" El area usuaria ACLARA la consulta del participante; su equipo a ofertar es superior a las especificaciones minimas a requerir esto no le impide participar del proceso, por consiguiente, puede presentar su propuesta."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-344-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBISTURI MONOPÓLAR / BIPOLAR DIGITAL SEGUN ESPECIFICACIOBNES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	19:58:13

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

B06. MODO MONOPOLAR COAGULACIÓN POR CONTACTO (SUAVE, FORZADA, DESECACIÓN, ESTÁNDAR, ETC.): 200W ó MAYOR (AL MENOS TRES MODOS DE COAGULACIÓN). Cada fabricante puede utilizar nombres diferentes para distinguir sus productos en el mercado. En el caso de la coagulación suave en nuestra ofertada se llama Moderada, en estándar se llama Forzada Mixta, en la desecación se llama Resección. Es importante tener en cuenta que estos nombres comerciales pueden variar entre fabricantes, pero en esencia se refieren al mismo tipo de coagulación monopolar solicitado. Por ello solicitamos al comité para la mayor participación y pluralidad de postores considerar: B06. MODO MONOPOLAR COAGULACIÓN POR CONTACTO (SUAVE O MODERADA, FORZADA CORTANTE, DESECACIÓN O RESECCION, ESTÁNDAR O FORZADA MIXTA , ETC.): 250W ó MAYOR (AL MENOS SEIS MODOS DE COAGULACIÓN).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de la ley de contrataciones Publica

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

El area usuaria NO ACOGE la consulta del participante; esto con el fin de dar mayor pluralidad a los postores y marcas; ademas si su equipo a ofertar es superior a los especificaciones minimas a requerir esto no le impide participar del siguiente proceso, por consiguiente nose cambiara las especificaciones."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-344-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBISTURI MONOPÓLAR / BIPOLAR DIGITAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	19:58:13

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

E11. UNA PINZA PARA SELLADO DE VASOS Y ENERGÍA MONOPOLAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA. Las pinzas de energía combinada en electrocirugía presentan posibilidad de interferencias, limitaciones de rendimiento y errores durante su uso en los procedimientos quirúrgicos. Como también este requisito al ser selecto y unico por ciertos fabricantes limita la participación de postores. Por lo que solicitamos al comité muy respetuosamente para mayor pluralidad y participación de postores considerar la entrega de: UNA PINZA PARA SELLADO DE VASOS Y UNA PINZA PARA ENERGÍA BIPOLAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Capítulo 2 de la ley de contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

El area usuaria NO ACOGE la observación del participante; con la finalidad de favorecer la mayor pluralidad de postores y mejoras del equipo se modificara dicha especificación."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-344-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBISTURI MONOPÓLAR / BIPOLAR DIGITAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	19:58:13

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

F02. CAPACIDAD DE USO CON QUIROFANOS INTEGRADOS O INTELIGENTES. La integración de quirófanos implica la convergencia de tecnologías y sistemas médicos. Por lo que para mayor pluralidad de postores y para sustentar este requerimiento, solicitamos al comité muy respetuosamente, aceptar conexiones que permitan la comunicación entre dispositivos electrónicos, para la transferencia y transmisión de datos como: Tomas de entrada y salidas de señal de fibra óptica, interfaz UART y conexión Ethernet

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

El area usuaria ACLARA la consulta del participante; su equipo a ofertar tiene características superiores respecto a las especificaciones minimas requeridas esto no le impide participar del proceso."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-344-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBISTURI MONOPÓLAR / BIPOLAR DIGITAL SEGUN ESPECIFICACIOBNES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	19:58:13

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Panel de pantalla táctil de 9" labable con cuatro indicadores de potencia. ofrece una interfaz intuitiva y fácil de limpiar, facilitando el control preciso durante los procedimientos. Los indicadores visuales de potencia proporcionan referencia rápida, mejorando la eficiencia, la precisión y la adaptabilidad a necesidades específicas. Estas características buscan optimizar la experiencia quirúrgica y mantener altos estándares de higiene

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

El area usuaria ACLARA la consulta del participante; que su entender es correcto el equipo debera contar con pantalla tactil. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-344-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBISTURI MONOPÓLAR / BIPOLAR DIGITAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	19:58:13

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

El accionamiento automático y simultaneo de pinzas bipolares en procedimientos quirúrgicos, ofreciendo beneficios clave, como precisión y consistencia mejoradas, reducción del tiempo de procedimiento, menor fatiga del cirujano, seguridad mejorada al prevenir errores humanos, adaptabilidad a diferentes tejidos y la posibilidad de mejorar los resultados clínicos. Estos beneficios contribuyen a procedimientos más eficientes y seguros, así como a una atención médica de mayor calidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

El area usuria ACLARA su consulta del participante, que al no indicar el item al cual se refiere el consultante, se le indica que deba ceñirse a las bases, por consiguiente se absuelve la consulta."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-344-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBISTURI MONOPÓLAR / BIPOLAR DIGITAL SEGUN ESPECIFICACIOBNES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	30/11/2023
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	19:58:13

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA 20 DIAS

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

El area usuaria ACLARA su consulta del participante; para dar una mayor pluralidad a los postores los equipos deben ser entregados dentro de los plazos establecidos para este caso 45 dias por tal motivo no se cambiara los plazos de entrega que los equipos; ademas si su equipo a ofertar esta dentro de los plazos disponibles esto no lo impide a participar del siguiente proceso."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-344-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ELECTROBISTURI MONOPÓLAR / BIPOLAR DIGITAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META ADQUISICION DE ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS, ASPIRADOR DE SECRECIONES, BOMBA DE INFUSION Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CARLOS MONJE MEDRANO DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO

Ruc/código : 20102032951

Nombre o Razón social : A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A

Fecha de envío : 30/11/2023

Hora de envío : 20:54:27

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

NORMATIVIDAD

En base a lo propuesto, solicitamos al comité especial de selección analizar el requerimiento de las normativas debido que ISO 9001 e ISO 13485 se basan en Sistemas de Gestión de Calidad.

El ISO 13485 describe los requisitos de un Sistema de Gestión de Calidad más específico en productos sanitarios, con lo cual contar con alguno de las dos normativas debería ser lo ideal.

Cada fabricante es sometido constantemente a alguna de estas normativas debido a su estado siendo de elaboración o distribución.

Por lo tanto, se solicita modificar este punto para que puedan ser acogido al menos uno de los dos ISO tanto el 9001 ó ISO 13485 y no necesariamente las dos debido que ambos cumplen con un correcto Sistema de Gestión de Calidad.

Y con el fin de no restringir la participación de varios postores

Acápito de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 5.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

El area usuaria tomara su consulta, al respecto se aclara que si son equivalentes, porque ambos cumplen con un correcto sistema de gestion de calidad."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null