

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA Y CAMPIMETRO COMPUTARIZADO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DEL HHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20601890071	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	TEC MED EQUIPOS MEDICOS S.A.C.	Hora de envío :	21:12:03

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

ITEM N°1

DICE:

B03 AUMENTO TOTAL (CAMPO VISUAL)

6.37 (35.1MM) APROX

9.94 (22.5MM) APROX

15.87 (14.1MM) APROX

15.87 (14.1MM) APROX

25.37 (8.8MM) APROX

39.62 (5.6MM) APROX

CONSULTA

LOS VALORES DE AUMENTO TOTAL SON DE ACUERDO A CADA FABRICANTE Y EL MODELO DE LAMPARA.

POR LO QUE SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LOS SIGUIENTES AUMENTOS:

5.5MM, 8.5MM , 14.0 MM, 22.0MM Y 33.0MM

Y ASI POR LEY PERMITIR LA PLURALIDAD DE POSTORES.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: CAP. III

**Literal:** 3.1.6.2

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. N° 2, incisos a), b), e), f), g) de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA QUE, DE A CUERDO A LA VALIDACION REALIZADA EN LA INDAGACION DE MERCADO EXISTE PLURALIDAD DE POSTORES QUE CUMPLEN CON LO SOLICITADO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA Y CAMPIMETRO COMPUTARIZADO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DEL HHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20601890071	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	TEC MED EQUIPOS MEDICOS S.A.C.	Hora de envío :	21:12:03

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

DICE:

B09 DIAMETRO DE APERTURA DE 14,10,5,2,1,0.2MM

CONSULTA

LAS APERTURAS SON DIFERENTES EN CADA MODELO Y MARCA , POR LO QUE SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR EQUIPO CON DIAMETRO DE APERTURA : 14,10,5,3,1,0.2mm Y ASI POR EL PERMITIR LA PLURALIDAD DE POSTORES

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAP. III      **Literal:** 3.1.6.2      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. N° 2, incisos a), b), e), f), g) de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA QUE, DE A CUERDO A LA VALIDACION REALIZADA EN LA INDAGACION DE MERCADO EXISTE PLURALIDAD DE POSTORES QUE CUMPLEN CON LO SOLICITADO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA Y CAMPIMETRO COMPUTARIZADO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DEL HNHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20601890071	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	TEC MED EQUIPOS MEDICOS S.A.C.	Hora de envío :	21:12:03

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

DICE:  
B11 FILTRO AZUL, FILTRO VERDE ANETRITA, FILTRO AMBAR, \*FILTRO DE CORTE ULTRAVIOLETA (USO NORMAL), \* FILTRO DE CORTE DE INFRAROJOS (USO NORMAL)

CONSULTA:  
SOLICITAMOS SE PERMITIR OFERTAR EQUIPO CON LOS SIGUIENTES FILTROS: Azul, Verde,gris,Absorcion de calor. SIENDO ESTOS LOS MAS USADOS Y ASI POR LEY PERMITIR LA PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1.6.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 2, incisos a), b), e), f), g) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE, LOS FILTROS DE LUZ SOLICITADA ASEGURAN LA VISUALIZACION CLINICA CON PRECISION Y CLARIDAD, ASIMISMO DE A CUERDO A LA VALIDACION REALIZADA EN LA INDAGACION DE MERCADO EXISTE PLURALIDAD DE POSTORES QUE CUMPLEN CON LO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA Y CAMPIMETRO COMPUTARIZADO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DEL HHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20601890071	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	TEC MED EQUIPOS MEDICOS S.A.C.	Hora de envío :	21:12:03

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

DICE:

**C DIMENSIONES**

C01 CON TABLERO 550 MM (ANC) X 420 (F) X 752-782 MM DE ALTURA

C02 CON LA UNIDAD DEL TABLERO 440MM (ANC) X 397 MM (F) X 752-758 (ALT)

C03 SIN TABLERO 329 MM (ANC) X 396 MM (f) 652 -682mm (ALT)

C04 SIN TABLERO NI MENTONERA DE 329 MM (ANC) X 331 (304) MM (f) 645 -682mm (ALT)

C05 TAMAÑO DEL TABLERO 550 MM, 370 MM

C06 TAMAÑO DE UNIDAD DEL TABLERO 440 MM X 350 MM

C07 ALTURA DESDE LA PARTE SUPERIOR HASTA EL OJO DEL PACIENTE 375MM

**CONSULTA:**

LAS DIMENSIONES DE LA MESA COMO SU TABLERO DEPENDE DEL TAMAÑO DE LA LAMPARA COMO SU PESO, POR LO QUE CADA FABRICANTE DISEÑA LA MESA DE DIFERENTE MEDIDAS EL CUAL SE ADAPTA MEJOR A SU DISEÑO.

POR LO QUE SOLICITAMOS QUE LOS PUNTOS EN MENCIÓN C01,C02,C03,C04,C05,C06,C07 SEAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DE CADA FABRICANTE.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: CAP. III      Literal: 3.1.6.2      Página: 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. N° 2, incisos a), b), e), f), g) de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA QUE, SE ACEPTARA TAMBIEN LAS DIMENSIONES OFERTADAS SEGÚN DE CADA FABRICANTE C01, C02, C03, C04. C05, C06, C07.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA Y CAMPIMETRO COMPUTARIZADO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DEL HHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20601890071	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	TEC MED EQUIPOS MEDICOS S.A.C.	Hora de envío :	21:12:03

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

DICE:  
D01 TONOMETRO DE APLANACION ADPTADO A LA LAMPARA DE LA HENDIDURA (con soporte tipo brazo giratorio)

CONSULTA

SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTA TONOMETRO DE APLANACION DE LA MISMA MARCA O RECOMENDADO POR EL FABRICANTE Y ASI PERMITIR LA PLURALIDAD DE POSTORES

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP. III    **Literal:** 3.1.6.2    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA QUE, NO SE REQUIERE QUE SEA DE LA MISMA MARCA, AL SER UN ACCESORIO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA Y CAMPIMETRO COMPUTARIZADO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DEL HHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	21:24:41

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

B07 CAMPO DE ILUMINACION: ANCHURA DE LA HENDIDURA CONTINUA DE 0 A 12mm (14mm=CIRCULO).

SOLICITAMOS AL COMITÉ ACEPTAR NUESTRA LAMPARA DE HENDIDURA ITALIANA CON CAMPO DE ILUMINACION ANCHURA DE LA HENDIDURA CONTINUA DE 0 A 12mm. PARA PLURALIDAD DE POSTORES

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 6.2 **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"SE PRECISA QUE, PARA LA INTEGRACION DE BASE SE AMPLIARA EL RANGO DE LA SIGUIENTE MANERA:  
ANCHURA DE 0 A 12mm ó 0 A 14mm"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

B07 CAMPO DE ILUMINACION: ANCHURA DE LA HENDIDURA CONTINUA DE 0 A 12mm (12mm =CIRCULO) ó 0 a 14 MM (14mm =CIRCULO).

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA Y CAMPIMETRO COMPUTARIZADO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DEL HHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	21:24:41

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

B08 LONGITUD DE LA HENDIDURA CONTINUA DE 14 A 1 mm (14 mm=CIRCULO)

SOLICITAMOS AL COMITÉ ACEPTAR NUESTRA LAMPARA DE HENDIDURA ITALIANA CON LONGITUD DE HENDIDURA CONTINUA DE 1-12mm

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6      **Literal:** 6.2      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"SE PRECISA QUE, PARA LA INTEGRACION DE BASE SE AMPLIARA EL RANGO DE LA SIGUIENTE MANERA: LONGITUD DE LA HENDIDURA CONTINUA DE 14 A 1 mm (14 mm=CIRCULO) ó 12 A 1 mm (12 mm=CIRCULO)"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

B08 LONGITUD DE LA HENDIDURA CONTINUA DE 14 A 1 mm (14 mm=CIRCULO) ó 12 A 1 mm (12 mm=CIRCULO)

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA Y CAMPIMETRO COMPUTARIZADO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DEL HNHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	21:24:41

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

B09 DIÁMETRO DE APERTURA DE 0, 14, 10, 5, 2, 1, 0.mm APROX.

SOLICITAMOS AL COMITÉ ACEPTAR NUESTRA LAMPARA DE HENDIDURA ITALIANA CON LA SIGUIENTE CARACTERISTICA: DIÁMETRO DE APERTURA DE: 0.2, 1, 3, 5, 9, 12, PARA PLURALIDAD DE POSTORES.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 6    **Literal:** 6.2    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"SE PRECISA QUE, PARA LA INTEGRACION DE BASE SE AMPLIARA EL RANGO DE LA SIGUIENTE MANERA: DIÁMETRO DE APERTURA DE: (14, 10, 5, 2, 1, 0.2) ó (0.2, 1, 3, 5, 9, 12)mm APROX"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"B09 DIÁMETRO DE APERTURA DE: 14, 10, 5, 2, 1, 0.2mm APROX. ó 0.2, 1, 3, 5, 9, 12 mm APROX"



Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA Y CAMPIMETRO COMPUTARIZADO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DEL HHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	21:24:41

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

B11 FILTRO AZUL, FILTRO VERDE ANERITA, FILTRO AMBAR, FILTRO DE CORTE ULTRAVIOLETA (USO NORMAL) FILTRO DE CORTE INFRAROJOS (USO NORMAL).

SOLICITAMOS AL COMITÉ ACEPTAR UNA LAMPARA DE HENDIDURA, ITALIANA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: AZUL, VERDE LIBRE DE ROJO, ROJO AMARILLO GRIS Y DIFUSOR, PARA PLURALIDAD DE POSTORES.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 6    **Literal:** 6.2    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA QUE, LOS FILTROS DE LUZ SOLICITADA ASEGURAN LA VISUALIZACION CLINICA CON PRECISION Y CLARIDAD, ASIMISMO DE A CUERDO A LA VALIDACION REALIZADA EN LA INDAGACION DE MERCADO EXISTE PLURALIDAD DE POSTORES QUE CUMPLEN CON LO SOLICITADO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA Y CAMPIMETRO COMPUTARIZADO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DEL HNHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	21:24:41

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

C01 CON TABLERO 550mm (ANC) X 420mm (F) X 752-782 mm DE ALTURA

SOLICITAMOS AL COMITÉ COLOCAR APROX. A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, YA QUE ESTAS DIMENSIONES DIFIEREN POR CADA FABRICANTE. PARA PLURALIDAD DE POSTORES

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 6.2 **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA QUE, SE ACEPTARA TAMBIEN LAS DIMENSIONES OFERTADAS SEGÚN DE CADA FABRICANTE C01, C02, C03, C04. C05, C06, C07

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA Y CAMPIMETRO COMPUTARIZADO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DEL HNHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	21:24:41

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

C02 CON LA UNIDAD DEL TABLERO 440 mm (ANC) X 397 mm (F) X 752-758 (ALT).

SOLICITAMOS AL COMITÉ COLOCAR APROX. A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, YA QUE ESTAS DIMENSIONES DIFIEREN POR CADA FABRICANTE. PARA PLURALIDAD DE POSTORES

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6      **Literal:** 6.2      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA QUE, SE ACEPTARA TAMBIEN LAS DIMENSIONES OFERTADAS SEGÚN DE CADA FABRICANTE C01, C02, C03, C04. C05, C06, C07

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA Y CAMPIMETRO COMPUTARIZADO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DEL HNHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	21:24:41

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

C03 SIN TABLERO 329MM (ANC) X 396mm (F) X 652-682 mm (ALT)

SOLICITAMOS AL COMITÉ COLOCAR APROX. A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, YA QUE ESTAS DIMENSIONES DIFIEREN POR CADA FABRICANTE. PARA PLURALIDAD DE POSTORES

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6      **Literal:** 6.2      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA QUE, SE ACEPTARA TAMBIEN LAS DIMENSIONES OFERTADAS SEGÚN DE CADA FABRICANTE C01, C02, C03, C04. C05, C06, C07

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA Y CAMPIMETRO COMPUTARIZADO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DEL HNHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	21:24:41

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

C04 SIN TABLERO NI MENTONERA DE 329 mm (ANC) X 331(304) mm 8F) X 645-682mm (ALT).

SOLICITAMOS AL COMITÉ COLOCAR APROX. A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, YA QUE ESTAS DIMENSIONES DIFIEREN POR CADA FABRICANTE. PARA PLURALIDAD DE POSTORES

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 6      **Literal:** 6.2      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA QUE, SE ACEPTARA TAMBIEN LAS DIMENSIONES OFERTADAS SEGÚN DE CADA FABRICANTE C01, C02, C03, C04. C05, C06, C07

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA Y CAMPIMETRO COMPUTARIZADO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DEL HHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	21:24:41

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

C05 TAMAÑO DEL TABLERO 550mm , 370mm

SOLICITAMOS AL COMITÉ COLOCAR APROX. A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, YA QUE ESTAS DIMENSIONES DIFIEREN POR CADA FABRICANTE. PARA PLURALIDAD DE POSTORES

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 6.2 **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA QUE, SE ACEPTARA TAMBIEN LAS DIMENSIONES OFERTADAS SEGÚN DE CADA FABRICANTE C01, C02, C03, C04. C05, C06, C07

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA Y CAMPIMETRO COMPUTARIZADO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DEL HNHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	21:24:41

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

C06 TAMAÑO DE LA UNIDAD DEL TABLERO 440mm X 350mm

SOLICITAMOS AL COMITÉ COLOCAR APROX. A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, YA QUE ESTAS DIMENSIONES DIFIEREN POR CADA FABRICANTE. PARA PLURALIDAD DE POSTORES

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** 6.2 **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA QUE, SE ACEPTARA TAMBIEN LAS DIMENSIONES OFERTADAS SEGÚN DE CADA FABRICANTE C01, C02, C03, C04. C05, C06, C07

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA Y CAMPIMETRO COMPUTARIZADO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DEL HNHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	21:24:41

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

C07 ALTURA DESDE LA PARTE SUPERIOR HASTA EL OJO DEL PACIENTE 375mm

SOLICITAMOS AL COMITÉ COLOCAR APROX. A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, YA QUE ESTAS DIMENSIONES DIFIEREN POR CADA FABRICANTE. PARA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE, SE ACEPTARA TAMBIEN LAS DIMENSIONES OFERTADAS SEGÚN DE CADA FABRICANTE C01, C02, C03, C04. C05, C06, C07

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA Y CAMPIMETRO COMPUTARIZADO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DEL HHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20601890071	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	TEC MED EQUIPOS MEDICOS S.A.C.	Hora de envío :	21:25:24

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

DICE

B12 LAMPARA DE ILUMINACION TIPO LED DE 3A, 10W

CONSULTA

SOLICITAMOS QUE SE PERMITA OFERTAR VALOR DE A,W DE ACUERDO A CADA FABRICANTE DE ESTA MANERA PERMITIR LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1.6.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 2, incisos a), b), e), f), g) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE, LA LAMPARA DE ILUMINACION LED ASEGURAN LA VISUALIZACION CLINICA CON PRECISION Y CLARIDAD, ASIMISMO DE A CUERDO A LA VALIDACION REALIZADA EN LA INDAGACION DE MERCADO EXISTE PLURALIDAD DE POSTORES QUE CUMPLEN CON LO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA Y CAMPIMETRO COMPUTARIZADO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DEL HHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20551771122	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES Y SOPORTES TECNICOS S.A.C. S Y ST S.A.C.	Hora de envío :	23:12:23

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

OBSERVACION

B01 CUPULA Y SISTEMA DE COMPUTO CON DISTANCIA EXACTA DE 30 CM ENTRE EL OJO DEL PACIENTE Y EL CENTRO DE LA SUPERFICIE ESFERICA o SEMIESFÉRICA. LA CARACTERISTICA TÉCNICA INDICA UNA DISTANCIA Y FORMA DE LA CUPULA DE TRABAJO, CONSIDERAMOS QUE LO SOLICITADO ESTA DENTRO DE PARAMETROS DE GOLDMAN, POR LO EXPUESTO CONSIDERAMOS QUE SE REQUIERE UNA CUPULA REAL Y SE DEBE ACLARAR SI REQUIERE CAMPO VISUAL CON CUPULA VIRTUAL O CUPULA REAL.

B11 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE CABEZA NUESTRO EQUIPO REALIZA EL SEGUIMIENTO DE CABEZA A TRAVES DE MONITOR OCULAR CONTROLADO DE MANERA MOTORIZADA PARA ALINEAMIENTO. SOLICITAMOS AL COMITÉ ACEPTAR TAMBIEN SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE CABEZA O SEGUIMIENTO POR MONITOR OCULAR.

B12 SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO DE FIJACION DE PACIENTE. NUESTRO EQUIPO REALIZA CONTROL MOTORIZADO DE FIJACIÓN DE PACIENTE, SOLICITAMOS AL COMITÉ SE ACEPTAR TAMBIEN ESTA OPCION, PARA PERMITIR NUESTRA PARTICIPACIÓN Y FALITAR LA PLURALIDAD DE POSTORES.

B15 SOFTWARE QUE PERMITA VISUALIZAR PERDIDAS DE FIJACIÓN PARA DESCARTAR FALSOS ESCOTOMAS.

NUESTRO EQUIPO CUENTA CON ALGORITMO QUE ELIMINA DESVIACIONES DEL ESTANDAR ELIMINANDO FALSOS ESCOTOMAS

B17 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE MIRADA NUESTRO EQUIPO REALIZA EL SEGUIMIENTO DE MIRADA A TRAVES DE MONITOR OCULAR CONTROLADO DE MANERA MOTORIZADA PARA ALINEAMIENTO. SOLICITAMOS AL COMITÉ ACEPTAR TAMBIEN SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE CABEZA O SEGUIMIENTO POR MONITOR OCULAR.

B19 MENTONERA, APOYA FRENTE, PORTA LENTE CON AJUSTE DE CORRECCIÓN ESFÉRICA DE +/- 8 DIOP. NUESTRO EQUIPO CUENTA CON MENTONERA Y APOYA FRENTE, CUENTA CON UN PORTA LUNAS, EN EL QUE SE PODRA COLOCAR LENTES DE CAJA DE PRUEBAS, SOLICITAMOS AL COMITÉ PARA PERMITIR PLURALIDAD DE OFERTAS ACPTA TAMBIEN, PORTA LENTE PARA USO CON CAJA DE LUNAS.

B20 PRUEBAS DE UMBRAL FOVEAL Y MEDICION AUTOMATICA DE LA PUPILA, HARDWARE QUE PERMITA AJUSTE DE CORRECCIÓN DE DIOPTRIAS. NUESTRO EQUIPO CUENTA CON BIBLIOTECA DE EXAMENES DE UMBRAL Y ESTRATEGIAS DE EXAMEN DE UMBRAL, SOLICITAMOS AL COMITÉ SE ACEPTAR TAMBIEN ESTOS PARAMETROS

B22 PERIMETRIA AUTOMATIZA PRUEBA AZUL AMARILLO LA PRUEBA DE AZUL AMARILLO ES UTILIZADA PARA DETECTAR PERDIDAS INICIALES CENTRALES DE SENCIBILIDAD, NUESTRO EQUIPO CUENTA CON EXAMEN 24-2C QUE INCREMENTA 10 ESTIMULOS A LA PARTE CENTRAL DEL EXAMEN 24-2 REGULAR HACIENDO UN EXAMEN DE GRAN SENCIBILIDAD, SOLICITAMOS AL COMITE ACEPTAR TAMBIEN ESTA CARACTERISTICA PARA PERMITIR PLURALIDAD DE OFERTA.

B23 MONITORIZACION DE FIJACION: SEGUIMIENTO DE LA MIRADA, MANCHA CIEGA (HEIJL-KRAKAU) NUESTRO EQUIPO REALIZA MONITORIZACIÓN A TRAVES DE MONITOR OCULAR Y SEGUIMIENTO DE MIRADA CON AJUSTE Y CENTRADO MOTORIZADO PARA MANTENER AL PACIENTE CENTRADO, SOLICITAMOS AL COMITÉ ACEPTAR TAMBIEN SISTEMA MOTORIZADO CON PANTALLA DE MONITOR OCULAR.

C02 CON SISTEMA DE EXAMENES ESTATICOS Y CINETICOS COMPLETOS. LAS RUEBAS DE PERIMETRIA COMPUTARIZADA SON ESTATICAS POR TENER PATRONES DEFINIDOS DE PRUEBA ESTANDAR, LAS PRUEBAS

Entidad convocante :	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
Nomenclatura :	AS-SM-61-2023-HNHU-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA Y CAMPIMETRO COMPUTARIZADO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DEL HHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

CINETICAS SON PARAMETROS DE GOLDMAN MANUAL, SOLICITAMOS AL COMITÉ ACEPTAR TAMBIEN: PRUEBA DE EXAMENES ESTATICOS Y CINETICAS O DE SUPRA UMBRAL.

C04 EXAMEN CON INDICADORES PARA DIAGNOSTICO DE MACULOPATIAS Y GLAUCOMA EN PACIENTES JOVENES CON ESTIMULO AZUL ¿ AMARILLO. LA PRUEBA DE AZUL AMARILLO ES UTILIZADA PARA DETECTAR PERDIDAS INICIALES CENTRALES DE SENSIBILIDAD, NUESTRO EQUIPO CUENTA CON EXAMEN 24-2C QUE INCREMENTA 10 ESTIMULOS A LA PARTE CENTRAL DEL EXAMEN 24-2 REGULAR HACIENDO UN EXAMEN DE GRAN SENSIBILIDAD, SOLICITAMOS AL COMITE ACEPTAR TAMBIEN ESTA CARACTERISTICA PARA PERMITIR PLURALIDAD DE OFERTA.

C07 CON CAPACIDAD DE MEDIR EL UMBRAL FOVEAL. NUESTRO EQUIPO CUENTA CON BIBLIOTECA DE EXAMENES DE UMBRAL Y ESTRATEGIAS DE EXAMEN DE UMBRAL, SOLICITAMOS AL COMITÉ SE ACEPTAR TAMBIEN ESTOS PARAMETROS.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ITEM 2 Página: 33  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE PRECISA QUE SE PARA LA INTEGRACION DE BASES SE AMPLIARA LAS CARACTERISTICA TECNICAS CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA PLURALIDAD DE POSTORES SEGUN SIGUIENTE DETALLE:

B01 : CAMPO VISUAL CON CUPULA REAL O VIRTUAL, SE ACEPTA EL SEGUIMIENTO DE CABEZA A TRAVES DE MONITOR OCULAR.

B011 : SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE CABEZA O SEGUIMIENTO POR MONITOR OCULAR.

B012 : SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO DE FIJACION DE PACIENTE Ó SISTEMA DE SISTEMA DE CONTROL MOTORIZADO PARA FIJACION DE PACIENTE

B015 : SOFTWARE QUE PERMITA VISUALIZAR PERDIDAS DE FIJACIÓN PARA DESCARTAR FALSOS ESCOTOMAS Ó CON ALGORITMO QUE ELIMINA DESVIACIONES DEL ESTANDAR ELIMINANDO FALSOS ESCOTOMAS,

B017 : SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE MIRADA O SEGUIMIENTO DE MIRADA POR MONITOR OCULAR

B19 : MENTONERA, APOYA FRENTE, PORTA LENTE CON AJUSTE DE CORRECCIÓN ESFÉRICA DE +/- 8 DIOP O PORTA LUNAS EN EL CUAL SE COLOQUEN CAJAS DE PRUEBAS

B20: PRUEBAS DE UMBRAL FOVEAL Y MEDICION AUTOMATICA DE LA PUPILA, HARDWARE QUE PERMITA AJUSTE DE CORRECCIÓN DE DIOPTRIAS O CON BIBLIOTECA DE EXAMENES DE UMBRAL Y ESTRATEGIAS DE EXAMEN DE UMBRAL

B22 : PERIMETRIA AUTOMATIZADA PRUEBA AZUL AMARILLO O EXAMEN 24-2C QUE INCREMENTE 10 ESTIMULOS A LA PARTE CENTRAL DEL EXAMEN 24-2 REGULAR

B23: MONITORIZACION DE FIJACION: SEGUIMIENTO DE LA MIRADA, MANCHA CIEGA (HEIJL-KRAKAU) O SISTEMA MOTORIZADO CON PANTALLA DE MONITOR OCULAR.

C02 : CON SISTEMA DE EXAMENES ESTATICOS Y CINETICOS COMPLETOS O PRUEBA DE EXAMENES ESTATICOS Y CINETICAS O DE SUPRA UMBRAL ,

C04: EXAMEN CON INDICADORES PARA DIAGNOSTICO DE MACULOPATIAS Y GLAUCOMA EN PACIENTES JOVENES CON ESTIMULO AZUL ¿ AMARILLO Ó EXAMEN 24-2C QUE INCREMENTA 10 ESTIMULOS A LA PARTE CENTRAL DEL EXAMEN 24-2 REGULAR

C07:CAPACIDAD DE MEDIR EL UMBRAL FOVEAL O BIBLIOTECA DE EXAMENES DE UMBRAL Y ESTRATEGIAS DE EXAMEN DE UMBRAL"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA Y CAMPIMETRO COMPUTARIZADO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DEL HNHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

---

B01 CAMPO VISUAL CON CUPULA REAL O VIRTUAL Y SISTEMA DE COMPUTO CON DISTANCIA EXACTA DE 30 CM ENTRE EL OJO DEL PACIENTE Y EL CENTRO DE LA SUPERFICIE ESFERICA o SEMIESFÉRICA

B11 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE CABEZA O SEGUIMIENTO POR MONITOR OCULAR.

B12 SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO DE FIJACION DE PACIENTE O SISTEMA DE CONTROL MOTORIZADO PARA FIJACION DE PACIENTE

B15 SOFTWARE QUE PERMITA VISUALIZAR PERDIDAS DE FIJACIÓN PARA DESCARTAR FALSOS ESCOTOMAS O ALGORITMOS QUE ELIMINEN LAS DESVIACIONES ESTANDAR ELIMINANDO FALSOS ESCOTOMAS

B17 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE MIRADA O SEGUIMIENTO DE MIRADA POR MONITOR OCULAR

B19 MENTONERA, APOYA FRENTE, PORTA LENTE CON AJUSTE DE CORRECCIÓN ESFÉRICA DE +/- 8 DIOP O PORTA LUNAS EN EL CUAL SE COLOQUEN CAJAS DE PRUEBAS

B20 PRUEBAS DE UMBRAL FOVEAL Y MEDICION AUTOMATICA DE LA PUPILA, HARDWARE QUE PERMITA AJUSTE DE CORRECCIÓN DE DIOPTRIAS O CON BIBLIOTECA DE EXAMENES DE UMBRAL Y ESTRATEGIAS DE EXAMEN DE UMBRAL

B22 PERIMETRIA AUTOMATIZADA PRUEBA AZUL ...

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA Y CAMPIMETRO COMPUTARIZADO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DEL HHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20551771122	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES Y SOPORTES TECNICOS S.A.C. S Y ST S.A.C.	Hora de envío :	23:12:23

**Observación: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

#### 7.1 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El postor incluirá en la entrega por cada uno de los equipos: cuatro (04) manuales impresos, dos (02) de usuario y dos (02) de servicio técnico. Por lo menos un juego de manuales de usuario y técnico deberá ser original con su respectiva traducción al español, de ser necesario.

Se solicita al comité considerar cambiar la entrega de manuales en físico por manuales en digital en CD. El ahorro de papel es una práctica importante para cuidar el medio ambiente. La producción de papel está estrechamente relacionada con la tala de árboles, lo que tiene un impacto negativo en la superficie forestal.

El postor incluirá en la entrega por cada uno de los equipos: cuatro (04) manuales digitales, dos (02) de usuario y dos (02) de servicio técnico. Por lo menos un juego de manuales de usuario y técnico deberá ser original con su respectiva traducción al español, de ser necesario.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 7      **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, literales: *¿f¿* y *¿h¿*

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE EN APOYO DEL AREA USUARIA ,SIN EMBARGO SE ACEPTARA FORMATO DIGITAL EN CD, LOS MANUALES DE USUARIO Y SERVICIO TECNICO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"El postor incluirá en la entrega por cada uno de los equipos: (02) manuales digitales, un (01) de usuario y un (01) de servicio técnico y 02 manual impresos: (01) usuario y (01)servicio tecnico . Por lo menos un juego de manuales de usuario y técnico deberá ser original con su respectiva traducción al español, de ser necesario"

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA Y CAMPIMETRO COMPUTARIZADO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DEL HHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20551771122	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES Y SOPORTES TECNICOS S.A.C. S Y ST S.A.C.	Hora de envío :	23:12:23

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

REQUISITOS:

PARA EL ITEM 2:

Para el ítem 2: Lampara de hendidura digital, tonómetro de aplanacion, mocroscopio quirúrgico oftalmológico, campimetro, tomógrafo corneal, ecógrafo oftalmológico, cámara retinal, lensometro digital, biometro.

Se le pide al comité corregir la palabra "microscopio" debido a que existe un error de digitación, está escrita como "mocroscopio"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: 3.2      Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, literales: c

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ES CORRECTA SU APRECIACION EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN APOYO DEL AREA USUARIA , ACEPTA SU OBSERVACION TAMBIEN SE ACEPTARA MICROSCOPIO OFTALMOLOGICO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Para el ítem 2: Lampara de hendidura digital, tonómetro de aplanacion, microscopio quirúrgico oftalmológico, campimetro, tomógrafo corneal, ecógrafo oftalmológico, cámara retinal, lensometro digital, biometro.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-HNHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA Y CAMPIMETRO COMPUTARIZADO PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DEL HNHU PARA LA EJECUCION DE LA IOARR POR REPOSICION CON CODIGO UNICO N° 2610190

Ruc/código :	20551771122	Fecha de envío :	31/10/2023
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES Y SOPORTES TECNICOS S.A.C. S Y ST S.A.C.	Hora de envío :	23:12:23

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

CONSULTA

B. PLAZO DE ENTREGA

PUNTAJE:

DE 10 hasta 16 días calendarios 30 puntos  
De 17 hasta 23 días calendarios 15 puntos  
De 24 hasta 29 días calendarios 5 puntos

SOLICITUD DE CAMBIO:

Se solicita al comité ampliar el plazo de entrega a 45 días calendarios. El Hospital está solicitando un equipo con fabricación menor a 6 meses anteriores a la fecha de la presentación de la propuesta. Esto conlleva a solicitar a fabrica un pedido de importación. Por tal motivo, es necesario que se amplíen los días para poder cumplir con la entrega del bien.

De 15 hasta 30 días calendarios 30 puntos  
De 31 hasta 38 días calendarios 15 puntos  
De 39 hasta 45 días calendarios 5 puntos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap IV Literal: B Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones , literales: b,f

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se requiere con contar con los equipos lo mas pronto posible, con el objeto de cumplir con la finalidad publica y atencion a los pacientes del HNHU.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null