

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-OEC/HRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO DEL EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONAMIENTO DIGITAL DE RADIOGRAFIA FLUOROSCOPIA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

Ruc/código : 20110133091

Fecha de envío : 22/11/2023

Nombre o Razón social : TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.

Hora de envío : 18:36:43

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las Bases de este proceso se hace referencia a lo siguiente:

1.2 Objeto de la convocatoria

Servicio de mantenimiento correctivo especializado del Equipo de Rayos X Estacionario Digital de Radiografía Fluoroscopia.

Con respecto a este enunciado, solicitamos respetuosamente al comité de selección aclarar y detallar a que hace referencia al mencionar el termino especializado dentro del mantenimiento correctivo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: I

Literal: 1.2

Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que la empresa debe tener amplio conocimiento en la reparación del equipo de la convocatoria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-OEC/HRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO DEL EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONAMIENTO DIGITAL DE RADIOGRAFIA FLUOROSCOPIA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	18:36:43

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En los términos de Referencia de las Bases de este proceso se hace referencia a lo siguiente:

6.1 Actividades

¿ Otros Cambios que se requiera para su optimo funcionamiento.

Con respecto a este enunciado solicitamos ser más específicos y determinar una cobertura del servicio como se realiza en este tipo de requerimientos en distintos Hospitales públicos., contemplando lo siguiente:

El contratista debe garantizar el correcto funcionamiento del equipo a través de la ejecución de actividades y cambio de repuestos descritas en el presente documento. En caso el equipo requiera otros repuestos, adicionales a los solicitados, el contratista deberá detallar en su informe técnico la relación de repuestos que requieran ser cambiados, estos serán adquiridos por la entidad.

solicitamos respetuosamente al comité de selección, determinar y detallar cuáles son los otros cambios que se requieren para el óptimo funcionamiento del equipo, adicionalmente establecer la siguiente cobertura del servicio:

El contratista debe garantizar el correcto funcionamiento del equipo a través de la ejecución de actividades y cambio de repuestos descritas en el presente documento. En caso el equipo requiera otros repuestos, adicionales a los solicitados, el contratista deberá detallar en su informe técnico la relación de repuestos que requieran ser cambiados, estos serán adquiridos por la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara; El contratista garantizara el correcto funcionamiento del equipo a través de la ejecución de actividades y cambios de repuestos. en caso el equipo requiera otros repuestos adicionales a los solicitados, el contratista detallara en su informe técnico la relación de repuestos que requieran ser cambiados, estos serán adquiridos por la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-OEC/HRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO DEL EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONAMIENTO DIGITAL DE RADIOGRAFIA FLUOROSCOPIA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

Ruc/código :	20110133091	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	Hora de envío :	18:36:43

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En los términos de Referencia de las Bases de este proceso se hace referencia a lo siguiente:

6.8.2 Perfil del personal

El personal responsable del servicio deberá contar con certificado de capacitación (30 horas mínimo) emitida por fabrica de equipos de alta tecnología iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Con respecto a este enunciado, solicitamos respetuosamente al comité de selección especificar cuando hace referencia a similares al objeto de la convocatoria y confirmar si posible considerar equipos de Diagnostico por imágenes, quedando el enunciado de la siguiente manera.

6.8.2 Perfil del personal

El personal responsable del servicio deberá contar con certificado de capacitación (30 horas mínimo) emitida por fábrica de equipos de alta tecnología iguales o similares al objeto de la convocatoria (Equipos de Diagnóstico por imágenes).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 19
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara; El personal responsable del servicio deberá contar con certificado de capacitación (30 horas mínimo) emitida por fábrica de equipos de alta tecnología iguales o similares al objeto de la convocatoria (Equipos de Diagnostico por imágenes)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-OEC/HRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO DEL EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONAMIENTO DIGITAL DE RADIOGRAFIA FLUOROSCOPIA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

Ruc/código :	20562893998	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA EN MEDICINA S.A.C.	Hora de envío :	23:40:41

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita al respetable comité de selección que el certificado de capacitación del personal clave pueda estar expresado en horas o días. Esto debido a que los fabricantes emiten sus certificados de entrenamiento en días. Otra alternativa podría ser que se puedan presentar mas de 2 o 3 certificados de capacitación en fabrica expresado en días.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.4 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara; 30 horas o equivalente en días

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null