

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura :	AS-SM-55-2024-ESSALUD/CEABE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE NEONATOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI N. 2284956.

Ruc/código :	20604523282	Fecha de envío :	12/12/2024
Nombre o Razón social :	CORP. SANCHEZ Y CIA S.A.C.	Hora de envío :	17:05:05

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimados señores, observamos en el la característica A01, no se visualiza de manera clara la medida de la pantalla. Se solicita se pueda dejar el claro y especificar la medida mínima de la pantalla con el afán de no generar confusiones a los diferentes posibles proveedores interesados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE EN EL LITERAL A01 DE LA FICHA IETSI CORRESPONDIENTE AL MONITOR FETAL (SAP 040090046) SE SOLICITA LO SIGUIENTE :
A01 PANTALLA DE VISUALIZACIÓN LCD O TFT DE 5,5 IN (PULGADAS) O MÁS A COLOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null