

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-ESSALUD/RAAN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES-HI CONO SUR

Ruc/código : 20538910717

Nombre o Razón social : UNIMEDILAB S.A.C.

Fecha de envío : 23/11/2023

Hora de envío : 18:39:04

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comite encargado considerar la siguiente especificación tecnica:

Linealidad de leucositos de $300 \times 10^9/L$ como mínimo, lo cual permite tener un mayor rango de lectura de muestras patológicas y asi evita repeticiones y/o dilusiones de las muestras patológicas con leucocitosis.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.2 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las especificaciones tecnicas homologadas de EsSalud a través del IETSI, son de uso obligatorio en todos sus extremos, de modo que, no se debe agregar ni suprimir características, debiendo precisar que dichas características permiten la libre concurrencia de postores, asimismo son de acceso público a través de la página oficial de Essalud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-ESSALUD/RAAN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES-HI CONO SUR

Ruc/código : 20538910717

Nombre o Razón social : UNIMEDILAB S.A.C.

Fecha de envío : 23/11/2023

Hora de envío : 18:39:04

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité encargado considerar la siguiente especificación técnica:

Modo de muestra:

-Sangre capilar completa, ya que con este modo se facilita la recolección de muestras en pacientes con difícil acceso endovenoso y el procesamiento de dichas muestras.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.2 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las especificaciones técnicas homologadas de EsSalud a través del IETSI, son de uso obligatorio en todos sus extremos, de modo que, no se debe agregar ni suprimir características, debiendo precisar que dichas características permiten la libre concurrencia de postores, asimismo son de acceso público a través de la página oficial de Essalud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-ESSALUD/RAAN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES-HI CONO SUR

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	23/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:54:29

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto al Item 1 - Bioquímica.

Observamos que no solicitan ninguna mejora técnica que permita a los postores ofertar reactivos y/o equipos de última generación, en virtud al principio de vigencia tecnológica, solicitamos considerar la siguiente mejora técnica:

¿ Bilirrubina Directa: Reactivos listos para usar, con estabilidad ¿40 días una vez abiertos, y sensibilidad analítica ¿ 1 ¿mol/L¿¿¿¿.05 puntos

¿ Los equipos ofertados deben contar con la característica de reportar índices séricos Lo cual se utiliza para analizar interferencia contenidas en las muestras (hemolisis, ictericia, lipemia) ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.05 puntos

Acreditados mediante la presentación del inserto o brochure o manual del reactivo/equipo ofertado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: se Página: 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el comité de selección no ha considerado evaluación de mejoras en el presente proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-ESSALUD/RAAN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES-HI CONO SUR

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	23/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:54:29

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Respecto al ítem 2 - Hematología

Se observa que no han considerado ninguna mejora técnica, lo que permitiría a los postores ofertar analizadores de última generación en virtud al principio de vigencia tecnológica, por lo que consultamos si aceptarían la siguiente mejora técnica:

¿ Performance del analizador de 70 prueba¿¿¿¿¿¿¿¿10 puntos

Acreditado mediante la presentación de brochure o manual del equipo ofertado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** se **Página:** 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el comité de selección no ha considerado evaluación de mejoras en el presente proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-ESSALUD/RAAN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES-HI CONO SUR

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	23/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:04:13

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitan diferentes tipos de pruebas bioquímicas, para asegurar la trazabilidad de resultados entre los diversos establecimientos de Essalud, solicitamos que consideren dentro del requerimiento técnico mínimo que todos los reactivos, equipos, controles y calibradores sean de la misma marca.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.2 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se requiere que los reactivos, equipo, calibradores, controles y consumibles sean de la misma marca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-ESSALUD/RAAN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES-HI CONO SUR

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	23/11/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:04:13

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitan diferentes tipos de pruebas bioquímicas, para evitar demoras en el procesamiento de las muestras, evitar contaminación de reactivos y demoras en los reportes de resultados, solicitamos que consideren dentro del requerimiento técnico mínimo que los reactivos ofertados deberán ser LISTOS PARA EL USO, sin la necesidad de reconstitución o mezclas previas al uso.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: se **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se requiere que los reactivos sean líquidos y listos para usar, sin la necesidad de reconstitución, mezclas previas o trasvases a otro contenedor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-ESSALUD/RAAN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES-HI CONO SUR

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 23/11/2023

Hora de envío : 21:05:00

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En la página 15 de las bases señalan:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 15 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación, la segunda y tercera entrega se realiza de acuerdo al cronograma dentro de los siete (07) días calendarios, contabilizado desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra.

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección que cuando el último día del plazo de entrega sea inhábil o por cualquier otra circunstancia la atención al público ese día no funcione durante el horario normal se considere como el último día del plazo de entrega al primer día hábil siguiente.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.9. **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta. Se incluirá en las bases: ¿el plazo cuyo ultima día sea inhábil, vence el primer día hábil siguiente", de acuerdo al numeral 5 del artículo 183 del código civil.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluye en las bases:

El plazo cuyo ultima día sea inhábil, vence el primer día hábil siguiente.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-ESSALUD/RAAN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES-HI CONO SUR

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	23/11/2023
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	21:05:00

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En la página 82 de las bases indican:
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado, según detalle en el cuadro siguiente, por la venta de bienes iguales similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago según corresponda.

- Para el ítem 1 BIOQUIMICA se están considerando bienes similares a "Reactivos de bioquímica"
- Para el ítem 2 HEMATOLOGIA se están considerando bienes similares a los "Reactivos de Hematología"

Solicitamos al Comité de Selección considere como bienes similares también a los REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO EN GENERAL, esto con el fin de promover una mayor participación de postores.

Acápito de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: B. Página: 82

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
añadirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-ESSALUD/RAAN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES-HI CONO SUR

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 23/11/2023

Hora de envío : 21:05:00

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las bases administrativas con respecto al perfeccionamiento del contrato (Pag 23) se indica:

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Item 01: El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la Oficina de Trámite Documentario del Hospital III de la Red Asistencial Ancash, sito en la Av. Circunvalación N° 119-Chimbote.

Item 02: El contrato se perfecciona con la notificación de la orden de compra. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la Oficina de Trámite documentario de la Gerencia de Red Asistencial Ancash, ubicado en la Av. Circunvalación N° 119-HII Chimbote.

Para evitar confusiones que impidan la entrega de los documentos solicitados para el perfeccionamiento de Contrato, solicitamos al Comité de Selección nos pueda indicar lo siguiente:

- ¿A qué persona o área debe ir dirigida la carta con los requisitos para la suscripción del contrato?
- ¿Cuál es el horario de atención de la Red Asistencial Ancash?

Acápito de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.4. **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la carta con que se adjunte los documentos para suscripción de contrato deberá ser dirigida: DIVISION DE ADQUISICIONES

El horario de atención es de 8:00am a 13:00 horas y de 14:00hrs a 16:00 hrs

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La carta con que se adjunte los documentos para suscripción de contrato deberá ser dirigida: DIVISION DE ADQUISICIONES

El horario de atención es de 8:00am a 13:00 horas y de 14:00hrs a 16:00 hrs

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-ESSALUD/RAAN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES-HI CONO SUR

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 23/11/2023

Hora de envío : 21:05:00

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En la página 19 de las bases solicitan:

1. Protocolo y/o Certificado de Análisis (SOLO PARA REACTIVOS), (copia simple) firmado o por el químico farmacéutico regente y/o representante legal del postor.

Entendemos que el Certificado de Análisis del Producto Terminado (Protocolo de Análisis) del producto ofertado que se presentará en el oferta es referencial y NO acredita la vigencia solicitada en las especificaciones técnicas de los reactivos NI corresponde al LOTE que se ingresará al almacén en caso seamos adjudicados.

Solicitamos al Comité de Selección indique si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 1. **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcta su apreciación. Se aclara que el Certificado de Análisis del Producto Terminado (Protocolo de Análisis) del producto ofertado será referencial a la presentación de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-ESSALUD/RAAN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES-HI CONO SUR

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 23/11/2023

Hora de envío : 21:05:00

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En la pagina 19 de las bases solicitan con respecto al Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario: '-Vigente a la fecha de Presentación de Propuestas, expedido por DIGEMID. No se aceptará expedientes en trámite para la obtención del Registro.

Es pertinente señalar que este requerimiento vulnera lo estipulado por DIGEMID y la Ley de Procedimiento General que a la letra señala "numeral 13 del Art 55º de la Ley Nº 2744, Ley del procedimiento administrativo general, modificado por el DEcreto Legislativo Nº 1272, la DIGEMID hace de conocimiento que "La vigencia de los registros sanitarios se entendera prorrogada hasta el pronunciamiento de la institución, siempre que las solicitudes de reincipción de los productos farmaceuticos, dispositivos medicos y/o productos sanitarios hayan sido presentadas dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a reinscribir.

Por lo antes expuesto, observamos las bases en este extremo y solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria suprima este requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2. **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que la vigencia de los Registros Sanitarios se entenderá prorrogada hasta el pronunciamiento de la Institución (DIGEMID), siempre que las solicitudes de reincipción de productos facrmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos sanitarios hayan sido presentados dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a reinscribir.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La vigencia de los Registros Sanitarios se entenderá prorrogada hasta el pronunciamiento de la Institución (DIGEMID), siempre que las solicitudes de reincipción de productos facrmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos sanitarios hayan sido presentados dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a reinscribir.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-ESSALUD/RAAN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES-HI CONO SUR

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 23/11/2023

Hora de envío : 21:05:00

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En la pág. 67, en el punto 4.4.6.7 ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. Item 02: REACTIVOS PARA HEMATOLOGÍA, señalan " Para los 16, 500, se realice en tres entregas de 5,500" , en este aspecto, sabemos que diversos analizadores manejan su presentación propia de kit variando la cantidad de determinaciones por kit, considerando que pueden variar estas presentaciones de acuerdo a la necesidad del área usuaria. Solicitamos amablemente al comité de selección que consideren la presentación propia de cada fabricante siempre y cuándo se cumpla con la totalidad solicitada por todo el periodo del contrato

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 4.4.6.7. **Página:** 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que las las entregas de los reactivos se realizara de acuerdo a la presentación propia del fabricante siempre y cuando se cumpla con la totalidad solicitada por todo el periodo del contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara que las las entregas de los reactivos se realizara de acuerdo a la presentación propia del fabricante siempre y cuando se cumpla con la totalidad solicitada por todo el periodo del contrato

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-ESSALUD/RAAN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES-HI CONO SUR

Ruc/código : 20547629338

Nombre o Razón social : INTELLI-CHECK S.A.C.

Fecha de envío : 23/11/2023

Hora de envío : 21:05:00

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En la pág. 54, en el punto 4, sección 4.2. En el REQUERIMIENTO DEL HARDWARE INFORMÁTICO nos indican una lista de accesorios: Servidor de red, Computadoras personales, Impresora laser, impresora de código de barras, puntos de red, Equipos de comunicación (switch), cables de red, cables estructurado, lectoras de código de barra [...] y en las especificaciones técnicas del analizador (ítem 02) solicitan otros accesorios como: impresora y computadora. Ante ello, solicitamos amablemente al comité de selección que nos aclaren si estos mencionados anteriormente son independientes a los accesorios del analizador para contemplarlos en la solicitud.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 4.2. **Página:** 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que el punto 4, sección 4.2 en el requerimiento de Hardware informático, se refiere a las condiciones para implementación del sistema LIS.

En referencia a las especificaciones técnicas del analizador ítem 02, el requerimiento de procesamiento de datos como: impresora y computadora hace referencia al hardware para el manejo del mismo analizador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-ESSALUD/RAAN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES-HI CONO SUR

Ruc/código : 20537139120

Nombre o Razón social : DELTALAB PERU S.A.C.

Fecha de envío : 23/11/2023

Hora de envío : 23:05:19

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

REQUERIMIENTO

En el apartado 4.2 Características y condiciones, se mencionan diversas características que deben cumplir tanto los reactivos solicitados como los equipos en cesión de uso, sin embargo, no se especifica si reactivos como equipos en cesión de uso deben ser de la misma marca, a fin de asegurar la trazabilidad y precisión de los resultados.

Solicitamos amablemente al comité de selección ACLARAR si nuestra apreciación de que tanto reactivos como equipos en cesión de uso deben ser de la misma marca.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se requiere que los reactivos, equipo, calibradores, controles y consumibles sean de la misma marca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se requiere para el ítem 01, que los reactivos, equipo, calibradores, controles y consumibles sean de la misma marca.

Se requiere para el ítem 02, que el reactivo, equipo, calibradores, controles y consumibles sean de la misma marca.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-ESSALUD/RAAN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES-HI CONO SUR

Ruc/código : 20553853355

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Fecha de envío : 23/11/2023

Hora de envío : 23:38:27

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Respecto al numeral 3) menciona los aspectos de las especificaciones técnicas que se deben acreditar, tales como: presentación, estabilidad, tiempo de expiración, metodología y muestra biológica.

Sobre el tiempo de expiración se debe tener en cuenta que es una característica técnicas que no puede ser acreditada con información de fabricante, puesto que corresponde a un compromiso del postor brindar productos con vigencias del rproducto según el requerimiento de las bases.

Por lo expuesto, solicitamos al Comité de Selección en coordinación con el área usuaria pueda considerar como puntos a acreditar para los reactivos:

Reactivo: presentación (a excepción del tiempo de expiración), estabilidad, metodología y muestra biológica.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1. **Literal:** 3 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acepta la consulta. Se incluirá en las bases:

Reactivo: presentación (a excepción del tiempo de expiración), estabilidad, metodología y muestra biológica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acalra los puntos a sustentar para el reactivo:

Reactivo: presentación (a excepción del tiempo de expiración), estabilidad, metodología y muestra biológica.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-ESSALUD/RAAN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES-HI CONO SUR

Ruc/código : 20553853355

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Fecha de envío : 23/11/2023

Hora de envío : 23:38:27

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

A página 15 detallan el cronograma de entregas:

Dentro de las bases, se indica el cronograma de entregas, sin embargo, debemos mencionar que en el mercado existen diferentes presentaciones en cuanto a las determinaciones por kit, por lo que consideramos conveniente aceptar la presentación de cada fabricante, sin alterar la cantidad total de determinaciones solicitadas.

Por consiguiente, solicitamos al Comité de selección en coordinación con el área usuaria pueda aceptar se ajuste el cronograma de entregas de acuerdo a la necesidad del laboratorio y la presentación del postor adjudicado en la etapa contractual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.9. **Literal:** - **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que las entregas se realizaran de acuerdo a la presentación del reactivo, tomando en consideración el numeral 4.4.6.7. ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-ESSALUD/RAAN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES-HI CONO SUR

Ruc/código : 20553853355

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Fecha de envío : 23/11/2023

Hora de envío : 23:38:27

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En relación con la entrega de pruebas no efectivas por concepto de calibración y control, solicitamos pueda considerar las pruebas excedentes de cada entrega como pruebas no efectivas para calibración y control, asimismo pueda considerar una sola reposición anual que se ejecute posterior a la última entrega; en virtud de un manejo eficiente del inventario de reactivos en base a su demanda y vigencia de reactivo.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1.9. Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que las entregas se realizaran de acuerdo a la presentación del reactivo, tomando en consideración el numeral 4.4.6.7. ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-ESSALUD/RAAN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES-HI CONO SUR

Ruc/código : 20553853355

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Fecha de envío : 23/11/2023

Hora de envío : 23:38:27

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Respecto al requerimiento de los reactivos notamos que no se detalla si todos los reactivos requeridos deben ser listos para usar. Asimismo, teniendo en cuenta que la intervención manual durante la preparación reactivos puede provocar errores preanalíticos, pérdida de pruebas o incluso resultados no confiables, es pertinente resaltar que los reactivos sean líquidos y listos para usar, en virtud de evitar errores preanalíticos.

Solicitamos amablemente pueda aclarar e incluir ¿todos los reactivos deben ser líquidos y listos para usar¿.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se requiere que los reactivos sean líquidos y listos para usar, sin la necesidad de reconstitución, mezclas previas o trasvases a otro contenedor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se requiere que los reactivos sean líquidos y listos para usar, sin la necesidad de reconstitución, mezclas previas o trasvases a otro contenedor.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-ESSALUD/RAAN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES-HI CONO SUR

Ruc/código : 20553853355

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Fecha de envío : 23/11/2023

Hora de envío : 23:38:27

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Notamos que en las bases no se indica si los reactivos, controles y calibradores deben ser de la misma marca del equipo. Al respecto es importante resaltar que al manejar una sola marca se garantiza el trabajo bajo un sistema homogéneo, trazable, de calidad y brindando resultados confiables. Por consiguiente, solicitamos al Comité de Selección en coordinación con el área usuaria pueda aclarar e indicar si el requerimiento mínimo incluye que los reactivos, controles, calibradores y equipo sean de la misma marca.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: - **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se requiere que los reactivos, equipo, calibradores, controles y consumibles sean de la misma marca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se requiere que los reactivos, equipo, calibradores, controles y consumibles sean de la misma marca.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-ESSALUD/RAAN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES-HI CONO SUR

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	23/11/2023
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:38:27

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En el numeral 3) menciona sobre los módulos y/o filtros del software de laboratorio (LIS) se acreditarán por catálogos, insertos, dossiers u otros documentos emitidos por el fabricante. Asimismo, la experiencia nacional se acreditará según el numeral 8. Sobre ello entendemos a la acreditación de módulos del LIS del numeral 3.2 de la página 42, sin embargo, para la experiencia nacional no se indica nign numeral 8 que detalle cómo se acreditará este punto. Por lo cual, solicitamos pueda precisar si la acreditación del LIS requiere sustentar: acreditación de módulos del LIS del numeral 3.2 de la página 42 y la la experiencia nacional podrá ser sustentada con una carta de un cliente de Es Salud que cuenta con LIS de la empresa postora.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: 3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que lo indicado, se encuentra detallado en el numeral 8:
Para garantizar el cumplimiento de los plazos previstos de implementación el postor debe acreditar experiencia nacional en la implementación de proyectos de laboratorio de este tipo basados en sistemas de información de laboratorio tipo LIS conectados a analizadores de las diferentes áreas de trabajo de laboratorio (mínimo conexión de los tipos de analizadores relacionados a los presentes Items) y con conexión bidireccional del sistema LIS al ESSI (Sistema de Información Hospitalario de EsSalud) ; ya sea en cualquier centro, hospital o red asistencial de EsSalud a nivel nacional con contratos y/o cláusulas específicas de concursos adjudicados durante los últimos 10 años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-ESSALUD/RAAN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES-HI CONO SUR

Ruc/código : 20553853355

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Fecha de envío : 23/11/2023

Hora de envío : 23:38:27

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Respecto al requerimiento de los reactivos notamos que no se detalla si todos los reactivos requeridos deben ser listos para usar. Asimismo, teniendo en cuenta que la intervención manual durante la preparación reactivos puede provocar errores preanalíticos, pérdida de pruebas o incluso resultados no confiables, es pertinente resaltar que los reactivos sean líquidos y listos para usar, en virtud de evitar errores preanalíticos.

Solicitamos amablemente pueda aclarar e incluir ¿todos los reactivos deben ser líquidos y listos para usar¿.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: - Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se requiere que los reactivos sean líquidos y listos para usar, sin la necesidad de reconstitución, mezclas previas o trasvases a otro contenedor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se requiere que los reactivos sean líquidos y listos para usar, sin la necesidad de reconstitución, mezclas previas o trasvases a otro contenedor.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-ESSALUD/RAAN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES-HI CONO SUR

Ruc/código : 20553853355

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Fecha de envío : 23/11/2023

Hora de envío : 23:38:27

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Notamos que en las bases no se indica si los reactivos, controles y calibradores deben ser de la misma marca del equipo. Al respecto es importante resaltar que al manejar una sola marca se garantiza el trabajo bajo un sistema homogéneo, trazable, de calidad y brindando resultados confiables. Por consiguiente, solicitamos al Comité de Selección en coordinación con el área usuaria pueda aclarar e indicar si el requerimiento mínimo incluye que los reactivos, controles, calibradores y equipo sean de la misma marca.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: - **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se requiere que los reactivos, equipo, calibradores, controles y consumibles sean de la misma marca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se requiere que los reactivos, equipo, calibradores, controles y consumibles sean de la misma marca.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-ESSALUD/RAAN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES-HI CONO SUR

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 23/11/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 23:55:49

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección en coordinación con el área usuaria, publiquen unas nuevas Bases Administrativas, ya que, estas se encuentran con el contenido ilegible. Ello estaría vulnerando el principio de transparencia y concurrencia. Con el fin, de obtener claridad y mejor revisión al momento de participar en el presente proceso de selección.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: Todo Literal: Todo Página: Todo

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado. Principio de Transparencia y concurrencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, en las bases integradas se vuelven a escanear las fichas de las especificaciones técnicas de los equipos que aparentemente están algo ilegibles, sin embargo, cabe precisar que hace mas de 4 años las fichas técnicas aprobadas por el IETSI son de acceso público a través de la página oficial de ESSALUD.

No se acoge la observación, teniendo en cuenta que varios proveedores han presentado consultas a las especificaciones técnicas de las fichas de los equipos, por lo tanto la observación no es trascendente y prevalece la conservación de las presentes bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-ESSALUD/RAAN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES-HI CONO SUR

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 23/11/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 23:55:49

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección en coordinación con el área usuaria, ampliar la experiencia del postor para bienes similares en el Item N 1, en Reactivos de laboratorio en general. Con la finalidad de fomentar mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 82

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-ESSALUD/RAAN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES-HI CONO SUR

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	23/11/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	23:55:49

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección en coordinación con el área usuaria, precisar cuando se refiere acreditar el Tiempo de Expiración del producto ofertado. Cabe señalar que, los Certificados de Análisis para la presentación de la oferta son sólo referenciales, ya que, al momento de la entrega los lotes varían cumpliendo con el tiempo de expiracion solicitada en laa bases.

Asimismo, en ese caso, se solicita, acreditar el Tiempo de espiración con la presentación del Anexo 3 Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Cap III.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: 3 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta. Se incluirá en las bases:

Reactivo: presentación (a excepción del tiempo de expiración), estabilidad, metodología y muestra biológica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara los puntos a sustentar para el reactivo:

Reactivo: presentación (a excepción del tiempo de expiración), estabilidad, metodología y muestra biológica.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-ESSALUD/RAAN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE DE LABORATORIO PARA BIOQUIMICA Y HEMATOLOGIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 12 MESES-HI CONO SUR

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 23/11/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 23:58:28

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección en coordinación con el área usuaria, para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas tanto del reactivo como del equipo se presente catálogos y/o manuales y/o brochures y/o insertos y/o instructivos y/o dossiers y/o cartas aclaratorias del fabricante

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1

Literal: 3

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las bases se detalla con suficiente claridad la documentación que podrá presentarse para demostrar o acreditar el cumplimiento respectivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null