

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-INGEMMET/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTUFA INDUSTRIAL PARA SECADO DE MUESTRAS GEOLOGICAS

Ruc/código :	20552594704	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	HORNOS Y SERVICIOS FELIX S.A.C.	Hora de envío :	14:33:05

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:
EQUIPAMIENTO BASICO :

02 PUERTAS DE CRISTAL CON VISIBILIDAD TOTAL DE BOROSILICATO O 02 PUERTAS CON 04 VENTANAS DE VIDRIO AISLANTE.

SE RECOMIENDA CONSIDERAR QUE EL EQUIPO VA A TRABAJAR POR TIEMPO PROLONGADOS Y A TEMPERATURAS HASTA LOS 200° C. POR ELLO, SE DEBE INDICAR QUE LA PUERTA TAMBIEN PUEDE SER TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304 Y CON 01 VISOR EN VIDRIO TEMPLADO EN CADA PUERTA PARA LA INSPECCION DE LOS PROCESOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

MEJORAR LA CANTIDAD DE OFERTANTES Y OBTENER MAYORES EQUIPOS DE CALIDAD Y EFICIENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el área usuaria señala que, No se acoge la observación, toda vez que lo indicado por el postor no se ajusta a la finalidad pública para la adquisición de una estufa industrial para secado de muestras geológicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-INGEMMET/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTUFA INDUSTRIAL PARA SECADO DE MUESTRAS GEOLOGICAS

Ruc/código :	20552594704	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	HORNOS Y SERVICIOS FELIX S.A.C.	Hora de envío :	14:33:05

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

VENTILACION FORZADA. SE DEBE INDICAR LA CANTIDAD DE VENTILADORES EN LA CAMARA PRIMARIA PARA HOMOGENIZAR EL CALOR. POR ELLO, PARA MEDIR LA EXPERIENCIA DE LOS POSTORES Y SI HAN DESARROLLADO E INSTALADO ESTOS EQUIPO. SE RECOMIENDA 03 VENTILADORES CENTRIFUGOS POR LAS MEDIDAS: 1200 X 1000 X 2300

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

MEJORAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el área usuaria señala que, No se acoge la consulta, toda vez que lo indicado por el postor no se ajusta a la finalidad pública para la adquisición de una estufa industrial para secado de muestras geológicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-INGEMMET/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTUFA INDUSTRIAL PARA SECADO DE MUESTRAS GEOLOGICAS

Ruc/código :	20552594704	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	HORNOS Y SERVICIOS FELIX S.A.C.	Hora de envío :	14:33:05

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
EN EL CALENTAMIENTO NO DETALLA SI VA SER ELECTRICO POR MEDIO DE RESISTENICAS O A GAS GLP O GNV. SE SOLICITA INDICAR DICHA OBSERVACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

MEJORAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el área usuaria señala que, No se acoge la consulta, toda vez que lo indicado por el postor no se ajusta a la finalidad pública para la adquisición de una estufa industrial para secado de muestras geológicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-INGEMMET/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTUFA INDUSTRIAL PARA SECADO DE MUESTRAS GEOLOGICAS

Ruc/código :	20552594704	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	HORNOS Y SERVICIOS FELIX S.A.C.	Hora de envío :	14:33:05

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

VENTILACION: DUCTO DE EXTRACCION DE AIRE.

AL REALIZAR LOS PROCESOS DE EXTRACCION DE AIRE DENTRO DE LA CAMARA PRIMARIA SE DEBE INSTALAR UNOS FILTROS EPAS PARA EVITAR LIBERAR AL EXTERIOR PARTICULAS DEL PROCESO DE

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

MEJORAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el área usuaria señala que, No se acoge la consulta, toda vez que lo indicado por el postor no se ajusta a la finalidad pública para la adquisición de una estufa industrial para secado de muestras geológicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-INGEMMET/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTUFA INDUSTRIAL PARA SECADO DE MUESTRAS GEOLOGICAS

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	16:22:34

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita: Seguridad.Sistema de alarma: Clase de seguridad de alta temperatura/sobret temperatura II según la norma europea EN 61010-2-010 (equivalente a DIN 3.1).
Las clases de seguridad establecidas en la norma DIN 12880:2007 respecto a la seguridad de sobret temperatura son: clase 1, clase 2 y clase 3.1.
CONSULTAMOS amablemente al comité esclarecer este requerimiento y poder especificar si desean para el equipo: clase de seguridad 2 o clase de seguridad 3.1 según DIN 12880:2007.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: I Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el área usuaria señala que, Se aclara que la clase de seguridad solicitada es 2 o 3.1, según DIN 12880.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-INGEMMET/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTUFA INDUSTRIAL PARA SECADO DE MUESTRAS GEOLOGICAS

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	16:22:34

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita: Dimensiones máximas. 1200mm x 1000mm x 2300mm.
Por ser nuestra oferta de dimensiones aproximadas y sin perjuicio tecnológico o de la calidad, CONSULTAMOS amablemente al comité, en favor de la pluralidad de postores, si aceptaría las siguientes dimensiones: 1224 mm x 840 mm x 1726 mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: | Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el área usuaria señala que, No se acoge la consulta, dado que las dimensiones solicitadas por el área usuaria son las máximas con las que puede contar el equipo considerando el área que cuenta el Laboratorio de Preparación de Muestras para dicho equipamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-INGEMMET/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTUFA INDUSTRIAL PARA SECADO DE MUESTRAS GEOLOGICAS

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	16:22:34

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita: Datos eléctricos. Voltaje consumo eléctrico: 220V, 50/60 Hz.
Para equipos isoterms de grandes dimensiones, no es recomendable de ningún modo utilizarlo en una red monofásica de 220VAC pues resultaría muy ineficiente debido a un excesivo consumo eléctrico. Lo más común para este tipo de equipos es utilizarlos en una red trifásica, ya sea de 400V o de 230V a 50/60Hz. Por lo expuesto, consultamos al comité, en beneficio del área usuaria, si aceptaría: Voltaje trifásico 400V, 50/60Hz.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: | Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el área usuaria señala que, No se acoge la consulta, toda vez que las instalaciones eléctricas con las que cuenta el Laboratorio de Preparación de muestras es corriente trifásica 220V (RST).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-INGEMMET/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTUFA INDUSTRIAL PARA SECADO DE MUESTRAS GEOLOGICAS

Ruc/código :	20513121041	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	RP INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RP INTERNATIONAL S.A.C.	Hora de envío :	22:02:31

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Equipamiento básico

Dice:

Puerta: 2 puertas de cristal con visibilidad total de borosilicato o dos puertas con 4 ventanas de vidrio aislante. Completamente cerradas, fácil cierre, manos libres.

En aras de una mayor participacion de postores, solicitamos al comite especial considerar nuestra participación con un equipo de alta tecnologia que posee:

Puerta: 2 puertas, una de cristal y otra solida de metal o de Acero inoxidable

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el área usuaria señala que, No se acoge la consulta, toda vez que lo indicado por el postor no se ajusta a la finalidad pública para la adquisición de una estufa industrial para secado de muestras geológicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALURGICO

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-INGEMMET/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ESTUFA INDUSTRIAL PARA SECADO DE MUESTRAS GEOLOGICAS

Ruc/código :	20451829913	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	DBG SOLUCIONES S.A.C	Hora de envío :	23:19:48

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitan: Calibración tres valores de temperatura a elegir. Esta especificación es propia de la marca Memert. La calibración de tres valores lo ofrecen otras marcas de calidad, sin embargo estos valores son estandarizados según fábrica. Solicitamos amablemente al comité, para fomentar la pluralidad de marcas, aceptar: Calibración tres valores de temperatura a elegir o según fábrica.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el área usuaria señala que, Se acoge parcialmente la consulta, precisando que los valores de temperatura solicitados son: 40°C, 80°C y 105°C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null