

**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(BIENES)**

**1. DATOS GENERALES**

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29/08/2023	
1.2 ÁREA USUARIA	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DEL BANCO NACIONAL DE TUMORES	
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE CABINA EXTRACTORA DE GASES PARA EL BANCO NACIONAL DE TUMORES	
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0046 GESTION ADMINISTRATIVA	
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	77	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-
	Documento que declaró la viabilidad	-

**2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	<b>PEDIDO DE COMPRA N° 3704-2023</b>	Fecha de recepción	<b>23/03/2023</b>
-----------------------------	----------------------------	--	--------------------	-------------------

2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	<b>09/05/2023</b>	De oficio	-	Con motivo de observaciones	<b>X</b>
	Fecha de la tercera versión	<b>25/08/2023</b>	De oficio	-	Con motivo de observaciones	<b>X</b>
	Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
	Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-

2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	<b>X</b>
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		



2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	<b>X</b>
---	----	----	----------

2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	<b>X</b>
	Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación

2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	<b>X</b>
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia

2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.
-------------------	--

**2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO**

*(Handwritten signatures and stamps)*

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	3	-	-	-	3	Memo N° 785-2023-UF-ADQ-OL-OGA/INEN	20/04/2023

Evaluar las siguientes observaciones:

**Observación N° 01**

Característica: Dimensión interior de la cabina: ancho entre 800 - 1300mm; profundidad entre 700 - 900 mm; altura entre 730 - 1000 mm

Se solicita: **Ampliar a Ancho x profundidad x altura: 965 x 596 x 765 mm (Campana de 3 pies)**

**Observación N° 02**

Exigencia: Norma para seguridad eléctrica 60601-1

Se solicita: **Ampliar a Norma para seguridad eléctrica 60601-1 o el cumplimiento del estándar UL-61010A-1**

**Observación N° 03**

Exigencia: Norma técnica de salud N 119 MINSA DGIEM "infraestructura y equipamiento de establecimientos de salud de III nivel de atención

Se solicita: **Norma técnica de salud N 119 MINSA DGIEM "infraestructura y equipamiento de establecimientos de salud de III nivel de atención OPCIONAL**

1	3	-	-	-	3	Informe N° 3164-2023-UF-ADQ-OL-OGA/INEN	10/08/2023
---	---	---	---	---	---	---	------------

Evaluar las siguientes observaciones:

**Observación N° 01**

En las bases dice, material principal exterior de acero pintado con resina epoxica de alta resistencia química y con revestimiento antimicrobiano.

En la actualidad existen diferentes maneras de tratar la estructura exterior de la cabina que depende de cada diseño de fábrica, por ello solicitamos que acepten como alternativa:

**Partes metálicas (marco de base, pared trasera y cabezal): Acero galvanizado de 1,2 mm revestido con resina antiácida de polímero en polvo termo-endurecido a 200°C.**

**Observación N° 02**

**Según especificaciones:** Ventilador centrifugo incorporado de velocidad ajustable ubicado en la parte inferior de la cabina

**Se solicita adecuar:** Ventilador centrifugo incorporado, de velocidad ajustable (manualmente), ubicado en la parte superior de la cabina

**Observación N° 03**

**Según especificaciones:** (...) plazo máximo de sesenta (60) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

**Se solicita adecuar:** plazo máximo de ciento treinta (130) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.



**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	3	-	-	-	3	Informe N° 063-2023-UF-GBNT-DP-DISAD/INEN	09/05/2023

Según especificaciones técnicas en su 2da Versión

1	3	-	-	-	3	Informe N° 164-2023-UF-GBNT-DP-DISAD/INEN	25/08/2023
---	---	---	---	---	---	---	------------

Según especificaciones técnicas en su 3ra Versión



2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
0	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento <i>Según especificación técnicas en su 3ra Versión</i>

### 3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	04/04/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/08/2023
-----	---	------------	--	------------

3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>HW KESSEL S.A.C. y UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.</i>				

3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>CRUMA y ESCO</i>				

3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
<i>En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.</i>					

3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Precio</i></li> <li><i>Plazo de Entrega</i></li> </ul>					

3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>					

4	 con. RAUL VASQUEZ MATALLANA Jefe de la Unidad de Adquisiciones Logística Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas				
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>					

