

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-DIRESA/PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MEDICO FLÚOR BARNIZ X 0.5 ML PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO"

Ruc/código : 20544150104

Nombre o Razón social : MEDICAL ISVIL S.A.C.

Fecha de envío : 18/09/2024

Hora de envío : 16:43:00

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

especificaciones tecnicas y/o características y condiciones

solicitamos se considere dentro de las especificaciones tecnicas lo siguiente:

formula de liberacion prolongada de fluoruro, calcio y fosfato durante 24 horas despues de su aplicacion. no es intencion direccionar la compra, es asegurar un producto que cumpla con estandares de calidad y funcionalidad, por ese motivo les solicitamos la inclusion de dicha especificacion tecnica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** s/l **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considera la consulta de lo mencionado y se incluye en las en la especificaciones técnicas; formula de liberación prolongada de fluoruro, calcio y fosfato durante 24 horas despues de su aplicación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-DIRESA/PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MEDICO FLÚOR BARNIZ X 0.5 ML PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO"

Ruc/código :	20544150104	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	MEDICAL ISVIL S.A.C.	Hora de envío :	16:43:00

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

especificaciones tecnicas y/o características y condiciones

solicitamos se considere dentro de las especificaciones tecnicas lo siguiente:

formula de liberacion prolongada de fluoruro, calcio y fosfato durante 24 horas despues de su aplicacion. no es intencion direccionar la compra, es asegurar un producto que cumpla con estandares de calidad y funcionalidad, por ese motivo les solicitamos la inclusion de dicha especificacion tecnica.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/ Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considera la consulta de lo mencionado y se incluye en las en la especificaciones técnicas; formula de liberación prolongada de fluoruro, calcio y fosfato durante 24 horas despues de su aplicación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-DIRESA/PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MEDICO FLÚOR BARNIZ X 0.5 ML PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO"

Ruc/código :	20544150104	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	MEDICAL ISVIL S.A.C.	Hora de envío :	16:43:00

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

especificaciones tecnicas y/o características y condiciones

solicitamos se considere dentro de las especificaciones tecnicas lo siguiente:

capacidad migratoria inmediatamente después de la aplicación y continua durante al menos 4 horas. no es intencion direccionar la compra, es asegurar un producto que cumpla con estandares de calidad y funcionalidad, por ese motivo les solicitamos la inclusion de dicha especificacion tecnica.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/ Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considera la consulta; capacidad migratoria inmediatamente después de la aplicación y continua durante al menos 4 horas, dentro de las Se considera la consulta; capacidad migratoria inmediatamente después de la aplicación y continua durante al menos 4 horas, dentro de las especificaciones técnicas. técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-DIRESA/PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MEDICO FLÚOR BARNIZ X 0.5 ML PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO"

Ruc/código :	20544150104	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	MEDICAL ISVIL S.A.C.	Hora de envío :	16:43:00

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

especificaciones tecnicas y/o características y condiciones

se solicita que la temperatura de almacenamiento del producto ofertado sea de 10°C hasta 27°C, en vista que esta información no esta considerada dentro de la especificación técnica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considera la consulta y será establecida en las especificaciones tecnicas las condiciones de: temperatura de almacenamiento de 10° hasta 27°.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-DIRESA/PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MEDICO FLÚOR BARNIZ X 0.5 ML PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO"

Ruc/código :	20544150104	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	MEDICAL ISVIL S.A.C.	Hora de envío :	16:43:00

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

especificaciones tecnicas y/o características y condiciones

se solicita que el producto ofertado no requiera limpieza/profilaxis, en vista que esta información no esta considerada dentro de la especificación técnica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta y se considera que el producto ofertado no requiera limpieza/profilaxis.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-DIRESA/PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MEDICO FLÚOR BARNIZ X 0.5 ML PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO"

Ruc/código :	20544150104	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	MEDICAL ISVIL S.A.C.	Hora de envío :	16:43:00

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

especificaciones tecnicas y/o características y condiciones

se solicita que el producto ofertado cumpla con las siguiente indicaciones que creemos deben cumplir todos los productos ofertado:

prevención de caries dental

remineralizacion dentaria

hipersensibilidad dentaria

trata la dentina expuesta y la sensibilidad de la superficie radicular

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considera la consulta de lo solicitado y se incluye en las especificaciones tecnicas, prevención de caries dental, remineralizacion dentaria, hipersensibilidad dentaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-DIRESA/PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MEDICO FLÚOR BARNIZ X 0.5 ML PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO"

Ruc/código :	20109583422	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES RASMUSSEN SRL	Hora de envío :	17:13:19

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Queremos informarle al comité de selección, que en reiterados procesos de selección hay postores que por conveniencia propia tratan de hacer incluir en la presentación de consultas y observaciones CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE TRANSPORTE

En lo que respecta a este certificado existe RM N°833-2015 MINSA y modificatoria vigente dice lo siguiente AMBITO DE APLICACIÓN. El presente manual es de cumplimiento obligatorio para las droguerías y almacenes especializados que participan a nivel nacional en el proceso de distribución y transporte de productos farmacéuticos, así como de dispositivos médicos que requieran condiciones de temperatura refrigerada y temperatura congelada. Por lo antes mencionado informamos al comité de selección no dejarse sorprender con este tipo de exigencias

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: 0 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion respecto al CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE TRANSPORTE, el mismo que no se considerara por tratarse un dispositivo médicos no refrigerado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-DIRESA/PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MEDICO FLÚOR BARNIZ X 0.5 ML PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO"

Ruc/código :	20109583422	Fecha de envío :	18/09/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES RASMUSSEN SRL	Hora de envío :	17:22:54

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones técnicas del barniz fluorado notamos que se está solicitando la capacidad de cada dosis del barniz fluorado de 0.4 y 0.5ml sin embargo en el objeto de la convocatoria solicitan de 0.5ml debemos informarle al comité de selección que de acuerdo a los estudios clínicos realizados y usos de consumo en diferentes entidades de salud las medidas solicitadas y de mayor demanda son de 0.4 ml y 0.5 ml por lo mencionado solicitamos al comité de selección modificar el objeto de la convocatoria cada unidad de medida de 0.4 o 0.5 ml

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.2 **Literal:** A **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion y se modifica el objeto de la convocatoria considerando ambas presentaciones de (0.4ml ó 0.5ml) como indica en las especificaciones técnicas, establecidos y autorizado por el Área Usuaría, se considera para la integración de bases: FLUOR BARNIZ X 0.5 ML ó 0.4 ML

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

FLUOR BARNIZ X 0.5 ML ó 0.4 ML

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-DIRESA/PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MEDICO FLÚOR BARNIZ X 0.5 ML PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO"

Ruc/código :	10239507927	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	MORA LINO WALTER	Hora de envío :	09:08:34

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Según las Bases del presente proceso, en el Capitulo III, 3.1 Especificaciones Técnicas, características técnicas, solicitan FLUOR BARNIZ 0.4 ML, con las siguientes especificaciones técnicas:

- Contenido de fluoruro de sodio al 5 %
- Que contenga endulzante con xilitol
- Que contenga 22.600 ppm de fluoruro
- Con alta liberación de flúor
- Forma física, suspensión en forma de barniz espeso
- Capa protectora que se pinta sobre los dientes
- Que contenga pincel de aplicación
- De aplicación rápida y segura en esmalte, dentina y superficies dentales obturadas.

Existiendo en el mercado diferentes tipos de flúor, siendo la función más importante de prevención o evitar la caries en los pacientes, el cual se da por lo general en niños, basándonos en su finalidad Publica que es la PREVENCIÓN debemos indicar que el producto debe contar con la siguiente especificación técnica:

- Material que se adhiera a Superficies húmedas, sin necesidad de secar y se active al contactó con la saliva.
- Conociendo que los niños son poco tolerantes a los tratamientos en boca, se requiere un insumo de fácil y rápida aplicación que cumpla con lo antes indicado, a fin de que el objetivo general se cumpla, en forma preventiva, recuperativa y especializada. Por lo que solicitamos al Digno Comité, adicionar el punto antes indicado.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considera la consulta y se considera en las especificaciones técnicas: Material que se adhiera a superficies húmedas, sin necesidad de secar y se active al contactó con la saliva.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-DIRESA/PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MEDICO FLÚOR BARNIZ X 0.5 ML PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO"

Ruc/código :	10239507927	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	MORA LINO WALTER	Hora de envío :	09:08:34

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Según las Bases del presente proceso, en el Capitulo III, 3.1 Especificaciones Técnicas, características técnicas, solicitan FLUOR BARNIZ 0.4 ML, solicitando dentro de las especificaciones técnicas :

Presentación;
- Caja de hasta x 50 und. Sachet, 0.5 ml o 0.4 ml

Existiendo en el mercado diferentes tipos de flúor, con diferentes presentaciones, Solicito al Digno Comité aceptar también propuestas con presentación de :

- Caja x 200 und. Sachet
Sabiendo que a mayor cantidad en la presentación del insumo, se ofertara una mejor propuesta económica, así mismo dar una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta y se considerara las diferentes presentaciones del Flúor barniz, también se aceptará Caja x 200 unidades sachet.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-DIRESA/PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MEDICO FLÚOR BARNIZ X 0.5 ML PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO"

Ruc/código :	10239507927	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	MORA LINO WALTER	Hora de envío :	09:08:34

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Según las Bases del presente proceso, en el Capitulo II, 2.2 Contenido de las propuestas, solicitan:
- Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente, que señale el producto ofertado.
Al respecto debemos indicar, que siendo este certificado el que garantiza la calidad del producto y existiendo otras certificaciones que avalen el mismo, Solicito al Comité Especial, acepte también certificados como:
Certificado de libre comercio CLV, Certificación FDA, CE, ISO 13485 , siendo estos de carácter internacional y garantía.
A fin de dar una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considera la consulta respecto a la presentacion de certificados equivalentes, así como también es de obligatoriedad presentar el Protocolo de Análisis Vigente con la firma y sello del Área de Aseguramiento de la Calidad por parte del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-DIRESA/PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MEDICO FLÚOR BARNIZ X 0.5 ML PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO"

Ruc/código :	20486977982	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	HOCIDENT E.I.R.L.	Hora de envío :	11:07:57

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

CONSULTA

Solicitan FLUOR BARNIZ (Caja hasta x 50 unidades sachet: 0.5 ml o 0.4 ml cada uno) y con el fin de tener claro el requerimiento, solicitamos a la entidad confirmar que también se aceptará FLUOR BARNIZ (Caja x 200 unidades sachet: 0.4 ml cada uno) ya que cada uno contiene todos los detalles de las especificaciones técnicas con la finalidad de tener mayor participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A.III Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta y se considerara las diferentes presentaciones del Fluor barniz, también se aceptará (Caja x 200 unidades sachet: 0.4 ml cada uno).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD		
Nomenclatura :	AS-SM-6-2024-DIRESA/PASCO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	"ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MEDICO FLÚOR BARNIZ X 0.5 ML PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO"		

Ruc/código :	20477361618	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES LUVADENT IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	11:53:26

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

PAGINA 15:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 10 DIAS CALENDARIOS, contados a partir del día siguiente de la notificación del contrato o la orden de compra al proveedor, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

PAGINA 22:

VIII. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

Los bienes serán internados en el Almacén Especializado de Medicamentos de la Dirección de Medicamentos DIRESA PASCO, el plazo aproximado es de 10 días calendarios una vez notificada la Orden de compra al proveedor.

Con el fin de que los postores hagamos un llenado correcto del Anexo N° 4 PLAZO DE ENTREGA y considerando que este proceso es una Adjudicación Simplificada, solicitamos al Comité de Selección DEFINIR en los puntos señalados líneas arriba que el plazo comenzará a contabilizarse A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.9 **Literal:** . **Página:** 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, el plazo de entrega es de diez (10) dias calendarios, contabilizados A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-DIRESA/PASCO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :"ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MEDICO FLÚOR BARNIZ X 0.5 ML PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO"

Ruc/código :	20477361618	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES LUVADENT IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	11:53:26

Observación: Nro. 14
Consulta/Observación:
Literal j solicitan: Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente, que señale el producto ofertado.

Solicitamos al Comité de Selección, se adicionen los documentos similares que según normativa vigente también son aceptados tales como: También se aceptará otros documentos como Certificado CE de la Comunidad Europea, Norma ISO 13485 vigente, FDA u otros de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad competente del país de origen. En caso de producción por etapas, para cada uno de los laboratorios se debe presentar el CBPM u otro documento que acredite el cumplimiento de Normas de calidad vigentes según lo antes señalado; en concordancia con los artículos 124°, 125°, 126° y 127° del Decreto Supremo N°016-2011-SA

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 2211Literal: JPágina: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DECRETO SUPREMO N°016-2011-SA
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observacion respecto a la presentacion de Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente, que señale el producto ofertado; se puede presentar documentos similares o equivalentes, tales como: Certificado CE de la Comunidad Europea, Norma ISO 13485 vigente, FDA u otros de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad competente del país de origen. Así como tambien es de obligatoriedad presentar el Procolo de Análisis Vigente con la firma y sello del Área de Aseguramiento de la Calidad por parte del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-DIRESA/PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MEDICO FLÚOR BARNIZ X 0.5 ML PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO"

Ruc/código :	20477361618	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES LUVADENT IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	11:53:26

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O CARACTERÍSTICA Y CONDICIONES
FLÚOR BARNIZ
CANTIDAD: 13,413 UNIDADES
PRESENTACIÓN: CAJA HASTA POR 50 UNIDADES SACHET: 0.5 ML Ó 0.4 ML CADA UNO

La cantidad total solicitada no está acorde a la presentación requerida.

Solicitamos al Comité de Selección ajustar la cantidad total a 13,400 UNIDADES

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** . **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY 30225, ARTICULO 2. PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observacion, ya que la oferta será conforme a lo solicitado y establecido en el expediente de contratación por la cantidad de 13,413 unidades. Independiente a la presentación autorizada en su registro sanitario (x50 unidades, x100 unidades, x200 unidades, etc).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-DIRESA/PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MEDICO FLÚOR BARNIZ X 0.5 ML PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO"

Ruc/código :	20477361618	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES LUVADENT IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	11:53:26

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de material médico de equipos de protección personal (EPPS) descartables como mandilón, chaqueta, pantalón, mascarillas quirúrgicas, overol y gorras.

Deducimos que hubo un error de tipeo en este punto de las bases, por lo que solicitamos su rectificación de la siguiente manera:

SE CONSIDERAN BIENES SIMILARES A LOS SIGUIENTES: INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DISPOSITIVOS ODONTOLÓGICOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, se consideran bienes similares a los siguientes: INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DISPOSITIVOS ODONTOLÓGICOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

INSUMOS ODONTOLÓGICOS, DISPOSITIVOS ODONTOLÓGICOS, MATERIAL ODONTOLÓGICO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-DIRESA/PASCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MEDICO FLÚOR BARNIZ X 0.5 ML PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS IPRESS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO"

Ruc/código :	20216528141	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	PROSEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:57:26

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, es preciso indicar que en el mercado existen presentaciones cuyo múltiplo no se ajusta a la cantidad de entrega. Por lo que, en atención al Principio de Eficacia y Eficiencia (literal f del artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado) el cual establece que los procedimientos de selección deben orientarse a los fines, metas y objetivo de la Entidad, solicitamos que la cantidad requerida de los productos sea múltiplo de la presentación autorizada por la Digemid. A modo de ejemplo, si la presentación autorizada por la Digemid para el caso el Fluor Barniz es caja por 50 unidades, la cantidad total sería 13450 unidades.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: III-3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta general, ya que la oferta será conforme a lo solicitado y establecido en el expediente de contratación por la cantidad de 13,413 unidades. Independiente a la presentación autorizada en su registro sanitario (x50 unidades, x100 unidades, x200 unidades, etc).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null