

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(BIENES)</b>								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/03/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SERVICIO DE FARMACIA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA ENSAYO POR INMUNOABSORCIÓN LIGADO A ENZIMAS (ELISA) CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN Y PERSONAL DE SALUD EN EL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, FARMACOVIGILANCIA Y TECNIVIGILANCIA						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	24						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° D246-2025-GR.CAJ-DRS-HGJ-DAT/SF	Fecha de recepción	21/02/2025			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	13/03/2025	De oficio	X	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO				
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		Bienes similares, que de conformidad al estudio de indagación de mercado del INFORME N° D17-2025-GR.CAJ-DRS-HGJ-OA-UL/RIMC, se ha determinado que existen pluralidad de proveedores que pueden ofertar la totalidad de los bienes del requerimiento.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	3				3	correo electrónico: <a href="mailto:logisticahgj@gmail.com">logisticahgj@gmail.com</a>	3/03/2025
<p><i>El proveedor DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C, mediante correo electrónico <a href="mailto:hilaryvega@diagnosticaperuana.com.pe">hilaryvega@diagnosticaperuana.com.pe</a>, de fecha 03 de marzo del 2025, realizó las siguientes consultas:</i></p> <p><i>Consulta N°1: Si la Entidad esta solicitando cuatro ítems diferentes o un ítem paquete.</i></p> <p><i>Consulta N°2: Se solicitó ampliar a 7 años la antigüedad del equipo en cesión de uso.</i></p> <p><i>Consulta N°3: Si es que el área usuaria requiere equipo modular para realizamiento de elisa o por el contrario equipo automatizado para la realización de microplacas de elisa (pequeño) u otro según metodología.</i></p>								
	1	1				1	correo electrónico: <a href="mailto:logisticahgj@gmail.com">logisticahgj@gmail.com</a>	28/02/2025
<p><i>El proveedor LC BIOCORP S.A.C, mediante correo electrónico: <a href="mailto:lcbiocorp.sac@gmail.com">lcbiocorp.sac@gmail.com</a>, de fecha 28 de febrero del 2025, consultó que en las especificaciones técnicas indican que su metodología del reactivo es de ELISA y que será procesado en un equipo de CLIA lo cual es incoherente porque son 2 metodologías distintas, solicitando que puedan aceptar también reactivos de quimioluminiscencia (CLIA) para HTLV, CHAGAS Y DENGUE.</i></p>								
	1	1				1	correo electrónico: <a href="mailto:logisticahgj@gmail.com">logisticahgj@gmail.com</a>	12/03/2025
<p><i>El proveedor NEOBIO SAC, mediante correo electrónico: <a href="mailto:neobio@neo-bios.com">neobio@neo-bios.com</a>, de fecha 12 de marzo del 2025, consultó sobre el tiempo de antigüedad del equipo en cesión de uso, solicitando que el área usuaria elimine como requisito de las características del equipo la presentación de ofertas con un equipo de 48 meses de antigüedad y dejarlo sin límites de tiempo.</i></p>								

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	1	3				3	correo electrónico: fer.bmo80@gmail.com
<p>El área usuaria mediante correo electrónico: fer.bmo80@gmail.com, de fecha 13 de marzo del 2025, absolvió las consultas del proveedor DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C, según detalle:</p> <p>Respuesta a la Consulta N°1: Se aclaró y precisó que lo solicitado es un (01) ITEM PAQUETE</p> <p>Respuesta a la Consulta N°2: Se aclaró y se precisó que se deberá hacer entrega de un equipo analizador en cesión de uso que mantenga vigencia tecnológica y de operatividad y funcionamiento respaldada con documento técnico emitido por el fabricante o fabricante legal o dueño de la marca o sucursal o subsidiaria o filial o representante comercial en el Perú.</p> <p>Respuesta a la Consulta N°3: Se aclaró que lo requerido es un equipo automatizado para la realización de pruebas de inmunoensayo enzimático (ELISA)</p>							
	1	1				1	correo electrónico: fer.bmo80@gmail.com
<p>El área usuaria mediante correo electrónico: fer.bmo80@gmail.com, de fecha 03 de marzo del 2025, absolvió la consulta del proveedor LC BIOCOP S.A.C, aclarando que lo requerido es REACTIVOS PARA ENSAYO POR INMUNOABSORCIÓN LIGADO A ENZIMAS (ELISA) CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO y por lo tanto NO será procesado en un equipo CLIA. Asimismo se aclaró que los reactivos requeridos para tamizaje en banco de sangre son: HTLV I-II, CHAGAS, DENGUE y ZIKA.</p>							
	1	1				1	correo electrónico: fer.bmo80@gmail.com
<p>El área usuaria mediante correo electrónico: fer.bmo80@gmail.com, de fecha 13 de marzo del 2025, acogió parcialmente la consulta del proveedor NEOBIO SAC, indicando que en base al principio de libertad de concurrencia y para propiciar una mayor participación y pluralidad de postores se aceptará un equipo analizador en cesión de uso que mantenga vigencia tecnológica y de operatividad y funcionamiento respaldada con documento técnico emitido por el fabricante o fabricante legal o dueño de la marca o sucursal o subsidiaria o filial o representante comercial en el Perú.</p>							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
	1	El área usuaria remitió las especificaciones técnicas actualizadas, que incluye la adquisición de los bienes mediante Item paquete, y asimismo aclarando que se aceptará un equipo analizador en cesión de uso que mantenga vigencia tecnológica y de operatividad y funcionamiento respaldada con documento técnico emitido por el fabricante o fabricante legal o dueño de la marca o sucursal o subsidiaria o filial o representante comercial en el Perú.					
3	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO						
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		25/02/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		13/03/2025
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO
Proveedores: COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C; NEOBIO S.A.C							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO
Marcas: VIRCELL; WANTAI							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI		NO
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
4							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							