

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-ESSALUD/RAUC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REPUESTO BOOSTER PARA LA PLANTA DE LLENADO DE BALONES DE OXÍGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL II-PUCALLPA DE LA RED ASISTENCIAL UCAYALI

Ruc/código : 20481039950

Nombre o Razón social : INGENIERIA SERVICE SRL

Fecha de envío : 26/03/2025

Hora de envío : 13:01:33

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

- a.-Que capacidad es la planta que alimentará al booster?
- b.-Requieren alguna procedencia especifica para el booster?
- c.- Cuentan con manifold para el llenado de balones de oxigeno? Si la respuesta es afirmativa, para cuantos balones es el manifold? Si la respuesta en negativa, para cuantos balones requieren?

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General    **Numeral:** III    **Literal:** 4.1    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

- El area usuaria aclara lo siguiente:                      a.-la capacidad de la planta que alimentara el booster es de 40m3/h
- b.-No se requiere de procedencia especifica
- c.- si se Cuentan con manifold para una cantidad de 6 balones de oxigeno.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- El area usuaria aclara lo siguiente:                      a.-la capacidad de la planta que alimentara el booster es de 40m3/h
- b.-No se requiere de procedencia especifica
- c.- si se Cuentan con manifold para una cantidad de 6 balones de oxigeno.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-ESSALUD/RAUC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REPUESTO BOOSTER PARA LA PLANTA DE LLENADO DE BALONES DE OXÍGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL II-PUCALLPA DE LA RED ASISTENCIAL UCAYALI

Ruc/código :	20481039950	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA SERVICE SRL	Hora de envío :	13:01:33

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

- a.- Confirmar si todos los componentes / equipos eléctricos debe ser 3ø 220 Vac o 380 vac
- b.- Confirmar con que voltaje trifásico cuenta el hospital para la alimentación del booster.
- c.- El hospital cuenta con un tablero eléctrico destinado para la alimentación del booster? Que características tiene?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 4.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- El area usuaria aclara lo siguiente:
- a.- Contamos con tablero electrico trifasico de 220 VAC y 380 VAC
  - b.-El voltaje trifásico cuenta con 380 VAC para la alimentación del booster.
  - c.- Si cuenta con un tablero eléctrico destinado para la alimentación del booster. Es Trifasico de 380 VAC con una llave termomagnetica general de 320 amp. y una llave termomagnetica de 160 amp. para alimentacion del Booster.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- El area usuaria aclara lo siguiente:
- a.- Contamos con tablero electrico trifasico de 220 VAC y 380 VAC
  - b.-El voltaje trifásico cuenta con 380 VAC para la alimentación del booster.
  - c.- Si cuenta con un tablero eléctrico destinado para la alimentación del booster. Es Trifasico de 380 VAC con una llave termomagnetica general de 320 amp. y una llave termomagnetica de 160 amp. para alimentacion del Booster.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-ESSALUD/RAUC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REPUESTO BOOSTER PARA LA PLANTA DE LLENADO DE BALONES DE OXÍGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL II-PUCALLPA DE LA RED ASISTENCIAL UCAYALI

Ruc/código :	20481039950	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA SERVICE SRL	Hora de envío :	13:01:33

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

El plazo de entrega considerar 90 días calendarios

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria no acoge su consulta por necesidad de la entidad de contar con el bien en menos plazo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria no acoge su consulta por necesidad de la entidad de contar con el bien en menos plazo

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-ESSALUD/RAUC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REPUESTO BOOSTER PARA LA PLANTA DE LLENADO DE BALONES DE OXÍGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL II-PUCALLPA DE LA RED ASISTENCIAL UCAYALI

Ruc/código :	20481039950	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA SERVICE SRL	Hora de envío :	13:01:33

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Se solicita considerar Facturación por servicios en plantas de oxígenos medicinales, para la acreditación del postor.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El area usuaria no acoge su consulta por considerar que la facturacion de servicios no son del mismo objeto de contratacion.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El area usuaria no acoge su consulta por considerar que la facturacion de servicios no son del mismo objeto de contratacion.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-ESSALUD/RAUC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REPUESTO BOOSTER PARA LA PLANTA DE LLENADO DE BALONES DE OXÍGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL II-PUCALLPA DE LA RED ASISTENCIAL UCAYALI

Ruc/código :	20481039950	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA SERVICE SRL	Hora de envío :	13:01:33

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Especificar y/o aclarar en que caso eméríta la garantía comercial en colocar un equipo de reemplazo similar?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 4.3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara y precisa que la garantia comercial amerita en caso que el producto tenga deficiencia en su funcionalidad o durabilidad dentro los 12 meses y requiera de tiempo para su reparacion debiendo trasladar el producto fuera de las instalaciones de la institucion, el proveedor debera color un equipo de igual o similar características.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria aclara y precisa que la garantia comercial amerita en caso que el producto tenga deficiencia en su funcionalidad o durabilidad dentro los 12 meses y requiera de tiempo para su reparacion debiendo trasladar el producto fuera de las instalaciones de la institucion, el proveedor debera color un equipo de igual o similar características.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-ESSALUD/RAUC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REPUESTO BOOSTER PARA LA PLANTA DE LLENADO DE BALONES DE OXÍGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL II-PUCALLPA DE LA RED ASISTENCIAL UCAYALI

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	20:55:54

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos agregar como experiencia en la especialidad "Se consideran bienes similares a los siguientes: Repuestos en general para plantas de oxígeno o venta de plantas de oxígeno"

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: B Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge su consulta y se consideraran bienes similiares a lo siguiente: Repuestos en general para plantas de oxígeno o venta de plantas de oxígeno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria acoge su consulta y se consideraran bienes similiares a lo siguiente: Repuestos en general para plantas de oxígeno o venta de plantas de oxígeno.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-ESSALUD/RAUC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REPUESTO BOOSTER PARA LA PLANTA DE LLENADO DE BALONES DE OXÍGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL II-PUCALLPA DE LA RED ASISTENCIAL UCAYALI

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	20:55:54

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos que se agregue como factor de evaluación con puntaje asignado al tiempo de entrega menor o igual a 20 días, a fin de que la Entidad pueda proveer oxígeno a los pacientes lo antes posible.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii.7 Literal: 7 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente su consulta y considerara factores de evaluación al plazo de entrega otorgando el siguiente puntaje: De 0 a 20 días 5 puntos de 21 a 44 días 3 puntos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité en coordinación con el área usuaria acoge parcialmente su consulta y considerara factores de evaluación al plazo de entrega otorgando el siguiente puntaje: De 0 a 20 días 5 puntos de 21 a 44 días 3 puntos

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-ESSALUD/RAUC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REPUESTO BOOSTER PARA LA PLANTA DE LLENADO DE BALONES DE OXÍGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL II-PUCALLPA DE LA RED ASISTENCIAL UCAYALI

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	20:55:54

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En la tabla del ítem 4.1, se indica que se requiere una potencia motriz de 15 kW. Solicitamos que se permita brindar un equipo con potencia de 11 kW, que permite producir el mismo flujo de 20m3/h solicitado, lo que permitirá un ahorro de energía, ya que el equipo es más eficiente (mismo flujo con menor gasto energético)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: iii.4.1 Literal: 4.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria no acoge su consulta, y precisa que el requerimiento esta dado de acuerdo a las características del booster a reemplazar de 40 m3/h, y potencia de 15 KW

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria no acoge su consulta, y precisa que el requerimiento esta dado de acuerdo a las características del booster a reemplazar de 40 m3/h, y potencia de 15 KW



Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-ESSALUD/RAUC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REPUESTO BOOSTER PARA LA PLANTA DE LLENADO DE BALONES DE OXÍGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL II-PUCALLPA DE LA RED ASISTENCIAL UCAYALI

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	20:55:54

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En la tabla del ítem 4.1 se indica en la fila 6 que el caudal debe ser de 20 a 44m3/h, y en la fila 9 que el máximo de llenado debe ser 44 m3/h. Solicitamos especificar la diferencia entre estas, y si se permitirá brindar un equipo que produciría 20 m3/h.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: iii.4.1 Literal: 4.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara y precisa que el caudal debe ser de 40M3/Hr

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria aclara y precisa que el caudal debe ser de 40M3/Hr

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-ESSALUD/RAUC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REPUESTO BOOSTER PARA LA PLANTA DE LLENADO DE BALONES DE OXÍGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL II-PUCALLPA DE LA RED ASISTENCIAL UCAYALI

Ruc/código :	10707591035	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	LOPEZ ZEVALLOS LUIS STEFANO	Hora de envío :	22:39:21

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el caudal solicitan de 20 a 44 nm3/h, los booster vienen con una capacidad de cuadal exacta. Se entiende que puede ser de cualquier capacidad que este en el rango mencionado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 4.3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara y precisa que el caudal debe ser de 40M3/Hr

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria aclara y precisa que el caudal debe ser de 40M3/Hr

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-ESSALUD/RAUC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REPUESTO BOOSTER PARA LA PLANTA DE LLENADO DE BALONES DE OXÍGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL II-PUCALLPA DE LA RED ASISTENCIAL UCAYALI

Ruc/código :	10707591035	Fecha de envío :	26/03/2025
Nombre o Razón social :	LOPEZ ZEVALLOS LUIS STEFANO	Hora de envío :	22:39:21

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

La planta de oxigeno es de 20m3,30m3 o 40m3? Esto con la finalidad de poder ofertar la mejor opcion de acuerdo a las capacidades especificas de la planta de oxigeno.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 4.3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara y precisa que la planta es de 40M3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria aclara y precisa que la planta es de 40M3