

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS,  
CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

**LICITACION PUBLICA N° 017-2023-GRA-SEDECENTRAL/CS**

**1 NÚMERO DE ACTA**

**2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL**

En Huamanga, a los **12 días del mes de marzo del año 2024**, en la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal, a las 08:15 horas, se reunieron los miembros del Comité de Selección designado mediante **FORMATO N° 04 - DESIGNACION DEL COMITE DE SELECCION**, encargado de conducir y desarrollar el procedimiento de selección **LICITACION PUBLICA N° 017-2023-GRA-SEDECENTRAL/CS**, cuyo objeto de convocatoria es la **ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REFRIGERADORAS, CONGELADORAS Y CONSERVADORAS DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO**, a fin de efectuar la **APERTURA DE OFERTAS ELECTRONICAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.**

**3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)**

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

|                 |   |          |          |              |             |
|-----------------|---|----------|----------|--------------|-------------|
| Presidente      | <b>ING. MARCO RAÚL CALDERÓN ZEVALLOS</b>    | Titular  | <b>X</b> | Dependencia: | <b>SGO</b>  |
|                 |   | Suplente |          |              |             |
| Primer Miembro  | <b>LIC. MARDHEN OSCAR SAAVEDRA BARDALES</b> | Titular  | <b>X</b> | Dependencia: | <b>SGO</b>  |
|                 |   | Suplente |          |              |             |
| Segundo Miembro | <b>C.P.C JOHNY RANDY GUILLEN MOORE</b>      | Titular  |          | Dependencia: | <b>OAPF</b> |
|                 |   | Suplente | <b>X</b> |              |             |

**4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES**

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

| N° | Nombre o razón social del participante                                      | RUC         | ESTADO |
|----|---|-------------|--------|
| 1  | SANCHEZ FLORES LUIS HUMBERTO  | 10003740582 | Válido |
| 2  | ORTEGA RAZURI NAHUM MARTIN  | 10164100460 | Válido |
| 3  | NAJARRO CASTRO HOLANDA  | 10291684900 | Válido |
| 4  | ORTEGA PEREZ GHESMINNE  | 10466384947 | Válido |
| 5  | AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.                | 20100162238 | Válido |
| 6  | H.W.KESSEL S.A.C.   | 20100329205 | Válido |
| 7  | REFRIGERACION OLIVEROS SRL  | 20101135471 | Válido |
| 8  | A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A                                    | 20102032951 | Válido |
| 9  | SISTEMAS ANALITICOS SRL   | 20155695901 | Válido |
| 10 | TECNI - MED.SYSTEM. S.A.  | 20340116055 | Válido |
| 11 | EDALMI S.A.C.   | 20433546394 | Válido |
| 12 | EXPORT PERU GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                 | 20447790999 | Válido |
| 13 | MEGATECH PERU S.A.C.  | 20454256141 | Válido |
| 14 | FRIONOX S.A.C.  | 20460436771 | Válido |
| 15 | INVERSIONES S'LO STOP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                              | 20490599224 | Válido |
| 16 | VITALTEC S.A.C.   | 20501645517 | Válido |
| 17 | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.  | 20501887286 | Válido |
| 18 | J.C MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                               | 20512900896 | Válido |
| 19 | MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C - MASED             | 20516809524 | Válido |
| 20 | CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.               | 20543306771 | Válido |
| 21 | INTERNATIONAL PROJECT CONSULTING ASSOCIATES S.A.                            | 20553817804 | Válido |
| 22 | J.L. CLIMATIZACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - J.L.    | 20564212033 | Válido |
| 23 | ASECO PERU S.A.C.   | 20565911920 | Válido |
| 24 | CORPORACION TECNOBIOMEDICA HEALTHCARE DEL PERU S.A.C.                       | 20566145163 | Válido |
| 25 | GRUPO MOZU IMPORT E.I.R.L.  | 20600173881 | Válido |
| 26 | LATIN DENT S.A.C.   | 20600896777 | Válido |
| 27 | CORPORACION VASOT S.A.C.  | 20601297249 | Válido |
| 28 | VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.                                     | 20601325153 | Válido |
| 29 | STBIOMEDICAL S.A.C.   | 20601785324 | Válido |
| 30 | EDIGIS S.A.C.   | 20601908183 | Válido |
| 31 | BIO ALMEDIC E.I.R.L.  | 20602142206 | Válido |
| 32 | PG SCHLUMBOHM S.A.C.  | 20602468748 | Válido |
| 33 | INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C. | 20602609104 | Válido |
| 34 | ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.   | 20602703003 | Válido |
| 35 | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PARA EL DESARROLLO E.I.R.L.- TECINDES E.I.R.L. | 20603598874 | Válido |
| 36 | ARKONST GROUP SAC   | 20603769423 | Válido |
| 37 | MAYAR MEDICA S.A.C.   | 20604187916 | Válido |
| 38 | ECOVIDA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECOVIDA PERU S.A.C.                 | 20604439460 | Válido |
| 39 | SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C.   | 20605223088 | Válido |
| 40 | JAR SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L.  | 20606158671 | Válido |
| 41 | MEGA-MED E.I.R.L.   | 20607920363 | Válido |
| 42 | EDAL MEDIC S.A.C.   | 20608554476 | Válido |
| 43 | LC GENERAL SUPPLIES PERU S.A.C.   | 20608811380 | Válido |
| 44 | GRUPO CORPORATIVO 3NAV S.A.C.   | 20609528941 | Válido |
| 45 | MANUFACTURA CAPITALMEDIC S.A.C.   | 20609607123 | Válido |
| 46 | SYSTEM MED S.A.C.   | 20609841878 | Válido |

**5 DETALLE DE LOS POSTORES**

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas electronicas a traves del SEACE:

| N° | RUC         | Nombre o razón social del postor              | Fecha de presentación | Hora de presentación | Forma de presentación |
|----|-------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1  | 20601785324 | CONSORCIO STBIOMEDICAL SAC - BIO ALMEDIC EIRL | 4/03/2024             | 23:49:57             | Electronico           |
| 2  | 20501887286 | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.                    | 4/03/2024             | 21:44:16             | Electronico           |
| 3  | 20607920363 | MEGA-MED E.I.R.L.                             | 4/03/2024             | 21:48:35             | Electronico           |

*[Firma]*  
28316855

*[Firma]*  
10604763


*[Firma]*





|                        |  |   |                            |                   |
|------------------------|--|---|----------------------------|-------------------|
| 6                      | Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas electronicas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de los terminos de referencia previstas en las bases.  |   |                            |                   |
|                        | DOCUMENTACION PARA LA ADMISION DE LA OFERTA.   | POSTOR 1                                      | POSTOR 2                   | POSTOR 3          |
|                        |  | CONSORCIO STBIOMEDICAL SAC - BIO ALMEDIC EIRL | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. | MEGA-MED E.I.R.L. |
|                        | a)Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)   | CUMPLE  | CUMPLE                     | CUMPLE            |
|                        | b)Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  | CUMPLE  | CUMPLE                     | CUMPLE            |
|                        | c)Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)   | CUMPLE  | CUMPLE                     | CUMPLE            |
|                        | d)Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Tecnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)   | CUMPLE  | CUMPLE                     | CUMPLE            |
|                        | e) Adjuntar fichas técnicas, folletos, manuales, catálogos brochures u otros documentos técnicos similares emitidos por el fabricante, (resaltar partes importantes donde se compruebe el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas). En caso de que alguna característica no se pueda sustentar con lo indicado anteriormente, se aceptará Carta del fabricante indicando el cumplimiento específico de la característica a sustentar de los bienes ofertados para verificar el cumplimiento de las características solicitadas en las EE.TT. | NO CUMPLE                                     | NO CUMPLE                  | NO CUMPLE         |
|                        | f) Adjuntar registro sanitario vigente a nombre del proveedor emitido por la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), que autoriza comercializar los bienes requeridos y en caso de no requerir registro sanitario se debe adjuntar el listado de dispositivos médicos que no requieren registro sanitario.   | CUMPLE  | CUMPLE                     | CUMPLE            |
|                        | g) Adjuntar el certificado de buenas prácticas de almacenamiento vigente a nombre del proveedor, emitido por la dirección general de medicamentos insumos y drogas (DIGEMID), en caso que el bien objeto de este proceso de selección no requiera registro sanitario, se exime al participante de la presentación de dicho certificado.  | CUMPLE  | CUMPLE                     | CUMPLE            |
|                        | h) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)  | CUMPLE  | CUMPLE                     | CUMPLE            |
|                        | i) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)  | CUMPLE  | NO CORRESPONDE             | NO CORRESPONDE    |
|                        | j) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.   | CUMPLE  | CUMPLE                     | CUMPLE            |
| RESULTADO DE LA OFERTA |  | NO ADMITIDO                                   | NO ADMITIDO                | NO ADMITIDO       |



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 7 | <b>DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS</b>  |  |  |
|   | De acuerdo con la revisión efectuada por los miembros del comité con conocimiento tecnico, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación: |  |  |
|   | N°   | Nombre o razón social del postor   | Consignar las razones para su no admisión  |
|   | 1  | CONSORCIO STBIOMEDICAL SAC - BIO ALMEDIC EIRL  | La congeladora para vacunas horizontal, propuesta por el postor, no indica claramente el cumplimiento de la característica A05 (AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE 10 MM DE ESPESOR, LIBRE DE CFC); incumpliendo así las características técnicas solicitadas en las bases integradas del procedimiento de selección. Por lo que, los miembros del comité de selección con conocimiento tecnico <b>NO ADMITE</b> su oferta. |
| 2 | DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.   | La refrigeradora para laboratorio de 14 pies cubicos propuesta por el postor, no indica claramente el cumplimiento de la característica A05 (DESCONGELAMIENTO AUTOMATICO); asimismo, no sustenta el cumplimiento de la característica B04 (SISTEMA DE FLUJO DE AIRE FORZADO EN LA CAMARA DE CONSERVACION); la congeladora para vacunas horizontal propuesta por el postor no indica claramente el cumplimiento de la característica A09 (GABINETE CONSTRUIDO EN POLIETILENO ROTOMOLDEADO O SUPERIOR ANTIBACTERIAL O ACERO INOXIDABLE); incumpliendo así las características técnicas solicitadas en las bases integradas del procedimiento de selección. Por lo que, los miembros del comité de selección con conocimiento tecnico <b>NO ADMITE</b> su oferta.   |  |
|   |  | La conservadora de bolsas de sangre propuesta por el postor, no indica claramente el cumplimiento de las características: A12, A14, A16, B02 y B03; la refrigeradora para laboratorio de 14 pies cubicos propuesta por el postor, no indica claramente el cumplimiento de las características: A05, A07, A09 y A11; la refrigeradora para medicamentos propuesta por el postor, no indica claramente el cumplimiento de la característica: A08; la congeladora vertical de -20°C propuesta por el postor, no indica claramente el cumplimiento de las características: A03, A10, A12, A13, A14, A15 y AB03; la congeladora para vacunas horizontal propuesta por el postor no indica claramente el cumplimiento de las características: A06 y A09; incumpliendo así las características técnicas solicitadas en las bases integradas del procedimiento de selección. Por lo que, los miembros del comité de selección con conocimiento tecnico <b>NO ADMITE</b> su oferta. |  |
| 3 | MEGA-MED E.I.R.L.  |  |  |
|   |  |  |  |

|   |  |                                  |                           |
|---|--|----------------------------------|---------------------------|
| 8 | <b>DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN</b>   |                                  |                           |
|   | De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación: |                                  |                           |
|   | N°   | Nombre o razón social del postor | Item(s) a los que postula |
| 1 |  |                                  |                           |
|   |  |                                  |                           |

  
28316855

  
10604263



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 9  | <b>ACUERDO ADOPTADO</b><br>Los integrantes del comite de seleccón con conocimiento tecnico, dan por aprobados los resultados de la evaluacón de las ofertas y calificacón; y de acuerdo con el análisis efectuado en la presente, proceden a <b>DECLARAR DESIERTO</b> el procedimiento de seleccion, por no existir ninguna oferta valida; de conformidad a lo dispuesto en el numeral 65.1 del articulo 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones deel Estado.<br><br>Siendo las 09:45 horas del mismo dia, y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión, firmándose la presente acta en señal de aceptación y conformidad por los miembros del comité de seleccion. |  |  |
| 15   | <br><b>LIC. MARDHEN OSCAR SAAVEDRA<br/>BARDALES</b><br><b>PRIMER MIEMBRO TITULAR</b>  | <br><b>ING. MARCO RAÚL CALDERÓN ZEVALLOS</b><br><b>PRESIDENTE TITULAR</b> | <br><b>C.P.C JOHNY RANDY GUILLEN MOORE</b><br><b>SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE</b> |
| <b>NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN</b> |  |  |  |



**CUADRO DE EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS LP N° 17-2023-GRA**

|  |   | MEGA-MED<br>EIRL | DIAGNOSTICA<br>PERUANA SAC | STBIOMEDICAL<br>SAC + BIO<br>ALMEDIC EIRL |
|--|---|------------------|----------------------------|---|
| CLAVE: D-283   |   |                  |                            |   |
| DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: CONSERVADORA DE BOLSAS DE SANGRE DE +2 °C A +6 °C |   | MELING           | HAIER<br>BIOMEDICAL        | MELING                                    |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS   |   | YCD-EL519        | HYCD-282A                  | YCD-FL519                                 |
| A  | GENERALES   | CHINA            | CHINA                      | CHINA                                     |
| A01  | EQUIPO BIOMÉDICO, UTILIZADO EN BANCO DE SANGRE.   | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| A02  | MODELO VERTICAL.  | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| A03  | CAPACIDAD DE LA CAMARA DE CONGELACION: DEBE SER DE 75 O MAS BOLSAS DE SANGRE DE 450 ML.   | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| A04  | PUERTA CON DOBLE VIDRIO TRANSPARENTE TIPO MOSTRADOR DOBLE VIDRIO, CON SELLADO MAGNETICO, CON SEGURO DE PUERTA CON LLAVE.  | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| A05  | DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO.  | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| A06  | RUEDAS GIRATORIAS CON FRENOS O RUEDAS CON SISTEMA DE NIVEL DE PISO  | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| A07  | FILTRO DE AIRE REMOVIBLE Y LAVABLE, EN CASO EL EQUIPO REQUIERA FILTRO DE AIRE O SEGÚN TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE.  | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| A08  | AISLAMIENTO DE ESPUMA DE URETANO O POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD LIBRE DE CFC EN LAS PAREDES Y PUERTAS   | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| A09  | AUTONOMIA FRIGORIFICA (+2°C A +6°C) EN LA CÁMARA (EN CASO DE CORTE DE ENERGIA) DEBE SER MAYOR O IGUAL A 2 HORAS.  | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| A10  | CAMARA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE O ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIMERO.  | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| A11  | DIVISIONES INTERIORES   | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| A12  | BANDEJAS INTERIORES DIVISORAS DE ACERO INOXIDABLE   | NO CUMPLE        | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| A13  | COMPRESOR HERMÉTICAMENTE SELLADO  | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| A14  | GAS REFRIGERANTE TIPO ECOLÓGICO, LIBRE CFC, R134A O MEJOR.  | NO CUMPLE        | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| A15  | LUZ LED INTERIOR.   | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| A16  | DESPLIEGUE DIGITAL DE TEMPERATURA DENTRO LA CÁMARA.   | NO CUMPLE        | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| A17  | NIVEL DE RUIDO MENOR O IGUAL A 58DB   | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| B  | CONTROL   |                  |                            |   |
| B01  | CONTROLADO POR MICROPROCESADOR  | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| B02  | TEMPERATURA DE TRABAJO REGULABLE ENTRE +2°C Y +6°C O RANGO MAYOR, CON UNA APROXIMACIÓN DE +/- 1°C PARA CONSERVACION. TEMPERATURA DE TRABAJO DE CONGELADOR DE -20°C HASTA -40°C. | NO CUMPLE        | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| B03  | SOFTWARE DE COMUNICACIÓN PARA REGISTRO DE TEMPERATURA EN COMPUTADORA O SIMILAR.   | NO CUMPLE        | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| B04  | BATERÍA DE RESPALDO PARA EL SISTEMA DE CONTROL CONTRA FALLA DE ENERGIA ELÉCTRICA.   | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| B05  | INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA DE LA CÁMARA.  | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| B06  | ALARMA FALLA EN LA ENERGÍA ELÉCTRICA  | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| B07  | ALARMA AUDIOVISUAL PARA DESVIACIÓN DE LA TEMPERATURA.   | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| B08  | ALARMA DE PUERTA ABIERTA.   | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| B09  | SILENCIADOR DE ALARMA.  | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| B10  | INDICADOR DE BATERIA BAJA.  | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| B11  | CONEXIÓN DE ALARMA REMOTA   | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| B12  | COMPENSADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE INTERNO O EXTERNO.  | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| C  | ACCESORIOS  |                  |                            |   |
| C01  | JUEGO DE CUATRO (04) BANDEJAS COMO MÍNIMO.  | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| C02  | DOS (02) TERMÓMETROS DIGITALES EXTERNOS PARA CONTROL DE CALIDAD (INCLUYE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.  | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| C03  | UN (01) ROLLO DE PAPEL PARA REGISTRO DE DATOS O REGISTRADOR GRAFICO CON CARTILLAS CIRCULARES Ó DISPOSITIVO USB PARA REGISTRO O DESCARGA DE DATOS.                               | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| D  | REQUERIMIENTO DE ENERGÍA  |                  |                            |   |
| D01  | 220 VAC / 60 HZ   | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| D03  | CABLE Y ENCHUFE TIPO SCHUKO 220VAC, 16A. CON LONGITUD MINIMA DE 1.5 METROS  | CUMPLE           | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |
| RESULTADO DE LA EVALUACION   |   | NO CUMPLE        | CUMPLE                     | CUMPLE                                    |

|  |  |           |                     |           |
|--|--|-----------|---------------------|-----------|
| CLAVE: D-287   |  |           |                     |           |
| DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: REFRIGERADORA PARA LABORATORIO DE 14 PIES CUBICOS |  | MELING    | HAIER<br>BIOMEDICAL | MELING    |
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS   |  | YCD-EL450 | HYCD-469A           | YCD-FL519 |
| A  | GENERALES  | CHINA     | CHINA               | CHINA     |
| A01  | REFRIGERADORA COMBINADA (REFRIGERADOR Y CONGELADOR) PARA USO FARMACEUTICO Y LABORATORIO O BANCO DE SANGRE.       | CUMPLE    | CUMPLE              | CUMPLE    |
| A02  | REFRIGERADORA VERTICAL.  | CUMPLE    | CUMPLE              | CUMPLE    |
| A03  | CAPACIDAD DE LA CÁMARA DE CONSERVACIÓN: 14 PIES CÚBICOS O MAS ENTRE LAS DOS CABINAS, CONGELADORA Y REFRIGERADORA | CUMPLE    | CUMPLE              | CUMPLE    |

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
Resolución de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Directa - Ayacucho

ING. MACLO RAIN CALDERÓN ZEVALLOS  
CIP N° 272023

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
Resolución de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga Directa - Ayacucho

ING. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA  
CIP N° 98728

Hugo Coronado  
Jorge  
Aval: 00202407



|     |   |           |  |        |
|-----|---|-----------|--|--------|
| A04 | SEGURO DE PUERTA CON LLAVE.   | CUMPLE    | CUMPLE   | CUMPLE |
| A05 | DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO.  | NO CUMPLE | NO CUMPLE<br>(DESCONG<br>AUTOM CAMARA<br>DE CONSERV Y<br>MANUAL PARA<br>CAMARA DE<br>CONG) | CUMPLE |
| A06 | DOS PUERTAS (UNA PUERTA PARA CONGELADOR Y UNA PARA REFRIGERADOR).   | CUMPLE    | CUMPLE   | CUMPLE |
| A07 | REPISAS DE ACERO INOXIDABLE O DE ACERO CON REVESTIMIENTO DE POLIMERO PARA EL REFRIGERADOR.  | NO CUMPLE | CUMPLE   | CUMPLE |
| A08 | GAVETAS DESLIZABLES DE ACERO INOXIDABLE O ACERO CON RECUBRIMIENTO PARA EL CONGELADOR.   | CUMPLE    | CUMPLE   | CUMPLE |
| A09 | GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO LIBRE DE CFC   | NO CUMPLE | CUMPLE   | CUMPLE |
| A10 | LUZ LED INTERIOR.   | CUMPLE    | CUMPLE   | CUMPLE |
| A11 | DESPLIEGUE DIGITAL DE TEMPERATURA DENTRO LA CÁMARA.   | NO CUMPLE | CUMPLE   | CUMPLE |
| B   | CONTROL   |           |  |        |
| B01 | CONTROLADO POR MICROPROCESADOR  | CUMPLE    | CUMPLE   | CUMPLE |
| B02 | TEMPERATURA DE TRABAJO REGULABLE<br>CONGELADORA CON TEMPERATURA DE -10°C A -20°C O RANGO MAS AMPLIO, CON UNA APROXIMACION DE +/- 1°C<br>REFRIGERACION CON TEMPERATURA DE +2°C A +8°C O RANGO MAS AMPLIO, CON UNA APROXIMACION DE +/-1°C | CUMPLE    | CUMPLE   | CUMPLE |
| B03 | DOBLE SENSOR DE TEMPERATURA.  | CUMPLE    | CUMPLE   | CUMPLE |
| B04 | SISTEMA DE FLUJO DE AIRE FORZADO EN LA CÁMARA DE CONSERVACIÓN.  | CUMPLE    | NO SUSTENTA/NO<br>INDICA<br>CUMPLIMIENTO   | CUMPLE |
| B05 | ALARMA AUDIOVISUAL PARA DESVIACIÓN DE LA TEMPERATURA Y FALLA DE LA ENERGÍA.   | CUMPLE    | CUMPLE   | CUMPLE |
| B06 | ALARMA DE PUERTA ABIERTA.   | CUMPLE    | CUMPLE   | CUMPLE |
| B07 | SILENCIADOR DE ALARMA.  | CUMPLE    | CUMPLE   | CUMPLE |
| B08 | NIVEL DE RUIDO MENOR O IGUAL A 58DB   | CUMPLE    | CUMPLE   | CUMPLE |
| B09 | CONEXIÓN DE ALARMA REMOTA   | CUMPLE    | CUMPLE   | CUMPLE |
| C   | ACCESORIOS  |           |  |        |
| C01 | JUEGO DE CUATRO (04) BANDEJAS COMO MÍNIMO.  | CUMPLE    | CUMPLE   | CUMPLE |
| C02 | DOS (02) TERMÓMETROS DIGITALES EXTERNOS PARA CONTROL DE CALIDAD (INCLUYE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.  | CUMPLE    | CUMPLE   | CUMPLE |
| D   | REQUERIMIENTO DE ENERGÍA  |           |  |        |
| D01 | 220 VAC / 60 HZ   | CUMPLE    | CUMPLE   | CUMPLE |
| D03 | CABLE Y ENCHUFE TIPO SCHUKO 220VAC, 16A. CON LONGITUD MINIMA DE 1.5 METROS  | CUMPLE    | CUMPLE   | CUMPLE |

|                            |           |           |        |
|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| RESULTADO DE LA EVALUACION | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |
|----------------------------|-----------|-----------|--------|

|  |   |           |                     |
|--|---|-----------|---------------------|
| CLAVE: D-288   |   |           |                     |
| DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS |   | MELING    | HAIER<br>BIOMEDICAL |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS                         |   | YC-130L   | HYC-118A            |
| A  | GENERALES   | CHINA     | CHINA               |
| A01  | MODELO VERTICAL.  | CUMPLE    | CUMPLE              |
| A02  | CAPACIDAD MINIMA DE 100 LITROS O MAYOR                  | CUMPLE    | CUMPLE              |
| A03  | INSULACION DE POLIURETANO                               | CUMPLE    | CUMPLE              |
| A04  | PUERTA DE SELLADO MAGNETICO                             | CUMPLE    | CUMPLE              |
| A05  | PUERTA CON DOBLE VIDRIO TRANSPARENTE TIPO MOSTRADOR     | CUMPLE    | CUMPLE              |
| A06  | LUZ DE ALUMBRADO INTERNO                                | CUMPLE    | CUMPLE              |
| A07  | MINIMO DE DOS (2) REPISAS INTERNAS DE POSICION VARIABLE | CUMPLE    | CUMPLE              |
| A08  | COMPRESOR HERMETICAMENTE SELLADO.                       | NO CUMPLE | CUMPLE              |
| A09  | GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO LIBRE DE CFC                 | CUMPLE    | CUMPLE              |
| A10  | RANGO DE TEMPERATURA DE +2°C Y +8°C O RANGO MAS AMPLIO. | CUMPLE    | CUMPLE              |
| A11  | CONTROL DE PANEL DIGITAL                                | CUMPLE    | CUMPLE              |
| A12  | CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE                        | CUMPLE    | CUMPLE              |
| A13  | SISTEMA DE REFRIGERACION DE AIRE VENTILADO Y/O FORZADO. | CUMPLE    | CUMPLE              |
| A14  | ALARMA AUDIOVISUAL                                      | CUMPLE    | CUMPLE              |
| A15  | LLAVE DE SEGURIDAD                                      | CUMPLE    | CUMPLE              |
| B  | CONTROL   |           |                     |
| B01  | CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.                         | CUMPLE    | CUMPLE              |
| B02  | INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA DE LA CAMARA.          | CUMPLE    | CUMPLE              |
| B03  | CONTROL DE PARAMETROS AJUSTABLES                        | CUMPLE    | CUMPLE              |

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
Reemplazo de la infraestructura e implementación del Centro  
de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de  
la Red de Salud Huancayo Directa - Ayacucho

ING. MARCO RAÚN CAJALAN ZEVALLOS  
CIP N° 98726  
RESIDENTE DE GRADA

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
Reemplazo de la infraestructura e implementación del Centro  
de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de  
la Red de Salud Huancayo Directa - Ayacucho

ING. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA  
CIP N° 98726  
SUPERVISOR DE GRADA

HUGO CARRASCO  
HUGO  
01.11.2017 17:47

|     |  |        |        |        |
|-----|--|--------|--------|--------|
| B04 | REGISTRADOR DE DATOS   | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| B05 | UN (01) ROLLO DE PAPEL Ó REGISTRADOR GRAFICO CON CARTILLAS CIRCULARES Ó DISPOSITIVO USB PARA REGISTRO DE DATOS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| B06 | CONEXIÓN DE ALARMA REMOTA  | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| C   | ALARMAS  |        |        |        |
| C01 | ALTA Y BAJA TEMPERATURA  | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| C02 | FALLA DE SENSOR O SONDAS   | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| C03 | DE PUERTA ABIERTA  | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| C04 | FALLA ELECTRICA  | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| D   | REQUERIMIENTO DE ENERGÍA   |        |        |        |
| D01 | CABLE Y ENCHUFE TIPO SCHUKO 220VAC, 16A. CON LONGITUD MINIMA DE 1.5 METROS                                     | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| D02 | 220 VAC / 60Hz   | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

| RESULTADO DE LA EVALUACION | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
|----------------------------|-----------|--------|--------|
|----------------------------|-----------|--------|--------|

|  |   |           |                  |          |
|--|---|-----------|------------------|----------|
| CLAVE: D-298   |   |           |                  |          |
| DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: CONGELADORA VERTICAL DE -20°C |   | MELING    | HAIER BIOMEDICAL | MELING   |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS                       |   | DW-YL450  | DW-30L420F       | DW-FL528 |
| A  | GENERALES   | CHINA     | CHINA            | CHINA    |
| A01  | EQUIPO BIOMÉDICO, UTILIZADO PARA MANTENER CONGELADA A -20°C LOS DIFERENTES COMPONENTES ORGÁNICOS DE LOS LÍQUIDOS BIOLÓGICOS Y PLASMA, POR UN TIEMPO PROLONGADO PARA UNA ADECUADA CONSERVACIÓN.                                      | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE   |
| A02  | MODELO VERTICAL.  | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE   |
| A03  | CAPACIDAD DE LA CAMARA DE CONGELACION DEBE SER ENTRE 14 Y 20 PIES CUBICOS.  | NO CUMPLE | CUMPLE           | CUMPLE   |
| A04  | SEGURO DE PUERTA CON LLAVE.   | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE   |
| A05  | DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO Y/O MANUAL  | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE   |
| A06  | RUEDAS GIRATORIAS CON FRENOS O RUEDAS CON SISTEMA DE NIVEL DE PISO.   | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE   |
| A07  | FILTRO DE AIRE REMOVIBLE Y LAVABLE, EN CASO EL EQUIPO REQUIERA FILTRO DE AIRE.  | CUMPLE    | NO USA           | CUMPLE   |
| A08  | AISLAMIENTO DE ESPUMA DE URETANO LIBRE DE CFC EN LAS PAREDES Y PUERTAS O MEJOR TECNOLOGÍA.  | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE   |
| A09  | EN CASO DE FALLO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EL TIEMPO DE CALENTAMIENTO DE -20°C A -16°C, CALCULADO A TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 20°C Y 25°C, DEBE SER 60 MINUTOS COMO MÍNIMO O SUMINISTRO DE UPS PARA UNA AUTONOMÍA DE 60 MINUTOS O MÁS. | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE   |
| A10  | CAMARA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE.  | NO CUMPLE | CUMPLE           | CUMPLE   |
| A11  | DIVISIONES INTERIORES CON PUERTAS.  | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE   |
| A12  | BANDEJAS INTERIORES DIVISORAS DE ACERO INOXIDABLE, TODAS O ALGUNAS AJUSTABLES EN ALTURA.  | NO CUMPLE | CUMPLE           | CUMPLE   |
| A13  | COMPRESOR HERMÉTICAMENTE SELLADO.   | NO CUMPLE | CUMPLE           | CUMPLE   |
| A14  | GAS REFRIGERANTE TIPO ECOLÓGICO, LIBRE CFC.   | NO CUMPLE | CUMPLE           | CUMPLE   |
| A15  | LUZ LED INTERIOR. (OPCIONAL)  | NO CUMPLE | NO USA           | NO USA   |
| A16  | SENSORES O TRANSDUCTORES DE TEMPERATURA DENTRO DE LA CAMARA.  | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE   |
| A17  | NIVEL DE RUIDO MENOR O IGUAL A 58DB   | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE   |
| B  | CONTROL   |           |                  |          |
| B01  | CONTROLADO POR MICROPROCESADOR  | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE   |
| B02  | TEMPERATURA DE TRABAJO REGULABLE A PARTIR DE -20°C A MENOS, CON UNA APROXIMACIÓN DE +/-1°C.   | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE   |
| B03  | SOFTWARE DE COMUNICACIÓN PARA REGISTRO DE TEMPERATURA EN COMPUTADORA.   | NO CUMPLE | CUMPLE           | CUMPLE   |
| B04  | BATERÍA DE RESPALDO PARA EL SISTEMA DE CONTROL CONTRA FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.   | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE   |
| B05  | INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA DE LA CÁMARA.  | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE   |
| B06  | ALARMA FALLA EN LA ENERGÍA ELÉCTRICA.   | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE   |
| B07  | ALARMA AUDIOVISUAL PARA DESVIACIÓN DE LA TEMPERATURA.   | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE   |
| B08  | ALARMA DE PUERTA ABIERTA.   | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE   |
| B09  | SILENCIADOR DE ALARMA.  | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE   |
| B10  | INDICADOR DE BATERÍA BAJA.  | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE   |
| B11  | CONEXIÓN DE ALARMA REMOTA   | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE   |
| B12  | COMPENSADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE INTERNO O EXTERNO.  | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE   |
| B13  | REGISTRADOR DE DATOS  | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE   |
| C  | ACCESORIOS  |           |                  |          |
| C01  | JUEGO DE CUATRO (04) BANDEJAS COMO MÍNIMO.  | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE   |
| C02  | DOS (02) TERMOMETROS DIGITALES EXTERNOS PARA CONTROL DE CALIDAD (INCLUYE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.  | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE   |
| D  | REQUERIMIENTO DE ENERGÍA  |           |                  |          |
| D01  | 220 VAC / 60 HZ   | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE   |
| D02  | CABLE Y ENCHUFE TIPO SCHUKO 220VAC, 16A. CON LONGITUD MINIMA DE 1.5 METROS  | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE   |

| RESULTADO DE LA EVALUACION | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
|----------------------------|-----------|--------|--------|
|----------------------------|-----------|--------|--------|

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
Reemplazo de la infraestructura e implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Humana Directa - Ayacucho  
ING. MARCO RAUL CALDERON ZEVALLOS  
CIP N° 212823  
REGISTRO DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
Reemplazo de la infraestructura e implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Humana Directa - Ayacucho  
ING. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA  
CIP N° 98728  
SUPERVISOR DE OBRA

1460 0100000  
MAL  
DR 51 097 03 471



|  |  |           |                  |                                   |
|--|--|-----------|------------------|-----------------------------------|
| CLAVE: D-430   |  |           |                  |                                   |
| DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: CONGELADORA PARA VACUNAS HORIZONTAL |  | MELING    | HAIER BIOMEDICAL | AUCMA                             |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS                             |  | DW-YW358A | HBD-265          |                                   |
| A  | GENERALES  | CHINA     | CHINA            | CHINA                             |
| A01  | UNA (01) PUERTA HORIZONTAL CON LLAVE CON CIERRE HERMÉTICO  | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE                            |
| A02  | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE VACUNAS ENTRE 250 Y 300 LITROS O MÁS.                                   | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE                            |
| A03  | AUTONOMÍA FRIGORÍFICA (EN CASO DE CORTE DE ENERGÍA): A 43°C DEBE SER MAYOR O IGUAL A 02 HORAS          | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE                            |
| A04  | TERMOSTATO ELECTRÓNICO   | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE                            |
| A05  | AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE 100 MM DE ESPESOR, LIBRE DE CFC  | CUMPLE    | CUMPLE           | NO CUMPLE (NO ESPECIFICA ESPESOR) |
| A06  | GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, LIBRE DE CFC   | NO CUMPLE | CUMPLE           | CUMPLE                            |
| A07  | DESCONGELAMIENTO MANUAL  | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE                            |
| A08  | TEMPERATURA DE TRABAJO REGULABLE DE -15°C HASTA -25°C  | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE                            |
| A09  | GABINETE CONSTRUÍDO EN POLIETILENO ROTOMOLDEADO O SUPERIOR ANTIBACTERIAL O ACERO INOXIDABLE            | NO CUMPLE | NO CUMPLE        | CUMPLE                            |
| A10  | PUERTA CONSTRUÍDA EN POLIETILENO   | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE                            |
| A11  | SELECTOR DE FUNCIONAMIENTO EN MODO REFRIGERADOR/CONGELADOR O CÓDIGO PQS                                | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE                            |
| A12  | RUEDAS INTEGRADAS  | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE                            |
| A14  | CON SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO Y/O FRÍO ESTÁTICO Y/O REFRIGERACIÓN DIRECTA                 | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE                            |
| B  | COMPONENTES  |           |                  |                                   |
| B01  | TERMÓMETRO DIGITAL CON SENSOR EXTERNO PARA UBICAR DENTRO DE LA CÁMARA (CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN) | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE                            |
| C  | ACCESORIOS   |           |                  |                                   |
| C01  | CANASTILLAS ESPECIALES PORTA VACUNAS   | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE                            |
| C02  | TERMÓMETRO INTERNO PARA CONTROL DE CALIDAD   | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE                            |
| D  | REQUERIMIENTO DE ENERGÍA   |           |                  |                                   |
| D01  | 220 VAC/ 50-60 HZ MONOFÁSICO   | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE                            |
| D02  | CABLE Y ENCHUFE TIPO SCHUKO 220VAC, 16A. CON LONGITUD MÍNIMA DE 1.5 METROS                             | CUMPLE    | CUMPLE           | CUMPLE                            |

|                            |           |           |           |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| RESULTADO DE LA EVALUACIÓN | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|

|  |   |          |                  |          |
|--|---|----------|------------------|----------|
| CLAVE: D-430*  |   |          |                  |          |
| DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: REFRIGERADORA PARA VACUNAS HORIZONTAL |   | MELING   | HAIER BIOMEDICAL | MELING   |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS                               |   | YC-150EW | HBC-150          | YC-150EW |
| A  | GENERALES   | CHINA    | CHINA            | CHINA    |
| A01  | MODELO HORIZONTAL   | CUMPLE   | CUMPLE           | CUMPLE   |
| A02  | PARA LA REFRIGERACIÓN DE VACUNAS (+2°C a +8°C)  | CUMPLE   | CUMPLE           | CUMPLE   |
| A03  | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA CÁMARA PARA REFRIGERACIÓN DE VACUNAS DEBE SER MAYOR O IGUAL A 90 LITROS Y MENOR O IGUAL A 180 LITROS                  | CUMPLE   | CUMPLE           | CUMPLE   |
| A04  | AISLAMIENTO DE URETANO O POLIURETANO O CICLOPENTANO O POLIETILENO O MATERIAL RECOMENDADO POR EL FABRICANTE (ORIGINAL DE FÁBRICA)                        | CUMPLE   | CUMPLE           | CUMPLE   |
| A05  | GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, LIBRE DE CFC  | CUMPLE   | CUMPLE           | CUMPLE   |
| A06  | CAPACIDAD FRIGORÍFICA (+2°C a +8°C) EN LA CÁMARA (EN CASO DE CORTE DE ENERGÍA) PARA REFRIGERACIÓN DE VACUNAS: A 43°C DEBE SER MAYOR O IGUAL A 20 HORAS. | CUMPLE   | CUMPLE           | CUMPLE   |
| A07  | PUERTA CON SEGURO   | CUMPLE   | CUMPLE           | CUMPLE   |
| A08  | VISUALIZACIÓN DIGITAL DE LA TEMPERATURA DE LA CÁMARA INTERIOR   | CUMPLE   | CUMPLE           | CUMPLE   |
| A09  | CON CÓDIGO PQS  | CUMPLE   | CUMPLE           | CUMPLE   |
| B  | ACCESORIOS  |          |                  |          |
| B01  | CANASTILLAS ESPECIALES PARA VACUNAS QUE GARANTICEN EL ALMACENAMIENTO DE LA CAPACIDAD MÁXIMA DE LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN DEL EQUIPO                    | CUMPLE   | CUMPLE           | CUMPLE   |
| B02  | 36 WATER-PACKS DE 0.6 LITROS COMO MÍNIMO  | CUMPLE   | CUMPLE           | CUMPLE   |
| B03  | ESTABILIZADOR DE VOLTAJE QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL EQUIPO  | CUMPLE   | CUMPLE           | CUMPLE   |
| C  | REQUERIMIENTO DE ENERGÍA :  |          |                  |          |
| D01  | 220 VAC/ 50-60 HZ MONOFÁSICO  | CUMPLE   | CUMPLE           | CUMPLE   |
| D02  | CABLE Y ENCHUFE TIPO SCHUKO 220VAC, 16A. CON LONGITUD MÍNIMA DE 1.5 METROS  | CUMPLE   | CUMPLE           | CUMPLE   |
| RESULTADO DE LA EVALUACIÓN                                     |   |          |                  |          |
|  |   | CUMPLE   | CUMPLE           | CUMPLE   |

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 Regional Centro de Infraestructura e Implementación del Centro  
 de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de  
 la Red de Salud Huamanga Directa - Ayacucho

ING. MARCO RAÚL CALDERÓN ZEVALLOS  
 CIP N° 943823  
 RESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
 Regional Centro de Infraestructura e Implementación del Centro  
 de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de  
 la Red de Salud Huamanga Directa - Ayacucho

ING. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA  
 CIP N° 98726  
 SUPERVISOR DE OBRA

Hu. Caranota  
 HCL  
 DUE: 00707457

RESUMEN DE EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS LP N°17-2023-GRA

| CLAVE  | DENOMINACION DEL EQUIPO                           | MEGA - MED EIRL | DIAGNOSTICA PERUANA SAC | STBIOMEDICAL SAC + BIO ALMEDIC EIRL |
|--------|---|-----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| D-283  | CONSERVADORA DE BOLSAS DE SANGRE DE +2 °C A +6 °C | NO CUMPLE       | CUMPLE                  | CUMPLE                              |
| D-287  | REFRIGERADORA PARA LABORATORIO DE 14 PIES CUBICOS | NO CUMPLE       | NO CUMPLE               | CUMPLE                              |
| D-288  | REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS                   | NO CUMPLE       | CUMPLE                  | CUMPLE                              |
| D-298  | CONGELADORA VERTICAL DE -20°C                     | NO CUMPLE       | CUMPLE                  | CUMPLE                              |
| D-430  | CONGELADORA PARA VACUNAS HORIZONTAL               | NO CUMPLE       | NO CUMPLE               | NO CUMPLE                           |
| D-430a | REFRIGERADORA DE VACUNAS                          | CUMPLE          | CUMPLE                  | CUMPLE                              |

RESULTADO FINAL DE EVALUACION DE PROPUESTAS: Los postores Mega-Med EIRL, Diagnostica Peruana SAC y el consorcio STBlomedical SAC + BIO Almedic EIRL NO CUMPLEN con la totalidad de RTM solicitados en las especificaciones técnicas de las bases integradas del proceso de selección: LP N° 017-2023-GRA-SEDECENTRAL/CS

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

IDENTIFICACION DE INCUMPLIMIENTOS

EL POSTOR MEGAMED EIRL, PARA SU PROPUESTA DE CONSERVADORA DE BOLSAS DE SANGRE NO CUMPLE CON INDICAR CLARAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: A12, A14, A16, B02 Y B03.

EL POSTOR MEGAMED EIRL, PARA SU PROPUESTA DE REFRIGERADORA PARA LABORATORIO DE 14 PIES CUBICOS NO CUMPLE CON INDICAR CLARAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: A05, A07, A09 Y A11.

EL POSTOR MEGAMED EIRL, PARA SU PROPUESTA DE REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS NO CUMPLE CON INDICAR CLARAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA SIGUIENTE CARACTERISTICA: A08

EL POSTOR MEGAMED EIRL, PARA SU PROPUESTA DE CONGELADORA VERTICAL DE -20°C NO CUMPLE CON INDICAR CLARAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: A03, A10, A12, A13, A14, A15 Y B03

EL POSTOR MEGAMED EIRL, PARA SU PROPUESTA DE CONGELADORA PARA VACUNAS HORIZONTAL NO CUMPLE CON INDICAR CLARAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: A08, A09

EL POSTOR DIAGNOSTICA PERUANA SAC, PARA SU PROPUESTA DE REFRIGERADORA PARA LABORATORIO DE 14 PIES CUBICOS NO CUMPLE CON INDICAR CLARAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA SIGUIENTE CARACTERISTICA: A05 Y NO SUSTENTA EL CUMPLIMIENTO DE LA CARACTERISTICA B04

EL POSTOR DIAGNOSTICA PERUANA SAC, PARA SU PROPUESTA DE CONGELADORA PARA VACUNAS HORIZONTAL NO CUMPLE CON INDICAR CLARAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA SIGUIENTE CARACTERISTICA: A09

EL POSTOR CONSORCIO STBIOMEDICALSAC - BIO ALMEDIC EIRL, PARA SU PROPUESTA DE CONGELADORA PARA VACUNAS HORIZONTAL NO CUMPLE CON INDICAR CLARAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA SIGUIENTE CARACTERISTICA: A05

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huancayo y Jirón - Ayacucho

ING. MARCO RAUL CALDERON ZEVALLOS  
CIP N° 212873  
RESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
Reemplazo de la Infraestructura e Implementación del Centro de Salud San Juan Bautista - Micro Red San Juan Bautista de la Red de Salud Huancayo y Jirón - Ayacucho

ING. JORGE SANDRO DE LA CRUZ MEDINA  
CIP N° 98726  
SUPERVISOR DE OBRA

HUBO CORRANZA A.

*[Firma]*

DNI: 00707477