

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - U.E. 403-SALUD TRUJILLO-SUR OESTE

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-HBT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFUSIÓN CON VOLUTROL MICROGOTERO PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 06/07/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 15:43:33

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: REQUISITOS ADICIONALES:

El área usuaria requiere 450 bombas en sesión de uso; sin embargo, técnicamente es razonable reajustar el requerimiento a 100 Bombas. Este reajuste permitirá que exista una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad en la prestación; es decir, entre las Bombas y los Equipos solicitados. Adicionalmente, el número de 450 solicitado constituye una barrera a la participación de mayor número de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

D.S. 082-2019-EF: ART.2° INC. B) e INC. I)

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de selección en consulta con el area usauria acoge parcialmente su observacion. El uso del EQUIPO DE INFUSIÓN CON VOLUTROL MICROGOTERO se da en todos los servicios a nivel institucional , el cual permitirá el uso en todos los pacientes que amerite.

Se modificará: Las bombas podrán ser entregadas en tres (03) remesas mensuales consecutivas de 150 unidades cada una. ...

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPÍTULO III - REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESENTACION Y CARACTERISTICAS

REQUISITOS ADICIONALES:

- Que la empresa ganadora proveerá como mínimo 450 bombas de infusión en calidad de préstamo comodato para la utilización de los equipos de infusión respectivos. Las bombas podrán ser entregadas en tres (03) remesas mensuales consecutivas de 150 unidades cada una.
- Que el Equipo sea de fácil desplazamiento, bajo peso, fácil transporte, apilables entre sí.
- Que la programación del equipo y manuales sean en idioma español o que se acompañe de la traducción respectiva.
- La empresa será responsable del mantenimiento del equipo, tanto preventivo necesario como correctivo si lo requiere, sin perjuicio de la labor asistencial.
- Que la Empresa garantice la asesoría y el Servicio técnico permanentes.
- Que la Empresa brinde la Capacitación teórica y práctica al personal asistencial en el manejo del equipo, a satisfacción del jefe del Área usuaria.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - U.E. 403-SALUD TRUJILLO-SUR OESTE

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-HBT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFUSIÓN CON VOLUTROL MICROGOTERO PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 06/07/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 15:43:33

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: Se solicita al comité de selección que precise el plazo de entrega del producto médico; toda vez, que se advierte incongruencia en la información que se consigna en página N° 15 y 22; de tal manera que el participante cuente con información clara a fin de entender todas las etapas del proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap.1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

D.S. 082-2019-EF: ART.2° INC. C)

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de selección en consulta con el area usauria acoge su observacion y precisa que se modificará:

CAPÍTULO III - REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.2. Lugar y plazo de Ejecución de la prestación

5.2.2. Plazo: En una sola entrega, el plazo de la entrega es de máximo 15 días calendarios contabilizados desde el día siguiente de notificada la orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPÍTULO III - REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5.2. Lugar y plazo de Ejecución de la prestación

5.2.2. Plazo: En una sola entrega, el plazo de la entrega es de máximo 15 días calendarios contabilizados desde el día siguiente de notificada la orden de compra.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - U.E. 403-SALUD TRUJILLO-SUR OESTE

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-HBT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFUSIÓN CON VOLUTROL MICROGOTERO PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

Ruc/código : 20381450377

Fecha de envío : 06/07/2023

Nombre o Razón social : FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hora de envío : 15:43:33

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto a la recepción de las bombas entregadas en cesión en uso: Solicitamos al comité precise el plazo que tiene la Entidad para devolver los equipos entregados en cesión en uso. Asimismo, si constituye documento suficiente para solicitar la devolución del equipo la sola presentación de carta simple dirigida al área responsable que recepción el equipo al inicio de la ejecución del contrato.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 7 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité en consulta con el área usurario aclara que una vez finalizado el contrato la empresa tiene la potestad de solicitar la devolución del equipo en sesión de uso, una vez que se presenta el documento el Área de Patrimonio agilizará la entrega de lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - U.E. 403-SALUD TRUJILLO-SUR OESTE

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-HBT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFUSIÓN CON VOLUTROL MICROGOTERO PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

Ruc/código :	20381450377	Fecha de envío :	06/07/2023
Nombre o Razón social :	FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío :	15:43:33

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Respecto a la recepción de las bombas entregadas en cesión en uso: Solicitamos precise el área/unidad/jefatura que será responsable de recepcionar las bombas. Toda vez, que las bases solamente hacen referencia al ingreso al almacén de los bienes objeto del proceso de selección.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de selección en consulta con el area usauria acoge su consulta y se precisa que se modificará:

CAPÍTULO III - REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. Otras consideraciones a ser provistas por el proveedor

7.1. Conformidad de los bienes

- Área que recepcionará y brindará la conformidad:

La recepción del producto, asi como de la Bombas de Infusión, estará a cargo del Jefe del Almacén de Farmacia y el Jefe del Almacén de la Oficina de Logística en los Almacenes del Hospital Belén de Trujillo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPÍTULO III - REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7. Otras consideraciones a ser provistas por el proveedor

7.1. Conformidad de los bienes

- Área que recepcionará y brindará la conformidad:

La recepción del producto, asi como de la Bombas de Infusión, estará a cargo del Jefe del Almacén de Farmacia y el Jefe del Almacén de la Oficina de Logística en los Almacenes del Hospital Belén de Trujillo.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - U.E. 403-SALUD TRUJILLO-SUR OESTE

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-HBT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFUSIÓN CON VOLUTROL MICROGOTERO PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

Ruc/código :	20381450377	Fecha de envío :	06/07/2023
Nombre o Razón social :	FRESENIUS KABI PERU S.A.	Hora de envío :	15:43:33

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En Características Técnicas - Especificaciones técnicas: Se solicita ampliar el material de tubuladora a polietieno, poliuretano o PVC, libre de DEHP y látex; lo cual reúne igualmente las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para los que son requeridos

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 7 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

D.S. 082-2019-EF: ART.2° INC. A) y G)

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de selección en consulta con el area usauria acoge su observacion y precisa que se modificará:

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Individual

Estéril apirógeno

Extento de rebabas y aristas cortantes. Material de la tubuladura de poliuretano, polietileno o PVC, libre de DEHP y libre de látex.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPÍTULO III - REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Individual

Estéril apirógeno

Extento de rebabas y aristas cortantes. Material de la tubuladura de poliuretano, polietileno o PVC, libre de DEHP y libre de látex.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - U.E. 403-SALUD TRUJILLO-SUR OESTE

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-HBT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFUSIÓN CON VOLUTROL MICROGOTERO PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

Ruc/código : 20377339461

Fecha de envío : 06/07/2023

Nombre o Razón social : B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Hora de envío : 19:39:11

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

e) Muestras del producto ofertado

Solicitamos al Comité, aceptar la fecha de presentación de muestras hasta el día de la presentación de las ofertas electrónicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. II

Literal: 2.2

Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité en consulta con el área usuaria acoge su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

e) ¿

La presentación de muestras será hasta el día de la presentación de las ofertas según cronograma SEACE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - U.E. 403-SALUD TRUJILLO-SUR OESTE

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-HBT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFUSIÓN CON VOLUTROL MICROGOTERO PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	06/07/2023
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	19:39:11

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

Solicitamos al Comité, aceptar para acreditar el cumplimiento de especificaciones técnicas, presentar carta del fabricante, declaración jurada, manual de instrucciones de uso o folletería.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. II Literal: 2.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité en consulta con el área usuaria acoge su consulta. El Comité de selección en consulta con el area usauria acoge su consulta y precisa que se modificará:

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

d) d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

Asimismo, el postor deberá acreditar obligatoriamente el cumplimiento de las citadas especificaciones técnicas mediante la presentación de documentos como: manuales y/o manuales de instrucciones de uso y/o folletería y/o catálogo y/o instructivos y/o fichas técnicas del producto emitido por el fabricante o dueño de la marca del producto ofertado y/o carta del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

d) d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

Asimismo, el postor deberá acreditar obligatoriamente el cumplimiento de las citadas especificaciones técnicas mediante la presentación de documentos como: manuales y/o manuales de instrucciones de uso y/o folletería y/o catálogo y/o instructivos y/o fichas técnicas del producto emitido por el fabricante o dueño de la marca del producto ofertado y/o carta del fabricante.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - U.E. 403-SALUD TRUJILLO-SUR OESTE

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-HBT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFUSIÓN CON VOLUTROL MICROGOTERO PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

Ruc/código : 20377339461

Fecha de envío : 06/07/2023

Nombre o Razón social : B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Hora de envío : 19:39:11

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Evaluación de muestra

Solicitamos al Comité, para la evaluación de la muestra solo se verifique lo que se pueda determinar de manera objetiva de manera visual. Ya que todas las especificaciones no se pueden verificar de manera organoléptica.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. II **Literal:** 2.2 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité en consulta con el área usuaria NO ACOGE SU CONSULTA, en la evaluación, las muestras serán sometidas a una inspección comparativa, se desarmarán y/o desarticularán para su verificación correspondiente, debiendo cumplir con lo detallado y descrito en las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - U.E. 403-SALUD TRUJILLO-SUR OESTE

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-HBT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFUSIÓN CON VOLUTROL MICROGOTERO PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	06/07/2023
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	19:39:11

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

- Copia de Registro Sanitario

Solicitamos al Comité aceptar registros sanitarios prorrogados de acuerdo a lo aprobado por Digemid

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en consulta con el area usuaria aclara que la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas, a través de Comunicado de fecha 5 de enero del 2017, habría precisado lo siguiente: "(..) la vigencia de los registros sanitarios se entenderá prorrogada hasta el pronunciamiento de la institución, siempre que las solicitudes de reinscripción hayan sido presentadas dentro del plazo de vigencia del registro sanitario a reinscribir." Para la validación del Registro Sanitario en trámite de renovación, el postor deberá presentar copia de la solicitud de reinscripción y registro sanitario del producto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - U.E. 403-SALUD TRUJILLO-SUR OESTE

Nomenclatura : AS-SM-14-2023-HBT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFUSIÓN CON VOLUTROL MICROGOTERO PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO

Ruc/código : 20377339461

Fecha de envío : 06/07/2023

Nombre o Razón social : B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Hora de envío : 19:39:11

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Muestras

Solicitamos al Comité, para la evaluación de la muestra solo se verifique lo que se pueda determinar de manera objetiva de manera visual. Ya que todas las especificaciones no se pueden verificar de manera organoléptica.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité en consulta con el área usuaria NO ACOGE SU CONSULTA, en la evaluación, las muestras serán sometidas a una inspección comparativa, se desarmarán y/o desarticularán para su verificación correspondiente, debiendo cumplir con lo detallado y descrito en las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.